MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 68998429, e-mail: office@capcs.gov.md, https://capcs.gov.md

Nr. Rg02-5465 din 20 octombrie 2026

OPERATORII ECONOMICI PARTICIPANȚI
INSTITUȚIILE MEDICO - SANITARE PUBLICE BENEFICIARE

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1782894535416 din 01.07.2026 privind *Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2027* vă comunică decizia nr.1 din 19.10.2026 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. lot	Cod lot	Nr. lot	denumire lot	unitatea de măsura	Cantitatea solicitata	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model/codul produsului /producător /Țară de origine	Ofertant	Standarde de referința
1	1-35416	Dializator suprafața 1,0-1,2 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg (005052)	Dializator suprafața 1,0-1,2 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg (005052)	bucată	600	100,9385	121,1262	60.563,10	72.675,72	Dializator 1,1m2 flux scazut(Codul produsului: OCIHD110L)/ Chengdu OCIMedical Devices Co., Ltd./China	DITA ESTFARM S.R.L	DM000373371
2	2-35416	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg (005053)	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg (005053)	bucată	700	71,4271	85,7126	49.998,97	59.998,82	B-14PF/B ain Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd./China	ECHIPAMED-PLUS	DM000489049 Rg04-000091 din 02-05-2023
3	3-35416	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg (005054)	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg (005054)	bucată	11880	56,7910	68,1492	674.677,08	809.612,50	Dializator 1,5m2 flux inalt (Codul produsului: OCIHD15M)/ Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd./China	DITA ESTFARM S.R.L	DM000373362
4	4-35416	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de	bucată	20680	54,6996	65,6395	1.131.187,73	1.357.424,86	Dializator 1,7m2 flux inalt (Codul produsu	DITA ESTFARM S.R.L	DM000373364

		ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg (005055)	ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg (005055)							lui: OCIHD17M)/ Chengdu OCI Medical Devices Co., Ltd./China		
5	5-35416	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S) (005056)	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S) (005056)	bucată	21144	29,1000	34,9200	615.290,40	738.348,48	BLU006G/ VITAL HEALTHCARE SDN. BHD. /Malaysia	SC" Imunotehnomed "SRL	DM000467206
6	6-35416	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml. 005058)	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml. (005058)	bucată	700	171,4286	205,7100	120.000,02	143.997,00	M03401/ MEDICA/Italia	CAVATEH M SRL	DM000639542
8	8-35416	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți (005060)	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți (005060)	bucată	33450	4,0000	4,3200	133.800,00	144.504,00	AVF2516LR01G/ VITAL HEALTHCARE SDN. BHD. /Malaysia	SC "Imunotehnomed" SRL	DM000467281
9	9-35416	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți (005061)	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți (005061)	bucată	33450	4,0000	4,3200	133.800,00	144.504,00	AVF2516LR02G /VITAL HEALTHCARE SDN. BHD/ Malaysia	SC "Imunotehnomed" SRL	DM000467282
10	10-35416	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 17 G, bucăți (005062)	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 17 G, bucăți (005062)	bucată	1750	4,4000	4,7500	7.698,0800	8.313,92	FN-1711ZSR/ GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD/China	MED-M	DM000839895
11	11-35416	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 17 G, bucăți (005063)	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 17 G, bucăți (005063)	bucată	1750	4,4000	4,7500	7.698,0800	8.313,92	FN-1711ZSB /GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD/China	MED-M	DM000839965
12	12-35416	Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S (005064)	Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S (005064)	bucată	206	173,0000		35.638,00		Diasafe plus filter/Fresenius Medical Care AG. Germany /Germania	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	DM00039256
13	13-35416	Set pentru hemodiafiltrare	Set pentru hemodiafiltrare	bucată	9300	13,1000		121.830,00		Linii A/V set Online Plus 5008-R	Fresenius Medical Care	DM00038585

		(dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): Linii A/V set ONLINE Plus 5008-R (005065)	(dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): Linii A/V set ONLINE Plus 5008-R (005065)							/Fresenius Medical Care AG. Germany /Germania	Deutschland GmbH	
15	15-35416	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) (005067)	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) (005067)	bucată	2560	116,3700	139,6400	297.907,20	357.478,40	V-18HF/VITAL HEALTHCARE SDN. BHD./ Malaysia	SC "Imunotehnomed" SRL	DM000467205
16	16-35416	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg (005068)	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg (005068)	bucată	860	182,9000	219,4800	157.294,00	188.752,80	SMARTFLUX HFP210/MEDICA/Italia	CAVATEH M SRL	DM000377070
17	17-35416	Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Dialog + (BBraun): (005071)	Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Dialog + (BBraun): (005071)	bucată	10	3.610,0197	4.332,0236	36.100,20	43.320,24	Filtru pentru solutia de dializa DIACAP ULTRA DFONLINE (Codulprodusului: 7107366)/ B. BRAUN AVITUM AG/Germania	DITA ESTFARM S.R.L	DM000638402
19	19-35416	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat,	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat,	bucată	3200	7,1000		22.720,00		BIBAG 5008 650g/Fresenius Medical Care AG. Germany/ Germania	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	DM00039256

		BIBAG 5008 650 g , cutii (005073)	BIBAG 5008 650 g , cutii (005073)									
20	20-35416	Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid, (005074)	Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid, (005074)	bucată	745	51,0000		37.995,0000		Granudial AF 15/Fresenius Medical Care AG. Germany/ Germania	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	DM00038582
21	21-35416	Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, (005075)	Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, (005075)	bucată	304	51,4000		15.625,60		Granudial BI 84/Fresenius Medical Care AG. Germany/ Germania	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	DM000392565
22	22-35416	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri : (005076)	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri : (005076)	bucată	2120	139,1779	167,0135	295.057,15	354.068,62	Concentrat acid pentru hemodializa pe baza de bicarbonat (Codul produsului: 7524)/B. BRAUN AVITUM AG/Germania	DITA ESTFARM S.R.L	DM000018760
23	23-35416	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, (005077)	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, (005077)	bucată	7700	35,3000	42,3600	271.810,00	326.172,00	INSPRACART, 760g/INSPRAMED MEDIKAL SANAYI VE TICARET A.S. /Turcia	SC" Imunotehnomed " SRL	DM000450381
24	24-35416	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (005078)	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (005078)	bucată	19	37,9000		720,10		PURISTERIL 340; 3.5%; 5kg/ Fresenius Medical Care AG. Germany/ Germania	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	DM000392554
25	25-35416	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, 5 litri (005079)	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, 5 litri (005079)	bucată	270	513,3000	615,9600	138.591,00	166.309,20	Inspradez C.M.L. 2,5 (Canister, 5 Liters)/INSPRAMED EDIKAL SANAYI VE TICARET A.S /Turcia	SC "Imunotehnomed" SRL	DM000450383

26	26-35416	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Sol.Acid Citric, 50%-10 litri (005080)	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Sol.Acid Citric, 50%-10 litri (005080)	bucată	350	118,8172	142,5806	41.586,02	49.903,21	Concentrat lichid pentru dezinfectarea termică și chimică, acid citric 50% (Codul produsului: 307)/B. BRAUN AVITUM AG/Germania	DITA ESTFARM S.R.L	DM000018754
28	28-35416	Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete (005082)	Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete (005082)	bucată	6975	30,0000		8.370,00	168.400,22	Regeneration Salt tablets 25 k/K+S minerals and Agriculture GmbH. Germany/ Germania	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	ISO 9001;2015 certificate nr.44100232678
29	29-35416	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (005083)	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (005083)	bucată	635	127,9960	153,5952	81.277,46	97.532,95	Set cateter Dublu Lumen pentru hemodializă 12 F, 20cm (Codul produsului: HCT10033)/ ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI. /Turcia	DITA ESTFARM S.R.L	DM000375834
30	30-35416	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; (005084)	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; (005084)	bucată	5	361,2000	390,1000	1.806,00	1.950,50	FR-2612/GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD/China	MED-M	DM000565933
31	31-35416	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm (005085)	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm (005085)	bucată	5	361,2000	390,1000	1.806,00	1.950,50	FR-2613 /GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD/China	MED-M	DM000565935
32	32-35416	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; (005086)	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; (005086)	litrul	5	361,2000	390,1000	1.806,00	1.950,50	FR-2614/ GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD/China	MED-M	DM000565937
35	35-35416	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150	bucată	10	160,0000	172,8000	1.600,00	1.728,00	41.02.20207/ SCW Medicath/ China	Electeh SRL	CE/DM000307830

		mm; (005089)	mm; (005089)									
36	36-35416	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm (005090)	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm (005090)	bucată	5	645,0000	696,6000	3.225,00	3.483,00	FR-231912/ GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD/China	MED-M	DM000565965
37	37-35416	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm (005091)	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm (005091)	bucată	5	645,0000	696,6000	3.225,00	3.483,00	FR-231915/ GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD/China	MED-M	DM000565967
39	39-35416	Set linie pentru hemodiafiltrare (HDF) dintr-o singura sursa, pentru aparatele Nipro Surdial X (008212)	Set linie pentru hemodiafiltrare (HDF) dintr-o singura sursa, pentru aparatele Nipro Surdial X (008212)	bucată	150	167,1000	200,5200	25.065,00	30.078,00	A364R-V850R-GT/NIPRO/ Japonia	SC"Imunotehnomed"SRL	DM000367212
40	40-35416	Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Nipro Surdial X (008213)	Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Nipro Surdial X (008213)	bucată	6	3.632,5000	4.359,0000	21.795,00	26.154,00	CF-609N/NIPRO/ Japonia	SC"Imunotehnomed"SRL	
41	41-35416	Set linii pentru hemodializa (HD)sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X (008214)	Set linii pentru hemodializa (HD)sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X (008214)	bucată	600	114,5000	137,4000	68.700,00	82.440,00	A363R-V849R-GT/NIPRO /Japonia	SC "Imunotehnomed" SRL	DM000367211
42	42-35416	Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun (008215)	Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun (008215)	bucată	195	7.704,0000	9.244,8000	1.502.280,00	1.802.736,00	OMNISET PLUS 1.6 MP, 7211427/ B.Braun Avitum AG /Germania	GBG-MLD SRL	DM000269899
43	43-35416	Pungă de golire cu volum de 700 ml pentru colectarea efluentului (008216)	Pungă de golire cu volum de 700 ml pentru colectarea efluentului (008216)	bucată	615	260,0000	312,0000	159.900,00	191.880,00	OMNIbag. 7211065/ B.Braun Avitum AG/ Germania	GBG-MLD SRL	DM000660337
44	44-35416	Cateter Wit Mandrin, Omni Bbraun (008217)	Cateter Wit Mandrin, Omni Bbraun (008217)	bucată	185	1.210,0000	1.306,8000	223.850,00	241.758,00	FG-2216/ GUANGDONG	MED-M	DM000566015

										BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD/China		
45	45-35416	Soluție Bicarbonat Sterilă 2MMOL/L Potassium, Omni Bbraun (008218)	Soluție Bicarbonat Sterilă 2MMOL/L Potassium, Omni Bbraun (008218)	bucată	5175	915,0000	1.098,0000	4.735.125,00	5.682.150,00	SOLUTIE BICARBONA T CU 2MMOL/L POTASIU, 8973/B.Braun Avitum G/Germania	GBG-MLD SRL	DM000638535
46	46-35416	Cartuș cu filtru anticitokinic „Cytosorb‘‘ sau echivalentul (008219)	Cartuș cu filtru anticitokinic „Cytosorb‘‘ sau echivalentul (008219)	bucată	131	41.930,0000	50.316,0000	5.492.830,00	6.591.396,00	CYTOSORB ®/ CytoSorben ts Corporation/SUA	GBG-MLD SRL	DM000191930
47	47-35416	Set steril pentru conectare si deconectare hemodializa.	Set steril pentru conectare si deconectare hemodializa.	bucată	7176	32,9000	39,4800	236.090,40	283.308,48	EASY HD Fistul a Set SSKT-085-1/ Su Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (SUBMED)/ Turcia	SC" Imunotehnomed " SRL	DM000317149

Pentru lotul nr. 1 Dializator suprafaţa 1,0-1,2 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg (005052)

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 2 Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg (005053)

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat Volumul de umplere ≤ 90 ml s-a ofertat Volumul de umplere: ≤ 85 ml;

Pentru lotul nr. 7 Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) (005059)

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, bunurile ofertate, indicate în formularul specificațiilor tehnice, nu au fost înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 14 Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) (005066)

Oferta operatorului economic **MEDEXCOM-TEH SRL** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire "s-a solicitat 1 ureea ≥ 250; 2 creatinina ≥ 250; 3 fosfaţi ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 185 s-a ofertat conform catalogului atașat la ofertă creatinina 230, fosfati 221, vitamina B-12- - 151;

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat creatinina ≥ 250 s-a ofertat 233, s-a solicitat vitamina B-12 ≥ 185 s-a ofertat vitamina B-12 ≥ 161, s-a solicitat insulina ≥ 130 s-a ofertat de 124;

Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire "s-a solicita 2 creatinina ≥ 250 3 fosfați ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 185 5 insulina ≥ 130 s-a ofertat 2 creatinina = 239 3 fosfați ≥ 230 4 vitamina B-12 = 159 5 insulina = 102;

Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire "s-a solicitat 2 creatinina ≥ 250 3 fosfați ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 185 5 insulina ≥ 130 s-a ofertat 2 creatinina 242 3 fosfați 223 4 vitamina B-12 165 5 insulina 97. s-a solicitat Volumul de umplere ≤ 100 ml s-a ofertat - Volumul de umplere 75 ml;

Pentru lotul nr. 16 Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg (005068)

Oferta operatorului economic **MEDEXCOM-TEH SRL** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat creatinina ≥ 260 s-a ofertat creatinina 248 ml/min, vitamina B-12 ≥ 200 s-a ofertat vitamina B-12 170 ml/min, insulina ≥ 150 s-a ofertat insulina 122 ml/min

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire "s-a solicitat 1 ureea ≥ 270 2 creatinina ≥ 260 3 fosfați ≥ 200 4 vitamina B-12 ≥ 200 5 insulina ≥ 150s-a ofertat 1 ureea ≥ 284 2 creatinina ≥ 269 3 fosfați ≥ 256 4 vitamina B-12 ≥ 198 5 insulina ≥ 138;

Pentru lotul nr. 33 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; (005087)

Oferta operatorului economic **MED-M se** respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, bunurile ofertate, indicate în formularul specificațiilor tehnice, nu au fost înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat lungimea de Lungimea 100 mm s-a ofertat de 130 mm;

Pentru lotul nr. 34 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; (005088)

Oferta operatorului economic **MED-M se** respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, bunurile ofertate, indicate în formularul specificațiilor tehnice, nu au fost înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat lungimea de Lungimea 120 mm s-a ofertat de 130 mm;

Pentru lotul nr. 35 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; (005089)

Oferta operatorului economic **MED-M se** respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, bunurile ofertate, indicate în formularul specificațiilor tehnice, nu au fost înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 44 Cateter Wit Mandrin, Omni Bbraun (008217)

Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicita 11Fr, lungime 200 mm s-a ofertat de 8F și lungimea de 15 cm;

Pentru lotul nr. 46 Cartuș cu filtru anticitokinic „Cytosorb'' sau echivalentul (008219)

Oferta operatorului economic **MED-M se** respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, bunurile ofertate, indicate în formularul specificațiilor tehnice, nu au fost înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă următoarele loturi:

Lotul nr. 27 Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, (005081)

Lotul nr. 38 Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, "long life (005092);

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte care: sânt neadecvate, inacceptabile sau neconforme, nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire următoarele loturi, după cum urmează:

Lotul nr. 7 Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) (005059);

Lotul nr. 14 Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) (005066)

Lotul nr. 33 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; (005087)

Lotul nr. 34 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; (005088)

Pentru lotul nr. 18 Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat acid granulat, uscat, pentru dializă bicarbonată, (005072) se va emite o decizie separată.

Pentru loturile anulate se va iniția repetat o nouă procedură de achiziție publică.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei Legi, pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 03.11.2026, după expirarea termenului de așteptare.

Ofertantul desemnat câștigător, a încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 15.01.2028.

Totodată, va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică *Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani*, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

Cu respect,

Președintele grupului de lucru /semnat electronic/ **Gheorghe GORCEAG**

Digitally signed by Gorceag Gheorghe
Date: 2026.10.20 16:56:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Ex: Botica Aurelia
Tel. 068 502 393

F 007/PSO CIM-MC-001; Ed./Rev.1/0