



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 68998429, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.gov.md>

Nr. Rg02-3741 din 07.05.2026

OPERATORI ECONOMICI PARTICIPANȚI

IMSP BENEFICIARI

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică **nr. ocds-b3wdp1-MD-1775200424315 din 28.05.2026** privind **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 12)**, vă comunică decizia **nr.2 din 17.06.2026** cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Cod Lot	Denumire Lot	Cant i tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model/Tara de Origine/Producător	AMD M	Ofertant	Beneficiar
1	1-24315	Sistem garou pneumatic, cu accesorii	1	230,000.00	276,000.00	230,000.00	276,000.00	MEDION E TRQ 2024/Turcia/AVRAS YA MED MEDIKAL TIBBI CIHAZLAR VE URUNLER PAZARLAMA SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	DM00 0646004 DM00 0646029	Med-M SRL	IMSP SR CAUSENI
3	3-24315	Osteodensito metru	1	166,000.00	199,200.00	166,000.00	199,200.00	SONOST 3000/Coreea Sud/OsteoSys Co,LTD	DM00 0307953	Data Control SRL	IMSP AMT CENTRU
11.1	11.1-24315	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate)	66	8,494.00	10,192.80	560,604.00	672,724.80	Model EN-S7 SMART Syringe Pump /China /SHENZHEN ENMIND TECHNO LOGY CO., LTD	DM00 0558840	AELO GRUP	IMSP INSTITUT UL DE MEDICIN A URGENTA

11.2	11.2-24315	Stație de andocare pentru pompe cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului	11	24,894.00	29,872.80	273,834.00	328,600.80	Model EN-D7 Smart Infusion Work Station /China /SHENZHEN ENMIND TECHNOLOGY CO., LTD	DM000684590	AELO GRUP	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA
12.1	12.1-24315	Pompe de infuzie (volumetrica)	12	17,950.00	21,540.00	215,400.00	258,480.00	BeneFusion eSP/China/Mindray	DM000317054	ÎM „Dutchmed-M” SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA
12.2	12.2-24315	Stație de andocare pentru pompe cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului	2	34,000.00	40,800.00	68,000.00	81,600.00	BeneFusion eSP/China/Mindray	DM000752120	ÎM „Dutchmed-M” SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA
13	13-24315	Mașină automat de sigilat pungi	2	47,200.00	56,640.00	94,400.00	113,280.00	OTS100-L/China/Anhui OTS Superfine Technology Co.,Ltd	CE ISO	Triumf-Motiv SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA
14	14-24315	Mașină de anestezie (caracteristici avansate)	3	447,200.00	536,640.00	1,341,600.00	1,609,920.00	WATO EX-65 PRO + BeneVision N19/China/Mindray	DM000153166	ÎM „Dutchmed-M” SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA

16	16-24315	Dulap pentru păstrarea și uscarea endoscoapelor	1	470,500.00	564,600.00	470,500.00	564,600.00	EDC10T2 (EDC) /Italia/Cantel/Steris	DM000653491	Data Control SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA
17	17-24315	Procesor automat de țesuturi	1	389,000.00	466,800.00	389,000.00	466,800.00	Histo Pro200/Italia/Histo-Line Laborato-ries S.R.L.	ISO, CE AMD M: DM000663199	X-Lab Solutions	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA

Ofertanții respinși/descalificați:

Pentru Lotul 11.1 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) și Lotul 11.2 Stație de andocare pentru pompe cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului:

Oferta Operatorului Economic ALMICOM-TECH" S.R.L. se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat - Seringi acceptate: 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60;

S-a fertat - Seringi acceptate: 5, 10, 20, 30, 50, 60;

S-a solicitat - Nivelul presiunii de ocluzie maxime - min. 75 - 880 mmHg;

S-a ofertat - Nivelul presiunii de ocluzie maxime - min. 225 - 975 mmHg;

S-a solicitat - Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv - minim IP23;

S-a ofertat - Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv - minim IPX2;

S-a solicitat - Alimentarea - Baterie internă - Timp de operare - ≥ 10 h la 5 mL/h;

S-a ofertat - Alimentarea - Baterie internă - Timp de operare - ≥ 6 h la 5 mL/h;

Pentru Lotul 12 Pompă de perfuzie volumetrica

Oferta Operatorului Economic ALMICOM-TECH" S.R.L. se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat - Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului - minim IP23;

S-a ofertat - Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului minim IPX2;

S-a solicitat - Nivelul presiunii de ocluzie maxime - diapazon min. 75 - 750 mmHg;

S-a ofertat - Nivelul presiunii de ocluzie maxime diapazon min. 225-900 mmHg;

S-a solicitat - Durata de operare autonoma - ≥ 6 h la fluxul de 25ml/h;

S-a ofertat - Durata de operare autonoma - ≥ 5 h la fluxul de 25ml/h;

Oferta Operatorului Economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat - Trecerea automată în regim de așteptare;

S-a ofertat – Fără trecere automata este manual trecerea de catre operator;

S-a solicitat - Alarmă de flux – obligatoriu;

S-a ofertat – Fără Alarmă de flux ;

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

LOT NR.2 - Lupa binoculara

LOT NR.4 - Autorefractometru_pediatric_portabil

LOT NR.5 - Set de lentile oftalmologice

LOT NR.15 - Verticalizator / lifter medical electric

LOT NR.25 - Sistem garou pneumatic, cu accesorii

LOT NR.27 - pH metru 0...14 pH

Pentru Loturile:

LOT NR.6 Sistem de litotritie incorporala (Pneumatică)

LOT NR.7 Hote microbiologice clasa II tip A2 se va emite o alta decizie a grupului de lucru pentru achizitii publice.

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică numai după reconfirmarea necesității de către beneficiarul final.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **30.07.2026**.

Conform pct.15.19 din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

Cu respect,

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

Ex: Lisenco Gabriela
Tel: 022 222 364