

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 1 din 24.02.2026

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Botica Aurelia

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați!]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/kemeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulat/ anulate)	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.26)
Obiectul achiziției	
Cod CPV	33100000-1
	ocds-b3wdp1-MD-1759503257358

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759503257358?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată	Data publicării: 03.10.2025 <input checked="" type="checkbox"/> achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_79_0.pdf BAP nr. 79 din 10.10.2025
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 987 157,46 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

6 oct 2025, 08:39

Subiectul întrebării:

Lot nr. 13 Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi)

Întrebare:

Buna ziua. Rugam sa acceptati specificatia "Refrigerare obligatoriu interval de temperatură de la -10 °C la +40 °C, +- 1°C "

Răspuns (8 oct 2025, 11:31):

Vă mulțumim pentru propunerea transmisă. Specificația se va reformula astfel: „Refrigerare obligatorie în intervalul de temperatură de la -10 °C la +40 °C, ±1 °C.”.

Data:

6 oct 2025, 09:42

Subiectul întrebării:

Denumirea licitației

Întrebare:

Buna ziua Va rugam mult modificati denumirea licitatiei Achizitionarea dispozitivelor medicale conform necesitatilor institutiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară nr.25) - 21481009 Achizitionarea dispozitivelor medicale conform necesitatilor institutiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară nr.25) - 21484439 Duceti in eroare operatorii economici

Răspuns (8 oct 2025, 11:31):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, denumirea procedurii de achiziție publică Achizitionarea dispozitivelor medicale conform necesitatilor institutiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară nr.25) - 21484439 va fi denumită în Achizitionarea dispozitivelor medicale conform necesitatilor institutiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară nr.26).

Data:

8 oct 2025, 16:03

Subiectul întrebării:

Clarificare 1

Întrebare:

Buna ziua, au fost publicate 2 licitatii cu aceeasi denumire Rog sa vedeti - <https://achizitii.md/ro/public/tender/21481009/>

Răspuns (8 oct 2025, 17:23):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, da, sunt două proceduri cu același denumire, însă ambele cuprind loturi și necesar diferit. În documentația de atribuire pentru procedura în speță s-a modificat denumire în Achizitionarea dispozitivelor medicale conform necesitatilor institutiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară nr.26).

Data:

9 oct 2025, 16:43

Subiectul întrebării:

Modificare denumire anunt

Întrebare:

Efectuati modificarea denumirii

Răspuns (10 oct 2025, 16:05):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, da, sunt două proceduri cu același denumire, însă ambele cuprind loturi și necesar diferit. În documentația de atribuire pentru procedura în speță s-a modificat denumire în Achizitionarea dispozitivelor medicale conform necesitatilor institutiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară nr.26), ulterior se va modifica și în sistemul electronic de către Ministerul Finanțelor.

Data:

13 oct 2025, 09:30

Subiectul întrebării:

Perioada depunerii

Întrebare:

Solicitam respectuos prelungirea perioadei de depunere. Multumesc!

Răspuns (13 oct 2025, 12:01):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, termenul de depunerea a ofertelor a fost stabilit conform Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Astfel, termenul de depunere a ofertelor de 35 de zile este un termen rezonabil de pregătire și depunere a ofertelor.

Lot nr. 11 Ultrasonograf General, OB-GYN performanță medie

Data:

14 oct 2025, 15:09

Subiectul întrebării:

UPS

Întrebare:

Buna ziua. Va fi acceptat baterie interna in loc de UPS, sau UPS este obligatoriu ?

Răspuns (15 oct 2025, 11:52):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. specificația tehnică cu privire la prezența UPS nu se modifică. Totodată, menționăm că se acceptă oferte alternative.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
	modificarea denumirea procedurii de achiziție publică Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.25) - 21484439 va fi denumită în Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.26).
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	08.10.2025
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Conform SIA RSAP (MTnder)

Până la termenul-limită (data 07.11.2025, ora 12:01), au depus oferta 17 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	MED-M SRL	1020611000359	ILIEV ANA
2.	MEDICA SENS SRL	1018600025629	CIOBANU SERGIU
3.	TETIS INTERNATIONAL SRL	1003600043595	PERPELIȚA IGOR
4.	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
5.	VIPROMED SERVICE	1013600002366	SAVCA VIOLIN
6.	UNIDENT AS SRL	1003600043229	Popa Sergiu
7.	AELO GRUP SRL	1011600009752	COBZARI-ȚURCAN RODICA
8.	ECOCHEMIE SRL	1002600052156	IURCU NICOLAE
9.	NEOTECC SRL	1002600048135	BOTNARU ANDREI
10.	HEALTH MEDICAL SOLUTIONS S.R.L.	1018600009625	LUNGU ION
11.	IMUNOTEHNOMED SRL		RAȚĂ SERGIU

			1002600012565	
12.	DUTCHMED-M SRL		1009600033367	PRODAN SVEATOSLAV
13.	IM VIVAMED INTERNATIONAL SRL		1007600028965	BEREGOI VALERIU
14.	INTERMED SRL		1002600034804	CHICU NATALIA
15.	BIO ANALITICA SRL		1015600017171	RUSU GHEADIE
16.	BTL MEDICAL TECHNOLOGIES		1022600046052	VÎRTOSU VALERIA
17.	DATA CONTROL SRL		1003600007935	GRABAZEI ALEXANDRU

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.																	
Cererea de participare		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Modul de elaborare a Specificației tehnice	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.

3	dispozitiv fizioterapie cu frecvente radio 400110	bucată	1	186628,00	Health Medical Solutions SRL	corespunde	corespunde
4	dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400121	bucată	1	24720,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
5	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale 400141	bucată	1	17000,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
5	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale 400141	bucată	1	20000,00	AELO GRUP SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
5	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale 400141	bucată	1	32300,00	MEDICA SENS SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
6	magnetoterapie 400150	bucată	1	52166,00	AELO GRUP SRL	Nu corespunde	nu corespunde
7	Balon resuscitare AMBU adulti Cod 110430	bucată	1		fără ofertă		
8	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 300-400L Cod 140620	bucată	1		fără ofertă		
9	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760	bucată	22	14278,00	MED-M SRL	în evaluare	în evaluare
9	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760	bucată	22	33220,00	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	corespunde	corespunde
10	Autoclav 15-20L, fara vacuum, clasa A Cod 270100	bucată	1		fără ofertă		
11	Ultrasonograf General, OB-GYN performanță medie	bucată	1	499200,00	Dutchmed-M SRL	corespunde	corespunde
11	Ultrasonograf General, OB-GYN performanță medie	bucată	1	577983,00	Health Medical Solutions SRL	în evaluare	în evaluare
11	Ultrasonograf General, OB-GYN performanță medie	bucată	1	650000,00	Neotec SRL	în evaluare	în evaluare
11	Ultrasonograf General, OB-GYN performanță medie	bucată	1	697000,00	Data Control SRL	în evaluare	în evaluare
11	Ultrasonograf General, OB-GYN performanță medie	bucată	1	818400,00	IM Vivamed International SRL	în evaluare	în evaluare

11	Ultrasonograf General, OB-GYN performanță medie	bucată	1	937460,00	INTERMED SRL	în evaluare	în evaluare
12	Unitate 12 stomatologică (fără braț asistentă)	bucată	5	390000,00	MED-M SRL	în evaluare	în evaluare
12	Unitate stomatologică (fără braț asistentă)	bucată	5	475000,00	GBG-MLD SRL	în evaluare	în evaluare
12	Unitate stomatologică (fără braț asistentă)	bucată	5	492500,00	VIPROMED SERVICE	corespunde	corespunde
12	Unitate stomatologică (fără braț asistentă)	bucată	5	499404,75	UNIDENT AS SRL	în evaluare	în evaluare
12	Compresor	bucată	1		GBG-MLD SRL	în evaluare	în evaluare
12	Compresor	bucată	1		MED-M SRL	în evaluare	în evaluare
12	Compresor	bucată	1		UNIDENT AS SRL	în evaluare	în evaluare
12	Compresor	bucată	1		VIPROMED SERVICE	în evaluare	în evaluare
13	Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi)	bucată	1	71685,60	SC IMUNOTEHNOMED SRL	nu corespunde	corespunde
13	Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi)	bucată	1	97921,00	ECOCHIMIE SRL	corespunde	corespunde
13	Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi)	bucată	1	101000,00	BIO ANALITICA SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
13	Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi)	bucată	1	101060,00	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat

În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Denumirea operatorului economic	Informația solicitată	Clarificările prezentate
IMUNOTEHNOMED SRL Rg02-5026 din 13 noiembrie 2025	Prezentarea Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Operatorul economic a răspuns prin demersul nr. 420-19.11.2025
GBG-MLD SRL Rg02-5024 din 13 noiembrie 2025	Prezentarea urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender, ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice,	Operatorul economic a răspuns

	<p>conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.</p> <p>Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p>	
<p>MEDICA SENS SRL Rg02-4892 din 13 noiembrie 2025</p>	<p>Prezentarea Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcararea numărului de referință/modelul articolului atribui umarului de lot oferit.</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.</p> <p>Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p>	<p>Operatorul economic a răspuns</p>
<p>MED-M SRL Rg02-5029 din 13 noiembrie 2025</p>	<p>Prezentarea Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcararea numărului de referință/modelul articolului atribui umarului de lot oferit.</p> <p>Situația financiară - Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	<p>Operatorul economic a răspuns</p>

	<p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referința/modulul articolului atribuii umărului de lot oferit;</p> <p>Dovada înregistrării în Lista producătorilor - Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. <i>Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale;</i></p>	Operatorul economic a răspuns						
VIPROMED SERVICE SRL Rg02-5031 din 13 noiembrie 2025	<p>Prezentarea Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. <i>Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</i></p>							
MEDICA SENS SRL Rg02-5047 din 14.11.2025	<p>Pentru lotul nr. 1 <i>Monitor holter ECG 260260:</i></p> <table border="1" data-bbox="183 392 566 1904"> <tr> <td data-bbox="438 392 566 1019">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="438 1019 566 1422">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="438 1422 566 1904">S-a constatat în procesul evaluării:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 392 438 1019"> Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) Cod 260260 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nicimercial monitorizind parametrrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale </td> <td data-bbox="183 1019 438 1422"> Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) Cod 260260 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nicimercial monitorizind </td> <td data-bbox="183 1422 438 1904"> S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste </td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) Cod 260260 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nicimercial monitorizind parametrrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) Cod 260260 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nicimercial monitorizind	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:						
Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) Cod 260260 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nicimercial monitorizind parametrrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) Cod 260260 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nicimercial monitorizind	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste						

	<p>de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență $\geq 0.05-100$ Hz Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 90 dB Detectare pacemaker obligatoriu Convertor analog-digital ≥ 14 bit "Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate)" de achiziție ≥ 1000 Hz Frecvența ajustabilă obligatoriu Display LCD obligatoriu Lumină fundal obligatoriu Butoane pentru navigare în meniu obligatoriu Identificarea activității pacientului: mers/aleargare/repaos prin buton evenimentele sau senzor încorporat Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Greutatea fără accesorii și baterie ≤ 100 gr Protecție în poziția pătrunderii prafului, lichidelor obligatoriu Baterie Reîncărcabilă obligatoriu Tip baterie AA / AAA Timp de înregistrare semnal ECG ≥ 48 ore Timp operare autonomă ≥ 48 ore Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact statut sistem statut baterie deconectare alimentare ora Posibilități Soft PC de interpretare Introducere date pacient ID obligatoriu Nume, prenume obligatoriu Data nașterii obligatoriu Gen obligatoriu Alte date obligatoriu Adnotare eveniment ECG obligatoriu Clasificarea de evenimente obligatoriu Analiza ST obligatoriu QT obligatoriu PQ obligatoriu PM obligatoriu Aretmii obligatoriu Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu Variabilitate ritm cardiac</p>	<p>parametrii în timpul repaosului și la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Da, pag. 1 „U.Man” Numărul de canale de procesare 12 Da, pag. 34 „U.Man” Configurația Portabil obligatoriu Da Derivațiile Tip înregistrare automat Da, pag. 17 „U.Man” Gama de frecvență $\geq 0.05-100$ Hz Da, pag. 34 „U.Man” Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm Da, pag. 34 „U.Man” Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 90 dB Da, 100dB pag. 35 „U.Man” Detectare pacemaker obligatoriu Da, pag. 35 „U.Man” Convertor analog-digital ≥ 14 bit Da, 24 bit pag. 35 „U.Man” "Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate)" de achiziție ≥ 1000 Hz Da, 1024Hz pag. 34 „U.Man” Frecvența ajustabilă obligatoriu Da, pag. 34 „U.Man” Display LCD obligatoriu Da, pag. 8 „U.Man” Lumină fundal</p>	<p>specificațiile prezentate. Conform ofertei depuse, nu se regăsesc anexate documente confirmative pentru modelul oferit.</p>	
--	--	--	--	--

	<p>după frecvență obligatoriu Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu Raport prestabilit de utilizator obligatoriu Interfață presetabilă utilizator obligatoriu Posibilitatea printare raport Tabel obligatoriu Grafic obligatoriu Accesorii Cablu ECG 10 fire 2 unități Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc. Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu Geantă pentru fixarea dispozitivului Holter pe pacient obligatoriu Cablu pentru transmiterea datelor ECG obligatoriu Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei obligatoriu.</p>	<p>obligatoriu Da, pag. 8 „U.Man” Butoane pentru navigare în meniu obligatoriu Da, pag. 8 „U.Man” Identificarea activității pacientului: mers/alergare/repaos prin buton eventimente sau senzor incorporat Da, pag.8/11 „U.Man” Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Da, pag.21 „U.Man” Greutatea fără accesorii și baterie ≤ 100 gr Da, 75g pag.34 „U.Man” Protecție în potri va pătrunderii prafului, lichidelor Obligatoriu Da, IP27 pag.33 „U.Man” Baterie Reîncărcabilă obligatoriu Da, pag.34 „U.Man” Tip baterie AA / AAA Da, pag. 7 „U.Man” Timp de înregistrare semnal ECG ≥ 48 ore Da, pag 7 „U.Man” Timp operare autonomă ≥ 48 ore Da, pag 7/34 „U.Man” Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Da,</p>		
--	---	--	--	--

	<p>pag. 11 „U.Man” Indicatori vizuali: contact slab sau lipsă de contact Da, imagine pag.19 „U.Man” statut sistem Da, imagine pag.19 „U.Man” statut baterie Da, imagine pag.19 „U.Man” deconectare alimentare Da ora Da, pag.8 „U.Man” Posibilități Soft PC de interpretare Da, pag.3 „Brosura” Introducere date pacient ID obligatoriu Da, pag.11 „U.Man” Nume, prenume obligatoriu Da, pag.11 „U.Man” Data nașterii obligatoriu Da, pag.11 „U.Man” Gen obligatoriu Da, pag.11 „U.Man” Alte date obligatoriu Da, pag.11 „U.Man” Adnotare eveniment ECG obligatoriu Da, pag.12 „U.Man” Clasificarea de evenimente obligatoriu Da, pag.11 „U.Man” Analiza ST obligatoriu Da, pag.1 „U.Man” QT obligatoriu Da, pag.6 „Brosura” PQ obligatoriu Da, pag.6</p>		
--	---	--	--

		<p>„Brosura” PM obligatoriu Da, pag.6 „Brosura” Aretmii obligatoriu Da, pag.1/7 „U.Man” Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu Da, pag.69-70 / 81-82 „U.Man - Software” Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu Da, pag.71 / 83 -84 „U.Man - Software” Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu Da, pag.3 „Brosura” . Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu Da, pag.3 „Brosura” Raport stabilit de utilizator obligatoriu Da, pag. 89-90 „U.Man - Software” Interfață presetabilă utilizator obligatoriu Da, pag.3 „Brosura” Posibilitatea printare raport Tabel obligatoriu Grafic obligatoriu Da, pag.3 „Brosura” Accesorii Cablu ECG 10 fire 2 unități Inclus in configuratia standard Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. Inclus in oferta de pret Set de electrozi de</p>		
--	--	---	--	--

	<p>unica folosinta pediatric 500 buc. Inclus in oferta de pret Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu Inclus in oferta de pret Geantă pentru fixarea dispozitivului Holter pe pacient Obligatoriu Inclus in oferta de pret Cablu pentru transmiterea datelor ECG obligatoriu Inclus in configuratia standard Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei Obligatoriu Inclus in configuratia standard.</p>	
--	--	--

Pentru lotul nr. 5 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale 400141):

<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>
<p>Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale Cod 400141 Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă Parametru Specificație Aplicații stimulare nervoasă și stimulare</p>	<p>2. Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale Cod 400141 Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă Parametru</p>	<p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate. Conform ofertei depuse, nu se</p>

	<p>musculară opțional: tratamentul bolilor venoase Tip Portabil Canale pentru electroterapie ≥ 2 buc Alarma finalizare tratament obligatoriu</p> <p>Programa presetate de lucru: Curenti diadinamici Curenti interferențiali Curenti galvanici Electroforeză (ionoforeză) Faradic sau neofaradic Curenți de frecvență medie Curenți sinusoidali Stimulare de inalta tensiune TENS Stimulare Kotz Curenti Trabert (Ultra Reiz) Tonoliză EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei – obligatoriu Timpul de tratament diapazon minim 1 -60 min Sennal acustic finalizare tratament obligatoriu Alimentare 230V \pm 10%, 50 HZ "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferitate de operatorul economic: Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. "</p> <p>Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (adulti): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) să se indice codul produsului Set de electrozi pentru</p>	<p>Specificație Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară opțional: tratamentul bolilor venoase Da, pag.3 „U.Man” Tip Portabil DA Canale pentru electroterapie ≥ 2 buc Da, 2 Canale pag.4 „U.Man”</p> <p>Alarma finalizare tratament obligatoriu Da, pag.29 „U.Man” Programe presetate de lucru: Curenti diadinamici Da, pag.12 „U.Man” Curenti interferențiali Da, pag.4/25/14 „U.Man” Curenti galvanici Da, pag.3 „U.Man” Electroforeză (ionoforeză) Da, pag.4/6 „U.Man”. Faradic sau neofaradic Da, pag.7/13 „U.Man” Curenți de frecvență medie Da, pag.9 „U.Man” Curenți sinusoidali Da, pag.7 „U.Man” Stimulare de inalta tensiune Da, pag.12-15 „U.Man” TENS Da, pag.7/13 „U.Man” Stimulare Kotz Da, pag.14 „U.Man” Curenti Trabert (Ultra Reiz) Da, pag.13 „U.Man” Tonoliză</p>	<p>regăsesc anexate documente confirmative pentru modelul oferat.</p>	
--	--	--	---	--

	<p>electroforeză (adulti): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) să se indice codul produsului Set de accesorii standard - obligatoriu Siguranță de rezervă ≥ 1 buc., să se indice codul produsului.</p>	<p>Da, pag.7/13 „U.Man” EMS (Stimulare electrică musculară) Da, pag.6/7 „U.Man” Calcul automat al reobazei, cronaxiei – obligatoriu DA Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Da, pag.10 „U.Man” Semnal acustic finalizare tratament obligatoriu Da, pag.29 „U.Man” Alimentare 230V $\pm 10\%$, 50 HZ Da, pag.10 „U.Man” Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferitate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (adulti): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) să se indice codul produsului DA, 00607.01 Set de electrozi pentru electroforeză (adulti): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) să se</p>		
--	--	---	--	--

		indice codul produsului DA, 00607.02 Set de accesorii standard – obligatoriu DA pag.4 „U.Man” Siguranță de rezervă ≥ 1 buc., să se indice codul produsului DA.		
Med-M SRL Rg02-4604 din 14.11.2025				
Rg02-5687 din 15.12.2025 Med-M SRL				
Pentru lotul nr. 12 <i>Unitate stomatologică (fără braț asistentă)</i>:				
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Operatorul economic nu a răspuns la clarificare	
Parametrul Specificația Scaun stomatologic Ungchi de înclinare de la 120° până la 180° Teteră reglabilă. Urcare/ coborâre ≥ 30 cm. Greutate maximă ≥ 150 kg. Comandă pedală. Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică. Programe de poziționare minim 3. Accesorii cottie. Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică. Sarcina maximă ≥ 150kg. Înălțime reglabilă. Suport spate reglabil. Suport picior obligatoriu. Masa dentistului Turbina obligatoriu. Seringă cu 3 căi apă, aer,	Parametrul Specificația Scaun stomatologic Ungchi de înclinare de la 120° până la 180°. Teteră reglabilă Urcare/ coborâre ≥ 30 cm. Greutate maximă 150 kg. Comandă pedală. Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică. Programe de poziționare minim 3. Accesorii cottie. Scaun medic. Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică. Sarcina maximă ≥ 150kg. Înălțime reglabilă. Suport spate reglabil. Suport picior obligatoriu. Masa dentistului Turbina obligatoriu. Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vârf angulat 90°, detașabil. Scalari cu minim 6 vârfuri cu	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate. 1. Scaun stomatologic 1.1 Ungchi de înclinare: 120°–180°. 1.2 Teteră reglabilă. 1.3 Urcare/coborâre ≥ 30 cm. 1.4 Greutate maximă ≥ 150 kg. 1.5 Comandă pedală. 1.6 Suprafață rezistentă la prelucrarea chimică. 1.7 Programe de poziționare: minim 3. 1.8 Accesorii: cottie – în broșură, modelul apare cu două cottie, iar în catalog și manual cu una singură. Solicităm să clarificăm configurația corectă. 2. Scaun medic - Solicităm codul produsului oferit, întrucât scaunul din catalog și cel din broșură diferă. Astfel, solicităm manualul acestuia. 2.1 Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică. 2.2 Sarcină maximă ≥ 150 kg 2.3 Înălțime reglabilă. 2.4 Suport spate reglabil.		

	<p>spray. Vârf angulat 90°, detașabil. Scaler cu minim 6 vârfuli cu iluminare LED obligatoriu. Micromotor electric obligatoriu. Piesă contraunghi obligatoriu. Bloc hidraulic. Bol din ceramică sau sticlă detașabil obligatoriu. Clăritor obligatoriu. Filtru pentru impurități obligatoriu. Posibilitatea programării volumului de apă obligatoriu. Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului obligatoriu. Presiune de lucru de la 2.5 până la 2.7 bar. Sursa de lumină LED. Răcire apă/aer minim 3 orificii separate. Rotatii ≥ 300000 rot/mon. Piesă contraunghi Rotatii ≥ 40000 rot/min. Adaptabilă la micromotor obligatoriu. Autoclavabilă obligatoriu. Schimbarea frezei buton. Răcire apă/aer minim 3 orificii separate. <i>Sursa de lumină</i> Poziti $2 \geq 4000$ Lux. de la 30 000 lux. conectarea / deconectarea prin</p>	<p>iluminare LED Da. Micromotor electric obligatoriu. Piesă contraunghi obligatoriu. Bloc hidraulic Bol din ceramică sau sticlă detașabil obligatoriu. Clăritor obligatoriu. Filtru pentru impurități obligatoriu. Posibilitatea programării volumului de apă obligatoriu. Turbină dentară. Sistem buton la schimbul borului obligatoriu. Presiune de lucru de la 2.5 până la 2.7 bar. Sursa de lumină LED. Răcire apă/aer minim 3 orificii separate. Rotatii ≥ 300000 rot/mon. Piesă contraunghi Rotatii ≥ 40000 rot/min. Adaptabilă la micromotor obligatoriu. Autoclavabilă obligatoriu. Schimbarea frezei buton. Răcire apa/aer minim 3 orificii separate. Sursa de lumină. Poziti $2 \geq 4000$ Lux de la 30 000 lux conectarea / deconectarea prin senzor. Axa de rotație ≥ 3. Unghi de iluminare reglabilă. Înălțime reglabilă. Tip lumină alb/rece. Detartror (scaler)</p>	<p>2.5 Suport picior obligatoriu. 3. <i>Masa dentistului</i> 3.1 Turbină obligatoriu - solicităm codul produsului oferit în ofertă.. 3.2 Seringă cu 3 căi: apă, aer, spray. 3.3 Vârf angulat 90°, detașabil. 3.4 Scaler cu minim 6 vârfuli, cu iluminare LED obligatoriu. 3.5 Micromotor electric obligatoriu - solicităm codul produsului oferit în ofertă. 3.6 Piesă contraunghi obligatoriu. 3.7 Bloc hidraulic. 3.8 Bol din ceramică sau sticlă, detașabil obligatoriu. 3.9 Clăritor obligatoriu. 3.10 Filtru pentru impurități obligatoriu. 3.11 Posibilitatea programării volumului de apă obligatoriu. 4. <i>Turbină dentară - Solicităm codul produsului oferit în ofertă.</i> 4.1 Sistem buton la schimbul borului obligatoriu. 4.2 Presiune de lucru: 2.5–2.7 bar. 4.3 Sursă de lumină LED. 4.4 Răcire apă/aer: minim 3 orificii separate. 4.5 Rotatii ≥ 300.000 rot/min. 5. <i>Piesă contraunghi - Solicităm codul produsului oferit în ofertă.</i> 5.1 Rotatii ≥ 40.000 rot/min. 5.2 Adaptabilă la micromotor obligatoriu. 5.3 Autoclavabilă obligatoriu. 5.4 Schimbarea frezei prin buton. 5.5 Răcire apă/aer: minim 3</p>	
--	---	---	---	--

	<p>senzor: Axa de rotație ≥ 3. Unghi de iluminare reglabilă. Înălțime reglabilă. Tip lumină alb/rece. <i>Detartor (scaler)</i> 5 vârfuri cu iluminare LED obligatoriu. Mâner detașabil, autoclavabil obligatoriu. Frecvența de lucru 25 până la 31 KHz. Intensitate reglabilă. Tip vârfuri ≥ 4. Revenirea automată la poziția inițială obligatoriu. Control multifuncțional de la picior mobil. Tensiune 220 -240V. Frecvența 50 -60 Hz.</p>	<p>5 vârfuri cu iluminare LED obligatoriu. Mâner detașabil, autoclavabil obligatoriu. Frecvența de lucru 25 până la 31 KHz. Intensitate reglabilă. Tip vârfuri ≥ 4. Revenirea automată la poziția inițială obligatoriu. Control multifuncțional de la picior mobil. Tensiune 230V. Frecvența 50Hz</p>	<p>orificii separate. 6. <i>Sursă de lumină</i> 6.1 Minim 2 poziții ≥ 4.000 Lux. 6.2 Intensitate ≥ 30.000 Lux. 6.3 Conectare/deconectare prin senzor. 6.4 Axă de rotație ≥ 3. 6.5 Unghi de iluminare reglabil. 6.6 Înălțime reglabilă. 6.7 Tip lumină: alb/rece. 7. Detartor (scaler) - Solicităm codul produsului oferit în ofertă. 7.1 Minim 5 vârfuri cu iluminare LED obligatoriu. 7.2 Mâner detașabil, autoclavabil obligatoriu. 7.3 Frecvență de lucru: 25–31 kHz. 7.4 Intensitate reglabilă. 7.5 Tipuri de vârfuri ≥ 4. 7.6 Revenire automată la poziția inițială obligatoriu. 7.7 Control multifuncțional de la pedală mobilă. 7.8 Tensiune: 220–240 V. 7.9 Frecvență: 50–60 Hz.</p>						
	<p>Pentru lotul nr. 12 <i>Unitate stomatologică (fără braț asistentă)</i>:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="466 398 603 808"> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> </td> <td data-bbox="466 808 603 1205"> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> </td> <td data-bbox="466 1205 603 1841"> <p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 398 466 808"> <p>Fără ulei obligatoriu. Să asigure buna funcționare pentru 5 unități simultan (unități stomatologice) obligatoriu.</p> </td> <td data-bbox="295 808 466 1205"> <p>Fără ulei obligatoriu. Să asigure buna funcționare pentru 5 unități simultan (unități stomatologice) Da.</p> </td> <td data-bbox="295 1205 466 1841"> <p>Solicităm clarificări, deoarece modelul din anexa 22 nu a fost identificat în sursa de informație. De asemenea, solicităm manualul și broșura pentru modelul „HYTG-300”.</p> </td> </tr> </table>			<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>	<p>Fără ulei obligatoriu. Să asigure buna funcționare pentru 5 unități simultan (unități stomatologice) obligatoriu.</p>	<p>Fără ulei obligatoriu. Să asigure buna funcționare pentru 5 unități simultan (unități stomatologice) Da.</p>	<p>Solicităm clarificări, deoarece modelul din anexa 22 nu a fost identificat în sursa de informație. De asemenea, solicităm manualul și broșura pentru modelul „HYTG-300”.</p>
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>							
<p>Fără ulei obligatoriu. Să asigure buna funcționare pentru 5 unități simultan (unități stomatologice) obligatoriu.</p>	<p>Fără ulei obligatoriu. Să asigure buna funcționare pentru 5 unități simultan (unități stomatologice) Da.</p>	<p>Solicităm clarificări, deoarece modelul din anexa 22 nu a fost identificat în sursa de informație. De asemenea, solicităm manualul și broșura pentru modelul „HYTG-300”.</p>							
<p>ECOCHIMIE SRL</p>	<p>Prezentarea documentelor conformative Pentru lotul nr. 13 <i>Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi)</i>:</p>			<p>Operatorul economic a răspuns la</p>					

<p>Rg02-5116 din 19.11.2025</p>	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <ul style="list-style-type: none"> Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă.. Setări setarea vitezei. Funcționare continuă, mod ciclu scurt (buton impuls) obligatoriu. Incrementarea ≤ 1 min. Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu. Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu. Pornire/oprire obligatoriu. 0. Capac deschis obligatoriu. 1. Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de 2. verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare obligatoriu. 	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă.</p> <p>Setări setarea vitezei.</p> <p>Funcționare continuă, mod ciclu scurt (buton impuls) obligatoriu. Incrementarea 1 min/1sec.</p> <p>Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu.</p> <p>Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu.</p> <p>Pornire/oprire; Capac deschis.</p> <p>Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de</p> <p>verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare.</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>3. Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <p>1. Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă..</p> <p>4. 2. Setări setarea vitezei.</p> <p>5. 3. Funcționare continuă, mod ciclu scurt (buton impuls) obligatoriu.</p> <p>6. 4. Incrementarea ≤ 1 min.</p> <p>7. 5. Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu.</p> <p>8. 6. Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu.</p> <p>9. 6.1 Pornire/oprire obligatoriu.</p> <p>0. 6.2 Capac deschis obligatoriu.</p> <p>1. 7. Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare obligatoriu.</p>	<p>clarificare Nr. 11/24 - 01 din 24.11.2025</p>
<p>GBG-MLD Rg02-5119 din 19.11.2025</p>	<p>Prezentarea documentelor conformative Pentru lotul nr. 13 <i>Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi)</i>:</p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. Incrementarea ≤ 1 min. Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu. 	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <ul style="list-style-type: none"> 25. Incrementarea 1 min. 26. Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu. 	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <ul style="list-style-type: none"> 8. Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 	<p>Operatorul economic a răspuns la clarificare</p>

	<p>3. Pornire/oprire obligatoriu.</p> <p>4. Capac deschis obligatoriu</p>	<p>Pornire/oprire obligatoriu.</p> <p>27. Capac deschis obligatoriu.</p>	<p>9. 1. Incrementarea ≤ 1 min.</p> <p>0. 2. Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu.</p> <p>1. 2.1 Pornire/oprire obligatoriu.</p> <p>2. 2.2 Capac deschis obligatoriu.</p>		
<p>Bio Analitica SRL Rg02-5117 din 19.11.2025</p>	<p>Pentru lotul nr. 13 <i>Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi)</i>:</p>			<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informații nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare.</p> <p>1. S-a solicitat „Capacitatea/Tipul tuburilor: tuburi de 1,5 – 2,0 ml” și „Numărul de tuburi rotor unghiular: ≥ 24 de tuburi”, s-a prezentat în anexa nr. 22 „Capacitatea/Tipul tuburilor: tuburi de 1,5 – 2,0 ml (broșură pag. 3)” și „Numărul de tuburi rotor unghiular: ≥ 24 tuburi (broșură pag. 3)”. Nu este clar care model de rotor este oferit, solicităm claritate.</p> <p>2. Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu.</p> <p>3. Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu.</p> <p>3.1 Debalansare obligatoriu.</p> <p>3.2 Pornire/oprire obligatoriu.</p> <p>3.3 Capac deschis obligatoriu.</p> <p>4. Fereastră, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de</p>	<p>Operatorul economic a răspuns la clarificare</p>
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 1,5 - 2,0 ml. Numărul de tuburi rotor unghiular ≥ 24 de tuburi. Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu. Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu. Debalansare obligatoriu. Pornire/oprire obligatoriu. Capac deschis obligatoriu. Fereastră, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare obligatoriu.</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 1,5 - 2,0 ml (broșura pag 3). Numărul de tuburi rotor unghiular ≥ 24 de tuburi (broșura pag 3). Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului (broșura pag 1). Indicatori Indicatori vizual și acustic (sunt prezent, dar nu sunt menționați în broșura tehnica). Debalansare – DA. Pornire/oprire – DA. Capac deschis – DA. Display Digital – DA. Fereastră, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare obligatoriu.</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informații nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare.</p> <p>1. S-a solicitat „Capacitatea/Tipul tuburilor: tuburi de 1,5 – 2,0 ml” și „Numărul de tuburi rotor unghiular: ≥ 24 de tuburi”, s-a prezentat în anexa nr. 22 „Capacitatea/Tipul tuburilor: tuburi de 1,5 – 2,0 ml (broșură pag. 3)” și „Numărul de tuburi rotor unghiular: ≥ 24 tuburi (broșură pag. 3)”. Nu este clar care model de rotor este oferit, solicităm claritate.</p> <p>2. Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu.</p> <p>3. Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu.</p> <p>3.1 Debalansare obligatoriu.</p> <p>3.2 Pornire/oprire obligatoriu.</p> <p>3.3 Capac deschis obligatoriu.</p> <p>4. Fereastră, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de</p>	<p>Operatorul economic a răspuns la clarificare</p>		

	verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare obligatoriu.								
ÎM „Dutched-M” SRL Rg02-5613 din 10.12.2025	Pentru lotul nr. 11 <i>Ultrasonograf General, OB-GYN performanță medie:</i>								
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:						
	Linear: 4.4 - 12.7 Mhz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică). Nr. de elemente: ≥ 128 elemente, Lățimea câmpului vizual (Fov): ≥ 38 mm, Tip sonde, tehnologie: XDclear / SingleCrystal / CMUT / Matricial sau altă tehnologie patentată.	Linear: L14-3Ws, 3.0-18.0 MHz, Datasheet Resona i8 pag19 Da, 256 elemente FOV (max): 5.08 cm Combo Wave Technology, Combo wave technology annex.	Lipsește documentele tehnice confirmative pentru traductor, în special cele care să ateste tipul traductorului, inclusiv prezența tehnologiei. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate.						
	Duplex în timp real. Triplex în timp real.	Duplex, Datasheet Resona i8 pag7. Triplex, Datasheet Resona i8 pag7.	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsește informațiile privind „Duplex în timp real, Triplex în timp real”.						
	Imagine Rotire 0° și 180°.	Da, Rotation, Datasheet Resona i8 pag14.	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsește informațiile privind „Imagine Rotire 0° și 180°”.						
MONITOR Cu braț articulată ce permite mișcarea stânga, dreapta, sus, jos și sistem de blocare la transportare.	Articulating monitor arm with locking, Datasheet Resona i8 pag4.	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsește informațiile privind „Cu braț articulată ce permite mișcarea, sus, jos”.							
UPS cu reglarea automată a tensiune de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru continuu.	Da, UPS inclus.	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsește informațiile privind „UPS cu reglarea automată a tensiune de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru continuu.							
Rg02-5557 din 08.12.2025 DataControl SRL	Pentru lotul nr. 1 <i>Monitor holter ECG 260260:</i>								
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:							
Protecție în privința pătrunderii prafului, lichidelor obligatoriu.	Protecție în privința pătrunderii prafului, lichidelor obligatoriu.	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau							
									s-a răspuns prin demersul nr 1212/25DM-1 Data: 12.12.2025

	<p>Baterie reîncărcabilă obligatoriu.</p> <p>Baterie tip baterie AA / AAA.</p> <p>Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu.</p> <p>Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact.</p> <p>Indicatori vizuali deconectare alimentare.</p> <p>Adnotare eveniment ECG obligatoriu.</p> <p>Analiza PQ obligatoriu.</p> <p>Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu.</p> <p>Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu.</p> <p>Raport prestabilit de utilizator obligatoriu.</p> <p>Interfață presetabilă utilizator obligatoriu.</p> <p>Posibilitatea printare raport: Tabel obligatoriu.</p> <p>Grafic obligatoriu.</p> <p>Geantă pentru fixarea dispozitivului Holter pe pacient obligatoriu.</p> <p>Cablu pentru transmiterea datelor ECG obligatoriu.</p> <p>Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei obligatoriu.</p>	<p>Baterie. Reîncărcabilă obligatoriu.</p> <p>Tip baterie AA.</p> <p>Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu.</p> <p>Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact statut sistem.</p> <p>Deconectare alimentare.</p> <p>Adnotare eveniment ECG obligatoriu.</p> <p>Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu.</p> <p>Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu.</p> <p>Raport prestabilit de utilizator obligatoriu.</p> <p>Interfață presetabilă utilizator obligatoriu.</p> <p>Posibilitatea printare raport: Tabel obligatoriu.</p> <p>Grafic obligatoriu.</p> <p>Geantă pentru fixarea dispozitivului Holter pe pacient obligatoriu- inclus.</p> <p>Cablu pentru transmiterea datelor ECG obligatoriu.</p> <p>Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei obligatoriu inclus.</p>	<p>necesită informații suplimentare.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protecție înotriva pătrunderii prafului, lichidelor obligatoriu. 2. Baterie reîncărcabilă obligatoriu. 3. A fost solicitată specificatia „Baterie tip AA / AAA?”. În sursa de informație este indicat „Power supply: 1 standard AA battery – Alkaline / Lithium?”. Solicităm să precizați care dintre aceste două tipuri (Alkaline sau Lithium) este oferit cu produsul.” 4. Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu. 5. Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact. 6. Indicatori vizuali deconectare alimentare. 7. Adnotare eveniment ECG obligatoriu. 8. Analiza PQ obligatoriu. 9. Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu. 10. Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu. 11. Raport prestabilit de utilizator obligatoriu. 12. Interfață presetabilă utilizator obligatoriu. 13. Posibilitatea printare raport: <ul style="list-style-type: none"> • Tabel obligatoriu. • Grafic obligatoriu. <p>Solicităm informații suplimentare privind codul produsului, sursa în care acesta poate fi identificat, precum și imagini, detalii despre accesoriile oferite.</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Geantă pentru fixarea dispozitivului Holter pe pacient obligatoriu. 15. Cablu pentru transmiterea datelor ECG obligatoriu. 16. Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei obligatoriu. 	
<p>MEDICA SENS SRL</p> <p>Rg02-5559 din</p> <p>08.12.2025</p>	<p>Pentru lotul nr. 1 <i>Monitor holter ECG 260260</i>:</p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>			<p>s-a răspuns prin demersul</p>

	<p>Baterie reîncărcabilă obligatoriu</p> <p>Baterie Tip baterie AA / AAA</p> <p>Indicatori vizuali deconectare alimentare.</p> <p>Analiza PQ obligatoriu.</p> <p>Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu.</p> <p>Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu.</p> <p>Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu.</p> <p>Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu.</p> <p>Raport prestabilit de utilizator obligatoriu.</p> <p>Interfață presetabilă utilizator obligatoriu.</p> <p>Posibilitatea printare raport: Tabel obligatoriu.</p> <p>Grafic obligatoriu.</p> <p>Accesorii:</p> <p>Cablu ECG 10 fire 2 unități.</p> <p>Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc.</p> <p>Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc.</p> <p>Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu.</p> <p>Geantă pentru fixarea dispozitivului.</p>	<p>Baterie Reîncărcabilă obligatoriu Da, pag. 34 „U.Man”.</p> <p>Tip baterie AA / AAA Da, pag.7 „U.Man”.</p> <p>PQ obligatoriu Da, pag.6 „Brosura”.</p> <p>Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu Da, pag.69-70 / 81-82 „U.Man - Software”.</p> <p>Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu Da, pag.71 / 83 -84 „U.Man - Software”.</p> <p>Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu Da, pag.3 „Brosura”.</p> <p>Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu Da, pag.3 „Brosura”.</p> <p>Raport prestabilit de utilizator obligatoriu Da, pag. 89-90 „U.Man - Software”.</p> <p>Interfață presetabilă utilizator obligatoriu Da, pag.3 „Brosura”.</p> <p>Posibilitatea printare raport Tabel obligatoriu,</p> <p>Grafic obligatoriu Da, pag.3 „Brosura”.</p> <p>Cablu ECG 10 fire 2 unități</p> <p>Inclus in configuratia standard</p> <p>Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. Inclus in oferta de pret</p> <p>Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc. Inclus in oferta de pret</p> <p>Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu</p> <p>Inclus in</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baterie reîncărcabilă obligatoriu 2. Baterie Tip baterie AA / AAA 3. Indicatori vizuali deconectare alimentare. 4. Analiza PQ obligatoriu. 5. Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu. 6. Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu. 7. Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu. 8. Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu. 9. Raport prestabilit de utilizator obligatoriu. 10. Interfață presetabilă utilizator obligatoriu. 11. Posibilitatea printare raport: <ul style="list-style-type: none"> • Tabel obligatoriu. • Grafic obligatoriu. <p>Solicităm informații suplimentare privind codul produsului, sursa în care acesta poate fi identificat, precum și imagini și detalii despre accesoriile oferite.</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Cablu ECG 10 fire 2 unități. 13. Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. 14. Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc. 	<p>MES20251211 din 11.12.2025</p>
--	---	---	--	---------------------------------------

	Holter pe pacient obligatoriu Cablul pentru transmiterea datelor ECG obligatoriu. Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei obligatoriu.	oferta de pret Geantă pentru fixarea dispozitivului Holter pe pacient Obligatoriu Inclus in oferta de pret Cablu pentru transmiterea datelor ECG obligatoriu Inclus in configuratia standard Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei Obligatoriu Inclus in configuratia standard.	15. Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu. 16. Geantă pentru fixarea dispozitivului Holter pe pacient obligatoriu. 17. Cablu pentru transmiterea datelor ECG obligatoriu. 18. Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei obligatoriu.	
Vipromed Service SRL Rg02-5890 din 23.12.2025	Pentru lotul nr. 12 Unitate stomatologică (fără braț asistentă): S-a solicitat conform Anunțului de participare: S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): S-a constatat în procesul evaluării: Înălțime reglabila. Înălțime reglabila, Da Brosura Care22, pagina 32. Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare privind specificația «Înălțime reglabila», întrucât aceasta nu se regăsește sau necesită detalii suplimentare în sursa de informație. Totodată, solicităm clarificări deoarece în documentul «Broșura options» sunt prezentate două scaune sub același cod. Solicităm să precizați care anume scaun corespunde codului «J111 Dentist stool», propus în ofertă			s-a raspuns prin demersul Scrisoare nr.1912/25 din 23.12.2025
nr. Rg02-5703 din 15.12.2025 GBG-MLD SRL	Pentru lotul nr. 12 <i>Unitate stomatologică (fără braț asistentă)</i> : S-a solicitat conform Anunțului de participare: Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 120° până la 180°. Tetieră reglabila. Urcare/ coborâre ≥ 30 cm. Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică. Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică. Sarcina maximă ≥ 150kg. Înălțime reglabila. Suport spate reglabil. Suport picior obligatoriu. Masa dentistului Turbina obligatoriu. Siringă cu 3 căi apă, aer, spray,	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Scaun stomatologic: Unghi de înclinare de la 110° până la 180° (instrucțiuni, pagina 29). Tetieră reglabila (instrucțiuni, pagina 2-3, p.1.2.2.). Urcare/ coborâre ≥ 40cm (instrucțiuni, pagina 29). Scaun medic: (instrucțiuni, pagina 46) adițional putem prezenta mostra. Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică (p. 5.5 pagina 27). Sarcina maximă ≥ 150kg (instrucțiuni, pagina 42). Înălțime reglabila. Suport spate reglabil. Suport picior obligatoriu.	S-a constatat în procesul evaluării: Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare. 1. Scaun stomatologic 1.1 Unghi de înclinare: 120°-180°. 1.2 Tetieră reglabila. 1.3 Urcare/coborâre ≥ 30 cm. 1.4 Suprafață rezistentă la prelucrarea chimică. 2. Scaun medic - Solicităm codul produsului oferit, precum și broșura/manualul acestuia, în care să se regăsească parametrii tehnici. 2.1 Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică. 2.2 Sarcină maximă ≥ 150 kg.	G-803 din 22 decembrie 2025

	<p>vîrf angulat 90°, detașabil. Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu. Micromotor electric obligatoriu. Piesă contraunghi obligatoriu. Bloc hydraulic. Bol din ceramică sau sticlă detașabil obligatoriu. Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului obligatoriu. Presiune de lucru de la 2.5 până la 2.7 bar. Sursa de lumină LED. Răcire apă/aer minim 3 orificii separate. Rotatii ≥ 300000 rot/mon. Piesă contraunghi Autoclavabilă obligatoriu. Schimbarea frezei buton.</p>	<p>Masa dentistului: (instrucțiuni, pagina 10). Turbină: confirmam (pagina 2-3). Seringă cu 3 căi apă, aer, spray, vîrf angulat 90°, detașabil (instrucțiuni, pagina 23, pagina 2-3). Scaler cu 6 vîrfuri cu iluminare LED – UDS N6 LED Guilin Woodpecker (pagina 2-3, p.1.2.2.) https://www.giwoodpecker.com/#/poderialis?e=343&type=pc. Micromotor electric obligatoriu (pagina 2-3, p.1.2.2.). Piesă contraunghi obligatoriu (pagina 2-3, p.1.2.2.). Bloc hydraulic (instrucțiuni, pagina 2-3). Bol din ceramică sau sticlă detașabil obligatoriu (pagina 2-3, p.1.2.2.).</p>	<p>2.3 Înălțime reglabilă. 2.4 Suport spate reglabil. 2.5 Suport picior obligatoriu. 3. Masa dentistului 3.1 Turbină obligatoriu - Solicităm codul produsului oferat, precum și broșura/manualul acestuia, în care să se regăsească parametrii tehnici. 3.2 Seringă cu 3 căi: apă, aer, spray; vîrf angulat 90°, detașabil. 3.3 Scaler cu minim 6 vîrfuri, cu iluminare LED obligatoriu - Solicităm broșura/manualul</p>	
	<p>Răcire apa/aer minim 3 orificii separate. Sursa de lumină Poziii $2 \geq 4000$ Lux. conectarea / deconectarea prin senzor. Axa de rotație ≥ 3. Unghi de iluminare reglabilă. Înălțime reglabilă. Tip lumină alb/rece. Detartor (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu. Mâner detașabil, autoclavabil obligatoriu. Frecvența de lucru 25 până la 31</p>	<p>Turbină dentară: (pagina 2-3) Sistem buton la schimbul borului obligatoriu. Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar – ajustabila la valoarea dorita (instrucțiuni, pagina 2-3). Sursa de lumină LED. Răcire apă/aer minim 3 orificii separate. Rotatii ≥ 300000 rot/min. Piesă contraunghi Autoclavabilă obligatoriu. Schimbarea frezei buton – da push button. Răcire apă/aer minim 3 orificii separate da.</p>	<p>acestuia, în care să se regăsească parametrii tehnici. 3.4 Micromotor electric obligatoriu - Solicităm codul produsului oferat, precum și broșura/manualul acestuia, în care să se regăsească parametrii tehnici. 3.5 Piesă contraunghi obligatoriu - Solicităm codul produsului oferat, precum și broșura/manualul acestuia, în care să se regăsească parametrii tehnici. 4. Bloc hydraulic. 4.1 Bol din ceramică sau sticlă, detașabil obligatoriu.</p>	

	<p>KHz. Intensitate reglabilă. Tip vârfuri ≥ 4. Control multifuncțional de la picior mobil.</p>	<p>Sursa de lumină Poziții $2 \geq 4000$ Lux. conectarea / deconectarea prin senzor (instrucțiuni, pagina 8, 20, 21). Axa de rotație ≥ 3. Unghi de iluminare reglabilă. Înălțime reglabilă. Tip lumină alb/rece. Detartror (scaler) 6 vârfuri cu iluminare LED obligatoriu. https://www.gfwoodpecker.com/#/pcedetails?e=343&type=pc Frecvența de lucru 28 până la 31 KHz. Intensitate reglabilă Tip vîrfuri 6. Control multifuncțional de la picior mobil.</p>	<p>5. Turbină dentară 5.1 Sistem buton pentru schimbul borului obligatoriu. 5.2 Presiune de lucru: 2.5–2.7 bar. 5.3 Sursă de lumină LED. 5.4 Răcire apă/aer: minim 3 orificii separate. 5.5 Rotații ≥ 300.000 rot/min. 6. Piesă contraunghi 6.1 Autoclavabilă obligatoriu. 6.2 Schimbarea frezei prin buton. 6.3 Răcire apă/aer: minim 3 orificii separate. 7. Sursă de lumină 7.1 Minim 2 poziții ≥ 4.000 lux. 7.2 Conectare/deconectare prin senzor. 7.3 Axă de rotație ≥ 3. 7.4 Unghi de iluminare reglabil. 7.5 Înălțime reglabilă. 7.6 Tip lumină: alb/rece. 8. Detartror (scaler) 8.1 Minim 5 vârfuri cu iluminare LED obligatoriu. 8.2 Mâner detașabil, autoclavabil obligatoriu. 8.3 Frecvență de lucru: 25–31 KHz. 8.4 Intensitate reglabilă. 8.5 Tipuri de vârfuri ≥ 4. 9. Control multifuncțional de la pedală mobilă. Solicităm clarificări, deoarece în anexa nr. 22, la mai mulți parametri tehnici se face referire la „instrucțiuni, pag. 2-3, pct. 1.2.2” (corespunzător</p>	
--	---	---	--	--

	<p>ofertat). Modelul ofertat este descris la pag. 6-7, pct. 1.2.6 („Panorama of P3-i dental unit”), ai cărui parametri tehnici diferă de cei ai modelului E9-i.</p>	<p>modelului „Panorama of E9-i dental unit”, care nu este cel</p>		
<p>Rg02-5704 din 16.12.2025</p>	<p>Pentru lotul nr. 12 <i>Unitate stomatologică (fără braț asistență)</i>:</p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 120° până la 180°. Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică. Programe de poziționare minim 3. Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică. Suport spate reglabil. Suport picior obligatoriu. Masa dentistului Vîrf angulat 90°, detașabil. Piesă contraunghi Adaptabilă la micromotor obligatoriu. Răcire apa/aer minim 3 orificii separate. Sursa de lumină Axa de rotație ≥3. Înălțime reglabilă. Tip lumină alb/rece.</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 120° până la 180°. 0 la 80°, Tabelul 5. Technical parameters Operational Manual pag 5. Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică. Da, Operation manual punctul 12.1 Dental unit and dental chair, pag 38. Programe de poziționare minim 3. 3, Operation Manual 8.4.13 key operation and setting instruction, punct 3, pagina 19 si User Memory Chair Position setting key, pagina 20. Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică. Da J1111 Dentist stool, Operation manual punctul 129 Disinfection of dental chair piping system, pag 39 Brosura Options pag 2. Suport spate reglabil. Da BrosuraCare22, pagina 32. Suport picior obligatoriu. BrosuraCare22, pagina 32 Brosura Options pag 2.</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare. Scaun stomatologic 1.1 Unghi de înclinare: 120°–180°. 1.2 Suprafață rezistentă la prelucrarea chimică. 1.3 Programe de poziționare: minim 3. Scaun medic 2.1 Suprafață rezistentă la prelucrarea chimică. 2.2 Suport spate reglabil. 2.3 Suport picior obligatoriu. Masa dentistului 3.1 Vîrf angulat 90°, detașabil. Piesă contraunghi 4.1 Adaptabilă la micromotor obligatoriu. 4.2 Răcire apa/aer: minim 3 orificii separate. Sursa de lumină 5.1 Axa de rotație ≥ 3. 5.2 Înălțime reglabilă.</p>	<p>.1911/25 din 19.12.2025</p>

	Control multifuncțional de la picior mobil.	<p>Masa dentistului Vrf angulat 90°, detașabil. Da BrosuraCare22, pagina 24 Brosura Options pag. 3. Piesă contraunghi Adaptabilă la micromotor obligatoriu. Da, CIN-21C Catalog Tealth pag 23. Răcire apa/aer minim 3 orificii separate. Da, CIN-21C Catalog Tealth pag 23. Sursa de lumină Axa de rotație ≥3. Da Al. 8.6.3. DCI LED Lamp Operational Manual pag 24. Înălțime reglabilă. Da Al. 8.6.3. DCI LED Lamp Operational Manual pag 24. Tip lumină alb/rece. Da Al. 8.6.3. DCI LED Lamp Operational Manual pag 24. Control multifuncțional de la picior mobil. Da Technical parameters Operational Manual pag 22. Position Memory.</p>	5.3 Tip Lumină: albă/rece. 6. Control multifuncțional de la picior mobil.	12/290-1 din 05.12.2025
Rg02-5476 din 04.12.2025 Tetis International Co. SRL	<p>Pentru lotul nr. 9 <i>Tensionmetru electronic automat Adult Cod 260760</i>.</p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Caracteristici tehnice tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice. Parametri tehnici Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg. Alarma sonora. Alimentare baterii alcaline, + 220V. Accesorii manșetă pentru adulți - 2 buc.</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice - Da. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg - Da. Alarma sonora. Alimentare baterii alcaline, + 220V - Da. Accesorii manșetă pentru adulți - inclus Vezi Manual, pag.34.</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare. 1. Solicităm clarificări suplimentare privind tipul exacte material din care este confecționat tubul de aer. 2. S-a solicitat: „Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg”, dar sursele atașate s-a regăsit: „Measurement inaccuracy Max. permissible standard deviation according to clinical testing: systolic 8 mmHg/diastolic 8 mmHg”, iar în anexa nr. 22 s-a prezentat: „Eroarea nu mai mare de 3 mm</p>	05.12.2025

			<p>Hg - Da". Solicităm claritate.</p> <p>3. Alarma sonora.</p> <p>4. S-a solicitat: „Alimentare baterii alcaline, + 220V”, dar sursele atașate s-a regăsit: „Insert four AA 1.5 V alkaline batteries. making absolutely sure that you insert them with the correct polarity as marked. Never use rechargeable batteries.”, iar în anexa nr. 22 s-a prezentat: „Alimentare baterii alcaline, + 220V - Da..”. Solicităm claritate.</p> <p>5. S-a solicitat: „Accesorii manșetă pentru adulți – 2 buc.”, dar în anexa nr. 22 s-a prezentat: „Accesorii manșetă pentru adulți – inclus (vezi Manual, pag. 34)”. Solicităm clarificări referitor la numărul exact de manșete pentru adulți propus în ofertă.</p>														
<p>Rg02-5408 din 02.12.2025 AELIO GRUP SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 6 <i>magnetoterapie 400150</i>:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="938 427 1010 1025">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="938 1025 1010 1417">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="938 1417 1010 1870">S-a constatat în procesul evaluării:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="738 427 938 1025">Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</td> <td data-bbox="738 1025 938 1417">Model Biomag Lumina 3D-e clinic AMDM DM000746669, DM000746682.</td> <td data-bbox="738 1417 938 1870">În documentele atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale” pentru unitatea de baza.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 427 738 1025">Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului</td> <td data-bbox="667 1025 738 1417">Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului.</td> <td data-bbox="667 1417 738 1870">Lipsește informația privind codul(URI) propus(e).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="563 427 667 1025">"Curele de fixare flexibile 1 set,, să se indice codul produsului"</td> <td data-bbox="563 1025 667 1417">Curele de fixare flexibile 1 set,, Aplicatorul și covorașul au curele de fixare - DA;</td> <td data-bbox="563 1417 667 1870">Lipsește informația privind codul(URI) propus(e).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="494 427 563 1025">Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului.</td> <td data-bbox="494 1025 563 1417">Troleu dispozitiv 1 buc - DA.</td> <td data-bbox="494 1417 563 1870">Lipsește informația privind codul(URI) propus(e).</td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Model Biomag Lumina 3D-e clinic AMDM DM000746669, DM000746682.	În documentele atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale” pentru unitatea de baza.	Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului	Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului.	Lipsește informația privind codul(URI) propus(e).	"Curele de fixare flexibile 1 set,, să se indice codul produsului"	Curele de fixare flexibile 1 set,, Aplicatorul și covorașul au curele de fixare - DA;	Lipsește informația privind codul(URI) propus(e).	Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului.	Troleu dispozitiv 1 buc - DA.	Lipsește informația privind codul(URI) propus(e).	<p>s-a răspuns prin demersul nr Nr: 181_12 /2025 Din: 05.12.2025</p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:															
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Model Biomag Lumina 3D-e clinic AMDM DM000746669, DM000746682.	În documentele atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale” pentru unitatea de baza.															
Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului	Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului.	Lipsește informația privind codul(URI) propus(e).															
"Curele de fixare flexibile 1 set,, să se indice codul produsului"	Curele de fixare flexibile 1 set,, Aplicatorul și covorașul au curele de fixare - DA;	Lipsește informația privind codul(URI) propus(e).															
Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului.	Troleu dispozitiv 1 buc - DA.	Lipsește informația privind codul(URI) propus(e).															
<p>Rg02-5392 din 01.12.2025 Health Medical Solutions SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 3 <i>dispozitiv fizioterapie cu frecvențe radio 400110</i>:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="355 427 459 824">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="355 824 459 1456">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="355 1456 459 1870">S-a constatat în procesul evaluării:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 427 355 824">Dispozitiv fizioterapie cu frecvențe radio Cod 400110 Descriere terapia cu unde electromagnetice de înaltă frecvență Parametru</td> <td data-bbox="188 824 355 1456">Da, Descriere terapia cu unde electromagnetice de înaltă frecvență Parametru Specificație Da, Ecran dimensiune 7 inch color, touchscreen/ FISIOLINE RADIANT/ pag. 11/ Smart Interfațe Da, Canale independente 3/ FISIOLINE</td> <td data-bbox="188 1456 355 1870">S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind modelul oferat. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și</td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Dispozitiv fizioterapie cu frecvențe radio Cod 400110 Descriere terapia cu unde electromagnetice de înaltă frecvență Parametru	Da, Descriere terapia cu unde electromagnetice de înaltă frecvență Parametru Specificație Da, Ecran dimensiune 7 inch color, touchscreen/ FISIOLINE RADIANT/ pag. 11/ Smart Interfațe Da, Canale independente 3/ FISIOLINE	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind modelul oferat. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și	<p>s-a raspuns prin demersul nr. 165 din 02.12.2025</p>									
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:															
Dispozitiv fizioterapie cu frecvențe radio Cod 400110 Descriere terapia cu unde electromagnetice de înaltă frecvență Parametru	Da, Descriere terapia cu unde electromagnetice de înaltă frecvență Parametru Specificație Da, Ecran dimensiune 7 inch color, touchscreen/ FISIOLINE RADIANT/ pag. 11/ Smart Interfațe Da, Canale independente 3/ FISIOLINE	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind modelul oferat. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și															

	<p>Specificație Ecran dimensiune min 7 inch color, touchscreen Canale independente ≥ 3 Tipuri canale rezistiv, multipolar, capacitativ Diapazonul frecvenței semnalului 500 -1000 KHz Frecvențe de lucru ≥ 7 Funcția de alegere automată a frecvenței de lucru obligatoriu Puterea maxima $\geq 200W$ Tip semnal Continuu si pulsati Masurare energie tesut obligatoriu Timpul de tratament 1 -90 min Alarma contact slab obligatoriu Alarma finalizare tratament obligatoriu Alarma electrod obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament obligatoriu Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Porturi USB Tensiune 220V, 50Hz Accesorii Electrod rezistiv, să se indice codul produsului Electrod capacitativ, să se indice codul produsului Electrod bipolar rezistiv sferic, să se indice codul produsului Electrod bipolar rezistiv circular, să se indice codul produsului Electrod capacitativ sub forma de disc, să se indice codul produsului "Electrod rezistiv sub forma de disc, să se indice codul produsului" Electrod</p>	<p>RADIANT/ pag.6/ Output channels Da, Tipuri canale rezistiv, multipolar, capacitativ/ FISIOLINE RADIANT/ pag. 11/ Output channels Da, Diapazonul frecvenței semnalului 448KHZ/ FISIOLINE RADIANT/ pag. 11/ Emission frequency Da, Frecvențe de lucru 7, scanare automată/ FISIOLINE RADIANT/ pag. 11/ Switching mode Da, Funcția de alegere automată a frecvenței de lucru obligatoriu/ FISIOLINE RADIANT/ pag. 11/ Switching mode Da, Puterea maxima 200W/ FISIOLINE RADIANT/ pag. 11/ Capacitive mode power; Resistive mode power Da, Tip semnal Continuu si pulsati/ FISIOLINE RADIANT/ pag.3/ Continuedand Pulsed Emission Da, Masurare energie tesut obligatoriu / FISIOLINE RADIANT/ pag.4/ Electronic meter, Energy Power Bar and right contact Da, Timpul de tratament 1-99 min/ FISIOLINE RADIANT/ pag. 11/ Programmable Digital Electronical Timer Da, Alarmă contact slab obligatoriu/ FISIOLINE RADIANT/ pag. 11/ Acoustic and visual warning Da, Alarmă finalizare tratament obligatoriu/ FISIOLINE RADIANT/ pag. 11/ Acousticand visual warning Da, Alarmă electrod obligatoriu/ FISIOLINE RADIANT/ pag. 11/ Acousticand visual warning Da, Librarie de protocoale interne de tratament obligatoriu/ FISIOLINE RADIANT/ pag. 11/ Custom program storages Da, Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu/ FISIOLINE RADIANT/ pag. 11/ User programs Da, Porturi USB / FISIOLINE RADIANT/ pag. 11/ Upgradable via USBport Da, Tensiune 220V, 50Hz / FISIOLINE RADIANT/ pag. 11/ Power supply voltage Accesorii Da, Electrod rezistiv, cod: RAD254 Da, Electrod capacitativ cod. RAD132 Da,</p>	<p>documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate. Conform ofertei depuse, nu se regăsesc anexate documente confirmative pentru modelul oferit.</p>	
--	--	--	---	--

neutru, să se indice codul produsului.	Electrod bipolar rezistiv sfericcod. RAD201 Da, Electrodbipolar rezistiv circular cod. RAD540 Da, Electrodcapacitiv sub forma de disc cod. RAD120 Da,"Electrodrezistiv sub forma de disc cod.RAD597 Da, Electrode neutruccod. RAD123.		
--	---	--	--

Ofertanții respinși/descalificați:

Pentru lotul nr. 2 Distilator cu mono distilare 25L 270450

Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Oferta operatorului economic **AELO Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire dispozitivul medical oferat nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Totodată, nu corespunde cerințelor tehnice:

- s-a solicitat ecran dimensiune ≥ 4 inch s-a oferat Ecran dimensiune Display 3.5' TFT, pag 14 m;
- s-a solicitat ecran color, touch-screen s-a oferat Ecran cu butoane;
- s-a solicitat Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz s-a oferat CLINIC 4-81 Hz,p14;
- s-a solicitat Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 50 buc s-a oferat Number of CLINIC programs 6 programs.

Pentru lotul nr. 9 Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760

Oferta operatorului economic depusă de către operatorul economic MED-M SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin. (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la solicitarea de clarificări din a CAPCS nr. Rg02-5481 din 04.12.2025.

Pentru lotul nr. 12 Unitate stomatologică (fără braț asistentă)

Oferta operatorului economic depusă de către operatorul economic MED-M SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin. (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la solicitarea de clarificări din a CAPCS nr. Rg02-5687 din 15.12.2025.

Oferta operatorului economic depusă de către operatorul economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin. (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Oferta este instabilă. A fost oferat modelul P3-i, însă pentru mai mulți parametri tehnici se face inițial trimitere la «instrucțiuni, pag. 2-3, pct. 1.2.2», corespunzătoare modelului Panorama of E9-i-dental unit, și nu modelului oferat. Modelul P3-i este descris la pag. 6-7, pct. 1.2.6 (Panorama of P3-i-dental unit), ale cărui specificații tehnice diferă de cele ale modelului E9-i, conform manualului anexat ofertei. Ulterior, în urma clarificărilor, răspunsul face trimitere la pct. 1.2.6, pag. 6 din manualul atașat clarificărilor, document care diferă de manualul inițial anexat ofertei, respectiv pag. 6-7, pct. 1.2.6 (Panorama of P3-i-dental unit).

Lotul 13 Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi)

- Oferta operatorului economic SC"Imnotehnomed"SRL respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Modalitatea de evaluare a ofertei:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicații]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Potrivit pct.11 din anunțul de participare „se admit oferte alternative, prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferentul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corepunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă)

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea după cum urmează:

Decizia nr. 1din 26.11.2025

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Producător	Tara de Origine	AMDM	Ofertant
13	Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi)	bucată	1	97921,00	117505,20	97921,00	117505,20	BKC TH16RD(220V)+angl e rotor No2, 24x2/1,5ml	Biobase	China	DM000424178	ECOCHEMIE SRL

Decizia nr. 2 _din 10 decembrie 2025

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Canit atea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	AMDM	Ofertant
3	Dispozitiv fizioterapie cu frecvente radio 400110	bucată	1	186628,00	223953,60	186628,00	223953,60	FISIOLINE RADIANT MOBILE/FISIOLINE s.r.l. /Italia	DM000750116	Health Medical Solutions SRL

4	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400121	bucată	1	24720,00	29664,00	24720,00	29664,00	"PhysioGo.Lite Sono" Astar Polonia	DM0000663213	GBG-MILD SRL
5	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale 400141	bucată	1	17 000,00	20 400,00	17 000,00	20 400,00	PhysioGo.Lite Electro	DM0000663212	GBG-MILD SRL

Decizia nr. 3 din 26 decembrie 2025

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Canit atea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	AMDM	Ofertant
1	Monitor holter ECG 260260	bucată	2	49900,00	59880,00	99800,00	119760,00	SE-2012//China (Edan)	DM0000153007	MEDICA SENS SRL
9	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760	bucată	22	1510,00	1812,00	33220,00	39864,00	BM58/Beurer GmbH/Germania	DM0000422303	TETIS INTERNATIONAL CO SRL
11	Ultrasonograf General, OB-GYN performanță medie	bucată	1	499200,00	599040,00	499200,00	599040,00	Resona i8/Mindray/China	DM0000751761	Dutchmed-M SRL
12	Unitate stomatologică (fără braț asistentă)	bucată	5	98500,00	118200,00	492500,00	591000,00	Care-22 GIANT-45/Runyes Medical Instrument Co., Ltd./China	DM0000350502	VIPROMED SERVICE

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă

următoarele loturi:

Lotul nr. 7 Balon resuscitare AMBU adulți Cod 110430;

Lotul nr. 8 Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 300-400L Cod 140620;

Lotul nr. 10 Autoclav 15-20L, fără vacuum, clasa A Cod 270100";

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte care: sânt neadevurate, inacceptabile sau neconforme, nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire următoarele loturi, după cum urmează:

Lotul nr. Disfilator cu mono distilare 25L 270450;

Lotul nr. 6 Magnetoterapie 400150;

Pentru loturile nr. 1 Monitor holter ECG 260260; nr.9 Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760; nr. 11 Ultrasonograf General, OB-GYN performanță medie; nr.12 Unitate stomatologică (fără braț asistentă) se va emite o nouă decizie.

33. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatori economici participanți	Rg02-5308 din 26.11.2025 Rg02-5643 din 12 decembrie 2025 Rg02-5944 din 26 decembrie 2025	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

34. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitulul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

35. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
TETIS INTERNATIONAL CO SRL	1003600043595	Cu capital autohton	ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR	33100000-1	260157358-0581-0004	33 220,0000	39 864,0000	16.02.2026	31.12.2026	17.05.2026
MEDICA SENS SRL	1018600025629	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI	33100000-1	260157358-0518-0415	99 800,0000	119 760,0000	22.01.2026	05.08.2026	22.04.2026

