



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +3768998428, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.gov.md>

Nr. Rg02-4410 din 21 august 2026

IMSP SCR "TIMOFEI MOȘNEAGA"
INTERMED SRL
MEDEXCOM-TEH SRL

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1782910571907 sin 13.08.2026 privind *Achiziționarea dispozitivelor medicale Tomograf computerizat 256 slices conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga”*, vă comunică decizia nr.1 din 20.08.2026 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Cod Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea oferită	Preț unitar (fără TVA) a dispozitivului i medical cu 24 luni garanție	Preț unitar (cu TVA) a dispozitivului i medical cu 24 luni garanție	Suma (fără TVA) a dispozitivului i medical cu 24 luni garanție	Suma (cu TVA) a dispozitivului i medical cu 24 luni garanție	Model - Țară- Producător	Standarde de referință	Ofertant
1	1-71907	Tomograf computerizat 256 slices conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga	Bucată	1	24,633,970.00	29,560,764.00	24,633,970.00	29,560,764.00	AQUILION ONE (PrismEdition) TSX-306A/L-Japonia-CanonMedical SystemsCorporation (Canon Inc.)	DM00045 0833	MEDEXCO M-TEH SRL

Pentru lotul Tomograf computerizat 256 slices

Oferta operatorului economic INTERMED SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

s-a solicitat Detector - Acoperirea detectorului pe axa Z (colimarea fascicului /acoperirea detectorului) în modul de achiziție elicoidal (helical), per rotație - minim 80 mm ;

s-a oferat "Detector Coverage: 40 mm Fisa de date a echipamentului Revolution Vibe, varianta in limba engleza, pag. 13" ;

s-a solicitat Secțiune de imagine reconstruită cu valori cuprinse în diapazonul - cel puțin 0,625 mm pînă la 8 mm;

s-a oferat "0,625-5,0 mm Reconstructed Slice Widths (mm) 0.625, 1.25, 2.5, 3.75, 5.0 Fisa de date a echipamentului Revolution Vibe, varianta în limba

engleza, pag. 14;

s-a solicitat optimizarea fluxului de lucru în timpul scanării - Poziționarea automată a pacientului, planificarea automată a protocolului de scanare și optimizarea dozei de iradiere utilizând scanograma tridimensională (sau tehnologii echivalente bazate pe proiecții multiple și/sau cameră 3D) și algoritm bazat pe inteligență artificială, reducând intervenția manuală a operatorului însă oferta prezentată această cerință nu a fost demonstrată;

s-a solicitat posibilitatea de setare a regiunii de interes (ROI) pentru monitorizare a bolusului direct pe imaginile din scanogramă oferta prezentată nu oferă posibilitatea - monitorizare a bolusului direct pe imaginile din scanogramă.

s-a solicitat sincronizarea prospectivă ECG (prospective ECG triggering/gating) pentru reducerea dozei de radiații în investigații cardiace însă *în oferta prezentată acest parametru nu a fost demonstrat.*

s-a solicitat scanarea pulmonară cu doză redusă, utilizând filtrare fizică și/sau spectrală a fasciculului și reconstrucție a imaginilor bazată pe inteligență artificială (Deep Learning Image Reconstruction – DLIR sau echivalent), cu scopul optimizării calității imaginii, reducerii zgomotului și scăderii semnificative a dozei de iradiere, *în oferta prezentată acest parametru nu a fost regăsit.*

s-a solicitat Tehnologie de reconstrucție a imaginii cu matrice reconstruită extinsă, aplicabilă în investigații cardiovasculare, abdomen, plămâni și țesuturi moi. În oferta prezentată nu a este menționat explicit „abdomenul” și „țesuturi moi” (1024 matrix is a highresolution reconstruction matrix selection. 1024 matrix is for improved local detail resolution in lung exams acquired with a large DFOV, IAC's in the axial plane and improved resolution for cardiac stent imaging. Fisa de date a echipamentului Revolution Vibe, varianta in limba engleza, pag. 25.

s-a solicitat Sistem de reconstrucție a imaginilor bazat pe tehnologie de inteligență artificială (Deep Learning Image Reconstruction – DLIR sau echivalent funcțional), integrat în lanțul de reconstrucție CT, capabil să reducă zgomotul imaginii și să îmbunătățească rezoluția spațială, cu suport pentru matrice de reconstrucție de 1024×1024 (nativ sau extinsă), trebuie să fie disponibilă în modul de achiziție volumetric (axial), pe întreaga acoperire pe axa z a detectorului oferit, pentru investigațiile cardiovasculare și dinamice prevăzute. Aplicabil în investigații abdominale, toracice (pulmonare) și de țesuturi moi, *în oferta prezentată acest parametru nu a fost demonstrat.*

s-a solicitat Sistem de reconstrucție a imaginilor bazat pe tehnologie de inteligență artificială (Deep Learning Image Reconstruction – DLIR sau echivalent funcțional), integrat în lanțul de reconstrucție CT, capabil să reducă artefactele de mișcare și/sau zgomotul imaginii în investigații toracice (pulmonare), cu suport pentru matrice de reconstrucție de minimum 1024×1024 (nativ sau extinsă) *în oferta prezentată acest parametru nu a fost demonstrat.*

s-a solicitat Imagini spectrale CT, perfuzie cardiaca cu acoperire de minim 5,7 cm, care include rezultatele spectrale 40-200 keV, iodura fara apa, densitatea iodurii, hartă a numărului atomic efectiv (Zeff) generată spectral, cu suport de procesare AI

s-a oferat Monochromatic image (40 to 140 keV) Fisa de date Revolution Vibe, varianta in limba engleza, pag. 36; The GSI Viewer is the primary method of viewing and manipulating spectral images. It allows for the primary review of monochromatic energy images at user selectable energy levels, detailed analysis using material decomposed images (such as water-iodine, water calcium, etc.), and complementary information using the Effective-Z (provides an estimate of the protons, Z number, in a voxel) images. Fisa de date GSI Viewer, varianta in limba engleza, pag. 3; Dynamic CT Myocardial Perfusion Protocol Fisa de date CT Perfusion 4D, varianta in limba engleza, pag. 8;"

s-a solicitat Analiza compoziției plăcilor coronariene aterosclerotice pe baza densității radiologice (unități Hounsfield), cu clasificarea și afișarea colorcodată a componentelor plăcii (calcificate și non-calcificate, inclusiv componenta cu atenuare joasă), cuantificarea volumului plăcii, a poverii de placă (plaque burden) și a indicelui de remodelare, precum și identificarea markerilor asociați plăcilor vulnerabile / cu risc înalt (placă cu atenuare joasă, remodelare pozitivă, povară de placă crescută), conform ghidurilor de specialitate *în oferta prezentată acest parametru nu a fost demonstrat.*

s-a solicitat Neurologic - Rezultate spectrale monoenergetice cu valori joase (keV joase), de înaltă rezoluție, și hărți de distribuție a iodului, utile pentru detecția precoce a accidentului vascular cerebral, creșterea conspicuității contrastului și diferențierea hemoragiei de contrastul iodat, *în oferta prezentată acest parametru tehnic nu a fost demonstrat.*

s-a solicita Urologic - Vizualizarea și analiza morfologică și vasculară a rinichilor (utile inclusiv în evaluarea pre- și post-transplant), identificarea stenozelor arterei renale prin analiză vasculară cu cuantificarea gradului de stenoză, precum și vizualizarea și evaluarea formațiunilor renale pe achiziții CT multifazice (faze corticomedulară, nefrografică și excretorie), *în oferta prezentată acest parametru tehnic nu a fost demonstrat.*

s-a solicitat Aplicații de bază pentru vizualizarea și analiza imaginilor MR - Funcție de îmbinare multi-stație automată (Stitching) pentru imagini RMN, cu reconstrucție continuă (coloană vertebrală, structuri vasculare, whole-body) și export în format DICOM standard – disponibilă pe stație de achiziție imagini sau pe stația de postprocesare imagini, *în oferta prezentată acest parametru tehnic nu a fost demonstrat (niciunul dintre cele 3 produse oferite nu realizează stitching, oferta propune analiză vasculară și fuziune de imagini în loc de îmbinare multi-stație)*

s-a solicitat instrumente clinice generale și setări de vizualizare pentru revizuirea și analiza examinărilor RMN abdominale – în oferta prezentată parametrul nu este demonstrat deplin, nu a fost identificat instrumente clinice generale, revizuirea și analiza examinărilor RMN abdominale)

s-a solicitat instrumente clinice generale și vizualizare a țesuturilor moi, precum și a structurilor osoase, pentru imagini RMN - în oferta prezentată parametrul nu este demonstrat deplin (nu a fost identificat Instrumente clinice generale pentru imagini RMN, Vizualizarea țesuturilor moi, Vizualizarea structurilor osoase)

s-a solicitat tehnologie aplicabilă pentru scanarea spectrală a cel puțin următoarelor regiuni anatomice : extremități, organe interne, torace (plămâni), inclusiv inimă, în oferta prezentată parametrul nu este demonstrat deplin (nu a fost identificat extremități, organe interne, torace (plămâni), inclusiv inimă)

s-a solicitat Timp de rotație, 360 °, milisecunde, al gantry în regim spectral de achiziție, inclusiv achiziție cardiacă s-a oferit timp de rotație, 360°, milisecunde, al gantry în regim spectral de achiziție, inclusiv achiziție cardiac 0.5 sec GSI Scan parameters Rotation Speed 0.5 sec Fisa de date Revolution Vibe, varianta în limba engleză, pag. 30;

s-a solicitat Aria de acoperire al detectorului (axa - z) în timpul achiziției în regim spectral elicoidal (helical) s-a oferit aria de acoperire al detectorului (axa - z) în timpul achiziției în regim spectral elicoidal (helical) 40 mm Detector Coverage: 40 mm Fisa de date Revolution Vibe, varianta în limba engleză, pag. 36;

s-a solicitat Injector automat al mediului de contrast - memorie protocoale- minim 100 s-a oferit 5 profiluri de utilizator și câte 16 poziții de stocare pentru zona selectată; rezultă o capacitate totală 80 Manual de operare Dual Shot Nemoto, pag. 65–66".

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **02.09.2026**.

Conform pct.16.din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

Cu respect,

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Ana Bînzari

Ex. Lisenco Gabriela
Tel. 022 222 364