

ANUNȚ DE INTENȚIE
Achiziționarea electrocardiostimulatoare
conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027
Din 25.06.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea electrocardiostimulatoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. lot	Denumirea loturilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea pentru procedura	Suma estimată fără TVA
1	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale (004493)	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil minimum 1.5T, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52-60 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 5F-7F, cu fixarea active. Prezenta functiilor de autocapturare, adaptarea de fcc, algoritme de protectie declansarii fibrilatiei atriale, algoritme de micșorarea stimulrii VD, posibilitatea efectuării SEF (optional). Lungevitatea bateriei minimum 10 ani. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	Bucată	204,00	2931072
2	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 (004494)	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 7 ani , inclusiv cu electrod atrial, diametru 5-7F, lungimea 52-60 cm și electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, autosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardii (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de de socare de la 5-40Dj. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	Bucată	30,00	2085552
3	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 (004495)	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip SR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 8 ani , electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, autosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardii (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de de socare de la 5-40Dj. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	Bucată	3,00	172509
4	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complet cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian (004496)	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complet cu electrozi: atrial cu lungimea 52-60 diametru 5F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 5F-7F, conexiunea IS1, cu fixarea activa, electrod pentru ventricul sting bipolar/quadripolar (conexiunea IS1), minimum 3 vectori de stimulare VS, diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului),subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. Lungevitatea bateriei minimum 7 ani.	Bucată	11,00	471428,65
5	Introducer 6-9F de tip “peel-away” (004497)	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F	Bucată	240,00	84672

6	Set introductor pentru punctie venei centrale scurt (004498)	Lungimea canulei utile de 10 - 12 cm, cu ID de 6F, 7F, 8F, 9F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introduculatorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala.	Bucată	263,00	76270
7	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara (004500)	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 100-130 cm, stimularea bipolara, d- 5-6F, de tip "stiff", cu curbura fixa, optional cu balon.	Bucată	100,00	140000
8	Cateter electrod diagnostic (004501)	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 4 polar, dimensiuni 5F- 6 F cu curbura fixa tip Josephson, spațiu între electrozi 2-5-2 sau 5 mm, lungimea 90 - 125 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Bucată	10,00	22350
9	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian (004503)	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5- 6F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M(medium), L (large), spațiu între electrozi 2-8-2, 2-5-2. 2-6-2, 2 mm sau 5 mm, lungimea 90 - 115 cm . Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	Bucată	120,00	959040
10	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian Cabluri conectare autoclavabile (004504)	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 10 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic.	Bucată	7,00	21000
11	Cateter electrod ablație cu RF (004506)	Cateter electrod ablație dimensiuni 7F- 8F, 4 polar cu vârful electrodului 3,5-4 mm, spațiu între electrozi 2-5-2 mm, cu sensor de măsurare temperaturii de tip „thermistor sau thermocouple”, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbura S (small), M (medium), L (large), lungimea 100- 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea deregistrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maxima 70 Wt. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Bucată	10,00	68310

12	Set tubulatură pentru electrod ablație cu irigare (004510)	Setul să fie compatibil cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11 și pompa de irigare Cool Point (SJ Medical)	Bucată	20,00	39744
13	Introducer 6-9F de tip "peel-away" cu ghid hidrofil (004512)	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038". (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Bucată	20,00	7.500,00
14	Introducer 6-9F de tip "peel-away" cu valva hemostatica (004513)	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038", contine valva siliconata hemostatică, care previne hemoragia si dilatator, diametru 6-10F, (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Bucată	40,00	14.760,00
15	Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala (004516)	"Lungimea canulei utile de 62-63 cm, cu ID de 8-9 F cu valva hemostatica,(pentru hemostaza efectiva si risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvatura SL0 si SL1; « Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducatorul, dilatatorul, ghidul vor fi intr-un plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura.	Bucată	80,00	333333,6
16	Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere impreuna cu electrodul de stimulare (004521)	Vârful distal de teaca și dilatator să fie cu marker radiopoac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teaca sa fie acomodata pentru acul de punctie cu lungimea 71 cm."	Bucată	30,00	375000
17	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara (004529)	Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere (zona hisiana si LBBA), sa fie consitutit din cateter de ghidare cu diametru intern - intre 5-8F, diametru extern -ntre 6-9F, lungimea – 30-45 cm, material PEBAX, marker radiopac; dilatator pentru ghid, compatibil cu ghid 0,038". In set cu electrod endocardial "lumenless" cu lungimea 55-75 cm, bipolar, pentru regiunea hisiana.	Bucată	3,00	4.200,00
18	Electrocardiostimulator extern monocameral temporar (004530)	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 100-130 cm, stimularea bipolara, d- 5-6F.	Bucată	3,00	112.500,00

Valoarea estimativă totală 7.919.241,25 lei fără TVA

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru II-IV 2027
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	LICITAȚIE ELECTRONICĂ
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☒
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: *semnat electronic* **Gheorghe GORCEAG**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).