

**Proiect caiet de sarcini Bunuri**

**Obiectul: Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 2**

Cod CPV: 33192000-2

Nr	Denumire lot	Cantitate	Valoarea estimativă fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Schiță	
1	Fotoliu ORL Hidraulic	1	77.500,00	<b>Fotoliu ORL Hidraulic</b>			
				<b>Descriere</b>	Fotoliul ORL hidraulic conceput pentru consultații și tratamente ORL pentru pacienți cu înălțimea 1,5 - 2,0 m. Dispune de un sistem hidraulic pentru reglarea înălțimii, spătar ajustabil și posibilitate de rotație, oferind stabilitate și confort atât pacientului, cât și medicului. Tapițeria este antibacteriană și ușor de curățat, iar structura robustă asigură durabilitate.		
				<b>Parametrul</b>			<b>Specificația</b>
				<b>Caracteristici</b>	<b>Sistem hidraulic</b>		da, pentru miscarea sus/jos
					<b>Format din min. 5 secțiuni</b>		suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport tălpi
					<b>Suport mâini</b>		da
					<b>Poziționare a spatarului din poziția ortostatică în poziția orizontală 180° ± 10 (culcat/pat), prin pârghie cu arc pe gaz</b>		da
<b>Rotație la minim 330° cu pedala de blocare</b>	da						
<b>Cotieră și spătar reglabile manual prin pârghie cu arc pe gaz</b>	da						

					<p><b>Șezut cu tapițerie impermeabilă, nedeformabilă, de înaltă rezistență, antimicrobiană și ușor de curățat</b></p>	da
					<b>Sistem mobil/transportabil</b>	da, pe roți cu frână
					<b>Capacitate maximă a pacientului</b>	≥ 150 kg
					<b>Culoare</b>	<b>Albastru închis</b>
				<b>Accesorii</b>	<b>Accesoriu articulată reglabil pentru suportul capului, cu posibilitatea de ajustare pe vertical și horizontal</b>	<b>da</b>
					<b>Accesoriu fix pentru suportul capului</b>	<b>da</b>
				<b>Altele</b>	<b>Garanție</b>	<p>≥ 36 luni</p> <p>Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului</p>
					<b>Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului</b>	da
					<b>Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele</b>	da

					<b>informatice relevante, conform standardelor aplicabile.</b>		
					<b>Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul</b>	da, la solicitarea beneficiarului	
					<b>Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service</b>	Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință.	
					<b>Ghid rapid</b>	Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.	
					<b>Manuale de utilizare</b>	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere	

					oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat.
				<b>Manual de service</b>	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).
				<b>Manual de part list</b>	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.
				<b>Training pentru utilizatori</b>	Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 6 persoane, minim 1 zile lucrătoare
				<b>Training pentru personal tehnic</b>	Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt


						prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare			
2	Saltea antiescare	35	29.166,55	<b>Saltea antiescare</b>					
				<b>Saltea:</b>					
				• Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm					
				• înaltimea celulelor: 7-10 cm					
				• <b>Material: PVC</b>					
				• grosimea: minim 0.32 mm					
				• număr de celule: minim 130					
				• greutatea maximă suportată: minim 130 kg					
				<b>Pompa:</b>					
				• Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz					
				• presiunea de lucru: 40-100 mmHg					
				• Debitul de aer la ieșire: minim 6l/min					
• cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului									
<b>Kit de reparații inclus: În cazul înțepăturilor accidentale, kitul de reparații permite remedierea rapidă a saltelei</b>									
Rezistent la curățare și dezinfecție;									
Garanția minim 24 luni									
3	Masa oftalmologică	3	30.000,00	<b>Masa oftalmologică</b>					
				Masă oftalmologică electrică pentru montarea și utilizarea dispozitivelor oftalmologice					
				Masă medicală destinată montării și utilizării dispozitivelor oftalmologice (lampă cu fantă, autorefractokeratometru, keratometru etc.), cu reglaj electric al înălțimii și construcție ergonomică.					
				<b>Specificații tehnice minime</b>					
				Compatibilitate: masa trebuie să fie certificată pentru instalarea și utilizarea dispozitivelor oftalmologice.					
				Reglaj înălțime: electric, interval minim 650–850 mm.					
				Capacitate de încărcare: ≥ 50 kg.					
				Suprafață: anti-zgâriere, rezistentă la dezinfectanți, dimensiuni minime 600 × 400 mm.					
				Siguranță: sistem de blocare pentru stabilitate în timpul examinării.					
				<b>Mobilitate: opțional, roți cu sistem de frânare pentru deplasare ușoară.</b>					
				Alimentare: 220–240 V, conform standardelor CE.					
				Construcție: cadru metalic stabil, finisaj rezistent la uzură.					
Cerințe de calitate și conformitate									
Marcaj CE și certificat de conformitate.									

				Conformitate cu standardele ISO aplicabile pentru mobilier medical.	
				Manual de utilizare în limba română.	
				Instalare: furnizorul are obligația să livreze masa și să o instaleze.	
				<b>Obligațiile furnizorului</b>	
				Asigurarea instalării și punerii în funcțiune la sediul beneficiarului.	
				Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție.	
				Garanția minim 24 luni	
				<b>Dulap Medical</b>	
				Dulap medical destinat depozitării materialelor sanitare, instrumentelor și documentației medicale. Construcție robustă, standard, cu compartiment superior vizibil (uși din sticlă) și compartiment inferior opac (uși din metal).	
				<b>Cerințe tehnice minime</b>	
				Structură: metalică, sudată sau modulară, vopsită în câmp electrostatic.	
				Dimensiuni orientative: înălțime 180–200 cm, lățime 80–100 cm, adâncime 40–50 cm.	
				<b>Compartiment superior:</b>	
				2 uși din sticlă securizată transparentă; rafturi reglabile, minim 2 bucăți.	
				<b>Compartiment inferior:</b>	
				2 uși din metal; rafturi reglabile, minim 1 buc.	
				Mânere: ergonomice, metalice sau ABS rezistent.	
				Sistem de închidere: lacăt cu cheie pentru compartimentul inferior.	
				Capacitate de încărcare: $\geq 30$ kg/raft.	
				<b>Construcție și igienă</b>	
				Finisaj rezistent la dezinfectanți și soluții de curățare.	
				Suprafețe netede, fără muchii ascuțite.	
				Sticlă securizată, rezistentă la șocuri.	
				<b>Siguranță și conformitate</b>	
				Certificare CE pentru mobilier medical. Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier sanitar.	
				<b>Servicii asociate</b>	
				Garanție minimă: 24 luni.	
4	Dulap Medical	1	8.000,00		

5	Canapea de examinare medicală, mobilă	1	13.000,00	<b>Canapea de examinare medicală, mobilă</b>	
				Canapea de examinare medicală, mobilă, cu două funcții (manuală + electrică)	
				Canapea medicală destinată examinării pacienților și efectuării procedurilor ambulatorii, dotată cu sistem de reglaj manual pentru spătar și sistem electric pentru reglarea pe înălțime, cu mobilitate asigurată prin roți de 10 cm.	
				<b>Specificații tehnice minime</b>	
				Funcții:	
				1 funcție manuală – rabatarea spătarului.	
				1 funcție electrică – reglarea pe înălțime.	
				<b>Mobilitate:</b>	
				2 roți ascunse de minim 10 cm diametru.	
				2 roți universale pivotante de minim 10 cm diametru, dotate cu sistem de frânare.	
				<b>Performanță:</b>	
				Sistem pentru picioare din oțel inoxidabil, fără uzură după $\geq 5.000$ cicluri.	
				Motor omologat CE.	
				<b>Materiale și rezistență:</b>	
				Tapițerie ignifugă, rezistentă la dezinfectanți, îndoire și uzură $\geq 100.000$ cicluri.	
				Grosime tapițerie: $\geq 8$ cm.	
				Spumă de înaltă densitate $\geq 30$ kg/m <sup>3</sup> .	
				Culoare: alb sau gri.	
				<b>Accesorii:</b>	
				Suport role de hârtie.	
				<b>Dimensiuni:</b>	
Suprafață minimă: 1800 × 600 mm.					
Interval înălțime reglabilă: minim 650–850 mm (adaptat pentru roți de 10 cm).					
Capacitate de încărcare: $\geq 150$ kg.					
<b>3. Cerințe de calitate și conformitate</b>					
Marcaj CE și certificat de conformitate.					
Manual de utilizare în limba română.					
<b>Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție <math>\leq 72</math> ore.</b>					
Garanție minimă: 24 luni.					

6	Brancardă medicală	1	7.000,00	<b>Brancardă medicală</b>	
				Brancardă robustă pentru transport intern și intervenții, cu sistem de blocare și saltea	
				<b>Descriere generală</b>	
				Brancardă medicală destinată transportului pacienților în cadrul instituției și utilizării în intervenții de urgență. Construcție robustă, stabilă, cu saltea inclusă și sistem de blocare, adaptată pentru utilizare intensivă și sigură.	
				<b>Cerințe tehnice minime</b>	
				Cadru: metalic, rigid, rezistent la sarcini $\geq 200$ kg.	
				<b>Roți:</b>	
				diametru $\geq 150$ mm;	
				pivotante, cu rulare silențioasă;	
				cel puțin 2 roți prevăzute cu frâne sigure.	
				Sistem de înclinare: reglabil pentru spătar acționat mecanic sau hidraulic.	
				Saltea: inclusă, ergonomică, detașabilă, cu husă impermeabilă și rezistentă la dezinfectanți.	
				Sistem de blocare: pentru fixarea brancardei în poziție stabilă în timpul procedurilor sau transportului.	
				Mânere: ergonomice, pentru manevrare facilă.	
				Dimensiuni: standard pentru transportul pacienților adulți (lungime $\geq 190$ cm, lățime 55–65 cm).	
				<b>Construcție și igienă</b>	
				Finisaj rezistent la dezinfectanți și soluții de curățare.	
				Suprafețe netede, fără muchii ascuțite, ușor de igienizat.	
				Saltea detașabilă pentru curățare și înlocuire.	
				<b>Siguranță și conformitate</b>	
				Capacitate de încărcare minimă: 200 kg.	
Certificare CE și declarație de conformitate.					
Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical și dispozitive de transport pacienți.					
<b>Servicii asociate</b>					
Garanție minimă: 24 luni.					
Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție $\leq 72$ ore.					
<b>Obligațiile furnizorului</b>					

				Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție.	
				<b>Măsuță de proceduri</b>	
				Măsuță de proceduri medicale, cu 2 polițe și 2 sertare.	
				Măsuță de proceduri destinată utilizării în cabinete medicale, secții de tratament și laboratoare, pentru organizarea instrumentarului și materialelor necesare procedurilor. Construcție compactă, stabilă, mobilă, adaptată pentru utilizare zilnică în condiții de siguranță.	
				<b>Specificații tehnice minime</b>	
				Structură: metal vopsit în câmp electrostatic sau inox medical, rezistent la coroziune și dezinfectanți.	
				<b>Compartimentare:</b>	
				2 polițe deschise, rezistente, pentru instrumentar și materiale;	
				2 sertare ergonomice, cu glisare ușoară și sistem de oprire.	
				<b>Mobilitate:</b>	
				4 roți pivotante, diametru $\geq 10$ cm;	
				cel puțin 2 roți prevăzute cu frâne sigure;	
				rotile din material rezistent, silențios, care nu zgârie pardoseala.	
				Dimensiuni: compacte, adaptate pentru spații medicale (înălțime 80–90 cm, lățime 40–60 cm, adâncime 40–50 cm).	
				Stabilitate: cadru rigid, cu rezistență la sarcină $\geq 30$ kg distribuită uniform.	
				Siguranță: muchii rotunjite pentru prevenirea accidentelor; suprafețe netede, ușor de curățat și dezinfectat.	
				Design: funcțional, ergonomic, cu acces facil la polițe și sertare.	
				<b>Cerințe de calitate și conformitate</b>	
				Marcaj CE și certificat de conformitate.	
				Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical.	
				Materiale conforme cu normele sanitare și de igienă.	
				Manual de utilizare și întreținere în limba română.	
				<b>Servicii asociate</b>	
				Garanție minimă: 24 luni.	
				<b>Obligațiile furnizorului</b>	
				Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție.	
7	Măsuță de proceduri	6	40.000,00		

8	Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni	60	120.000,00	<b>Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni</b>		
				Structura din oțel cromat		
				Perdele Lavabile și ignifuge		
				Roți cu diametru minim 50 mm cu minim 4 blocabile		
				Dimensiuni: Înălțime 180 cm (±10 cm), lățimea totală 180 cm (±10 cm)		
				Garanția minim 24 luni		
9	Paravan pliant mobil cu 2 secții	4	8.333,33	<b>Paravan pliant mobil cu 2 secții</b>		
				Tip acoperire: Folie PVC sau alt material echivalent;		
				<b>Dimensiuni generale:</b>		
				Lățime: 1450...1550mm,		
				Înălțime: 1750...1850mm,		
				Cadru metalic: Da;		
				Grosime: 10...15 mm;		
				Secțiile au aceiași dimensiuni, părțile laterale se pot roti în raport cu axa centrală la 360°, fără a cauza căderea acesteia: Da;		
				Culoare cadru: Alb;		
<b>Masa: 9...11 kg.</b>						
Garanția minim 24 luni						
10	Masa pentru instrumente (continuu sudat)	2	4.160,00	<b>Masa pentru instrumente (continuu sudat)</b>		
				Destinație pentru plasarea instrumentelor medicale in timpul diferitelor operații, manipulări in spații medicale și de laborator		
				Masa este confecționat din profil, continuu sudat		
				Vopsit în câmp electrostatic sau inox medical, rezistent la coroziune și dezinfectanți.		
				Polite din inox		
				Dimensiuni 650x410x870mm, ± 50mm		
Garanția minim 24 luni						
11	Fotoliu recoltare a sângelui	2	17.500,00	<b>Fotoliu recoltare a sângelui</b>		
				Cu reglarea secțiunii spatelui și a genunchilor, cu cotiere.		
				Cadru metalic robust, rezistent la greutate mari, vopsit electrostatic;		
				Tapiterie rezistentă la substanțe dezinfectante (fără pori, ușor de igienizat), rezistent la coroziune și dezinfectanți.		
				Garanția minim 24 luni		


12	Măsuță pentru manipulații	8	22.000,00	<b>Măsuță pentru manipulații</b>	
				Masa pentru instrumente 2 rafturi, pentru manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator.	
				Cadru metalic, stabil, vopsit electrostatic sau din oțel inoxidabil;	
				Construcție rezistentă la utilizare frecventă în mediul medical;	
				Colțuri rotunjite pentru siguranță.	
				Blat din inox sau material compact medical;	
				Suprafață netedă, neporoasă;	
				Rezistentă la dezinfectanți și soluții chimice uzuale;	
Margini ridicate (min. 10–20 mm) pentru prevenirea scurgerilor.					
Garanția minim 24 luni					
13	Stativ pentru perfuzii	8	3.000,00	<b>Stativ pentru perfuzii</b>	
				Stativ pentru infuzii cu reglarea pe înalțimii	
				Construcție din oțel inoxidabil sau metal cromat;	
				Rezistent la coroziune și dezinfectanți;	
				Suprafață netedă, ușor de curățat;	
				Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungă de perfuzie încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig	
				Bază stabilă, cu diametru sau lățime suficientă pentru prevenirea răsturnării.	
Garanția minim 24 luni					
14	Paravan	8	3.000,00	<b>Paravan</b>	
				Executat din țevă din inox cu 2 elemente (secțiuni).	
				Montat pe 2 roți, structură pliantă.	
				Material de acoperire paravană: draperii din plastic lavabil sau alt material echivalent.	
				Stabilitate bună în poziție deschisă;	
				Ușor de manevrat;	
				Permite curățare și dezinfecție completă;	
Fără muchii ascuțite.					
Garanția minim 24 luni					
15	Scaun cu roțile	2	12.000,00	<b>Scaun cu roțile</b>	
				Lățime: 63 cm, ±2 cm;	
				Lățime scaun: 45 cm, ±2 cm;	
				Adâncime scaun 44 cm, ±2 cm;	
				Înălțime scaun 52 cm, ±2 cm;	
Înălțime parte spate a scaunului: minim 40 cm;					

				Înălțime totală scaun: 87 cm, ±2 cm;	
				Lungime totală scaun: 104 cm, ±2 cm;	
				Diametru roată: 61 cm, ±4 cm;	
				Greutate de susținere: minim 110 kg;	
				Carcasa: mtel cromat;	
				Scaunul: materiale moi;	
				Rezistent la curățare și dezinfecție;	
				Garanția minim 24 luni	
16	Cușetă medicală	10	58.000,00	<b>Cușetă medicală</b>	
				Parametru Specificație	
				Secțiuni ≥ 2	
				Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului	
				Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit	
				Saltea obligatoriu	
				Dimensiune, cm ≥ 180x60x55 cm	
				Greutate pacient maxim, kg ≥ 150	
				Culoarea Gri	
				Rezistent la curățare și dezinfecție;	
				Garanția minim 24 luni	
17	Carucior pentru transportarea pațienților cu handicap	13	65.000,00	<b>Carucior pentru transportarea pațienților cu handicap</b>	
				Material: Cadru din oțel negru vopsit sau oțel inoxidabil, rezistent și durabil	
				Dimensiuni: Lățimea sezutului minim 48 cm, lățimea totală 67 cm, ±2 cm	
				Roti: Roti mari pentru deplasare facilă pe diverse tipuri de teren	
				Cotiere și Suporturi pentru Picioare: Detașabile și ajustabile pentru confort sporit	
				Funcții: Frână de mână <b>și opțional pentru picior, pentru siguranță suplimentară</b>	
				Pliabil: Design pliabil pentru transport și depozitare ușoară	
				Material Suprafață: Ușor lavabil și rezistent la apă pentru întreținere simplă	
				<b>Greutate: Aproximativ 17 kg, ușor de transportat și montat</b>	
				Greutate maximă suportată: minim 110 kg	
Rezistent la curățare și dezinfecție;					
				Garanția minim 24 luni	
18	Cabină pentru audiometrie	1	140.000,00	<b>Cabină pentru audiometrie</b>	
				<b>Dimensiuni / ergonomie</b>	
				Dimensiuni exterioare (L×A×H)	în diapazon admisibil ≥ 100×100×210 cm și ≤ 150×130×230 cm

				Dimensiuni interioare utile (L×A×H)	≥ 95×95×185 cm, Suficient pentru 1 persoană; înălțime minim utilă	
				Înălțime minimă încăpere pentru instalare	≥235 cm, Pentru spațiu de montaj + ventilație (unde e cazul).	
				Acces	Ușă cu deschidere spre exterior, Balama stânga/dreapta acceptat.	
				<b>Performanță acustică</b>		
				Atenuare globală (diferență interior/exterior)	≥35 dB (±3 dB), Conform datelor producătorului; se acceptă metode echivalente de raportare.	
				Atenuare la frecvențe înalte	≥45 dB la 5 kHz, Ex.: 50 dB la 5 kHz acceptat; se confirmă în fișa tehnică	
				Condiții pentru audiometrie	Permite efectuarea testelor conform ISO 8253-1 Dovadă: declarație/specificație producător (ambiant intern redus).	
				<b>Construcție / finisaje</b>		
				Structură panouri	Panouri modulare fonoizolante, Panouri interschimbabile/kit asamblare acceptat.	
				Grosime panouri (acceptat)	≥50 mm (acceptat), Valori mai mari acceptate (ex. 102 mm).	
				Finisaj exterior	Suprafață lavabilă, Ex.: melamină/metal vopsit; culoare neutră.	
				Finisaj interior	Material absorbant acustic, Ex.: spumă piramidală / panouri absorbante lavabile.	
				Pardoseală	Material lavabil sau covor antistatic. Se acceptă ambele; trebuie să fie stabil și sigur.	
				<b>Fereastră / vizibilitate</b>		
				Fereastră observare	Da, Vizibilitate operator-pacient.	
				Dimensiuni fereastră	≥60×50 cm, Dublu vitrat / geam acustic.	
				Tip geam	Dublu vitrat (acustic) sau echivalent. Sticlă securizată/safety glass acceptat	
				<b>Ventilație / confort</b>		
				Ventilație silențioasă	Da, Sistem tip labirint sau ventilație forțată silențioasă; nu trebuie să compromită acustica.	
				Zgomot ventilație (acceptat)	Conform specificației producătorului pentru audiometrie. Se acceptă mențiune explicită a conformității cu cerințele de zgomot de fond.	
				<b>Iluminare / electric</b>		
				Iluminare interioară	<b>LED</b> , Comutator accesibil; lumină suficientă.	
				Alimentare	220–240 V AC, 50/60 Hz, Cablu de alimentare inclus.	
				<b>Putere consumată</b>	<b>≤150 W</b>	
				Priză internă (acceptat)	DA (acceptat), Dacă nu există intern, se acceptă alimentare externă + trecere cablu.	

				<b>Panou conexiuni / treceri cablu</b>		
				Panou conexiuni audiometru	Da, Conectori pentru căști/microfon/USB sau placă de trecere cabluri. Panou/placă conexiuni inclusă	
				Jack-uri audio	≥5× 6,3 mm + ≥1× 3,5 mm (sau echivalent). Se acceptă altă configurație dacă funcțional echivalentă (ex. 9 jack-uri).	
				USB (acceptat)	≥1 port/trecere USB (acceptat). Opțional; nu eliminativ.	
				<b>Mobilier / dotare minimă</b>		
				Masă/suport audiometru	Masă rabatabilă sau raft. Dimensiune utilă minimă 70×40 cm. Masă/raft inclus	
				Scaun/bancă pacient	1 loc, Stabil, ușor de curățat. Scaun/bancă inclus	
				Acces rampă (acceptat)	Opțional/acceptat. Dacă e necesar pentru acces persoane cu mobilitate redusă.	
				Sistem free-field (acceptat)	Preinstalare pentru free-field (acceptat). Dacă există: pregătire pentru difuzoare; nu eliminativ. Opțional	
				<b>Livrare / instalare / garanție</b>		
				Stare livrare	Preasamblată SAU kit (asamblare rapidă). Se acceptă ambele, cu instrucțiuni clare.	
				Montaj	Inclus	
				Garanție	≥24 luni	
				Certificat garanție.	Inclus	
				Service / piese	Asigurat min. 5 ani. Declarație furnizor/producător.	
				<b>Conformitate / reglementări</b>		
				Compatibilitate audiometre	Compatibilă cu orice audiometru. Inclusiv audiometre computerizate.	
				Standard audiometrie (condiții test)	ISO 8253-1, Menționat în documente producător.	
				Securitate produs (acceptat)	IEC/EN 60601-1 și IEC/EN 60601-1-2 (acceptat), Dacă producătorul declară aplicabilitate.	
				RoHS/WEEE (unde e aplicabil)	Da, Declarații aplicabile UE.	
19	Fotoliu pentru colectarea sîngelui	5	45.000,00	<b>Fotoliu pentru colectarea sîngelui</b>		
				<b>General / utilizare</b>		
				Destinație	Recoltare sânge / perfuzii / proceduri ambulatorii. Fotoliu un pacient.	

				Structură	Oțel tubular cu acoperire pulbere epoxidică. Rezistent la corозиune și la agenți de curățare.	
				Bază	Bază fixă. Bază cu roți (acceptat). Roțile nu sunt obligatorii; dacă există, să fie dotate cu frâne.	
				Capacitate maximă pacient	≥150 kg	
				<b>Dimensiuni</b>		
				Poziție scaun (L×W×H)	acceptat în diapazonul admisibil: L ≥900 mm; W ≥650 mm; H ≥1200 mm; L ≤1200 mm; W ≤850 mm; H ≤1300 mm. Se acceptă reglaj lățime prin cotiere.	
				Poziție întins (L×W×H)	acceptat în diapazonul admisibil: L ≥1600 mm; W ≥650 mm; H ≥630 mm; L ≤1750 mm; W ≤850 mm; H ≤760 mm	
				Înălțime șezut de la podea	în diapazon minim 50–52 cm, 45–55 cm (acceptat)	
				<b>Greutate fotoliu</b>	≤50 kg, Fără accesorii; valori mai mici acceptate.	
				<b>Segmentare &amp; reglaje</b>		
				Număr segmente	3 segmente (spate + șezut + picioare). Segmente interdependente acceptate	
				Spătar – dimensiuni (W×H)	≥530×≥830 mm, Se acceptă valori echivalente.	
				Spătar – reglaj înclinare	Min. 100°...≥180°. până la 185° (acceptat). Reglare manuală prin suport glisant sau echivalent.	
				Șezut – dimensiuni (W×D)	≥520×≥520 mm, Fix sau cu reglaje suplimentare acceptat.	
				Secțiune picioare/genunchi	Reglaj până la -90°. Reglare manuală prin suport glisant sau echivalent.	
				Tetieră	Da, Reglabilă manual, tapițată lavabil. Tetieră inclusă	
				<b>Cotiere / suport brațe (obligatoriu)</b>		
				Număr cotiere	2 cotiere	
				Dimensiuni cotiere	L ≥470 mm; W ≥140 mm, Grosime ~60 mm acceptat.	
				Reglaje cotiere	Reglabile în poziție și înălțime (continuu sau trepte). Reglaj înălțime minim. 300 mm (acceptat) sau echivalent.	
				Cotiere pliabile	Da, Pentru acces facil pacient.	
				Reglaj lățime	DA (prin cotiere). Lățime reglabilă 650–770 mm acceptat.	
				<b>Tapițerie / igienă (obligatoriu)</b>		
				Căptușeală	Poliuretan spumat. Spumă cu suport MDF (acceptat). Echivalent acceptat.	
				Husă/tapițerie	Lavabilă, impermeabilă, rezistentă la pete și dezinfectanți. Compatibilă cu dezinfectanți uzuali, conform instrucțiunilor producătorului.	
				Retardare flacără	DA (acceptat). Opțional; dacă există, se indică certificarea.	

				Culoare	La alegerea beneficiarului	
				<b>Mobilitate (opțional)</b>		
				Roți pivotante	4 roți $\varnothing \geq 125$ mm (acceptat). Dacă sunt oferite: frâne individuale (minim și blocare direcție (acceptat).	
				<b>Siguranță / transport / livrare</b>		
				Dezasamblare pentru transport	DA (acceptat). Bază dezasamblată pentru transport ușor (dacă există).	
				Margini/colțuri	Fără muchii tăioase, Siguranță pacient.	
				Garanție	$\geq 24$ luni	
				Instrucțiuni	Instrucțiuni de utilizare + curățare/dezinfectare, Manual/ghid	
				<b>Accesorii indispensabile (minim)</b>		
				Tetieră	1 buc. Inclusă, Reglabilă, tapițată.	
				Cotiere, Pliabile și reglabile.	2 buc. Incluse	
				Picioare/role cu protecții	Picioare antiderapante (bază fixă). Role cu frâne (acceptat)	
				<b>Fotoliu de recoltare a sângelui</b>		
				Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant minim 0-80°, ( $\pm 5^\circ$ )		
				Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisant minim 0-90°, ( $\pm 5^\circ$ )		
				Cu bază fixă da		
				Perna din spuma cu sasiu da		
				MDF și husa din piele artificiala da		
				Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții da		
				Baza dezasamblata pentru transport ușor da		
				Acoperire cu pulbere epoxidica da		
				Lățime reglabila prin cotiere reglabile. da		
				Masa totală suportată: $\geq 150$ kg;		
				Poziția scaunului: (L*W*H) 700*(650-770mm) *1200 mm, $\pm 50$ mm		
				Poziția patului: (L*W*H) 1600*(650-770mm) *630 mm, $\pm 50$ mm		
				Rezistent la curățare și dezinfecție;		
				Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni		
				<b>Scaun cu roțile</b>		
				Este folosit pentru îmbunătățirea mobilității permițând persoanelor cu handicap locomotor să se poată deplasa.		
				Scaunul cu roțile se poate utiliza în interiorul sau exteriorul locuinței, se poate deplasa acționat de utilizator sau ajutat de un însoțitor		
20	Fotoliu de recoltare a singelui	5	50.000,00			
21	Scaun cu roțile	4	14.000,00			

				Tip de functionare manual	
				Pentru interior/exterior da	
				Pliabil da	
				Roti din cauciuc, fara camera	
				Suporti pentru picioare detasabili da	
				Inaltime totala 90 cm, ± 2cm	
				Latime totala 67 cm, ± 2cm	
				Latime sezut 46 cm, ± 2cm	
				Rezistent la curățare și dezinfectie;	
				Garanția minim 24 luni	
22	Dulap metalic 800x500x180 0	4	34.400,00	<b>Dulap metalic 800x500x1800</b>	
				Dulap medical cu două uși.	
				Dulap pentru instrumente medicale cu lacat	
				<b>Dimensiunile:</b>	
				800 mm (± 10 mm) x500 mm (± 10 mm) x1800mm (± 10 mm)	
				Rezistent la curățare și dezinfectie;	
				Garanția minim 24 luni	
23	Masa de lucru instrumente medic	4	16.000,00	<b>Masa de lucru instrumente medic</b>	
				Carcasa și blatul mesei vor fi executate din Inox AISI 304	
				4 secțiuni glisante	
				Rezistent la curățare și dezinfectie;	
				Garanția minim 24 luni	
24	Masa de manipulare medicinala mobila	4	18.000,00	<b>Masa de manipulare medicinala mobila</b>	
				Masa este destinată amplasării medicamentelor, instrumentelor, dispozitivelor auxiliare necesare activității medicului.	
				Model cu două rafturi (din oțel inoxidabil)	
				Materialul rezistent la soluții detergenți și soluții biodistructive	
				Dimensiuni:	
				latime 650 mm, ± 20mm	
				lungime 450 mm, ± 20mm	
				inaltime 920mm, ± 20mm	
				Numar sertare 2buc.	
				Numdrul de rafturi 2buc.	
				Sarcina maximă pe masă este de minim 60 kg	
				Rezistent la curățare și dezinfectie;	

				Garanția minim 24 luni	
25	Cuseta de examinare	2	10.000,00	<b>Cuseta de examinare</b>	
				Lungimea - 190 cm, ± 2 cm	
				Lățime - 65 cm, ± 2 cm	
				Înălțime - 58 cm, ± 2c (pînă la saltea)	
				SUPPORTUL PENTRU CEARSAF - 62 cm, ± 2cm	
				Piese metalice acoperite cu nano ceramică sau vopsite cu pulbere electrostatică	
				Suprafata de culcare din doua piese usor de curățat	
				Tetiera reglabila manual	
				Tapiterie din piele artificiala	
				Mecanism de picior pliabil	
				Suport rului prosoape de unică utilizare	
				Suport pentru perfuzie IV reglabil pe înălțime	
				Rezistent la curățare și dezinfecție;	
Garanția minim 24 luni					
26	Masa de productie din inox	2	4.000,00	<b>Masa de productie din inox</b>	
				Fabricată din oțel inoxidabil	
				Dimensiuni 1500 x 800 mm	
				Rezistent la curățare și dezinfecție;	
				Garanția minim 24 luni	
27	Noptiera 500x400x600	50	310.000,00	<b>Noptiera 500x400x600</b>	
				Executat din PAL MELAMINAT de nuanță deschisă, de minim 18 mm, cu marginea ABS de minim 2 mm și peretele din spate din PALMELAMINAT de minim 18 mm	
				Mecanism ridicare a mesei de servire a alimentelor	
				Culoarea U707ST9 sau analogic acestei nuanțe de culoare	
				Balama si glisiera cu inchidere lenta	
				Dimensiunile noptiera:	
				500 mm (+/- 10 mm) x400 mm (+/- 10 mm) x 600 mm (+/- 10 mm)	
				Dimensiunile masa:	
				500 mm (+/- 10 mm) x700 mm (+/- 10 mm)	
Rezistent la curățare și dezinfecție;					
Garanția minim 24 luni					

28	Canapea electromecanică ecografie	1	120.000,00	<b>Canapea electromecanică ecografie</b>	
				Suprafață lavabilă nu mai mare de 60×190 cm	
				Suprafață minim din 2 piese mobile	
				Capacitate de greutate cu rezervă de siguranță <b>minim 230 kg</b>	
				Reglare înălțime minim 50-70 cm	
				Reglare unghi al piesei proximale nu mai mic de 70°	
				Roți cu zona de contact din cauciuc	
				Roți cu rotire 360°	
				Blocare centralizată pe 4 roți	
				Voltajul de lucru 220-240 V	
				Bumper-e de protecție a colțurilor	
				Prezența fixatoarelor pentru suportul de infuzie	
				<b>Reglare de pe telecomandă</b>	
				Construcția din bare de metal ușor, acoperite cu vopsea electrostatică	
				Nivelul de zgomot la funcționare reglementat minim IPX4	
Instrucțiune în limba română					
Rezistent la curățare și dezinfecție;					
Garanția minim 24 luni					
29	Masă stomatologică cu patru sertare	5	50.000,00	<b>Masă stomatologică cu patru sertare</b>	
				Dulap lateral cu patru sertare	
				Blat din marmură/sticlă/HPL cu suprafață lavabilă	
				Laterale metalice în jurul blatului mesei	
				Mâner deasupra sertarelor de pe panou frontal al mesei pentru o mișcare ușoară	
				Ultimele două sertare inferioare să fie echipate cu inserție din plastic - organizator cu 5-8 co	
				Sertare <b>montate pe ghidaje euro complet reglabile</b>	
				Roți cauciucate cu diametru de 50 mm (două dintre ele având frâne)	
				Material din oțel inoxidabil cu pulbere de înaltă calitate	
				Dimensiuni 800-860mm*500mm	
				<b>Greutate- 35-40 kg</b>	
				Culoarea - albă	
				Rezistent la curățare și dezinfecție;	
Garanția minim 24 luni					

30	Scaun operator punct de comandă pe roți	3	10.500,00	<b>Scaun operator punct de comandă pe roți</b>	
				<b>Descriere</b>	Scaun pentru medic utilizat în timpul examinării pe
				<b>Parametru</b>	<b>Specificație</b>
				<b>Tip</b>	Rotativ, cu spătar
				<b>Baza</b>	Pe 5 roți
				<b>Material baza, picioare</b>	Metal cromat
				<b>Material tapeterie</b>	Piele eco
				<b>Reglaj de înălțime</b>	460-610 mm
				Rezistent la curățare și dezinfecție;	da
Garanția minim 24 luni	da				
31	Măsuța de manipulare în sala de proceduri	1	5.700,00	<b>Măsuța de manipulare în sala de proceduri</b>	
				Lungime totală-72 mm, ± 20 mm	
				Lățime totală-550 mm, ± 20 mm	
				Blatul mesei-540 mmX380 mm, ± 20 mm	
				Înălțime 910 mm, ± 20 mm	
				Roți minim 100 mm	
				Încărcare maximală, nu mai puțin de 20 kg	
				Rezistent la curățare și dezinfecție;	
Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni					
32	Pat pentru examinarea (mecanic) adult	3	15.000,00	<b>Pat pentru examinarea (mecanic) adult</b>	
				<b>Descriere</b>	Pat pentru examinarea pacienților in IMS
				<b>Parametru</b>	<b>Specificație</b>
				<b>Sectiuni</b>	≥ 2
				<b>Material carcasă</b>	cadru din oțel / metal vopsit
				<b>Husă</b>	obligatoriu
				<b>Saltea</b>	obligatoriu
				<b>Dimensiune, cm</b>	≥ 180x60x60
				<b>Greutate pacient maxim, kg</b>	≥ 180
				<b>Tetiera</b>	reglabilă
<b>Suport rolă hartie</b>	obligatoriu hirtie ≥ 20 buc.				

				Rezistent la curățare și dezinfecție;	da	
				Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni		

**Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p><b>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</li> <li>- pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente <math>\geq 192</math> de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</li> </ul> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p> <p><b>Notă: Operatorul economic va prezenta schițele mobilierului medical ofertat.</b></p>	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul	DA

		delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	
4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	DA
<p><u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u></p>			

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</b>	DA

12	Declarație de la Ofertant	prin care declară ca va realiza cu titlu gratuit livrarea, asamblarea, instalarea, ridicarea, încărcarea, descărcarea bunurilor la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de _____ luni (SE VA INDICA DE OPERATORUL ECONOMIC, ÎNSĂ NU MAI MIC DE CEL MENȚIONAT ÎN SPRECIFICAȚIA TEHNICĂ) din momentul livrării/instalării, inclusiv a tuturor accesoriilor - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție 48 ore de la solicitare- Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025 originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la ofertant-	cu privire livrarea componentele bunurilor trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Certificat de conformitate/calitate pentru bunurile oferite	Eliberat de către Organismul Național/Internațional de verificare a conformitatea produselor Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Prezentarea mostrelor	Prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitarea înscrisă a autorității contractate pentru materia primă sau pentru produsul finit.	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
19	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA

	corupție, fraudă și/sau spălare de bani		
20	<u>Garanția de bună execuție</u>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:  Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE  Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  Codul fiscal: 1016601000212  IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA  cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“</p> <p><u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni de la data intrării în vigoare a contractului.</u></p>	DA

Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data intrării în vigoare a contractului.