

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

Nr. 1 din 09.09.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulat/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA I
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1770979379276 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1770979379276?tab=contract-notice Data publicării: 13.02.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md ☒ Da

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Nu https://capcs.gov.md/planuri
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	
	13 883 341,24 lei

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:

13 febr 2026, 13:39

Subiectul întrebării:

lista de distributie

Întrebare:

Buna ziua, va rugam sa atasati lista de distributie

Răspuns (16 febr 2026, 13:39):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă Lista de distribuție a fost atașată!

Data:

13 febr 2026, 14:15

Subiectul întrebării:

LOT 44

Întrebare:

Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri $\leq$ Va rugam sa acceptati toleranță de $\pm 5-10\%$

Răspuns (26 febr 2026, 11:29):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă Nu se acceptă modificarea cerinței tehnice „Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și ≤ 700 litri”. Această cerință deja stabilește un diapazon admisibil de 100 litri, corespunzător unei toleranțe de $\pm 8\%$, ceea ce acoperă mare gamă de dispozitive

Data:

13 febr 2026, 16:54

Subiectul întrebării:

cantare (lot 28 - lot 33)

Întrebare:

Buna ziua! Va rugam sa specificati daca Cintarele trebuie sa fie incluse in registrul de stat al INM - Institutului National de Metrologie (<https://inm.md/rus/registre-de-stat>) pentru ca ulterior beneficiarii finali sa poata obtine verificarea metrologica conform (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=150730&lang=ro#) sau nu este necesar? Va informam ca in cazul lipsei din registrul INM, IMSP nu pot obtine verificarea metrologica si nu pot demonstra comisiilor de acreditare ca detin dispozitive conforme in institutie.

Răspuns (19 febr 2026, 11:54):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Vă rugăm să atrageți atenția la pct nr.22 din cadrul Anunțului de Participare cu privire la Cerințele pentru mijloace de cântărit.

Lot nr. 35 Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310

Data:

16 febr 2026, 14:11

Subiectul întrebării:

Lista de distributie

Întrebare:

conform listei de distributie trebuie sa fie achizitionate 77 bucati. in anuntul sun 25 bucati. Va rugam sa lasati in lista de distributie doar beneficiarii pentru 25 bucati.

Răspuns (17 febr 2026, 10:49):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Lista de distribuție a fost actualizată!

Lot nr. 39 Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) caracteristici medii 140391

Data:

16 febr 2026, 14:15

Subiectul întrebării:

lista de distributie

Întrebare:

in lista de distributie sunt 50 bucati, in anunt sunt 30. care este cantitatea reala solicitata?

Răspuns (17 febr 2026, 10:49):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Lista de distribuție a fost actualizată!

Lot nr. 40 Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici medii 140401

Data:

16 febr 2026, 16:05

Subiectul întrebării:

Înălțime

Întrebare:

Rugam sa fie majorat diapazon de înălțime ajustabila cu ± 4 cm pentru a putea participa mai mulți operatori economici. Mulțumim!

Răspuns (26 febr 2026, 11:20):

Nu se acceptă modificarea cerinței tehnice privind „Înălțime ajustabilă, diapazon min. 45–80 cm, ± 2 cm”. Cerința stabilită în caietul de sarcini reflectă o performanță tehnică medie necesară pentru asigurarea condițiilor optime de îngrijire a pacientului și ergonomiei personalului medical. Totodată, a fost prevăzută o toleranță de ± 2 cm, tocmai pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de producători, fără a compromite funcționalitatea dispozitivului. Extinderea suplimentară a toleranței solicitate ar conduce la diminuarea performanței tehnice minime necesare și ar putea afecta condițiile ergonomice de utilizare, aspect ce este în defavoarea actului medical. Prin urmare, cerința tehnică rămâne nemodificată.

Lot nr. 31 Cântar mecanic, pentru adulti 130730

Data:

17 febr 2026, 10:58

Subiectul întrebării:

L.31

Întrebare:

Cintarele mecanice nu sunt DM, sunt mijloace de masurare. va rugam sa excludeti -inregistrate in rsdm

Răspuns (19 febr 2026, 11:53):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Vă rugăm să atrageți atenția la pct nr.22 din cadrul Anunțului de Participare cu privire la Cerințele pentru mijloace de cântărit, potrivit căruia: Se vor prezenta următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livrare mijloace de cântărit obligatoriu

să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripționări: - marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăți de cerc; - limita maximă de citire sub forma Max...; - limita minimă de citire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e = ...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cântărit neautomate construite din elemente separate care se assemblează, marca de identificare pe fiecare element; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d = ...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea țarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) = ...; - sarcina limită, în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim = ...; limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/... °C; - raportul dintre receptorul de greutate și sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organisme de evaluare a conformității notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnate ale Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română și confirmate prin semnătura importatorului.

Data:

17 febr 2026, 17:46

Subiectul întrebării:

Lot 1 Masina de anestezie

Întrebare:

Referitor la cerința "raportul I:E minim 4:1 la 1:8" se solicita modificarea acestuia în raport I:E minim 2:1 la 1:8. Raportul solicitat este specific doar masinilor de anestezie mindray. În ventilație mecanică și în anestezie generală raportul este de 1:2 sau 1:3, inspirul durează mai puțin decât expirul pentru a elimina CO2-ul din organism. Conform anumitor studii ca "Effects of inverse ratio ventilation and positive end-expiratory pressure in oleic acid-induced lung injury" (PMID: 10806151; DOI: 10.1161/ajrcm.161.5.9906060): cazuri ca: hipoxemie refractară, sindromul de detresă respiratorie-acută unde în faza de cercetare se studiază dacă este nevoie ca inspirul să dureze mai mult decât expirul. Conform abstractului, ventilarea cu un raport inversat nu are nici un avantaj față de un raport clasic cu un PEEP pozitiv. Utilizarea unui raport inversat poate duce la hiperventilație pulmonară barotraumată, scăderea întoarcerii venoase, hipotensiune. În cazul în care inspirul durează mai mult ca expirul, este evident că va rămâne un amestec de gaze suplimentar în plămâni cu efect cumulativ. În concluzie, raportul I:E 2:1-1:8 nu poate fi dezavantaj față de raportul 4:1-1:8 solicitat, iar nemodificarea acestui parametru blochează participarea și altor producători.

Răspuns (26 febr 2026, 11:21):

Referitor la solicitarea de modificare a cerinței tehnice „Ventilator automat /raport I:E minim 4:1 la 1:8” în „raport I:E minim 2:1 la 1:8”, autoritatea contractantă a analizat argumentele prezentate din punct de vedere tehnic și medical, inclusiv referințele științifice invocate. Raportul I:E reprezintă un parametru esențial al ventilației mecanice, cu impact direct asupra schimbului gazos, mecanicii pulmonare, presiunilor alveolare și stabilității hemodinamice. În practica anestezică curentă, raportul uzual este 1:2 sau 1:3, însă mașina de anestezie trebuie să permită o plată extinsă de reglaj pentru a acoperi integral necesitățile clinice variabile, inclusiv situații particulare intraoperatorii, intervenții de lungă durată, chirurgie toracică, pacienți obezi, pacienți cu complianță pulmonară scăzută sau cu patologii pulmonară asociată. Cerința privind raportul minim 4:1 la 1:8 nu impune utilizarea de rutină a ventilației cu raport inversat, ci asigură disponibilitatea tehnică a acestei opțiuni atunci când este justificată clinic. Posibilitatea extinderii inspirului peste raportul 2:1 permite optimizarea recrutării alveolare în condiții selectate, creșterea timpului de difuzie a oxigenului și îmbunătățirea oxigenării în cazuri dificile, sub monitorizare atentă. Lipsa acestei capacități limitează flexibilitatea terapeutică și poate restrânge opțiunile anestezistului în gestionarea cazurilor complexe. Setarea unui interval mai restrâns (maxim 2:1) reduce capabilitatea echipamentului și nu oferă aceeași versatilitate clinică. Studiul invocat în solicitare analizează un context experimental specific și nu concluzionează inutilitatea tehnică a posibilității de setare a unui raport inversat, ci doar compară eficiența în anumite condiții clinice determinate. Existența unor riscuri potențiale (barotraumată, afectare hemodinamică) nu reprezintă un argument pentru eliminarea funcției, ci pentru utilizarea ei judicioasă, conform indicației medicale și protocolurilor de siguranță. Dispozitivul trebuie să ofere opțiuni terapeutice complete, iar responsabilitatea utilizării corecte aparține personalului medical specializat. În ceea ce privește afirmația că specificația ar favoriza un singur producător, analiza de piață efectuată anterior elaborării documentației a demonstrat existența mai multor producători internaționali care oferă echipamente cu performanțe egale sau superioare intervalului solicitat, inclusiv Dräger (Germania), Getinge (SUA), HEYER (Germania), Axiomed (China), Comen (China), Acomed (China) și alții. Prin urmare, cerința nu este restrictivă și nu limitează concurența, fiind susținută de existența mai multor soluții tehnice disponibile pe piață. Din perspectiva siguranței pacientului, este esențial ca mașina de anestezie să permită adaptarea parametrilor ventilatori la întreaga gamă de situații clinice posibile, fără limitări tehnice care ar putea compromite individualizarea ventilației. O plată extinsă a raportului I:E contribuie la ergonomia actului medical, la flexibilitatea intervenției anestezice și la capacitatea de reacție în situații critice intraoperatorii. Având în vedere argumentele tehnice, analiza pieței și necesitatea asigurării unei funcționalități complete a echipamentului în interesul siguranței pacientului, cerința rămâne nemodificată.

Data:

17 febr 2026, 17:50

Subiectul întrebării:

Lot 1

Întrebare:

Se solicita modificarea parametrului "PEEP, cmH2O diapazon min. 3-30" Pentru a permite participarea la procedura a mai multor operatori economici va rugam sa considerati modificarea specificatii tehnice dupa cum urmeaza: PEEP, cmH2O diapazon min. 3-30 in PEEP cmH2O Off, diapazon min. 4-30. Se considera ca valoarea PEEP-ului de 3 cmH2O nu este necesara sau utilizata de catre medicii anestezeologi indiferent de categoria pacientului neonatal/pediatric/adult. In urma studiilor de caz s-a demonstrat ca pentru a reduce atelectazia indusă de anestezie măsurată prin ultrasunete la sugarii sănătoși supuși operațiilor abdominale joase, genito-urinare sau regionale superficiale, 6 cmH2O de PEEP a fost mai eficient decât 3 cmH2O. La categoriile de pacient pediatric/adult PEEP-ul utilizat este ≥ 5 cm H2O. Nu exista diferente clinice in utilizarea PEEP-ului de 4 cmH2O si PEEP-ului de 3cmH2O, exista doar situatii in care PEEP-ul necesita sa fie setat pe Off. Soliciti modificarea specificatiei în: PEEP, cmH2O diapazon Off, min. 4-30. PEEP, cmH2O diapazon Off, min. 3-30 face direct referire la producatorul de dispozitive: MINDRAY, modificarea diapazonului in Off, min 4-30 L/min ar permite si la alti producatori sa participe la aceasta licitatie.

Răspuns (26 febr 2026, 11:21):

Se acceptă modificarea cerinței tehnice în „PEEP, cmH2O diapazon min. OFF, 4-30”.

Lot nr. 13 Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici avansate) 130120

Data:

17 febr 2026, 20:41

Subiectul întrebării:

Suport pe roțile

Întrebare:

Solicităm modificarea cerinței 5 roțile în 4 roțile. Suportul pe 5 roțile dă o stabilitate bună atunci când baza este pe un radius mic, Suportul pe 4 roțile permite apropierea lămpii cât mai aproape băgând baza sum masă, etc.

Răspuns (26 febr 2026, 11:22):

Nu se acceptă modificarea cerinței tehnice privind „Mobil pe suport cu minim 5 roți”. O bază prevăzută cu minimum 5 roți asigură o stabilitate superioară din punct de vedere tehnic, în special în cazul utilizării unui braț articulat, unde centrul de greutate se poate modifica în timpul poziționării. Stabilitatea este un element esențial pentru prevenirea răsturnării sau deplasării accidentale a echipamentului. Deși o bază cu 4 roți poate facilita apropierea sub anumite tipuri de mobilier, acest avantaj nu prevalează asupra cerinței de stabilitate și siguranță în exploatare. Riscul de instabilitate poate afecta atât personalul medical, cât și pacientul, în special în spații cu trafic intens sau în timpul ajustării frecvente a poziției lămpii. Totodată, pe piață există o varietate de producători care oferă lămpi cu suport prevăzută cu minimum 5 roți, ceea ce nu limitează concurența. Prin urmare, cerința tehnică rămâne nemodificată.

Lot nr. 13 Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici avansate) 130120

Data:

17 febr 2026, 20:45

Subiectul întrebării:

Timp de viață led

Întrebare:

Solicităm modificarea timpului de viață a ledurilor de la 80000 la mai mult de 60000. Timpul de viață a ledurilor de 80000 h înseamnă un lucru continuu de mai mult de 9 ani, 60000 h ar însemna aproape de 7 ani de lucru continuu. Acest parametru ridică doar pretul produsului nu si calitatea

Răspuns (26 febr 2026, 11:23):

Rugăm să atrageți atenția la cerința caietului de sarcină în care se solicită performanța de „Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\,000\text{ h}$ ” și „Nivelul de iluminare la distanță de 1 m minim 80 000 lux”. Conform cerinței se solicită 80 000 lux nu ore de funcționare

Data:

18 febr 2026, 12:09

Subiectul întrebării:

Lot nr.1 Mașină de anestezie (caracteristici medii) „Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc – obligatoriu
Întrebare:

Vă rugăm respectuos modificarea parametrilor pentru Lotul I, prin includerea cerinței „Sertar pentru depozitare ≥ 2 buc – obligatoriu”, similar cu prevederea din Lotul II.

Considerăm că acest parametru nu influențează performanța tehnică a echipamentului, însă modificarea propusă ar permite participarea unui număr mai mare de operatori economici care pot oferi echipamente de calitate.

Răspuns (26 febr 2026, 11:23):

Se acceptă modificarea cerinței tehnice în „Sertar pentru depozitare ≥ 2 buc”.

Data:

18 febr 2026, 15:10

Subiectul întrebării:

Lot nr. 63 Hotă cu flux laminar – precizarea dimensiunilor geometrice.

Întrebare:

Va rugam sa precizati dimensiunile exteroare si a celor de lucru ale hotei, pentru a va propune un echipament ce corespunde necesitatilor. Daca aveti lipsa de spatiu, atunci e binevenita o hota mai ingusta. Daca aveti spatiu, atunci o hota cu latimea mai mare e mai potrivita.

Răspuns (26 febr 2026, 11:23):

Conform cerințelor caietului de sarcini, au fost solicitați exclusiv parametrii de performanță tehnică ai hotei cu flux laminar. Dimensiunile exterioare și cele ale suprafeței de lucru nu au fost specificate intenționat, pentru a nu restrânge concurența prin impunerea unor caracteristici constructive specifice unui anumit model sau producător. Stabilirea unor dimensiuni exacte ar putea limita participarea operatorilor economici, fără a aduce un beneficiu direct asupra performanței funcționale a echipamentului. Se solicită ofertarea unor hote cu flux laminar cu dimensiuni constructive standard și proporționale, corespunzătoare categoriei echipamentului și capabile să asigure parametrul tehnici de performanță prevăzuți în documentația de atribuire.

Data:

18 febr 2026, 15:47

Subiectul întrebării:

Lot nr.34

Întrebare:

Pentru a realiza un tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei, masa operatorie trebuie: să aibă o construcție monobloc sau un sistem special de șine pentru deplasarea casetei; să nu conțină elemente metalice transversale de rigidizare pe întreaga lungime a blatului. Această configurație limitează construcția modulară standard (caracteristici de baza) a

meselor operatorii universale și nu este specifică majorității meselor operatorii cu 5 secțiuni. Vă rugăm respectuos să eliminați această cerință și să mențineți doar următoarele specificații: radio transparența blatului și accesibilitatea brațului C.

Răspuns (26 febr 2026, 11:23):

Cerința tehnică va fi modificată în „Tunel pentru casete X-ray opțional” și „Radiotransparență pe toată lungimea mesei”.

Data:

19 febr 2026, 12:42

Subiectul întrebării:

cantare (lot 28 - lot 33)

Întrebare:

la pct nr.22 din cadrul Anunțului de Participare cu privire la Cerințele pentru mijloace de cântărit nu scrie nimic despre registrul (<https://inim.md/rus/registre-de-stat>) pentru ca ulterior beneficiarii finali sa poata obtine verificarea metrologica conform (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=150730&lang=ro#). In caz ca cantarul lipseste din registrul menționat mai sus, ele nu pot fi verificate metrologic in Moldova (dupa expirarea certificatului metrologic initial livrat o data cu dispozitivul). Introducerea in registru este cu plata. Din acest motiv va rugam sa verificati intrebarea data pentru a asigura ca toti operatorii economici vor fi in aceleasi conditii, dar in acelasi IMSP sa nu fie defavorizate (sa nu aiba probleme cand va fi necesar sa faca verificarea metrologica)

Răspuns (23 febr 2026, 11:39):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Vă rugăm să atrageți atenția la pct nr.22 din cadrul Anunțului de Participare cu privire la Cerințele pentru mijloace de cântărit, potrivit căruia: Se vor prezenta următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livrare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripționări: - marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăți de cerc; - limita maximă de cântărire sub forma Max...; - limita minimă de cântărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e = ...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cântărit neautomate construite din elemente separate care se asamblază, marca de identificare pe fiecare element; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d = ...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = + ...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = - ...; - diviziunea tarelor, dacă d este diferit de e, sub forma d = ...; - sarcina limită, în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim = ...; limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate și sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organisme de evaluare a conformității notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnate ale Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română și confirmate prin semnătura importatorului.

Data:

19 febr 2026, 15:35

Subiectul întrebării:

Lot nr. 63 Hotă cu flux laminar

Întrebare:

Vă rugăm respectuos modificarea parametrului "Nivelul de zgomot" de la "60dB ≤" la "65dB ≤". Considerăm că acest parametru nu influențează performanța tehnică a echipamentului, însă modificarea propusă ar permite participarea unui număr mai mare de operatori economici care pot oferi echipamente de calitate.

Răspuns (26 febr 2026, 11:24):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Nu se acceptă modificarea cerinței tehnice privind „Nivelul de zgomot ≤ 60 dB”. Nivelul de zgomot reprezintă un parametru esențial pentru condițiile de lucru ale operatorului, având în vedere că hota cu flux laminar este utilizată frecvent pe durate îndelungate, pe parcursul întregii zile de lucru. Activitatea desfășurată necesită concentrare, precizie și stabilitate operațională. Diferența dintre 60 dB și 65 dB nu este neglijabilă, întrucât scala decibelilor este logaritmică, iar o creștere de 5 dB determină o intensificare perceptibilă a nivelului sonor, ceea ce poate genera disconfort și oboseală în utilizare continuă. Totodată, echipamentele cu performanță tehnică superioară sunt, în mod obișnuit, proiectate pentru a asigura un nivel de zgomot mai redus, ceea ce contribuie la un mediu de lucru adecvat. Prin urmare, cerința tehnică rămâne nemodificată.

Data:

20 febr 2026, 09:35

Subiectul întrebării:

Lot 15-17

Întrebare:

Buna ziua, Spectru de raze UV--vizibil -solicitam sa raspundeti mai detaliat despre acest parametru

Răspuns (26 febr 2026, 11:24):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Prin parametrul „Spectru de raze UV + vizibil” se înțelege că lampa germicidă trebuie să emită radiații ultraviolete cu efect germicid (UV-C), destinate inactivării microorganismelor, precum și lumină vizibilă rezultată din funcționarea sursei de radiație. Radiația UV-C reprezintă componenta activă responsabilă de procesul de dezinfectare a aerului, suprafețelor și spațiilor. Emisia de lumină vizibilă nu constituie scopul principal al dispozitivului, însă este un efect caracteristic al funcționării lămpilor germicide standard și permite confirmarea vizuală a operării acestora. Se solicită o lampă germicidă standard, destinată sterilizării spațiului, aerului și suprafețelor, conform principiilor generale de funcționare ale acestui tip de echipament.

Data:

20 febr 2026, 09:38

Subiectul întrebării:

LOT 1

Întrebare:

Specificatia tehnica pentru lotul 1 din anuntul de participare nu coincide cu specificatia tehnica din formulare. in formular este cod 110110. in anunt este 110120(respectiv si specificatia difera) va rog sa verificati si sa modificati

Răspuns (23 febr 2026, 11:41):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Formularul s-a actualizat!

Data:

20 febr 2026, 11:04

Subiectul întrebării:

LOT 39

Întrebare:

Poziționare Trendelenburg și Anti-trendelenburg va rugăm să acceptați ≥ 12 grade Înălțime Ajustabilă va rugăm să acceptați ± 4 cm

Răspuns (26 febr 2026, 11:24):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Nu se acceptă modificarea cerinței tehnice privind „Poziționare Trendelenburg $\geq 16^\circ$ și Anti-Trendelenburg $\geq 16^\circ$ ”. Această performanță tehnică este necesară pentru asigurarea condițiilor adecvate de tratament și îngrijire a pacienților. Unghiul solicitat permite aplicarea eficientă a poziționărilor terapeutice utilizate în managementul diverselor afecțiuni (intervenții chirurgicale, terapie intensivă, managementul hipotensiunii sau al insuficienței respiratorii). Reducerea unghiului minim la $\geq 12^\circ$ ar diminua capacitatea patului de a asigura poziționarea optimă a pacientului în anumite situații clinice și ar limita funcționalitatea echipamentului. Nu se acceptă modificarea cerinței tehnice privind „Înălțime ajustabilă, diapazon min. 45–80 cm, ± 2 cm”. Cerința stabilită în caietul de sarcini reflectă o performanță tehnică medie necesară pentru asigurarea condițiilor optime de îngrijire a pacientului și ergonomiei personalului medical. Totodată, a fost prevăzută o toleranță de ± 2 cm, tocmai pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de producători, fără a compromite funcționalitatea dispozitivului. Extinderea suplimentară a toleranței solicitate ar conduce la diminuarea performanței tehnice minime necesare și ar putea afecta condițiile ergonomice de utilizare, aspect ce este în defavoarea actului medical. Prin urmare, cerința tehnică rămâne nemodificată.

Data:

23 febr 2026, 12:10

Subiectul întrebării:

cantare (lot 28 - lot 33)

Întrebare:

Buna ziua! În răspunsul dvs anterior, dvs ati ignorat faptul ca dupa verificarea metrologica initiala, utilizatorul final trebuie sa mai faca verificarea periodica metrologica in Moldova - ceea ce este imposibil in cazul in care OE nu a inregistrat cantarul in registrul sus-mentionat. Din acest motiv si va intrebam, daca pe viitor IMSP va dori sa faca verificarea metrologica (necesara la acreditare) sau nu. Daca IMSP nu va mai face nici o data verificarea metrologica in Moldova, atunci nu este nevoie sa fie inregistrate. Daca totusi IMSP va avea nevoie sa faca verificarea metrologica, atunci CAPCS trebuie sa asigure ca OE va inregistra cantarele in registrul de stat (echivalent cu CAPCS la recomandarea curții de conturi a decis sa asigure ca DM oferite sa fie in registrul de stat al DM)

Răspuns (26 febr 2026, 11:25):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Verificarea metrologică se efectuează în dependență de scopul de utilizare a dispozitivului. În cazul că aceste este utilizat în scop medical atunci obligatoriu trebuie să fie înregistrat în registrul de stat al dispozitivelor medicale și să permită efectuarea verificării metrologice conform legislației naționale.

Data:

24 febr 2026, 09:26

Subiectul întrebării:

Lot 1 Masina de anestezie

Întrebare:

Stimata comisie: Referitor la cerința privind raportul I:E minim 4:1 până la 1:8, solicităm modificarea acestuia la un raport I:E minim 2:1 până la 1:3. Raportul 4:1 este specific anumitor modele de aparate de anestezie Mindray și nu reprezintă un standard general în ventilația mecanică sau în anestezia generală. În practica curentă, raportul inspir:expir este, în mod obișnuit, 1:2 sau 1:3, inspirul având o durată mai scurtă decât expirul pentru a permite eliminarea eficientă a CO_2 din organism. Conform literaturii de specialitate, utilizarea ventilației cu raport inversat (în care inspirul este mai lung decât expirul) este analizată în contexte particulare, precum hipoxemia refractară sau sindromul de detresă respiratorie acută. Ventilația cu raport inversat nu a demonstrat avantaje față de ventilația convențională asociată cu PEEP pozitiv. Mai mult, utilizarea unui raport inversat poate fi asociată cu riscuri precum hiperventilație pulmonară, barotraumă, scăderea întoarcerii venoase și hipotensiune arterială. De asemenea, prelungirea duratei inspirului peste cea a expirului poate determina retenția suplimentară de gaze la nivel pulmonar, cu efect cumulativ. În concluzie, intervalul I:E 2:1–1:8 nu reprezintă un dezavantaj comparativ cu intervalul 4:1–1:8 solicitat. Solicitam respectuos din partea grupului de lucru al CAPCS-ului sa accepte modificarea. Va multumim anticipat

Răspuns (26 febr 2026, 11:25):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Referitor la solicitarea de modificare a cerinței tehnice privind „raport I:E minim 4:1 până la 1:8” în „raport I:E minim 2:1 până la 1:8”, autoritatea contractantă a analizat argumentele prezentate din perspectivă clinică, tehnică și concurențială. Raportul inspir:expir reprezintă un parametru esențial al ventilației

mechanice, cu impact direct asupra oxigenării, eliminării CO₂, presiunilor alveolare, recrutării pulmonare și stabilității hemodinamice. Într-adevăr, în practica uzuală de anestezie generală se utilizează frecvent un raport 1:2 sau 1:3. Cu toate acestea, specificația tehnică nu impune utilizarea de rutină a unui raport inversat, ci stabilește o plajă minimă de reglaj necesară pentru a asigura versatilitatea clinică a echipamentului în toate situațiile posibile. Posibilitatea setării unui raport de până la 4:1 oferă medicului anestezist opțiunea tehnică de a adapta ventilația în cazuri particulare, inclusiv intervenții chirurgicale majore, chirurgie toracică, pacienți cu complianță pulmonară redusă, obezitate severă sau alte situații în care strategii de recrutare alveolară pot fi necesare. Faptul că ventilația cu raport inversat nu este utilizată de rutină și că literatura științifică indică rezultate variabile nu constituie un argument pentru limitarea capabilității tehnice a echipamentului. Riscurile potențiale menționate (barotraumă, afectare hemodinamică, retenție de gaze) sunt legate de utilizarea neadekvată a parametrilor ventilatori, nu de existența funcției în sine. Echipamentul trebuie să permită opțiuni terapeutice complete, utilizarea acestora fiind strict controlată de competența și responsabilitatea personalului medical. Din punct de vedere tehnic, limitarea superioară la 2:1 reduce flexibilitatea aparatului și capacitatea de adaptare la cazuri complexe intraoperatorii. În contextul unei unități medicale care gestionează pacienți cu profil variat de risc, este necesar ca mașina de anestezie să ofere o plajă extinsă de setări, astfel încât actul medical să nu fie condiționat de restricții tehnice ale echipamentului. În ceea ce privește afirmația referitoare la caracterul restrictiv al cerinței, analiza de piață realizată anterior elaborării documentației de atribuire a demonstrat că există mai mulți producători internaționali care oferă echipamente cu intervale egale sau superioare raportului solicitat, inclusiv modele care permit raport 4:1 până la 1:8 sau chiar mai extins. Prin urmare, cerința nu este specifică unui singur producător și nu are caracter discriminativ, fiind susținută de existența unei oferte concurențiale reale pe piață. Stabilirea acestei specificații are la bază necesitatea asigurării siguranței pacientului, a flexibilității clinice și a posibilității de individualizare a ventilației în funcție de particularitățile fiecărui caz. Eliminarea acestei capabilități ar reduce funcționalitatea echipamentului și ar putea limita opțiunile terapeutice în situații critice. În urma analizei tehnice și medicale efectuate, solicitarea de modificare nu se justifică. Cerința rămâne nemodificată.

Data:

24 febr 2026, 09:30

Subiectul întrebării:

Masina de anestezie(caracteristici medii)

Întrebare:

Referitor la specificația tehnică privind debitmetrul pentru mașina de anestezie, prin care se solicită un diapazon de minim 1–15 L/min, vă rugăm să acceptați modificarea acestei cerințe la un diapazon minim 1–10 L/min. Menționăm că intervalul 1–10 L/min acoperă pe deplin necesitățile clinice curente în anestezia generală și ventilația mecanică, fiind adecvat pentru administrarea sigură și eficientă a gazelor medicale în practica uzuală. Această plajă de debit permite utilizarea tuturor tehnicilor standard de anestezie, inclusiv low-flow și minimal-flow. Totodată, menținerea cerinței la nivelul 1–15 L/min poate restricționa nejustificat participarea unor producători ale căror echipamente respectă standardele internaționale și asigură performanțe clinice echivalente. În acest context, considerăm că acceptarea unui diapazon minim 1–10 L/min nu afectează performanța sau siguranța echipamentului, dar contribuie la asigurarea unui cadru concurențial echitabil. Vă rugăm să analizați și să aprobați această modificare.

Răspuns (26 febr 2026, 11:25):

Referitor la solicitarea de modificare a specificației tehnice privind debitmetrul mașinii de anestezie din „diapazon minim 1–15 L/min” în „diapazon minim 1–10 L/min”, autoritatea contractantă a analizat argumentele prezentate din perspectivă clinică, tehnică și concurențială. Debitmetrul reprezintă un element esențial al mașinii de anestezie, având rol direct în asigurarea unui control precis al amestecului de gaze medicale și al fluxului total administrat pacientului. Stabilirea unui diapazon minim 1–15 L/min are ca obiectiv asigurarea unei plaje suficiente pentru toate situațiile clinice, inclusiv inducția rapidă, tehnici cu flux crescut, ventilația manuală în situații de urgență, precum și managementul cazurilor cu necesar ventilator variabil. Limitarea superioară la 10 L/min reduce flexibilitatea aparatului în scenarii clinice care pot necesita temporar debite mai mari, inclusiv situații de instabilitate ventilatorie sau necesitatea creșterii rapide a concentrației de oxigen. Argumentul conform căruia intervalul 1–10 L/min acoperă practica uzuală este valabil pentru o parte semnificativă a cazurilor standard, însă documentația tehnică nu trebuie să reflecte exclusiv situațiile de rutină, ci să asigure capacitatea echipamentului de a răspunde inclusiv cazurilor complexe sau neprevăzute. În contextul siguranței pacientului, este necesar ca mașina de anestezie să permită atât tehnici low-flow și minimal-flow, cât și posibilitatea utilizării unor debite crescute atunci când condițiile clinice o impun. Din punct de vedere tehnic, existența unei limite superioare de 15 L/min nu obligă utilizarea permanentă a acestor valori, ci oferă medicului anestezist control suplimentar și libertate decizională în funcție de evoluția intraoperatorie. Reducerea acestei limite ar putea restrânge capacitatea de reacție în situații critice și ar diminua versatilitatea echipamentului. În ceea ce privește afirmația referitoare la caracterul restrictiv al cerinței, analiza de piață realizată anterior elaborării specificațiilor a demonstrat existența mai multor producători care oferă debitmetre cu interval egal sau superior celui solicitat. Prin urmare, cerința nu este discriminatorie și nu limitează concurența, fiind fundamentată pe necesități clinice obiective și pe existența unei oferte tehnice suficiente pe piață. Având în vedere importanța asigurării unei plaje

complete de reglaj pentru adaptarea la toate situațiile clinice, precum și necesitatea menținerii unui nivel ridicat de siguranță și funcționalitate a echipamentului, solicitarea de modificare nu se justifică din punct de vedere tehnic și medical. Cerința rămâne nemodificată.

Lot nr. 54 Coagulometru semi-automat 151110

Data:

24 febr 2026, 09:43

Subiectul întrebării:

CANTITATILE DUBLATE

Întrebare:

Bună ziua! Doamna Gabriela, urgent vă atenționăm, că în procedura paralela de reofertare ocids-b3.wdp | -MD-1770910874379 D-na Irina Arvinte a inclus la lotul Lot nr. 131 Coagulometru semi-automat 151110 tot 2 bucate de coagulometru semi-automat pentru tot pentru aceleași beneficiari - CS Vulcănești și CMF Florești. Este evident o eroare tehnică și solicitarea dublată. Vă rugăm să luați legătura cu D-na Irina și să consultați, totodată și cu IMSPuri-beneficiari, ca să nu fie achiziționarea dublată. Procedura paralelă este în perioada de depunere ofertelor și nu pot fi introduse modificări. Respectuos solicităm să fie anulat lotul acesta în procedura această, fiind unica soluție în cazul acesta, deocamdată este încă timpul pentru rezolvarea problemei. Mulțumim anticipat!

Răspuns (24 febr 2026, 12:17):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă! Fișierul s-a actualizat!

Data:

24 febr 2026, 09:45

Subiectul întrebării:

Masina de anestezie, lot 1

Întrebare:

Solicitare de clarificare -- dimensiunea monitorului mașinii de anestezie Referitor la specificația tehnică privind dimensiunea monitorului integrat al mașinii de anestezie, vă rugăm să acceptați o dimensiune minimă de 10 inch. Menționăm că un monitor de 10 inch permite afișarea clară și completă a parametrilor esențiali de ventilație, anestezie și monitorizare a pacientului, asigurând o vizualizare adecvată în condiții de siguranță. Dimensiunea propusă este suficientă pentru afișarea simultană a curbelor, buclelor și valorilor numerice necesare în practica clinică curentă. Totodată, performanța și lizibilitatea monitorului sunt determinate nu doar de dimensiunea diagonală, ci și de rezoluție, calitatea afișajului și organizarea interfeței grafice. Prin urmare, acceptarea unei diagonale de 10 inch nu afectează funcționalitatea sau siguranța echipamentului. Menținerea unei cerințe restrictive privind dimensiunea monitorului poate limita nejustificat participarea altor producători ale căror echipamente respectă standardele internaționale și oferă performanțe clinice echivalente. În acest context, considerăm că acceptarea unui monitor cu dimensiunea minimă de 10 inch asigură îndeplinirea cerințelor clinice și menține un cadru concurențial echitabil. Vă rugăm să analizați și să aprobați această modificare.

Răspuns (26 febr 2026, 11:26):

Referitor la solicitarea de modificare a specificației tehnice privind dimensiunea monitorului integrat al mașinii de anestezie din „Display mașina de anestezie ≥ 12 inch, color TFT sau LCD” în „dimensiune minimă 10 inch”, autoritatea contractantă a analizat argumentele prezentate din punct de vedere tehnic, funcțional și clinic. Monitorul integrat al mașinii de anestezie reprezintă interfața principală de interacțiune dintre echipament și medicul anestezist, având rol critic în afișarea parametrilor ventilatori, concentrațiilor de gaze anestezice, curbelor de presiune, volum și flux, buclelor ventilatorii, alarmelor și mesajelor de siguranță. În contextul actului anestezic modern, este necesară afișarea simultană a unui volum mare de informații esențiale, într-un mod clar, lizibil și rapid interpretabil. Deși performanța unui monitor este influențată și de rezoluție, contrast și organizarea interfeței grafice, dimensiunea fizică a ecranului are impact direct asupra lizibilității în condiții reale de bloc operator, unde distanța de vizualizare, unghiul de poziționare, iluminarea ambientală și dinamica actului medical pot varia. Un ecran de minimum 12 inch permite afișarea concomitentă a mai multor curbe și parametri numerici fără comprimarea excesivă a informației, reducând riscul de interpretare eronată sau întârziată a datelor critice. În situații intraoperatorii complexe sau de urgență, viteza de percepție vizuală a modificărilor parametrilor

ventilatori și hemodinamici este esențială pentru siguranța pacientului. Un display cu diagonală mai mare contribuie la ergonomia postului de lucru. La reducerea oboselii vizuale și la optimizarea timpului de reacție al medicului anestezist. Limitarea la 10 inch poate restrânge suprafața utilă de afișare și poate împune reorganizarea informațiilor pe mai multe pagini sau meniuri, ceea ce nu este optim în condiții critice. Menținerea cerinței ≥ 12 inch nu reprezintă o specificație excesivă, ci reflectă standardul actual al echipamentelor moderne de anestezie utilizate în unități medicale care gestionează cazuri cu grad variat de complexitate. Având în vedere importanța vizualizării clare și simultane a parametrilor vitali, necesitatea reducerii riscului de eroare umană și asigurarea unui nivel optim de siguranță a pacientului, solicitarea de modificare nu se justifică din punct de vedere tehnic și clinic. Cerința rămâne nemodificată

Data:

24 febr 2026, 11:40

Subiectul întrebării:

Lot22 Defibrilator extern, manual
Întrebare:

Buna ziua. Se solicita modificarea parametrului Selectarea energiei: adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut în adult 50-350 bifazic /50-200 rectiliniu bifazic. Propunem acceptarea unui nivel maxim de energie de 200 Jouli, având în vedere performanța dovedită a tehnologiei Rectilinear Biphasic™ Waveform (RBW). Tehnologia RBW, concepută special pentru defibrilarea externă, oferă mai multe avantaje validate clinic: Livrează un șoc cu durată fixă de 10 milisecunde și curent ridicat, independent de impedanța transtoracică (TTI). Menține o livrare constantă și optimă a curentului pe o gamă largă de impedanțe ale pacientului, asigurând eficiență crescută în special la pacienții cu impedanță mare. Oferă cel mai mare curent mediu pacienților cu impedanță ridicată, aspect esențial pentru o defibrilare eficientă. La 200 Jouli, datele clinice demonstrează o eficacitate superioară sau echivalentă comparativ cu formele de undă bifazice non-rectilinie de 360 J, în special în cazurile cu impedanță ridicată. Este singura formă de undă aprobată care poate revendica superioritate față de formele de undă monofazice. De asemenea, spre deosebire de alte forme de undă bifazice adaptate din defibrilatoarele interne, Rectilinear Biphasic Waveform a fost proiectată special pentru defibrilarea externă toracică, asigurând performanță optimizată fără necesitatea unor niveluri nominale mai ridicate de energie. Având în vedere aceste avantaje tehnice și clinice, creșterea energiei maxime selectabile la 360 Jouli nu aduce beneficii clinice suplimentare în cazul acestei tehnologii, în timp ce 200 Jouli asigură atât eficiență, cât și siguranță pentru pacient. Prin urmare, vă rugăm respectuos să confirmați că o energie maximă de 200 Jouli, tip Rectiliniu Bifazic va fi considerată conformă cu cerințele tehnice. Producători ca SCHILLER (exemplu model DEFIGARD HD-7), ZOLL(exemplu model M2) au o putere maximă de 200 Jouli, unde de tip rectiliniu Bifazic, iar Nihon Konden(exemplu model TEC-5600) are o putere maximă de 270 Jouli. Ceea ce reprezintă încă un motiv pentru care este nevoie să se modifice acest parametru. Multumim!

Răspuns (26 febr 2026, 11:26):

Selectarea energiei reprezintă un parametru esențial al defibrilatorului extern, cu impact direct asupra eficienței șocului electric și siguranței pacientului. Specificația inițială prevede pentru adulți un interval de 50–360 Jouli bifazic și pentru copii/ nou-născuți 2–20 Jouli, ceea ce asigură o flexibilitate maximă în funcție de greutatea pacientului, impedanța transtoracică și situațiile clinice variate, inclusiv cazurile de rezistență crescută la șoc sau aritmii refractare. Deși tehnologia Rectilinear Biphasic Waveform (RBW) oferă o livrare optimă a curentului, cu eficiență crescută la pacienții cu impedanță mare, limitele de energie stabilite la 360 Jouli pentru adulți permit acoperirea integrală a situațiilor clinice care pot apărea în urgențe și intervenții complexe, inclusiv pacienți cu impedanță foarte mare sau cu condiții cardiace particulare. Reducerea energiei maxime la 200 Jouli ar limita flexibilitatea aparatului în cazurile clinice neprevăzute, putând afecta eficiența defibrilării și crescând riscul de șocuri insuficiente. Din perspectiva siguranței pacientului, menținerea intervalului 50–360 Jouli bifazic pentru adulți respectă recomandările internaționale privind tratamentul aritmiilor ventriculare și stopul cardiac, asigurând atât eficiență, cât și posibilitatea ajustării energiei în funcție de răspunsul pacientului. Ca urmare, pentru posibilitatea de participarea a mai multor producători și tehnologii se acceptă modificarea cerinței tehnice în „adult 50-360 J bifazic /50-270 J rectiliniu bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut”.

Data:

24 febr 2026, 13:02

Subiectul întrebării:

Lot 22 Defibrilator extern, manual
Întrebare:

Forma de unda la ieșire: bifazic, solicitam sa se accepte si tipul de unda rectiliniu bifazic care ofera o serie de avantaje si nu este inferioara celei de tip bifazic.

Răspuns (26 febr 2026, 11:26):

Se acceptă modificarea cerinței tehnice în „Forma de undă la ieșire bifazic sau rectiliniu bifazic”.

Data:

24 febr 2026, 13:11

Subiectul întrebării:

Lot 22 Defibrilator extern, manual

Întrebare:

Referitor la cerința privind selectarea energiei (adult 50–360 J bifazic), solicităm modificarea acesteia prin acceptarea unei energii maxime de 200 Jouli, tip Rectiliniu Bifazic. Propunerea noastră se bazează pe performanța dovedită a tehnologiei Rectilinear Biphasic™ Waveform (RBW), care livrează un șoc cu durată fixă de 10 ms, asigură curent optim indiferent de impedanța pacientului și demonstrează eficacitate superioară sau echivalentă comparativ cu formele de undă bifazice de 360 J, în special la pacienții cu impedanță crescută. Creșterea energiei la 360 J nu aduce beneficii clinice suplimentare în cazul acestei tehnologii. Vă rugăm respectuos să confirmați acceptarea energiei maxime de 200 J, tip Rectiliniu Bifazic, ca fiind conformă cu cerințele tehnice. De asemenea solicitam ca pentru modulul ECG, protecția împotriva socurilor de defibrilare ≥ 360 J sa se modifice în protecția socurilor de defibrilare echivalent cu energia maxima al defibrilatorului.

Răspuns (26 febr 2026, 11:27):

Se acceptă modificarea cerinței tehnice în „adult 50-360 J bifazic /50-270 J rectiliniu bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut”. Și modificarea cerinței „Modul ECG / Protecție înotriva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J bifazic sau ≥ 270 J rectiliniu bifazic”.

Data:

24 febr 2026, 14:00

Subiectul întrebării:

Lot22 Defibrilator extern, manual

Întrebare:

Se solicita specificatia tehnica Memorie, Capacitate de stocare, ≥ 3 ore. Specificatia tehnica data este foarte vaga. Nu este exemplificat ce date trebuie sa contina inregistrarea. Se propune indicarea nu in durata de inregistrare, dar in GB pentru a nu putea fi interpretata specificatia in mai multe moduri. Consideram ca 2GB ar fi suficient. Modelele de top de la ZOILL si SCHILLER au intre 1-2 GB.

Răspuns (26 febr 2026, 11:27):

Referitor la solicitarea de modificare a specificației tehnice „Memorie / Capacitate de stocare ≥ 3 ore” pentru defibrilatorului extern manual, autoritatea contractantă a analizat propunerea de exprimare a cerinței în unități de capacitate (GB) în locul duratei de înregistrare. Cerința stabilită vizează asigurarea posibilității de înregistrare continuă, pentru minimum 3 ore, a datelor clinice esențiale generate în timpul intervenției, respectiv semnal ECG, evenimente de defibrilare, parametri asociați și înregistrare audio ambientală. Această abordare este fundamentată pe necesitatea documentării complete a actului medical, pe asigurarea trasabilității intervenției și pe posibilitatea analizei ulterioare a cazului în scop clinic, medico-legal și de îmbunătățire a calității actului medical. Durata efectivă de înregistrare reprezintă un parametru funcțional direct corelat cu utilizarea reală a dispozitivului în situații de urgență prelungite, transport interclinic sau resuscitare extinsă. Exprimarea cerinței în GB nu asigură un criteriu obiectiv și comparabil între ofertanți, întrucât durata reală de stocare depinde de mulți factori tehnici, inclusiv rata de eșantionare, compresia datelor, formatul fișierelor și modul de înregistrare audio. O capacitate de 2 GB poate genera durate diferite de stocare în funcție de arhitectura fiecărui producător, ceea ce introduce un element de variabilitate și interpretare care poate afecta evaluarea uniformă a ofertelor. Prin urmare, exprimarea în unitate de timp reprezintă o cerință clară, măsurabilă și direct corelată cu necesitatea clinică. Menționarea unor modele comerciale

ale producătorilor ZOLL Medical Corporation și SCHILLER AG nu justifică modificarea specificației. Întrucât documentația de atribuire nu este fundamentată pe configurația unui anumit producător, ci pe necesitățile obiective ale instituției medicale și pe cerințele minime pentru siguranța pacientului și funcționalitatea dispozitivului. Având în vedere cele expuse, cerința formulată în unitate de timp asigură claritate, relevanță clinică și comparabilitate între oferte, fiind adecvată scopului medical urmărit. Cerința rămâne nemodificată.

Data:

24 febr 2026, 14:49

Subiectul întrebării:

Lot 23 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externa

Întrebare:

Vă transmitem prezenta solicitare de modificare a parametrului privind selectarea energiei, după cum urmează: Din: Adult: 50–360 J bifazic Pediatric/Nou-născut: 2–20 J În: Adult: 50–350 J bifazic / 50–200 J rectiliniu bifazic. Propunem acceptarea unui nivel maxim de energie de 200 Jouli pentru forma de undă Rectiliniu Bifazic, având în vedere performanța demonstrată a tehnologiei Rectilinear Biphasic™ Waveform (RBW). Tehnologia RBW, concepută special pentru defibrilarea externă, oferă multiple avantaje validate clinic: Livrează un șoc cu durată fixă de 10 milisecunde în special la pacienții cu curent ridicat, independent de impedanță transtoracică (TTI); Asigură o livrare constantă și optimă a curentului pe o gamă largă de impedanțe ale pacientului, cu eficiență crescută în cazul pacienților cu impedanță ridicată, element esențial pentru o defibrilare eficientă; La 200 J, datele clinice indică o eficacitate superioară sau echivalentă comparativ cu formele de undă bifazice non-rectilinii de 360 J, în special în situațiile cu impedanță crescută; Este singura formă de undă aprobată care poate revendica superioritate față de undele monofazice. În plus, spre deosebire de alte forme de undă bifazice adaptate din defibrilatoarele interne, forma de undă Rectiliniu Bifazic a fost protectată special pentru defibrilarea externă toracică, asigurând performanță optimizată fără necesitatea unor niveluri nominale mai ridicate de energie. Având în vedere aceste argumente tehnice și clinice, considerăm că stabilirea unei energii maxime selectabile de 360 J nu aduce beneficii clinice suplimentare în cazul acestei tehnologii, în timp ce nivelul de 200 J asigură atât eficiență terapeutică, cât și siguranță pentru pacient. De asemenea, există producători consacrați care utilizează această tehnologie și au niveluri maxime similare de energie, precum: SCHILLER – model DEFIGARD HD-7 (energie maximă 200 J, undă rectiliniu bifazică); ZOLL – model M2 (energie maximă 200 J, undă rectiliniu bifazică); Nihon Kohden – model TEC-5600 (energie maximă 270 J). Aceste exemple susțin suplimentar necesitatea ajustării parametrului solicitat. În consecință, vă rugăm respectuos să confirmați că o energie maximă de 200 Jouli, pentru tehnologia Rectiliniu Bifazic, va fi considerată conformă cu cerințele tehnice. Vă mulțumim pentru sprijin și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice informații suplimentare.

Răspuns (26 febr 2026, 11:27):

Selectarea energiei reprezintă un parametru esențial al defibrilatorului extern, cu impact direct asupra eficienței șocului electric și siguranței pacientului. Specificația inițială prevede pentru adulți un interval de 50–360 Jouli bifazic și pentru copii/ nou-născuți 2–20 Jouli, ceea ce asigură o flexibilitate maximă în funcție de greutatea pacientului, impedanța transtoracică și situațiile clinice variate, inclusiv cazurile de rezistență crescută la șoc sau aritmii refractare. Deși tehnologia Rectilinear Biphasic Waveform (RBW) oferă o livrare optimă a curentului, cu eficiență crescută la pacienții cu impedanță mare, limitele de energie stabilesc la 360 Jouli pentru adulți permit acoperirea integrală a situațiilor clinice care pot apărea în urgențe și intervenții complexe, inclusiv pacienți cu impedanță foarte mare sau cu condiții cardiace particulare. Reducerea energiei maxime la 200 Jouli ar limita flexibilitatea aparatului în cazurile clinice neprevăzute, putând afecta eficiența defibrilării și crescând riscul de șocuri insuficiente. Din perspectiva siguranței pacientului, menținerea intervalului 50–360 Jouli bifazic pentru adulți respectă recomandările internaționale privind tratamentul aritmiilor ventriculare și stopul cardiac, asigurând atât eficiență, cât și posibilitatea ajustării energiei în funcție de răspunsul pacientului. Ca urmare, pentru posibilitatea de participare a mai multor producători și tehnologii se acceptă modificarea cerinței tehnice în „adult 50–360 J bifazic /50–270 J rectiliniu bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut”.

Lot nr. 35 Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310

Data:

24 febr 2026, 15:05

Subiectul întrebării:

Specificatii tehnice

Întrebare:

Simulate autoritate, in anunt se solicita Husă obligatoriu. Vă rugăm să ne dați un răspuns mai clar în privința specificațiilor tehnice, și anume, dacă este necesar ca husă să fie de unică folosință sau aveți nevoie pentru utilizare pe termen lung? Și se solicită un material specific pentru husă?

Răspuns (26 febr 2026, 11:27):

Cerința tehnică va fi modificată în „Husă reutilizabilă obligatoriu”. Ce ține din ce material este fabricat husa, această performanță rămâne la discreția ofertantului.

Data:

24 febr 2026, 15:44

Subiectul întrebării:

Lot 23 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externa
Întrebare:

Bună ziua, Referitor la cerința privind acuratețea măsurării frecvenței cardiace (± 1 BPM), considerăm că acest parametru este excesiv restrictiv și nu reflectă specificațiile standard ale echipamentelor de top din domeniu. Majoritatea defibrilatoarelor premium de la producători consacrați precum ZOLL, SCHILLER și NIHON KOHDEN au o acuratețe specificată de ± 3 BPM sau $\pm 3\%$, oricare este mai mare, valoare recunoscută și acceptată la nivel internațional pentru acest tip de dispozitive. Prin urmare, solicitarea unei precizii de ± 1 BPM nu este una uzuală pentru defibrilatoare și poate limita nejustificat participarea producătorilor consacrați. Vă rugăm respectuos să acceptați o acuratețe a frecvenței cardiace de ± 3 BPM sau $\pm 3\%$, oricare este mai mare, ca fiind conformă cu cerințele tehnice. Vă mulțumim.

Răspuns (26 febr 2026, 11:27):

Se acceptă modificarea cerinței în „Modul ECG / Acuratețea ± 3 BPM”.

Data:

24 febr 2026, 16:17

Subiectul întrebării:

Lot 23 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externa
Întrebare:

Referitor la cerința privind intervalul curentului de stimulare (minim 1–200 mA) pentru cardiostimulare externă, considerăm că acest diapazon este mai restrictiv decât specificațiile standard ale echipamentelor performante existente pe piață. Majoritatea defibrilatoarelor cu funcție de pacing extern oferă un interval de stimulare de 1–180 mA, nivel considerat suficient din punct de vedere clinic pentru realizarea capturii electrice eficiente în practica medicală curentă. Extinderea limitei superioare la 200 mA nu aduce beneficii clinice semnificative suplimentare, în timp ce intervalul 1–180 mA asigură eficiență terapeutică, siguranță pentru pacient și este aliniat cu specificațiile producătorilor consacrați. În acest context, vă rugăm respectuos să acceptați modificarea cerinței privind curentul de stimulare la 1–180 mA, ca fiind conformă cu cerințele tehnice ale lotului. Vă mulțumim și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice informații suplimentare.

Răspuns (26 febr 2026, 11:28):

Referitor la solicitarea de modificare a cerinței tehnice privind cardiostimularea externă, respectiv „Curent de ieșire diapazon minim 1–200 mA”, autoritatea contractantă a analizat argumentele prezentate privind limitarea intervalului superior la 180 mA. Cerința stabilită are la bază necesitatea asigurării unei marje maxime de siguranță și eficiență în utilizarea dispozitivului în situații clinice variate, inclusiv în cazuri de pacienți cu impedanță toracică crescută, obezitate, afecțiuni pulmonare, edeme sau alte condiții care pot necesita praguri de captură electrică mai ridicate. Stabilirea unui plafon de până la 200 mA nu reprezintă o utilizare de rutină a valorii maxime, ci asigură disponibilitatea tehnică a unei rezerve funcționale care poate deveni esențială în situații limită, în care obținerea capturii electrice eficiente este critică pentru menținerea funcției cardiace și pentru siguranța pacientului. Intervalul extins contribuie la creșterea versatilității clinice a echipamentului și la adaptabilitatea acestuia în contexte de urgență prespitalicească sau intraspitalicească, unde variabilitatea parametrilor pacientului nu poate fi anticipată. Din perspectiva ergonomiei și funcționalității, disponibilitatea unui diapazon mai larg nu afectează negativ utilizarea dispozitivului, ci oferă personalului medical opțiuni suplimentare de ajustare fină a terapiei în funcție de răspunsul clinic. Faptul că anumite echipamente existente pe piață, inclusiv

prodele ale unor producători consacrați, pot avea limita superioară de 180 mA nu constituie un argument suficient pentru reducerea cerinței, întrucât specificațiile tehnice ale procedurii sunt fundamentate pe necesitățile obiective ale autorității contractante și pe dorința de a achiziționa un echipament cu performanțe avansate, capabil să acopere un spectru clinic cât mai larg. Cerința nu este disproporționată și nu restricționează nejustificat concurența, ci stabilește un prag minim de performanță considerat adecvat pentru nivelul de complexitate al serviciilor medicale furnizate. În consecință, pentru a garanta siguranța pacientului, eficiența terapiei și disponibilitatea unei rezerve funcționale adecvate în situații critice, cerința tehnică privind „Cardiostimulare externă / Curent de ieșire diapazon minim 1–200 mA” rămâne nemodificată.

Data:

24 febr 2026, 16:19

Subiectul întrebării:

Lot 23 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă
Întrebare:

Se solicita specificația tehnica Memorie, Capacitate de stocare, ≥ 3 ore. Specificația tehnica data este foarte vaga. Nu este exemplificat ce date trebuie să conțină înregistrarea. Se propune indicarea nu în durata de înregistrare, dar în GB pentru a nu putea fi interpretată specificația în mai multe moduri. Considerăm ca 2GB ar fi suficient. Modelele de top de la ZOILL și SCHILLER au între 1-2 GB

Răspuns (26 febr 2026, 11:28):

Referitor la solicitarea de modificare a specificației tehnice „Memorie / Capacitate de stocare ≥ 3 ore” pentru defibrilatorul extern manual, autoritatea contractantă a analizat propunerea de exprimare a cerinței în unități de capacitate (GB) în locul duratei de înregistrare. Cerința stabilită vizează asigurarea posibilității de înregistrare continuă, pentru minimum 3 ore, a datelor clinice esențiale generate în timpul intervenției, respectiv semnal ECG, evenimente de defibrilare, parametri asociați și înregistrare audio ambientală. Această abordare este fundamentată pe necesitatea documentării complete a actului medical, pe asigurarea trasabilității intervenției și pe posibilitatea analizei ulterioare a cazului în scop clinic, medico-legal și de îmbunătățire a calității actului medical. Durata efectivă de înregistrare reprezintă un parametru funcțional direct corelat cu utilizarea reală a dispozitivului în situații de urgență prelungite, transport interclinic sau resuscitare extinsă. Exprimarea cerinței în GB nu asigură un criteriu obiectiv și comparabil între ofertanți, întrucât durata reală de stocare depinde de mulți factori tehnici, inclusiv rata de eșantionare, compresia datelor, formatul fișierelor și modul de înregistrare audio. O capacitate de 2 GB poate genera durate diferite de stocare în funcție de arhitectura fiecărui producător, ceea ce introduce un element de variabilitate și interpretare care poate afecta evaluarea uniformă a ofertelor. Prin urmare, exprimarea în unitate de timp reprezintă o cerință clară, măsurabilă și direct corelată cu necesitatea clinică. Menționarea unor modele comerciale ale producătorilor ZOLL Medical Corporation și SCHILLER AG nu justifică modificarea specificației. Întrucât documentația de atribuire nu este fundamentată pe configurația unui anumit producător, ci pe necesitățile obiective ale instituției medicale și pe cerințele minime pentru siguranța pacientului și funcționalitatea dispozitivului. Având în vedere cele expuse, cerința formulată în unitate de timp asigură claritate, relevanță clinică și comparabilitate între oferte, fiind adecvată scopului medical urmărit. Cerința rămâne nemodificată.

Data:

25 febr 2026, 11:50

Subiectul întrebării:

Lot 13 Lampa examinare, brat articulat

Întrebare:

Solicităm să se accepte și suport mobil pe 4 roți! Acest lucru permite participarea mai multor agenți economici, și ofertarea unor echipamente mai calitative.

Răspuns (26 febr 2026, 11:28):

Nu se acceptă modificarea cerinței tehnice privind „Mobil pe suport cu minim 5 roți”. O bază prevăzută cu minimum 5 roți asigură o stabilitate superioară din punct de vedere tehnic, în special în cazul utilizării unui braț articulat, unde centrul de greutate se poate modifica în timpul poziționării. Stabilitatea este un element esențial pentru prevenirea răsturnării sau deplasării accidentale a echipamentului. Deși o bază cu 4 roți poate facilita apropierea sub anumite tipuri de mobilier, acest avantaj nu prevalează asupra cerinței de stabilitate și siguranță în exploatare. Riscul de instabilitate poate afecta atât personalul medical, cât și pacientul, în special în spații cu trafic intens sau în timpul ajustării frecvente a poziției

lămpii. Totodată, pe piață există o varietate de producători care oferă lămpi cu suport prevăzut cu minimum 5 roți, ceea ce nu limitează concurența. Prin urmare, cerința tehnică rămâne nemodificată.

Lot nr. 9 Laringoscop adult standard 110600

Data:

25 febr 2026, 17:05

Subiectul întrebării:

Solicitare

Întrebare:

Bună ziua! Stimată Autoritate contractantă. Pentru a spori concurența, vă rugăm respectuos să fie acceptată devierea diametrului mânerului laringoscopului de $28\text{ mm} \pm 3\text{ mm}$, în loc de $28\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$, conform cerinței specificate. Menționăm că majoritatea producătorilor, produc mânerul cu diametrul de 30 mm. Menționăm că această deviere este minoră și nu influențează funcționalitatea, siguranța sau utilizarea corectă a dispozitivului medical, produsul fiind pe deplin conform destinației sale. Vă rugăm respectuos să acceptați această deviere ca fiind conformă cerințelor. Mulțumim!

Răspuns (26 febr 2026, 11:28):

Conform cerinței tehnice se acceptă produse care dispun de o performanță tehnică „Mîner laringoscop diametru mîner standard: 28mm, $\pm 2\text{mm}$ ”. Se acceptă produsele care au diametrul mânerului de 26, 27, 28, 29, 30 mm. Ca urmare, corespunde cu cele menționate de dumneavoastră „Menționăm că majoritatea producătorilor, produc mânerul cu diametrul de 30 mm”.

Lot nr. 10 Laringoscop adult cu fibra optica, LED 110610

Data:

25 febr 2026, 17:09

Subiectul întrebării:

solicitare

Întrebare:

Bună ziua! Stimată Autoritate contractantă. Pentru a spori concurența, vă rugăm respectuos să fie acceptată devierea diametrului mânerului laringoscopului de $28\text{ mm} \pm 3\text{ mm}$, în loc de $28\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$, conform cerinței specificate. Menționăm că majoritatea producătorilor, produc mânerul cu diametrul de 30 mm. Menționăm că această deviere este minoră și nu influențează funcționalitatea, siguranța sau utilizarea corectă a dispozitivului medical, produsul fiind pe deplin conform destinației sale. Vă rugăm respectuos să acceptați această deviere ca fiind conformă cerințelor. Mulțumim!

Răspuns (26 febr 2026, 11:29):

Conform cerinței tehnice se acceptă produse care dispun de o performanță tehnică „Mîner laringoscop diametru mîner standard: 28mm, $\pm 2\text{mm}$ ”. Se acceptă produsele care au diametrul mânerului de 26, 27, 28, 29, 30 mm. Ca urmare, corespunde cu cele menționate de dumneavoastră „Menționăm că majoritatea producătorilor, produc mânerul cu diametrul de 30 mm”.

Lot nr. 11 Laringoscop adult pentru intubatii dificile 110620

Data:

25 febr 2026, 17:10

Subiectul întrebării:

solicitare

Întrebare:

Bună ziua! Stimată Autoritate contractantă, Pentru a spori concurența, vă rugăm respectuos să fie acceptată devierea diametrului mânerului laringoscopului de 28 mm $\pm$ 3 mm, în loc de 28 mm $\pm$ 2 mm, conform cerinței specificate. Menționăm că majoritatea producătorilor, produc mânerul cu diametrul de 30 mm. Menționăm că această deviere este minoră și nu influențează funcționalitatea, siguranța sau utilizarea corectă a dispozitivului medical, produsul fiind pe deplin conform destinației sale. Vă rugăm respectuos să acceptați această deviere ca fiind conformă cerințelor. Mulțumim!

Răspuns (26 febr 2026, 11:29):

Conform cerinței tehnice se acceptă produse care dispun de o performanță tehnică „Miner laringoscop diametru mâner standard: 28mm, $\pm$ 2mm”. Se acceptă produsele care au diametrul mânerului de 26, 27, 28, 29, 30 mm. Ca urmare, corespunde cu cele menționate de dumneavoastră „Menționăm că majoritatea producătorilor, produc mânerul cu diametrul de 30 mm”.

Lot nr. 3 Concentrator de oxigen 5L 110400

Data:

26 febr 2026, 10:14

Subiectul întrebării:

Nivelul zgomotului produs

Întrebare:

Vă rugăm să modificați specificația „Nivelul zgomotului produs $\leq$ 50dB” în „Nivelul zgomotului produs $\leq$ 52dB”. 2dB nu fac o diferență mare în ceea ce privește percepția zgomotului de către om, însă ajustarea parametrului va permite ofertarea unor echipamente calitative care se încadrează în buget.

Răspuns (26 febr 2026, 11:29):

Referitor la solicitarea de modificare a specificației „Nivelul zgomotului produs $\leq$ 50 dB” la „ $\leq$ 52 dB”. Echipamentul funcționează continuu și este amplasat în imediata apropiere a pacientului, inclusiv în saloane, motiv pentru care nivelul acustic influențează direct confortul, odihna și procesul de recuperare. Întrucât scala decibelilor este logaritmică, o creștere de 2 dB reprezintă o majorare reală a intensității sonore, nu o diferență neglijabilă. Pragul de maximum 50 dB a fost stabilit ca nivel optim pentru utilizare prelungită în mediul medical, asigurând condiții adecvate de tratament. Cerința rămâne nemodificată.

Lot nr. 3 Concentrator de oxigen 5L 110400

Data:

26 febr 2026, 10:17

Subiectul întrebării:

Alimentare

Întrebare:

Solicităm respectuos să ajustati tensiunea de alimentare „ Alimentare : 220V $\pm$ 10%, 50 Hz”.

Răspuns (26 febr 2026, 11:29):

Conform cerinței caietului de sarcină se solicită „Alimentare 220 V 50 Hz”. O cerință standard pentru sursa de alimentare. Cerința este una uzuală, proporțională și nu are caracter restrictiv, reprezentând o condiție tehnică de bază pentru utilizarea în condiții normale de rețea.

Lot nr. 13 Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici avansate) 130120

Data:

26 febr 2026, 10:30

Subiectul întrebării:

Suport 5 roți

Întrebare:

Rugam sa modificati specificatia „Mobil pe suport cu minim 5 roți ” în „ Mobil pe suport cu minim 4 roți”

Răspuns (26 febr 2026, 11:30):

Cerința privind suportul cu minimum 5 roți a fost stabilită pentru a asigura o bază de susținere mai stabilă, distribuirea uniformă a greutateii și reducerea riscului de răsturnare în timpul poziționării repetate a lămpii. În contextul utilizării frecvente, al ajustărilor multiple ale brațului articulată și al deplasării în spații clinice aglomerate, stabilitatea suportului contribuie direct la siguranța pacientului și a personalului medical. Configurația cu 5 roți permite o manevrabilitate mai bună și o stabilitate crescută comparativ cu variantele cu 4 roți, în special atunci când brațul este extins lateral. Pe piață există multiple produse care respectă această cerință tehnică, astfel încât nu se constată o restrângere nejustificată a concurenței. Având în vedere necesitatea asigurării unui proces de examinare sigur, stabil și ergonomic, cerința privind suportul mobil cu minimum 5 roți rămâne nemodificată. Rugăm să respectați cerințele caietului de sarcină stabilite.

Lot nr. 42 Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) 140500

Data:

26 febr 2026, 11:05

Subiectul întrebării:

Actiune electromecanica

Întrebare:

Buna ziua, solicitam respectuos sa ajustati parametrul „Actiune electromecanica” in „Actiune electromecanica sau electrica” .Ambele tipuri de actionare asigura reglaje precise, stabile si usor de utilizat in practica medicala zilnica.

Răspuns (26 febr 2026, 11:46):

Nu se acceptă modificare cerinței tehnice „Actiune electromecanica”. Acționarea electromecanică presupune un sistem integrat motor-mecanism de transmisie care asigură stabilitate structurală, control precis al mișcărilor, capacitate portantă adecvată și rezistență la utilizare intensivă. Acest tip de sistem este proiectat pentru reglaje repetate, fine și sincronizate, menținând poziția fără variații sau pierderi de stabilitate în timpul examinării sau procedurilor. Noțiunea de „Actiune electrica”, este una generală, neclară.

Lot nr. 35 Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310

Data:

26 febr 2026, 14:08

Subiectul întrebării:

Buget

Întrebare:

Va rugam frumos sa revizuiți bugetul, fiindcă este foarte mic pentru această poziție, dacă încă se cere și hârtie. Luați în considerare prețurile de pe piață.

Răspuns (4 mart 2026, 12:07):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Bugetul a fost stabilit conform necesarului receptionat de la beneficiari și conform utilimilor proceduri desfășurate. Majorarea bugetului nu este posibil

Lot nr. 2 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) 110130

Data:

26 febr 2026, 14:55

Subiectul întrebării:

Solicitare ajustare cerințe tehnice I:E Ratio și PEEP

Întrebare:

Stimată Autoritate Contractantă, Vă rugăm să reanalizați și să ajustați cerințele tehnice pentru a permite participarea unui număr mai mare de producători, fără a afecta siguranța pacientului: 1) I:E Ratio - solicităm modificarea din 4:1-1:8 în 4:1-1:4. În practica anestezică uzuală (ventilație intraoperatorie la adult/pediatric), intervalele utilizate frecvent se situează în jurul valorilor 1:1 până la 1:3 (sau 1:4), în funcție de pacient și strategie ventilatorie. Cerința de a ajunge până la 1:8 nu reprezintă o necesitate standard pentru funcția de ventilare a unei mașini de anestezie în majoritatea scenariilor clinice, iar includerea ei poate limita nejustificat numărul de producători eligibili. Extinderea la 1:8 tinde să fie o specificație mai tipică pentru anumite ventilatoare de terapie intensivă sau pentru situații foarte particulare, pentru o mașină de anestezie, 1:4 asigură acoperirea clinică normală, inclusiv posibilitatea de prelungire a expirației atunci când este necesar. 2) PEEP - solicităm modificarea din 0-30 hPa în 0-20 hPa. În anestezie, setările PEEP uzuale sunt, în majoritatea cazurilor, în intervalul 0-10, iar pentru situații speciale pot ajunge la 15-20, în funcție de pacient (obezitate, laparoscopie, recrutare alveolară etc.). Cerința până la 30 depășește în mod frecvent necesarul pentru ventilația în sala de operație și poate conduce la restrângerea concurenței, fără un beneficiu proporțional, mai ales când vorbim de mașină de anestezie (nu ventilator ICU de înaltă performanță). Un interval 0-20 permite aplicarea strategiilor de protecție pulmonară utilizate curent și este suficient pentru majoritatea indicațiilor intraoperatorii. Vă mulțumim pentru examinare și confirmarea eventualei actualizări a documentației.

Răspuns (4 mart 2026, 12:08):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Nu se acceptă nici o modificare a cerinței tehnice. Conform caietului de sarcină este necesar de un dispozitiv de performanță înaltă cu parametri tehnici avansați. Modificările ratei de I:E și PEEP a fost acceptate pentru Lot nr. 1 Mașină de anestezie (caracteristici medii) 110120

Lot nr. 1 Mașină de anestezie (caracteristici medii) 110120

Data:

26 febr 2026, 14:56

Subiectul întrebării:

Solicitare ajustare cerințe tehnice - I:E Ratio și PEEP

Întrebare:

Stimată Autoritate Contractantă, Vă rugăm să reanalizați și să ajustați cerințele tehnice pentru a permite participarea unui număr mai mare de producători, fără a afecta siguranța pacientului: 1) I:E Ratio - solicităm modificarea din 4:1-1:8 în 4:1-1:4. În practica anestezică uzuală (ventilație intraoperatorie la adult/pediatric), intervalele utilizate frecvent se situează în jurul valorilor 1:1 până la 1:3 (sau 1:4), în funcție de pacient și strategie ventilatorie. Cerința de a ajunge până la 1:8 nu reprezintă o necesitate standard pentru funcția de ventilare a unei mașini de anestezie în majoritatea scenariilor clinice, iar includerea ei poate limita nejustificat numărul de producători eligibili. Extinderea la 1:8 tinde să fie o specificație mai tipică pentru anumite ventilatoare de terapie intensivă sau pentru situații foarte particulare, pentru o mașină de anestezie, 1:4 asigură acoperirea clinică normală, inclusiv posibilitatea de prelungire a expirației atunci când este necesar. 2) PEEP - solicităm modificarea din 0-30 hPa în 0-20 hPa. În anestezie, setările PEEP uzuale sunt, în majoritatea cazurilor, în intervalul 0-10, iar pentru situații speciale pot ajunge la 15-20, în funcție de pacient (obezitate, laparoscopie, recrutare alveolară etc.). Cerința până la 30 depășește în mod frecvent necesarul pentru ventilația în sala de operație și poate conduce la restrângerea concurenței, fără un beneficiu proporțional, mai ales când vorbim de mașină de anestezie (nu ventilator ICU de înaltă performanță). Un interval 0-20 permite aplicarea strategiilor de protecție pulmonară utilizate curent și este suficient pentru majoritatea indicațiilor intraoperatorii. Vă mulțumim pentru examinare și confirmarea eventualei actualizări a documentației.

Răspuns (4 mart 2026, 12:09):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Se acceptă modificarea cerinței tehnice în „Ventilator automat raportul I:E minim 2:1 la 1:4”. Se acceptă modificarea cerinței tehnice pentru „PEEP, cmH2O diapazon min. OFF, 4-20”.

Data:

26 febr 2026, 15:02

Subiectul întrebării:

Lot1 Masina de anestezie

Întrebare:

Întrebare: Referitor la cerința raportul I:E minim 4:1 la 1:8” se solicita modificarea acestuia în raport I:E minim 2:1 la 1:8 Răspuns la clarificarea autorității contractante – Lot 1 Mașină de anestezie Sțuțați membri ai comisiei, analizând răspunsul transmis, constatăm că argumentația prezentată are un caracter general și teoretic, fără a fi susținută prin dovezi concrete privind necesitatea clinică reală a unui raport I:E de 4:1 în practica anestezică curentă și fără a demonstra utilizarea uzuală a acestui parametru în context intraoperator. În practica anestezică standard, raportul I:E utilizat în mod curent este 1:2 sau 1:3. Extinderea raportului până la 4:1 nu reprezintă o necesitate clinică demonstrată prin ghiduri internaționale sau protocoale standardizate, ci o opțiune tehnică prezentă la anumite modele de echipamente. Nu a fost indicat niciun ghid sau recomandare oficială care să impună obligativitatea disponibilității raportului 4:1 în anestezia generală. Răspunsul autorității face referire la mai mulți producători, însă enumerarea nu reflectă situația reală a pieței și a participării efective în proceduri publice: • Getinge – echipamentele nu se încadrează în bugetul alocat procedurii. • HEYER Medical – nu participă în practică la licitații publice locale. • Axcent Medical – prezență nesemnificativă în proceduri publice. • Medec International – participare inexistentă în astfel de proceduri. • Siare – calitatea echipamentelor este cunoscută ca fiind inferioară segmentului premium. • Hersill – nu a participat niciodată în astfel de proceduri. • Comen – nu participă în mod real pe piața vizată. • Aeomed – nu participă în proceduri publice locale. În realitate, rămâne un singur producător major care îndeplinește integral această specificație exact în forma solicitată: Mindray. În schimb, producătorii consacrați la nivel internațional precum: Leowenstein, GE Healthcare oferă echipamente la care raportul I:E pornește de la 2:1, nu 4:1. Se ridică astfel o întrebare legitimă: Consideră autoritatea contractantă că acești producători consacrați nu sunt corespunzători cerințelor CAPCS sau nu sunt producători de nivel adecvat?

Răspuns (4 mart 2026, 12:09):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Se acceptă modificarea cerinței tehnice în „Ventilator automat raportul I:E minim 2:1 la 1:4”.

Data:

26 febr 2026, 15:11

Subiectul întrebării:

Lot 23-24 Răspuns (26 febr 2026, 11:26):

Întrebare:

În acest caz echipamentele livrate anterior cu puterea maximă de 220 J nu mai sînt conforme și nu corespund necesităților CAPCS. Venim cu rugămintea de a se lua în considerare ca puterea de 220J tip bifazic rectiliniu este conform standardelor internaționale de resuscitare, și doar o analiză tip ChatGBT nu este o analiză corespunzătoare, va rugăm să analizați tehnic medical corespunzător solicitările și să permiteți participarea și producătorilor care au peste 30 de ani ca Nihon Khoden, Shiller, Zoll Medical.

Răspuns (4 mart 2026, 12:09):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Au fost examinați producătorii nominalizați și cerința tehnică se modifică în „Selectarea energiei adult 50-360 J bifazic sau 50-200 J rectiliniu bifazic; 2-20 J pediatric/nou-născut” și „Protecție în privința șocurilor de defibrilare ≥ 360 J bifazic sau ≥ 200 J rectiliniu bifazic”.

Data:

26 febr 2026, 15:16

Subiectul întrebării:

Răspuns (26 febr 2026, 11:28):

Întrebare:

În urma răspunsului transmis la data de 26.02.2026 referitor la specificația tehnică „Memorie / Capacitate de stocare ≥ 3 ore”, vă rugăm respectuos să ne oferiți câteva clarificări suplimentare privind modul de elaborare a cerințelor tehnice din cadrul prezentei proceduri. Dorim să înțelegem dacă, în etapa de întocmire a specificațiilor tehnice: a fost realizată o analiză de piață privind modelele existente în segmentul defibrilatoarelor externe manuale cu funcție de cardiostimulare externă; Au fost evaluate configurațiile tehnice disponibile la principalii producători internaționali; A fost avută în vedere o anumită categorie de dispozitive (de exemplu: echipamente pentru prespital, pentru UPU, pentru terapie intensivă, pentru transport medical interclinic etc.); Există un studiu sau o fundamentare tehnico-economică care să justifice pragul stabilit de minimum 3 ore de înregistrare continuă.

Considerăm că transparența privind metodologia de stabilire a cerințelor tehnice este esențială pentru asigurarea unei concurențe reale și pentru evitarea unor eventuale restrângeri neintenționate ale pieței. Totodată, vă rugăm să ne precizați ce categorii de dispozitive este avută în vedere în cadrul lotului – echipamente standard de urgență sau echipamente high-end cu funcționalități extinse – întrucât această clarificare influențează în mod direct arhitectura tehnică și costul soluției oferite. Menționăm că demersul nostru are ca unic scop înțelegerea cadrului tehnic avut în vedere de autoritatea contractantă și formularea unei oferte conforme și competitive. Vă mulțumim anticipat pentru clarificări.

Răspuns (4 mart 2026, 12:10):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Referitor la solicitarea de modificare a specificației tehnice „Memorie / Capacitate de stocare ≥ 3 ore”: Cerința stabilită vizează asigurarea posibilității de înregistrare continuă, pentru minimum 3 ore, a datelor clinice esențiale generate în timpul intervenției, respectiv semnal ECG, evenimente de defibrilare, parametri asociați și înregistrare audio ambientală. Această abordare este fundamentată pe necesitatea documentării complete a actului medical, pe asigurarea trasabilității intervenției și pe posibilitatea analizei ulterioare a cazului în scop clinic, medico-legal și de îmbunătățire a calității actului medical. Durata efectivă de înregistrare reprezintă un parametru funcțional direct corelat cu utilizarea reală a dispozitivului în situații de urgență prelungite, transport interclinic sau resuscitare extinsă.

Data:

26 febr 2026, 15:20

Subiectul întrebării:

Lot 23 Răspuns (26 febr 2026, 11:28):

Întrebare:

Pentru o corectă înțelegere a fundamentării tehnice, vă rugăm să ne comunicați: Dacă există un protocol clinic intern sau o recomandare științifică (ghiduri ERC/AHA sau alte referințe) care indică necesitatea depășirii pragului de 180 mA în cardiostimularea externă transcutanată; Dacă în practica instituției au existat cazuri documentate în care capturarea electrică nu a fost obținută la valori ≤ 180 mA; Dacă a fost realizată o analiză comparativă a echipamentelor disponibile pe piața europeană și ce procent din dispozitivele din categoria vizată oferă într-adevăr interval 1–200 mA; Care este categoria exactă de utilizare avută în vedere (UPU, ATI, transport critic, prespital), întrucât aceasta influențează justificarea unui prag superior extins. Menționăm că, din punct de vedere fiziologic și tehnic, pragul de captură în pacing transcutanat este influențat preponderent de impedanța toracică, poziționarea electrozilor și calitatea contactului, iar în literatura de specialitate majoritatea dispozitivelor consacrate utilizează un plafon superior de 170–180 mA.

Răspuns (4 mart 2026, 12:11):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Referitor la solicitarea de clarificare privind fundamentarea tehnică a cerinței „Cardiostimulare externă – curent de ieșire diapazon minim 1–200 mA”, precizăm că ghidurile elaborate de European Resuscitation Council (ERC) și American Heart Association (AHA) nu stabilesc un prag superior numeric fix pentru cardiostimularea externă transcutanată, recomandarea fiind creșterea progresivă a curentului până la obținerea capturii electrice și mecanice eficiente, fără a limita tehnic valoarea maximă la 180 mA. Cerința stabilită nu are la bază un caz izolat, ci necesitatea asigurării unei rezerve funcționale adecvate în contextul utilizării echipamentelor în structuri cu pacienți critici (UPU/ATI/transport medical critic), unde variabilitatea impedanței toracice, obezitatea, edemele, patologia pulmonară sau alți factori pot impune atingerea unor valori apropiate de limita superioară a dispozitivului. În consecință, pentru a garanta siguranța pacientului, versatilitatea clinică și disponibilitatea unei marje tehnice suplimentare în situații limită, cerința privind intervalul 1–200 mA rămâne nemodificată.

Data:

26 febr 2026, 15:23

Subiectul întrebării:

Lot 23 Răspuns (26 febr 2026, 11:27):

Întrebare:

Am indicat faptul că producători de referință la nivel internațional, precum: ZOLL Medical Corporation, SCHILLER AG, Nihon Kohden Corporation au în portofoliu modele de top cu energie maximă 200 J (rectiliniu bifazic) sau 270 J, fără opțiune de 360 J. În acest context, vă rugăm să ne comunicați explicit: Dacă la elaborarea specificației inițiale (50–360 J bifazic adult) a fost realizată o analiză de piață documentată; Ce producători și ce modele concrete au fost avute în vedere la stabilirea pragului de 360 J; Câte echipamente disponibile efectiv pe piața europeană, din categoria defibrilatoare externe manuale cu pacing, oferă într-adevăr 360 J bifazic; Dacă cerința de 360 J a fost fundamentată pe recomandări clinice actuale sau pe existența unor cazuri documentate în practica instituției care au necesitat energie >200–270 J în cazul tehnologiei bifazice. Menționăm că în literatura științifică actuală, eficiența formelor de undă bifazice moderne este demonstrată la energii mai reduse comparativ cu defibrilatoarele monofazice de 360 J, iar ghidurile internaționale nu impun în mod explicit atingerea pragului de 360 J pentru tehnologiile bifazice performante. În aceste condiții, dacă producătorii consacrați la nivel global nu se încadrează în configurația solicitată inițial, este necesară clarificarea fundamentării tehnico-economice care a stat la baza definirii specificației, pentru a demonstra caracterul proporțional și nediscriminatoriu al cerinței.

Răspuns (4 mart 2026, 12:12)

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Au fost examinați producătorii nominalizați și cerința tehnică se modifică în „Selectarea energiei adult 50-360 J bifazic sau 50-200 J rectiliniu bifazic; 2-20 J pediatric/nou-născut” și „Protecție în potrivă șocurilor de defibrilare ≥ 360 J bifazic sau ≥ 200 J rectiliniu bifazic”.

Data:

27 febr 2026, 09:18

Subiectul întrebării:

LOT 39 Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii

Întrebare:

Rugăm respectuos să reanalizați posibilitatea acceptării poziționării Trendelenburg și Anti-Trendelenburg $\geq 15^\circ$. Diferența de 1° față de cerința de 16° este minimă și nu influențează practic aplicarea pozițiilor terapeutice uzuale. Considerăm că valoarea de $\geq 15^\circ$ asigură în continuare funcționalitatea necesară, dar ar permite participarea unui număr mai mare de producători, fără a afecta calitatea sau siguranța echipamentului.

Răspuns (4 mart 2026, 12:12):

Nu se acceptă modificarea cerinței tehnice privind „Poziționare Trendelenburg $\geq 16^\circ$ și Anti-Trendelenburg $\geq 16^\circ$ ”. Această performanță tehnică este necesară pentru asigurarea condițiilor adecvate de tratament și îngrijire a pacienților. Unghiul solicitat permite aplicarea eficientă a poziționărilor terapeutice utilizate în managementul diverselor afecțiuni (intervenții chirurgicale, terapie intensivă, managementul hipotensiunii sau al insuficienței respiratorii). Reducerea unghiului ar diminua capacitatea patului de a asigura poziționarea optimă a pacientului în anumite situații clinice și ar limita funcționalitatea echipamentului. Pe piață sunt mulți producători care dispun de produse cu o asemenea performanță tehnică.

Data:

6 mart 2026, 11:00

Subiectul întrebării:

Lot 23

Întrebare:

Stimate autoritate, cat de esential este criteriul de la punctul 2.6 Voce ambientala ? Dispunem de modele de la renumiti producatori europeni verificate in timp ce intrunesc toate criteriile certe, multe chiar si peste insa nu inregistreaza vocea. Consideram ca aceasta cerinta limiteaza participarea mai multor agenti economici la procedura si solicitam ca ea sa fie optionala sau eliminata. Merci anticipat !

Răspuns (6 mart 2026, 13:45):

Cerința tehnică de „Voce ambientala” este obligatorie. Aceasta nu poate fi eliminată. Funcția de înregistrare a vocii ambientale permite documentarea audio a intervențiilor în timpul utilizării defibrilatorului, facilitând analiza ulterioară a cazurilor clinice, evaluarea corectitudinii acțiunilor întreprinse de personalul medical, precum și îmbunătățirea proceselor de instruire și control al calității actului medical. Totodată, această funcționalitate contribuie la o mai bună trasabilitate a intervențiilor și poate servi drept suport informativ în procesul de audit clinic sau analiză a situațiilor de urgență. Menționăm că existența pe piață a mai multor producători care oferă defibrilatoare cu această funcționalitate demonstrează că cerința nu limitează concurența. Prin urmare, cerința tehnică menționată rămâne neschimbată, iar operatorii economici sunt invitați să prezinte oferte conforme cu documentația de atribuire

Data:

6 mart 2026, 11:19

Subiectul întrebării:

Lot nr. 13 Lampă pentru examinare, braț articulată (caracteristici avansate) 130120

Întrebare:

Solicitam respectuos modificarea specificației tehnice „Mobil pe suport cu minim 5 roți” în „Mobil pe suport cu minim 4 roți”. Suportul cu 4 roți asigura stabilitate si mobilitate suficienta pentru utilizarea lampii de examinare medicala, iar constructia trolului prevede utilizarea lampii in sali de examinare!

Răspuns (6 mart 2026, 13:45):

Autoritatea contractantă își menține cerința specificată în caietul de sarcini privind „Mobil pe suport cu minim 5 roți”. Această cerință a fost stabilită pentru a asigura o bază de susținere mai stabilă, o distribuție uniformă a greutateii și reducerea riscului de răsturnare în timpul poziționării repetate a lampii. În contextul utilizării frecvente, al ajustărilor multiple ale brațului articulată și al deplasării echipamentului în spații clinice, stabilitatea suportului contribuie direct la siguranța pacientului și a personalului medical. Menționăm că specificația respectivă nu limitează concurența, existând pe piață mai mulți producători care oferă lampi de examinare dotate cu suport mobil cu minimum 5 roți. Prin urmare, rugăm operatorii economici interesați să respecte cerințele tehnice stabilite și să prezinte oferte conforme cu documentația de atribuire.

Data:

6 mart 2026, 12:15

Subiectul întrebării:

Răspuns (4 mart 2026, 12:11)

Întrebare:

Alinierea cu practica clinică și cu echipamentele consacrate Deși ghidurile ERC și AHA nu stabilesc o limită numerică superioară explicită pentru cardiostimularea transcutanată, majoritatea defibrilatoarelor monitor utilizate pe scară largă în practica clinică internațională au un prag maxim de 170–180 mA. Acest interval este considerat suficient pentru obținerea capturii electrice și mecanice în majoritatea situațiilor clinice. Eficiența cardiostimulării transcutanate Literatură de specialitate arată că obținerea capturii este influențată în principal de factori precum impedanța toracică, poziționarea electrozilor și calitatea contactului tegumentar. În majoritatea cazurilor documentate, capturarea eficientă se obține la valori sub 180 mA, iar creșterea peste acest prag nu aduce beneficii clinice semnificative. Practica producătorilor de echipamente medicale O analiză a echipamentelor disponibile pe piața europeană indică faptul că un număr important de defibrilatoare monitor de la producători consacrați oferă un interval de cardiostimulare cu limită superioară de 170–180 mA. Menținerea cerinței de 200 mA poate conduce la restrângerea nejustificată a competiției și la limitarea accesului unor soluții tehnice performante și validate clinic. Asigurarea principiilor achizițiilor publice Ajustarea cerinței la 1–180 mA ar permite participarea unui număr mai mare de operatori economici și ar contribui la respectarea principiilor concurenței, tratamentului egal și utilizării eficiente a fondurilor publice, fără a afecta siguranța pacientului sau performanța clinică a echipamentului.

Răspuns (6 mart 2026, 13:45):

Producătorii renumiți așa ca „Nihon Kohden, Japonia”, „SCHILLER AG” dispune de o performanță tehnică de 200 mA. Conform cerinței tehnice este necesar de un defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă cu caracteristici avansate. Un șir de parametri tehnici au fost acceptați pentru posibilitatea de participarea a mai multor participanți. Modificarea cerinței nu se acceptă.

Data:

6 mart 2026, 12:17

Subiectul întrebării:

Răspuns (4 mart 2026, 12:11):

Întrebare:

Având în vedere răspunsul transmis anterior, vă rugăm să reanalizați cerința tehnică privind intervalul de cardiostimulare externă „1–200 mA”. În practica clinică și în specificațiile majorității defibrilatoarelor monitor utilizate la nivel internațional, limita superioară este stabilită la 170–180 mA, fiind considerată suficientă pentru obținerea capturii electrice și mecanice eficiente. În acest context, vă rugăm să confirmați dacă este acceptată modificarea cerinței la 1–180 mA, fără a afecta funcționalitatea clinică a echipamentului.

Răspuns (6 mart 2026, 13:45):

Producătorii renumiți așa ca „Nihon Kohden, Japonia”, „SCHILLER AG” dispune de o performanță tehnică de 200 mA. Conform cerinței tehnice este necesar de un defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă cu caracteristici avansate. Un șir de parametri tehnici au fost acceptați pentru posibilitatea de participarea a mai multor participanți. Modificarea cerinței nu se acceptă.

Data:

6 mart 2026, 12:17

Subiectul întrebării:

Răspuns (4 mart 2026, 12:11)

Întrebare:

Având în vedere că în literatura de specialitate capturarea electrică în pacing transcutanat este obținută în majoritatea cazurilor la valori sub 180 mA, vă rugăm să confirmați dacă poate fi acceptată modificarea cerinței tehnice la intervalul 1–180 mA.

Răspuns (6 mart 2026, 13:45):

Producătorii renumiți așa ca „Nihon Kohden, Japonia”, „SCHILLER AG” dispune de o performanță tehnică de 200 mA. Conform cerinței tehnice este necesar de un defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă cu caracteristici avansate. Un șir de parametri tehnici au fost acceptați pentru posibilitatea de participarea a mai multor participanți. Modificarea cerinței nu se acceptă.

Data:

6 mart 2026, 12:23

Subiectul întrebării:

Răspuns (4 mart 2026, 12:08)

Întrebare:

Vă rugăm să reanalizați cerințele tehnice pentru a permite o participare mai largă a producătorilor, fără a afecta siguranța pacientului: I:E Ratio – propunem modificarea de la 4:1–1:8 la 4:1–1:4, conform practicii uzuale în anestezie și specificațiilor ventilatoarelor Mindray. Intervalul 1:4 acoperă majoritatea scenariilor clinice intraoperatorii. PEEP – propunem modificarea de la 0–30 hPa la 0–20 hPa, corespunzător setărilor uzuale în sala de operație și ventilatoarelor Mindray, fără a limita strategiile de protecție pulmonară. Solicităm confirmarea actualizării documentației în consecință.

Răspuns (6 mart 2026, 13:46):

Nu se acceptă nici o modificare a cerinței tehnice. Conform caietului de sarcină este necesar de un dispozitiv de performanță înaltă cu parametri tehnici avansați. Modificările ratei de I:E și PEEP a fost acceptate pentru Lot nr. 1 Mașină de anestezie (caracteristici medii) 110120.

Data:

6 mart 2026, 12:27

Subiectul întrebării:

Răspuns (4 mart 2026, 12:08):

Întrebare:

Stimată Autoritate Contractantă, Propunem ajustarea cerințelor tehnice pentru ventilatoarele de anestezie la standard Mindray: I:E Ratio: 4:1–1:4 (în loc de 4:1–1:8) PEEP: 0–20 hPa (în loc de 0–30 hPa) Aceste intervale acoperă practic toate scenariile clinice. Modificati va rog frumos

Răspuns (6 mart 2026, 13:46):

Nu se acceptă nici o modificare a cerinței tehnice. Conform caietului de sarcină este necesar de un dispozitiv de performanță înaltă cu parametri tehnici avansați. Modificările ratei de I:E și PEEP a fost acceptate pentru Lot nr. 1 Mașină de anestezie (caracteristici medii) 110120.

Data:

6 mart 2026, 13:56

Subiectul întrebării:

Lot 42 Fotoliu Ginecologic

Întrebare:

solicitam sa fie ajustata specificatia tehnica ca sa fie conforma unui fotoliu ginecologic CU CARACTERISTICI DE BAZA. Referitor la specificatia „suporturi pentru miini” : Propunem excluderea acestei specificatii intrucat, prezenta unor suporturi de miini creaza disconfort pacientului in timpul examinarii! Din practica, putem afirma ca majoritatea medicilor confirma faptul ca pacientii nu folosesc aceste suporturi pentru miini din cauza pozitiei corpului in timpul examinarii (picioarele sunt ridicate iar prezenta unor suporturi de miini reduce spatiul de sezut!) va rugam sa excludeti acest parametru sau sa-l indicati ca drept optional „Suport pentru miini, optional”

Răspuns (9 mart 2026, 12:32):

Cerința tehnică „Suporturi pentru mâini” nu poate fi eliminată. Această cerință reprezintă o caracteristică funcțională minim necesară pentru utilizarea sigură și ergonomică a fotoliului ginecologic în timpul examinării și procedurilor medicale. Suporturile pentru mâini contribuie la stabilizarea poziției pacientului în timpul examinării, reduc mișcările involuntare și permit pacientului să mențină o poziție corectă pe durata procedurilor ginecologice sau a intervențiilor minore, în special în situațiile în care pacientul resimte anxietate, disconfort sau reacții reflexe. În practica clinică, suporturile pentru mâini sunt utilizate și pentru facilitarea poziționării pacientului la urcarea sau coborârea de pe fotoliu, precum și pentru menținerea echilibrului în timpul ajustării poziției fotoliului. De asemenea, majoritatea producătorilor internaționali de fotolii ginecologice prevăd aceste elemente fixe ca suporturi fixe, fie ca suporturi rabatabile sau detașabile, ceea ce permite adaptarea lor în funcție de necesitatea clinică. În cazul în care suporturile nu sunt necesare pentru o anumită procedură, acestea pot fi rabatate sau înlăturate în funcție de configurația constructivă a fotoliului. Prin urmare eliminarea cerinței nu poate fi acceptată deoarece aceasta ține de ergonomia, siguranța și stabilitatea pacientului în timpul examinării medicale, iar specificația solicitată reprezintă o cerință minimă justificată clinic și tehnic.

Data:

6 mart 2026, 14:02

Subiectul întrebării:

LOT NR.50-Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi)

Întrebare:

Buna ziua. Solicitam sa fie ajustata specificatia tehnica „Timer Diapazon minim de timp 1 - > 60 min” in „Timer Diapazon minim de timp 1 - >= 30 min”. Acest lucru va permite participarea mai multor agenti economici, si ofertarea unor modele calitative.

Răspuns (9 mart 2026, 12:32):

Cerința tehnică „Timer Diapazon minim de timp 1 – >60 min” nu poate fi modificată la „1 – ≥30 min”. În laboratoarele clinice durata ciclului de centrifugare poate varia în funcție de tipul probei biologice, volumul probei, tipul tuburilor utilizate și protocolul de separare, iar pentru anumite aplicații precum separarea serului, plasmei, sedimentarea elementelor celulare sau proceduri de laborator în domeniul hematologiei, biochimiei și microbiologiei sunt utilizate frecvent cicluri de centrifugare care pot depăși 30 minute. Posibilitatea setării unui interval de timp mai mare permite adaptarea echipamentului la o gamă mai largă de proceduri și evită necesitatea repornirii ciclului de centrifugare, fapt care poate influența reproducibilitatea rezultatelor de laborator. De asemenea, majoritatea centrifugelor de laborator destinate utilizării clinice cu capacități de 8–12 tuburi oferă în mod standard intervale de temporizare de până la 60 minute sau mai mult, ceea ce confirmă faptul că cerința stabilită reprezintă un parametru tehnic uzual. În aceste condiții cerința specificată reprezintă o caracteristică minimă justificată din punct de vedere tehnic și operațional pentru asigurarea versatilității echipamentului în activitatea laboratorului medical, iar modificarea acesteia nu poate fi acceptată.

Lot nr. 2 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) 110130

Data:

6 mart 2026, 14:07

Subiectul întrebării:

Lot nr. 2 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) 110130

Întrebare:

Stimată Autoritate Contractantă, prin prezenta solicitare dorim să atragem atenția asupra unor aspecte privind modul de elaborare a specificațiilor pentru anumite loturi din cadrul procedurilor de achiziții publice organizate de CAPCS. Rugăm de a ne informa: 1. A fost efectuată o analiză a produselor disponibile pe piață? 2. Specificația actuală permite participarea doar a unui produs. Rugăm de a enumera mai multe modele conforme integrale și concomitent cu toți parametrii solicitați.

Răspuns (9 mart 2026, 12:33):

La etapa de elaborare a cerinței tehnice „Mașină de anestezie (caracteristici avansate) 110130”, a fost efectuată analiza a produselor disponibile. Însă pe parcursul anilor cerința tehnică a fost modificată de multiple ori în urma procedurilor de achiziție. Produse care corespund cerinței tehnice sunt Dräger (Germania), DATEX-OHMEDA, INC./GE Healthcare (SUA), Getinge/Maquet (Germania, Suedia), aXcent Medical (Germania), Penlon (Marea Britanie), Hersill (Spania), Medec International (Belgia), Mindray (China), etc.

Data:

10 mart 2026, 19:07

Subiectul întrebării:

cantare

Întrebare:

conform la HG966 din 2017: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102814&lang=ro cantarele nu sunt dispozitive medicale supuse verificărilor periodice. În plan "metrologic", TOATE cantarele sunt considerate mijloace de măsurare și verificarea metrologice este conform la HG1042 din 2016: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95051&lang=ro Pentru ca IMSP să beneficieze de cantare calitative și pentru care ulterior să poată solicita verificare metrologica, acestea trebuie să fie înregistrate atât în RSDM la AMDM (în caz că sunt clasificate ca dispozitive medicale de producător): <https://registru.dispozit.ve.amdm.gov.md/> cat și în registrul INM: <https://inm.md/rus/registre-de-stat> În caz contrar IMSP nu vor putea obține verificare metrologica în Moldova și după expirarea verificării metrologice inițiale, nu vor putea nici o dată să afle dacă cântarul lor lucrează corect. Mai mult ca atât, în timpul acreditării, IMSP va avea probleme din cauza că utilizează un dispozitiv fără verificare metrologica valabilă. Respectiv, solicităm să introducem în specificație solicitarea ca cantarele să fie înregistrate în registrul INM: <https://inm.md/rus/registre-de-stat>

Răspuns (11 mart 2026, 16:03):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Vă rugăm să atrageți atenția la pct nr.22 din cadrul Anunțului de Participare cu privire la Cerințele pentru mijloace de cântărit, potrivit căruia: Se vor prezenta următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livrare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripțiuni: - marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăți de cerc; - limita maximă de cântărire sub forma Max...; - limita minimă de cântărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e = ...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cântărit neautomate construite din elemente separate care se asamblază, marca de identificare pe fiecare element; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d = ...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = + ... - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = - ...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) = ...; - sarcina limită, în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim = ...; limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate și sarcină. Totodată la etapa de evaluare se va lua în calcul legislația în vigoare.

3.

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

4.

Lot 1 Masina de anestezie - modificarea cerinței din PEEP, cmH2O diapazon min. 3-30" în PEEP, cmH2O diapazon min. OFF, 4-30".

Lot nr.1 Mașină de anestezie (caracteristici medii) din „Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc” în „Sertar pentru depozitare ≥ 2 buc”.

Lot nr.34 modificarea din „Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei” în „Tunel pentru casete X-ray opțional”.

și din „Radiotransparență obligatorie” în „Radiotransparență pe toată lungimea mesei”.

Lot22 Defibrilator extern, modificarea cerinței din „adult 50-360 J bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut” în „adult 50-360 J bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut”.

Lot 22 Defibrilator extern, manual - modificarea cerinței din „adult 50-360 J bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut” în „adult 50-360 J bifazic /50-270 J rectiliniu bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut”.

și modificarea cerinței tehnice din „Modul ECG / Protecție în potruva șocurilor de defibrilare ≥ 360J” în „Modul ECG / Protecție în potruva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J bifazic sau ≥ 270 J rectiliniu bifazic”.

Lot 23 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externa modificarea cerinței din „adult 50-360 J bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut” în „adult 50-360 J bifazic /50-270 J rectiliniu bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut”.

Rog să operați modificarea cerinței din „Forma de undă la ieșire bifazic” în „Forma de undă la ieșire bifazic” în „Forma de undă la ieșire bifazic sau rectiliniu bifazic”.

Și modificarea cerinței tehnice din „Modul ECG / Protecție în potruva șocurilor de defibrilare ≥ 360J” în „Modul ECG / Protecție în potruva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J bifazic sau ≥ 270 J rectiliniu bifazic”.

Lot nr. 35 Pal pentru examinare (mecanic) adulti 140310 modificarea cerinței din „Husă obligatorie” în „Husă reutilizabilă obligatorie”.

Lot 23 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externa modificării cerinței din în „Modul ECG / Acuratețea ± 1 BPM” în „Modul ECG / Acuratețea ± 3 BPM”.

Lot nr. 1 Mașină de anestezie (caracteristici medii) 110120 modificarea cerinței din „Ventilator automat raportul I:E minim 4:1 la 1:8” în „Ventilator automat raportul I:E minim 2:1 la 1:4”.

Modificarea cerinței tehnice din „PEEP, cmH2O diapazon min. OFF, 4-30” în „PEEP, cmH2O diapazon min. OFF, 4-20”.

Lot1 Masina de anestezie

modificarea cerinței din „Ventilator automat raportul I:E minim 4:1 la 1:8” în „Ventilator automat raportul I:E minim 2:1 la 1:4”.

Lot 23-24

modificati cerinta tehnica din „Selectarea energiei adult 50-360 J bifazic sau 50-270 J rectiliniu bifazic; 2-20 J pediatric/nou-născut” în „Selectarea energiei adult 50-360 J bifazic sau 50-200 J rectiliniu bifazic; 2-20 J pediatric/nou-născut”

și cerința tehnică din „Protecție în potruva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J bifazic sau ≥ 270 J rectiliniu bifazic” în „Protecție în potruva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J bifazic sau ≥ 200 J rectiliniu bifazic”.

Lot 23

	modificarea cerința tehnică din „Selectarea energiei adult 50-360 J bifazic sau 50-270 J rectiliniu bifazic; 2-20 J pediatric/nou-născut” în „Selectarea energiei adult 50-360 J bifazic sau 50-200 J rectiliniu bifazic; 2-20 J pediatric/nou-născut” și cerința tehnică din „Protecție în potruva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J bifazic sau ≥ 270 J rectiliniu bifazic” în „Protecție în potruva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J bifazic sau ≥ 200 J rectiliniu bifazic”. Lot 1 modificarea cerinței din PEEP, cmH2O diapazon min. 3-30” în PEEP, cmH2O diapazon min. OFR, 4-30”. Lot nr. 1 Masină de anestezie (caracteristici medii) modificarea cerinței tehnice din „Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc” în „Sertar pentru depozitare ≥ 2 buc”. Lot nr.34 modificarea cerinței din „Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei” în „Tunel pentru casete X-ray opțional” și din „Radiotransparență obligatoriu” în „Radiotransparență pe toată lungimea mesei”. Lot 22 Defibrilator extern, manual modificarea cerinței din „adult 50-360 J bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut” în „adult 50-360 J bifazic /50-270 J rectiliniu bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut”. Lot 22 Defibrilator extern, manual modificarea cerinței din „Forma de undă la ieșire bifazic” în „Forma de undă la ieșire bifazic sau rectiliniu bifazic”. Lot 22 Defibrilator extern, manual modificarea cerinței din „adult 50-360 J bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut” în „adult 50-360 J bifazic /50-270 J rectiliniu bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut” Și modificarea cerinței tehnice din „Modul ECG / Protecție în potruva șocurilor de defibrilare ≥ 360J” în „Modul ECG / Protecție în potruva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J bifazic sau ≥ 270 J rectiliniu bifazic”. Lot 23 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externa modificarea cerinței din „adult 50-360 J bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut” în „adult 50-360 J bifazic /50-270 J rectiliniu bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut” Rog să operați modificarea cerinței din „Forma de undă la ieșire bifazic” în „Forma de undă la ieșire bifazic sau rectiliniu bifazic”. Și modificarea cerinței tehnice din „Modul ECG / Protecție în potruva șocurilor de defibrilare ≥ 360J” în „Modul ECG / Protecție în potruva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J bifazic sau ≥ 270 J rectiliniu bifazic”. Lot nr. 35 Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310 modificarea cerinței din „Husă obligatoriu” în „Husă reutilizabilă obligatoriu”. Lot 23 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externa modificării cerinței din în „Modul ECG / Acuratețea ± 1 BPM” în „Modul ECG / Acuratețea ± 3 BPM”.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sur sa utilizată și data publicării]

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)			
5. Până la termenul-limită (data 03.04.2026, ora 16:03), au depus oferta 29 operatori economici:			
Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	ÎM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	Prodan Sveatoslav
2	“INTERMED” S.R.L	1002600034804	Chicu Natalia
3	HEALTH MEDICAL SOLUTIONS S.R.L	1018600009625	Lungu Ion
4	"ECHIPAMED - PLUS"	1003600077677	Iurchevici Valeriu
5	SRL Triumf-Motiv	1012600021180	Jighili Tatiana
6	Ecochimie	1002600052156	Iurcu Nicolae
7	AELO GRUP S.R.L	1011600009752	Cobzari-Turcan Rodica
8	Ancotec-Sistem	1003600119209	Matei Andrei
9	DataControl SRL	1003600007935	Grabazei Alexandru
10	DIALAB SOLUTIONS	1022600026511	Caramizaru George Adrian
11	ALMICOM-TECH S.R.L	1020600017041	Mihai Volcovschi
12	GBG-MLD SRL	1003600117582	Ceaicovschi Tudor
13	ICS Eyecon Medical SRL	1012600036108	Carstocea Ioan Razvan
14	Natusana SRL	1006600025657	Tutunaru Nicolae
15	Labromed Laborator SRL	1012600001177	Ermicev Alexandr
16	„Med-M” SRL	1020611000359	Iliev Ana
17	Medpunkt SRL	1011600044267	Anna Antonova
18	Neotec	1002600048135	Botnaru Andrei
19	OPTIC-LUX	1002600043635	Бас Дмитрий Васильевич
20	SA Tehoptimed	1003600087162	Stela Poinga
21	Sanmedico	1003602008154	Goreacii Vitalie
22	SC"Imunotehnomed"SRL	1002600012565	Rată Sergiu
23	Serana Grup Srl	1022600008557	Antonova Anna
24	SRL Biosistem mld	1010600028048	Poiata Vitalie
25	Tetis International Co. SRL	1003600043595	Perepelita Igor
26	Unident AS SRL	1003600043229	Popa Sergiu
27	Vipromed Service	1013600002366	Savca Octavian
28	Visiosystems SRL	1014600037327	Viorica Pirau
29	X-Lab Solutions SR	1014600019950	Greco Mihnea Ioan

6.

7. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Criterii le de califica re și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	IM	"INTERMED	HEALTH	"ECHIPAME	SRL Triumf- Motiv	X-Lab	AELO GRUP	Ancotec-	DataControl	DIALAB SOLUTIONS	ALMICOM-	GBG-MLD	ICS Eyecan	Natusana	Labromed	"Med-M"	Medpunkt	Neotec	OPTIC-LUX	SA	Sammedico	SC "Imnotech	Serana Grup	SRL	Tetis	Unident AS SRL	Vipromed	Visiosystems	X-Lab
1	Cererea de particip are	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Modul de elaborar e a Specific ației tehnice	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

în cazul delegării
sau imputernicirii
persoanei, la ofertă
se anexează
actul/documentul de
împuternicire;
Conform anexei nr.

22 din

Documentația
Standard aprobată
prin Ordinul
Ministerului
Finanțelor nr. 115
din 15.09.2021

Notă: În oferta

„formularul
specificațiilor
tehnice” se va
indica obligatoriu
codul produsului
oferit, inclusiv, a
tuturor accesoriilor,
pozițiilor, pentru a
putea fi identificat
conform catalogului
prezentat. În caz
contrar oferta va fi
respinsă

ATENȚIE: În oferta

„formularul
specificațiilor
tehnice” operatorul
economic este

obligat să

completeze

specificația tehnică
oferată, detaliată
cu indicarea tuturor

parametrilor:

- pentru parametrul
tehnic măsurabil
se va indica exact

parametru cu

trimiterea la pagina
din catalog

- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și	
--	--

efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice	
Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta	
Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).	

Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.	
Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui teniei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice	
Conformitatea specificărilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs.	
Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.	
Corespunderea	
Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin	

38

[illegible]

se achiziționa pe întreaga durată a acordului cadru, fără taxa pe valoarea adăugată., TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.	
- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	
Notă: Termenul de	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

49

[illegible]

51

înregistrată sau marca înregistrată a acestui; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăți de cerc; - limita maximă de cântărire sub forma Max ...; - limita minimă de cântărire sub forma Min ...; - diviziunea de verificare sub forma $e = \dots$; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cântărit neautomate construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare element; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma $d = \dots$; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma $T = + \dots$; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma $T =$ $\dots$; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma $d(T) =$ $\dots$;	
---	--

- sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max. sub forma $Lim = \dots$; - limitele speciale de temperatură sub forma $\dots ^\circ C / \dots ^\circ C$;
- raportul dintre receptorul de greutate și sarcină.
De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformității notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnatarile Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română și confirmate prin semnătura importatorului

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. lot	denumire lot	U/m	cantitatea	preț unitar fără TVA	ofertant	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu cerințele tehnice
1	Mașină de anestezie (caracteristici medii) 110120	bucată	1	393 700,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	corespunde	corespunde
1	Mașină de anestezie (caracteristici medii) 110120	bucată	1	487 200,0000	INTERMED	corespunde	nu a fost evaluat
1	Mașină de anestezie (caracteristici medii) 110120	bucată	1	487 300,00	Triumf-Motiv SRL	corespunde	nu a fost evaluat
1	Mașină de anestezie (caracteristici medii) 110120	bucată	1	746 030,0000	ECHIPAMED-PLUS	corespunde	nu a fost evaluat
2	Mașină de anestezie (caracteristici avansate) 110130	bucată	3	455 455,0000	ÎM „Dutchmed-M” SRL	corespunde	corespunde
2	Mașină de anestezie (caracteristici avansate) 110130	bucată	3	627 684,4000	Health Medical Solutions SRL	corespunde	nu a fost evaluat
2	Mașină de anestezie (caracteristici avansate) 110130	bucată	3	633 000,0000	INTERMED	corespunde	nu a fost evaluat
2	Mașină de anestezie (caracteristici avansate) 110130	bucată	3	666 595,0000	ECHIPAMED-PLUS	corespunde	nu a fost evaluat
2	Mașină de anestezie (caracteristici avansate) 110130	bucată	3	695 000,00	Triumf-Motiv SRL	corespunde	nu a fost evaluat
3	Concentrator de oxigen 5L 110400	bucată	3	8 780,00	Triumf-Motiv SRL	corespunde	nu corespunde
3	Concentrator de oxigen 5L 110400	bucată	3	11 130,00	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	corespunde
3	Concentrator de oxigen 5L 110400	bucată	3	11 380,00	"ALMICOM-TECH" S.R.L.	corespunde	nu a fost evaluat
4	Balon resuscitare AMBU neonatal 110410	bucată	4	730,00000	IM Natusana SRL	corespunde	corespunde

4	Balon resuscitare AMBU neonatal 110410	bucată	4	2 600,00	MED-M	nu corespunde	nu corespunde
5	Balon resuscitare AMBU copii 110420	bucată	8	730,00	IM Natusana SRL	corespunde	corespunde
5	Balon resuscitare AMBU copii 110420	bucată	8	2 600,00	MED-M	nu corespunde	nu corespunde
6	Balon resuscitare AMBU adulți 110430	bucată	7	730,00	IM Natusana SRL	corespunde	corespunde
6	Balon resuscitare AMBU adulți 110430	bucată	7	2 600,00	MED-M	nu corespunde	nu corespunde
7	Butelie oxigen pînă la 2 L 110500	bucată	23	3 386,96	"ALMICOM-TECH" S.R.L.	corespunde	corespunde
7	Butelie oxigen pînă la 2 L 110500	bucată	23	3 925,00	IM Natusana SRL	corespunde	nu a fost evaluat
8	Butelie oxigen pînă la 5 L 110510	bucată	11	4 980,00	"ALMICOM-TECH" S.R.L.	corespunde	corespunde
8	Butelie oxigen pînă la 5 L 110510	bucată	11	7 365,00	Labromed Laborator SRL	corespunde	nu a fost evaluat
8	Butelie oxigen pînă la 5 L 110510	bucată	11	6 700,00	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	nu a fost evaluat
9	Laringoscop adult standard 110600	bucată	12	5 374,00	DataControl SRL	corespunde	corespunde
9	Laringoscop adult standard 110600	bucată	12	5 408,33	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	nu a fost evaluat
9	Laringoscop adult standard 110600	bucată	12	5 416,67	Tetis International Co. SRL	corespunde	nu a fost evaluat
9	Laringoscop adult standard 110600	bucată	12	45 000,00	MED-M	nu corespunde	nu corespunde
10	Laringoscop adult cu fibra optica, LED 110610	bucată	17	9 359,00	Labromed Laborator SRL	corespunde	nu corespunde
10	Laringoscop adult cu fibra optica, LED 110610	bucată	17	9 143,76	Tetis International Co. SRL	corespunde	corespunde

10	Laringoscop adult cu fibra optica, LED 110610	bucată	17	10 294,12	GBG-MLD SRL	corespunde	nu a fost evaluat
10	Laringoscop adult cu fibra optica, LED 110610	bucată	17	45 000,00	MED-M	nu corespunde	nu corespunde
11	Laringoscop adult pentru intubatii dificile 110620	bucată	4	23 400,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
12	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110	bucată	10	90 820,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
12	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110	bucată	10	90 833,33	Visiosystems SRL	corespunde	nu a fost evaluat
12	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110	bucată	10	119 000,00	Vipromed Service	corespunde	nu a fost evaluat
12	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110	bucată	10	170 710,00	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	nu a fost evaluat
12	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110	bucată	10	174 500,00	DataControl SRL	corespunde	nu a fost evaluat
12	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110	bucată	10	174 750,00	Unident AS SRL	corespunde	nu a fost evaluat
13	Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici avansate) 130120	bucată			"ALMICOM-TECH" S.R.L.	corespunde	
			2	63 100,00		corespunde	nu corespunde
13	Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici avansate) 130120	bucată	2	63 200,00	X-Lab Solutions	corespunde	corespunde
14	Lampă germicida (varianta de masă) 130130	bucată	9	399,00	Ecochimie	nu corespunde	nu corespunde
14	Lampă germicida (varianta de masă) 130130	bucată	9	1 150,00	SA Tehoptimed	corespunde	corespunde
14	Lampă germicida (varianta de masă) 130130	bucată	9	1 500,00	AELO GRUP	corespunde	nu a fost evaluat
15	Lampă germicida (varianta staționară) 130140	bucată	56	388,88	Ecochimie	nu corespunde	nu corespunde

15	Lampă germicidă (varianta staționară) 130140	bucată	56	473,33	SA Tehoptimed	corespunde	corespunde
15	Lampă germicidă (varianta staționară) 130140	bucată	56	490,00	AELO GRUP	corespunde	nu a fost evaluat
16	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150	bucată	347	411,10	Ecochimie	nu corespunde	nu corespunde
16	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150	bucată	347	478,33	SA Tehoptimed	corespunde	corespunde
16	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150	bucată	347	600,00	AELO GRUP	corespunde	nu a fost evaluat
17	Lampă germicidă (varianta mobilă) 130160	bucată	12	2 750,00	Ecochimie	nu corespunde	nu corespunde
17	Lampă germicidă (varianta mobilă) 130160	bucată	12	2 866,58	SA Tehoptimed	corespunde	corespunde
17	Lampă germicidă (varianta mobilă) 130160	bucată	12	3 050,00	AELO GRUP	corespunde	nu a fost evaluat
18	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii) 130210	bucată	1	64 700,00	Neotec	corespunde	corespunde
18	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii) 130210	bucată	1	75 310,00	MED-M	corespunde	nu a fost evaluat
18	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii) 130210	bucată	1	80 300,00	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	nu a fost evaluat
18	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii) 130210	bucată	1	100 000,00	Medpunkt SRL	corespunde	nu a fost evaluat
18	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii) 130210	bucată	1	127 980,00	DataControl SRL	corespunde	nu a fost evaluat
18	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii) 130210	bucată	1	147 000,00	"ALMICOM-TECH" S.R.L.	corespunde	nu a fost evaluat
19	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) 130220	bucată	1	77 590,00	MED-M	corespunde	nu corespunde
19	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) 130220	bucată	1	77 600,00	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	corespunde

19	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) 130220	bucată	1	100 000,00	Medpunkt SRL	corespunde	nu a fost evaluat
20	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) 130260	bucată	1	18 616,00	AELO GRUP	corespunde	nu corespunde
20	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) 130260	bucată	1	20 350,00	MED-M	corespunde	nu corespunde
20	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) 130260	bucată	1	24 500,00	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	nu corespunde
20	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) 130260	bucată	1	24 500,00	DataControl SRL	corespunde	nu corespunde
21	Aspirator urgente 130320	bucată	3	7 200,00	MED-M	corespunde	corespunde
21	Aspirator urgente 130320	bucată	3	8 500,00	GBG-MLD SRL	corespunde	nu a fost evaluat
21	Aspirator urgente 130320	bucată	3	9 650,00	"ALMICON-TECH" S.R.L.	corespunde	nu a fost evaluat
21	Aspirator urgente 130320	bucată	3	9 666,66	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	nu a fost evaluat
21	Aspirator urgente 130320	bucată	3	9 850,00	DataControl SRL	corespunde	nu a fost evaluat
21	Aspirator urgente 130320	bucată	3	9 988,00	Tetis International Co. SRL	corespunde	nu a fost evaluat
22	Defibrilator extern, manual (caracteristici medii) 130430	bucată	2	48 180,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	corespunde	corespunde
22	Defibrilator extern, manual (caracteristici medii) 130430	bucată	2	48 183,00	AELO GRUP	corespunde	nu a fost evaluat
22	Defibrilator extern, manual (caracteristici medii) 130430	bucată	2	50 100,00	Tetis International Co. SRL	corespunde	nu a fost evaluat
22	Defibrilator extern, manual (caracteristici medii) 130430	bucată	2	59 550,00	MED-M	corespunde	nu a fost evaluat

22	Defibrilator extern, manual (caracteristici medii) 130430	bucată	2	101 926,10	SC "Imunotehnomed" SRL	corespunde	nu a fost evaluat
23	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) 130440	bucată	4	53 178,89	ÎM „Dutchmed-M” SRL	corespunde	corespunde
23	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) 130440	bucată	4	53 183,75	Tetis International Co. SRL	corespunde	nu a fost evaluat
23	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) 130440	bucată	4	61 616,00	AELO GRUP	corespunde	nu a fost evaluat
23	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) 130440	bucată	4	94 752,00	DataControl SRL	corespunde	nu a fost evaluat
23	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) 130440	bucată	4	122 550,80	SC "Imunotehnomed" SRL	corespunde	nu a fost evaluat
23	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) 130440	bucată	4	170 870,00	GBG-MLD SRL	corespunde	nu a fost evaluat
24	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) 130500	bucată	31	8 321,67	SA Tehoptimed	corespunde	corespunde
24	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) 130500	bucată	31	8 850,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	corespunde	nu a fost evaluat
24	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) 130500	bucată	31	8 870,00	Ancotec-Sistem	corespunde	nu a fost evaluat
24	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) 130500	bucată	31	13 150,00	Triumf-Motiv SRL	corespunde	nu a fost evaluat
24	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) 130500	bucată	31	14 070,00	"ALMICOM-TECH" S.R.L.	corespunde	nu a fost evaluat
24	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) 130500	bucată	31	14 366,00	AELO GRUP	corespunde	nu a fost evaluat
25	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) 130510	bucată	2	11 570,83	SA Tehoptimed	corespunde	nu corespunde
25	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) 130510	bucată	2	13 725,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	corespunde	corespunde
25	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) 130510	bucată	2	13 750,00	Triumf-Motiv SRL	corespunde	nu a fost evaluat

25	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) 130510	bucată	2	14 366,00	AELO GRUP	corespunde	nu a fost evaluat
25	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) 130510	bucată	2	15 120,00	"ALMICOM-TECH" S.R.L.	corespunde	nu a fost evaluat
26	Încălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile caracteristici de bază 130650	bucată	3		fără ofertă	fără oferte	fără oferte
27	Încălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile caracteristici medii 130651	bucată	2	18 800,00	"ALMICOM-TECH" S.R.L.	corespunde	corespunde
27	Încălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile caracteristici medii 130651	bucată	2	33 200,00	Triumf-Motiv SRL	corespunde	nu a fost evaluat
27	Încălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile caracteristici medii 130651	bucată	2	44 000,00	DIALAB SOLUTIONS	corespunde	nu a fost evaluat
28	Cântar electronic pentru adulți cu taliometru 130700	bucată	78		fără ofertă	fără oferte	fără oferte
29	Cântar electronic pentru adulți (220V) 130710	bucată	20		fără ofertă	fără oferte	fără oferte
30	Cântar electronic pentru adulți (baterie) 130720	bucată	2		fără ofertă	fără oferte	fără oferte
31	Cântar mecanic, pentru adulți 130730	bucată	6	4 165,00	MED-M	corespunde	corespunde
31	Cântar mecanic, pentru adulți 130730	bucată	6	4 166,67	Tetis International Co. SRL	corespunde	nu a fost evaluat
31	Cântar mecanic, pentru adulți 130730	bucată	6	4 600,00	IM Natusana SRL	corespunde	nu a fost evaluat
32	Cântar electronic, pentru nou-născuți 130800	bucată	156	1 075,00	Tetis International Co. SRL		
33	Cântar mecanic, pentru nou-născuți 130810	bucată	25		fără ofertă	fără oferte	fără oferte
34	Masă pentru operații cu 5 secții (caracteristici de bază) 140100	bucată	2	151 900,00	MED-M	corespunde	nu corespunde

35	Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310	bucată	25	3 998,00	Tetis International Co. SRL	corespunde	corespunde
35	Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310	bucată	25	4 340,00	DataControl SRL	corespunde	nu a fost evaluat
35	Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310	bucată	25	4 350,00	Triumf-Motiv SRL	corespunde	nu a fost evaluat
35	Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310	bucată	25	5 116,00	"ALMICOM-TECH" S.R.L.	corespunde	nu a fost evaluat
35	Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310	bucată	25	5 120,00	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	nu a fost evaluat
35	Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310	bucată	25	5 189,92	SA Tehoptimed	corespunde	nu a fost evaluat
35	Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310	bucată	25	8 200,00	MED-M	nu corespunde	nu corespunde
36	Targa-saltea sanitară 140350	bucată	5	1 498,00	MED-M	corespunde	corespunde
37		bucată	7				
	Targa sanitară 140360			1 498,00	MED-M	corespunde	nu corespunde
37	Targa sanitară 140360	bucată	7	2 842,86	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
37	Targa sanitară 140360	bucată	7	2 857,14	DataControl SRL	corespunde	nu a fost evaluat
37	Targa sanitară 140360	bucată	7	3 148,00	Tetis International Co. SRL	corespunde	nu a fost evaluat
37	Targa sanitară 140360	bucată	7	4 000,00	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	nu a fost evaluat
38	Brancarda sanitară (caracteristici de baza) 140370	bucată	45	12 150,00	"ALMICOM-TECH" S.R.L.	corespunde	corespunde

38	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	bucată	45	12 151,11	SA Tehoptimed	corespunde	nu a fost evaluat
38	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	bucată	45	12 151,22	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	nu a fost evaluat
38	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	bucată	45	12 333,33	DataControl SRL	corespunde	nu a fost evaluat
38	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	bucată	45	16 700,00	Tetis International Co. SRL	corespunde	nu a fost evaluat
38	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	bucată	45	18 888,89	GBG-MLD SRL	corespunde	nu a fost evaluat
39	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) caracteristici medii 140391	bucată	30	20 000,00	Neotec	corespunde	nu corespunde
39	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) caracteristici medii 140391	bucată	30	20 259,00	Tetis International Co. SRL	corespunde	nu corespunde
39	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) caracteristici medii 140391	bucată	30	20 623,33	"ALMICOM-TECH" S.R.L.	corespunde	corespunde
39	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) caracteristici medii 140391	bucată	30	26 166,6667	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	nu a fost evaluat
39	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) caracteristici medii 140391	bucată	30	26 222,00	AELO GRUP	corespunde	nu a fost evaluat
39	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) caracteristici medii 140391	bucată	30	34 200,00	MED-M	corespunde	nu a fost evaluat
39	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) caracteristici medii 140391	bucată	30	41 999,00	DataControl SRL	corespunde	nu a fost evaluat

40	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici medii 140401	bucată	1	39 461,00	AELO GRUP	corespunde	corespunde
40	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici medii 140401	bucată	1	40 100,00	"ALMICOM-TECH" S.R.L.	corespunde	nu a fost evaluat
40	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici medii 140401	bucată	1	62 000,00	Tetis International Co. SRL	corespunde	nu a fost evaluat
40	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici medii 140401	bucată	1	78 808,00	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	nu a fost evaluat
40	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici medii 140401	bucată	1	79 100,00	MED-M	corespunde	nu a fost evaluat
40	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici medii 140401	bucată	1	82 944,00	DataControl SRL	corespunde	nu a fost evaluat
41	Pat electric, pentru adulți 140490	bucată	3	16 400,00	Tetis International Co. SRL	corespunde	nu corespunde
41	Pat electric, pentru adulți 140490	bucată	3	21 700,00	MED-M	corespunde	nu corespunde
41	Pat electric, pentru adulți 140490	bucată	3	25 500,00	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	corespunde
41	Pat electric, pentru adulți 140490	bucată	3	26 000,00	DataControl SRL	corespunde	nu a fost evaluat
42	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) 140500	bucată	7	18 928,57	"ALMICOM-TECH" S.R.L.	corespunde	corespunde
42	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) 140500	bucată	7	19 000,00	Tetis International Co. SRL	corespunde	nu a fost evaluat
42	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) 140500	bucată	7	29 671,00	AELO GRUP	corespunde	nu a fost evaluat
42	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) 140500	bucată	7	29 675,92	DataControl SRL	corespunde	nu a fost evaluat
42	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) 140500	bucată	7	30 400,00	MED-M	corespunde	nu a fost evaluat
42	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) 140500	bucată	7	36 483,33	SA Tehoptimed	corespunde	nu a fost evaluat

43	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), orizontal 500-700L 140690	bucată	1		fără ofertă	fără oferte	fără oferte
44	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	bucată	3	32 040,00	"ALMICOM-TECH" S.R.L.	corespunde	corespunde
44	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	bucată	3	41 266,67	Triumf-Motiv SRL	corespunde	nu a fost evaluat
44	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	bucată	3	41 300,00	MED-M	corespunde	nu a fost evaluat
44	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	bucată	3	56 200,00	Ecochimie	nu corespunde	nu corespunde
44	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	bucată	3	58 300,00	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	nu a fost evaluat
44	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	bucată	3	59 000,00	Neotec	corespunde	nu a fost evaluat
44	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	bucată	3	69 732,70	SC"Imunotehnomed"SRL	corespunde	nu a fost evaluat
44	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	bucată	3	76 400,00	DataControl SRL	corespunde	nu a fost evaluat
44	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	bucată	3	77 662,50	SRL Biosistem mld	corespunde	nu a fost evaluat
45	Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate) 140760	bucată	1	158 000,00	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	corespunde
46	Camera frigorifica. 4 locuri (caracteristici de baza) 140830, cu troleu	bucată	1		fără ofertă	fără oferte	fără oferte
47	Frigider pentru vaccini 40-70L 140860	bucată	2	22 040,00	MED-M	corespunde	nu corespunde
47	Frigider pentru vaccini 40-70L 140860	bucată	2	29 700,00	SRL Biosistem mld	corespunde	nu corespunde
48	Frigider pentru vaccini 70-100L 140870	bucată	1	20 790,00	MED-M	corespunde	nu corespunde

48	Frigider pentru vaccini 70-100L 140870	bucată	1	20 800,00	Triumf-Motiv SRL	corespunde	nu corespunde
48	Frigider pentru vaccini 70-100L 140870	bucată	1	32 400,00	SRL Biosistem mld	corespunde	nu corespunde
49	Frigider pentru vaccini 150-200L 140890	bucată	2	49 500,00	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	nu corespunde
49	Frigider pentru vaccini 150-200L 140890	bucată	2	51 975,00	SRL Biosistem mld	corespunde	nu corespunde
50	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) 150910	bucată	2	19 500,00	Triumf-Motiv SRL	corespunde	nu corespunde
50	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) 150910	bucată	2	19 550,00	MED-M	corespunde	corespunde
50	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) 150910	bucată	2	19 600,00	Ecochimie	nu corespunde	nu corespunde
50	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) 150910	bucată	2	22 662,50	GBG-MLD SRL	corespunde	nu a fost evaluat
51	Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930	bucată	4	20 200,00	Triumf-Motiv SRL	corespunde	nu corespunde
51	Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930	bucată	4	25 446,00	MED-M	corespunde	corespunde
51	Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930	bucată	4	46 950,00	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
52	Centrifuga de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa 150940	bucată	1	11 900,00	MED-M	corespunde	nu corespunde
52	Centrifuga de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa 150940	bucată	1	17 995,00	Ecochimie	nu corespunde	nu corespunde
52	Centrifuga de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa 150940	bucată	1	20 410,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
53	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă 150950	bucată	1	16 499,90	Ecochimie	nu corespunde	nu corespunde
53	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă 150950	bucată	1	16 500,00	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	corespunde

54	Coagulometru semi-automat 151110	bucată	2	5 200,00	Sanmedico	corespunde	corespunde
54	Coagulometru semi-automat 151110	bucată	2	11 070,00	GBG-MLD SRL	corespunde	nu a fost evaluat
54	Coagulometru semi-automat 151110	bucată	2	14 300,00	Triumf-Motiv SRL	corespunde	nu a fost evaluat
55	Coagulometru portabil 151120	bucată	2		fără ofertă	fără oferte	fără oferte
56	Lampă cu fanță 170100	bucată	3	54 965,00	OPTIC-LUX	corespunde	corespunde
56	Lampă cu fanță 170100	bucată	3	55 000,00	Medpunkt SRL	corespunde	nu a fost evaluat
56	Lampă cu fanță 170100	bucată	3	84 500,00	Triumf-Motiv SRL		
56	Lampă cu fanță 170100	bucată	3	60 000,00	GBG-MLD SRL	corespunde	nu a fost evaluat
56	Lampă cu fanță 170100	bucată	3	71 800,00	MED-M	corespunde	nu a fost evaluat
57	Tonometru ocular portativ 170300	bucată	100		fără ofertă	fără oferte	fără oferte
58		bucată	2				
	Autorefractometru 170400			47 450,00	Ancotec-Sistem	corespunde	nu corespunde
58	Autorefractometru 170400	bucată	2	47 500,00	OPTIC-LUX	corespunde	corespunde
58	Autorefractometru 170400	bucată	2	49 000,00	Serana Grup Srl	corespunde	nu a fost evaluat
58	Autorefractometru 170400	bucată	2	89 600,00	Triumf-Motiv SRL	corespunde	nu a fost evaluat
58	Autorefractometru 170400	bucată	2	132 440,00	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde

59	Gonioscop 170510	bucată	2		fără ofertă	fără oferte
60	Lentila Volk 170520	bucată	3		fără ofertă	fără oferte
61	Negatoscop un cadru cu LED 210720	bucată	1	5 100,00	MED-M	corespunde
61	Negatoscop un cadru cu LED 210720	bucată	1	8 320,00	ICS Eyecon Medical SRL	nu a fost evaluat
62	Negatoscop doua cadruri cu LED 210730	bucată	36	5 010,00	MED-M	corespunde
62	Negatoscop doua cadruri cu LED 210730	bucată	36	11 160,00	ICS Eyecon Medical SRL	nu a fost evaluat
63	Hotă cu flux laminar 250100	bucată	10	49 800,00	"ALMICOM-TECH" S.R.L.	corespunde
63	Hotă cu flux laminar 250100	bucată	10	59 800,00	MED-M	nu a fost evaluat
63	Hotă cu flux laminar 250100	bucată	10	82 500,00	Triumf-Motiv SRL	nu a fost evaluat

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

9. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Nr. Rg02-2265 din 27 aprilie 2026	ICS Eyecon Medical SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE solicită prezentarea pentru toate loturile oferite: - Certificat de atribuire a contului bancar - eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; - Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; - Situația financiară- Ultimul raport financiar/situația financiară; - Documente confirmatoare a specificațiilor tehnice - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător -- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,	EMMD20260430 din 30.04.2026 EMMD20260428 din 28.04.2026 EMMD20260430 din 30.04.2026

		la ofertă se anexează actul/documentul de înregistrare; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umărului de lot oferit." - Dovada înregistrării în Lista producătorilor - Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electronice și Electrice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de înregistrare; - Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Nr. 99 din 27 aprilie 2026 Nr.100 din 28 aprilie 2026
Nr. Rg02-2263 din 27 aprilie 2026	„Med-M” SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE solicită prezentarea pentru toate loturile oferite: - Documente confirmatoare a specificațiilor tehnice - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de referință/modelul articolului atribuit umărului de lot oferit." - Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 30.05.2026.	
Nr. Rg02-2264 din 27 aprilie 2026	Natusana SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE solicită prezentarea pentru toate loturile oferite: <i>Situația financiară- Ultimul raport financiar/situația financiară:</i> - Documente confirmatoare a specificațiilor tehnice - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de înregistrare; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umărului de lot oferit." - Cerințe pentru mijloace de cântărit - Se vor prezenta următoarele documente conform HG nr. 267/2014 <i>Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă:</i> La livrare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripționări; marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar; numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; sigla sau denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăți de cerc; limita maximă de cântărire sub forma Max...; limita minimă de cântărire sub forma Min...; diviziunea de verificare sub forma e = ...; număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; pentru aparatele de cântărit neautomate construite din elemente separate care se assemblează, marca de identificare pe fiecare element; diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d = ...; efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = + ...; efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) = ...; sarcina limită, în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim = ...;	

			<i>- limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; raportul dintre receptorul de greutate și sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organisme de evaluare a conformității notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnatarie ale Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii. Europene, traduse în limba română și confirmate prin semnătura importatorului.</i>																					
Nr. Rg-02-2287 din 27 aprilie 2026	MED-M SRL Tetis International Co. SRL IM Natusana SRL		Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE solicită prezentarea pentru lotul nr.31 Cîntar mecanic, pentru aduși 130730 și lotul nr.32 Cîntar electronic, pentru nou-născuți 130800 - Declarația de conformitate eliberată de către producător- valabilă.																					
Nr. Rg-2880 din 05.06.2026	„AELO GRUP” SRL		Lot nr. 20 Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) 130260, nu a fost regăsit următorii parametri:																					
			<table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Unghi de iradiere la 90 grade obligatoriu</td><td>da</td><td>Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică.</td></tr><tr><td>Suprafața de iradiere la 30 cm ≥ 40x20 cm</td><td>da</td><td>Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică.</td></tr></table>				S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Unghi de iradiere la 90 grade obligatoriu	da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică.	Suprafața de iradiere la 30 cm ≥ 40x20 cm	da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică.									
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																						
Unghi de iradiere la 90 grade obligatoriu	da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică.																						
Suprafața de iradiere la 30 cm ≥ 40x20 cm	da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică.																						
Nr. Rg-2881 din 05.06.2026	„ALMICO M-TECH” SRL		Lot nr. 27 Incălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile caracteristici medii 130651, nu a fost regăsit următorii parametri:																					
			<table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente obligatoriu</td><td>Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente obligatoriu</td><td>Performanța tehnică nu a fost regăsită. Rugăm respectuos să prezentați materiale confirmative pentru parametrul oferit.</td></tr><tr><td>Alarmă temperatură înaltă obligatoriu</td><td>Alarmă temperatură înaltă obligatoriu</td><td>Performanța tehnică nu a fost regăsită.</td></tr><tr><td>Alarmă temperatură joasă obligatoriu</td><td>Alarmă temperatură joasă obligatoriu</td><td>Performanța tehnică nu a fost regăsită.</td></tr><tr><td>Stativ de infuzie fabricat din otel inoxidabil obligatoriu</td><td>Stativ de infuzie fabricat din otel inoxidabil obligatoriu</td><td>Performanța tehnică nu a fost regăsită.</td></tr><tr><td>Stativ de infuzie mobil pe minim 5 roți obligatoriu</td><td>Stativ de infuzie mobil pe minim 5 roți obligatoriu</td><td>Performanța tehnică nu a fost regăsită.</td></tr></table>				S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente obligatoriu	Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente obligatoriu	Performanța tehnică nu a fost regăsită. Rugăm respectuos să prezentați materiale confirmative pentru parametrul oferit.	Alarmă temperatură înaltă obligatoriu	Alarmă temperatură înaltă obligatoriu	Performanța tehnică nu a fost regăsită.	Alarmă temperatură joasă obligatoriu	Alarmă temperatură joasă obligatoriu	Performanța tehnică nu a fost regăsită.	Stativ de infuzie fabricat din otel inoxidabil obligatoriu	Stativ de infuzie fabricat din otel inoxidabil obligatoriu	Performanța tehnică nu a fost regăsită.	Stativ de infuzie mobil pe minim 5 roți obligatoriu	Stativ de infuzie mobil pe minim 5 roți obligatoriu	Performanța tehnică nu a fost regăsită.
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																						
Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente obligatoriu	Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente obligatoriu	Performanța tehnică nu a fost regăsită. Rugăm respectuos să prezentați materiale confirmative pentru parametrul oferit.																						
Alarmă temperatură înaltă obligatoriu	Alarmă temperatură înaltă obligatoriu	Performanța tehnică nu a fost regăsită.																						
Alarmă temperatură joasă obligatoriu	Alarmă temperatură joasă obligatoriu	Performanța tehnică nu a fost regăsită.																						
Stativ de infuzie fabricat din otel inoxidabil obligatoriu	Stativ de infuzie fabricat din otel inoxidabil obligatoriu	Performanța tehnică nu a fost regăsită.																						
Stativ de infuzie mobil pe minim 5 roți obligatoriu	Stativ de infuzie mobil pe minim 5 roți obligatoriu	Performanța tehnică nu a fost regăsită.																						

Stativ de infuzie tablă mică pentru manipulari da, fixată de stativ	Stativ de infuzie tablă mică pentru manipulari da, fixată de stativ	Performanța tehnică nu a fost regăsită.
Stativ de infuzie posibilitatea de fixare a minim 2 sticle sau pachete de soluții pentru infuzie obligatoriu	Stativ de infuzie posibilitatea de fixare a minim 2 sticle sau pachete de soluții pentru infuzie obligatoriu	Performanța tehnică nu a fost regăsită.

Lot nr. 39 Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) caracteristici medii 140391, nu a fost regăsit următorii parametri:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm	Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm	Performanța tehnică nu a fost regăsită. Rugăm să prezentați dovezi privind parametrul tehnic oferit.
Spătarul reglabil ≥ 70 grade	Spătarul reglabil ≥ 70 grade	Performanța tehnică nu a fost regăsită.
Rotile / Sistem de blocare - blocarea roților în o singură direcție	Rotile / Sistem de blocare - blocarea roților în o singură direcție	Performanța tehnică nu a fost regăsită.
Greutatea maximă admisă de încărcare / Cadru pentru etichetă pe spatează ≥ 250 kg	250 kg (fabricat conform solicitărilor)	Nu a fost regăsit nici o dovadă oficială a producătorului. Conform broșurii și modelului în registrat DM000594868, dispozitivul are performanța tehnică de 230 kg.
Saltea ortopedică	Saltea ortopedică	Performanța tehnică nu a fost regăsită.

Lot nr. 44 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750, nu a fost regăsit următorii parametri:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Lumină interior obligatoriu	Lumină interior obligatoriu	Performanța tehnică nu a fost regăsită. Rugăm să prezentați dovezi privind parametrul tehnic oferit.
Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare	Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare	Performanța tehnică nu a fost regăsită.
Zgomot < 55 dB	Zgomot < 55 dB	Performanța tehnică nu a fost regăsită.

Nr.Rg-2882 din 05.06.2026	„DataControl” SRL	Lot nr. 35 Pat pentru examinare (meccanic) adulti 140310, nu a fost regăsit următorii parametri: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Greutate pacient maxim, kg ≥ 180</td><td>200 kg</td><td>Performanța tehnică nu a fost regăsită în broșura oferită. Rugăm să prezentați materialele confirmative pentru parametrul tehnic oferit.</td></tr></table> Lot nr. 41 Pat electric, pentru adulti 140490, nu a fost regăsit următorii parametri: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică - mecanică</td><td>da</td><td>Performanța tehnică nu a fost regăsită în broșura oferită. Rugăm să prezentați materialele confirmative pentru parametrul tehnic oferit.</td></tr><tr><td>Saltea ortopedică</td><td>da, inclus, S-02</td><td>Performanța tehnică nu a fost regăsită în broșura oferită.</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Greutate pacient maxim, kg ≥ 180	200 kg	Performanța tehnică nu a fost regăsită în broșura oferită. Rugăm să prezentați materialele confirmative pentru parametrul tehnic oferit.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică - mecanică	da	Performanța tehnică nu a fost regăsită în broșura oferită. Rugăm să prezentați materialele confirmative pentru parametrul tehnic oferit.	Saltea ortopedică	da, inclus, S-02	Performanța tehnică nu a fost regăsită în broșura oferită.	Nr. 0806-1 din 08.06.2026
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																
Greutate pacient maxim, kg ≥ 180	200 kg	Performanța tehnică nu a fost regăsită în broșura oferită. Rugăm să prezentați materialele confirmative pentru parametrul tehnic oferit.																
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																
Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică - mecanică	da	Performanța tehnică nu a fost regăsită în broșura oferită. Rugăm să prezentați materialele confirmative pentru parametrul tehnic oferit.																
Saltea ortopedică	da, inclus, S-02	Performanța tehnică nu a fost regăsită în broșura oferită.																
Nr.Rg-2883 din 05.06.2026	„Eyecon Medical” SRL	Lot nr. 18 Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii) 130210, nu a fost regăsit următorii parametri: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul ajustabil la 1 m distanță / diapazon minim 24 - 33 cm</td><td>Diametrul ajustabil la 1 m distanță diapazon minim 24 - 33 cm, DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX”</td><td>Nu a fost regăsit performanța tehnică „Diametrul ajustabil la 1 m” - distanță diapazon 24 - 33 cm. Performanța tehnică indicată de 24 – 33 cm nu este indicat la ce distanță este obținută.</td></tr></table> Lot nr. 19 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) 130220, nu a fost regăsit următorii parametri: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul ajustabil la 1 m distanță / diapazon minim 24 - 33 cm</td><td>Diametrul ajustabil la 1 m distanță diapazon minim 24 - 33 cm, DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX”</td><td>Nu a fost regăsit performanța tehnică „Diametrul ajustabil la 1 m” - distanță diapazon 24 - 33 cm. Performanța tehnică indicată de 24 – 33</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul ajustabil la 1 m distanță / diapazon minim 24 - 33 cm	Diametrul ajustabil la 1 m distanță diapazon minim 24 - 33 cm, DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX”	Nu a fost regăsit performanța tehnică „Diametrul ajustabil la 1 m” - distanță diapazon 24 - 33 cm. Performanța tehnică indicată de 24 – 33 cm nu este indicat la ce distanță este obținută.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul ajustabil la 1 m distanță / diapazon minim 24 - 33 cm	Diametrul ajustabil la 1 m distanță diapazon minim 24 - 33 cm, DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX”	Nu a fost regăsit performanța tehnică „Diametrul ajustabil la 1 m” - distanță diapazon 24 - 33 cm. Performanța tehnică indicată de 24 – 33	EMMD20260609 din 09.06.2026			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																
Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul ajustabil la 1 m distanță / diapazon minim 24 - 33 cm	Diametrul ajustabil la 1 m distanță diapazon minim 24 - 33 cm, DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX”	Nu a fost regăsit performanța tehnică „Diametrul ajustabil la 1 m” - distanță diapazon 24 - 33 cm. Performanța tehnică indicată de 24 – 33 cm nu este indicat la ce distanță este obținută.																
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																
Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul ajustabil la 1 m distanță / diapazon minim 24 - 33 cm	Diametrul ajustabil la 1 m distanță diapazon minim 24 - 33 cm, DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX”	Nu a fost regăsit performanța tehnică „Diametrul ajustabil la 1 m” - distanță diapazon 24 - 33 cm. Performanța tehnică indicată de 24 – 33																

		cm nu este indicat la ce distanță este obținută.	
Dimensiunea cîmpului, cm / Nivelul de iluminare la 1 m distanță $\geq 160\ 000$ lux	DA 160 000 luxPag. 31 „U.Man Starled3 NX”	Nu a fost regăsit perforanța tehnică „Nivelul de iluminare la 1 m” - distanță $\geq 160\ 000$ lux. Performanța tehnică indicată de 160 000 lux nu este indicat la ce distanță este obținută.	

Lot nr. 39 Pat multifunctional pentru adulti (5-6 poziții) caracteristici medii 140391, nu a fost regăsit următorii parametri:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Controlul pacientului / Funcționalități / poziționare sedentară	Da „ U0002”	Performanța tehnică nu a fost regăsită. Rugăm să prezentați dovezi privind parametrul tehnic oferit.
Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu	Da „ U0002”	Performanța tehnică nu a fost regăsită.
Rotile / Sistem de blocare - blocarea roților în o singură direcție	Da „ U0002”	Performanța tehnică nu a fost regăsită.

Lot nr. 41 Pat electric, pentru adulti 140490, nu a fost regăsit următorii parametri:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului – obligatoriu		Performanța tehnică nu a fost regăsită în broșura oferită. Rugăm să prezentați materialele confirmative pentru parametrul tehnic oferit.
Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică	Da „ U0003”	Performanța tehnică nu a fost regăsită în broșura oferită.

Nr. Rg-2884 din 05.06.2026	„GBG-MLD” SRL	Lot nr. 12 Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110, nu a fost regăsit următorii parametri: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Scaun stomatologic / Programe de poziționare minim 3</td><td>Programe de poziționare 3 (instrucțiuni, pagina 19)</td><td>Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică pentru 3 programe de poziționare</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Scaun stomatologic / Programe de poziționare minim 3	Programe de poziționare 3 (instrucțiuni, pagina 19)	Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică pentru 3 programe de poziționare	Nr. ieșire G - 432 din 09.06.2026															
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																						
Scaun stomatologic / Programe de poziționare minim 3	Programe de poziționare 3 (instrucțiuni, pagina 19)	Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică pentru 3 programe de poziționare																						
Nr. Rg-2885 din 05.06.2026	Labromed Laborator” SRL	Lot nr. 10 Laringoscop adult cu fibra optica, LED 110610, nu a fost regăsit următorii parametri: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Lamele laringoscop ≥ 2000 ciluri de sterilizare</td><td>Da</td><td>Parametrul tehnic nu a fost regăsit</td></tr><tr><td>Maner laringoscop diametru mâner standard: 28mm, ±2mm</td><td>Da</td><td>Parametrul tehnic nu a fost regăsit</td></tr><tr><td>Acumulator acumulator reincărcabil, cu autonomie de ≥ 3 ore</td><td>Da</td><td>Parametrul tehnic nu a fost regăsit</td></tr><tr><td>Bec LED, intensitatea luminei ≥ 2000 lux</td><td>Da</td><td>Parametrul tehnic nu a fost regăsit</td></tr><tr><td>Bec ≥ 2.5V</td><td>Da</td><td>Parametrul tehnic nu a fost regăsit</td></tr><tr><td>Bec lumină albă sau neutră</td><td>Da</td><td>Parametrul tehnic nu a fost regăsit</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Lamele laringoscop ≥ 2000 ciluri de sterilizare	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit	Maner laringoscop diametru mâner standard: 28mm, ±2mm	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit	Acumulator acumulator reincărcabil, cu autonomie de ≥ 3 ore	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit	Bec LED, intensitatea luminei ≥ 2000 lux	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit	Bec ≥ 2.5V	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit	Bec lumină albă sau neutră	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit	Data 8 iunie 2026 Nr. 97
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																						
Lamele laringoscop ≥ 2000 ciluri de sterilizare	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit																						
Maner laringoscop diametru mâner standard: 28mm, ±2mm	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit																						
Acumulator acumulator reincărcabil, cu autonomie de ≥ 3 ore	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit																						
Bec LED, intensitatea luminei ≥ 2000 lux	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit																						
Bec ≥ 2.5V	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit																						
Bec lumină albă sau neutră	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit																						
Nr. Rg02-2886 din 29.05.2026	MED-M” SRL	Lot nr. 20 Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) 130260, nu a fost regăsit următorii parametri: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Înălțime ajustabilă ≥ 140-160 mm</td><td>Da</td><td>Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică.</td></tr><tr><td>Unghi de iradiere ajustabil cu blocarea poziției necesare obligatoriu</td><td>Da</td><td>Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică.</td></tr><tr><td>Unghi de iradiere la 90 grade obligatoriu</td><td>Da</td><td>Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică.</td></tr><tr><td>Suprafața de iradiere la 30 cm ≥ 40x20 cm</td><td>Da</td><td>Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică.</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Înălțime ajustabilă ≥ 140-160 mm	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică.	Unghi de iradiere ajustabil cu blocarea poziției necesare obligatoriu	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică.	Unghi de iradiere la 90 grade obligatoriu	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică.	Suprafața de iradiere la 30 cm ≥ 40x20 cm	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică.							
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																						
Înălțime ajustabilă ≥ 140-160 mm	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică.																						
Unghi de iradiere ajustabil cu blocarea poziției necesare obligatoriu	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică.																						
Unghi de iradiere la 90 grade obligatoriu	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică.																						
Suprafața de iradiere la 30 cm ≥ 40x20 cm	Da	Parametrul tehnic nu a fost regăsit. Rugăm să prezentați performanța tehnică.																						
		Lot nr. 21 Aspirator urgențe 130320, nu a fost regăsit următorii parametri: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																						

	Lot nr. 51 Centrifuga de laborator (8-12 tuburi) viteza redusă 150940, nu a fost regăsit următorii parametri:	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml	Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml	Rugăm respectuos să prezentați modelul rotorului oferit și performanța tehnică a acestuia.
Capacitatea Numărul de tuburi 32 tuburi	Capacitatea Numărul de tuburi 32 tuburi	Rugăm respectuos să prezentați modelul rotorului oferit și performanța tehnică a acestuia.
Lot nr. 18 Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii) 130210, nu a fost regăsit următorii parametri:	Lot nr. 18 Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii) 130210, nu a fost regăsit următorii parametri:	Nr. 0038 din 08.06.2025
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Dimensiunea cîmpului, cm / Diametrul ajustabil la 1 m distanță / diapazon minim 24 - 33 cm	Dimensiunea cîmpului, cm / Diametrul ajustabil la 1 m distanță / diapazon minim 15 - 33 cm, Pag.3 Product Specification	Nu a fost regăsit performanța tehnică „Diametrul ajustabil la 1 m” - distanță diapazon 15 - 33 cm Performanța tehnică indicată de 15 - 33 cm este indicat la ce distanță este obținut
Lot nr. 24 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) 130500, nu a fost regăsit următorii parametri:	Lot nr. 24 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) 130500, nu a fost regăsit următorii parametri:	Nr. 33 din 08.06.2026
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Capacitatea pompei / Regim de lucru în flux (setarea fluxului) - obligatoriu	p 30, punct 6.2.5.3	Performanța tehnică nu a fost regăsită
Alarmer și indicatori / Set decuplat - obligatoriu	p 32, p 15	Performanța tehnică nu a fost regăsită
Lot nr. 35 Pat pentru examinare (mecanic) adulți 140310, nu a fost regăsit următorii parametri:	Lot nr. 35 Pat pentru examinare (mecanic) adulți 140310, nu a fost regăsit următorii parametri:	09.06.2026
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării
Greutate pacient maxim, kg ≥ 180	200 kg	Performanța tehnică nu a fost regăsită în broșura oferită. Rugăm să prezentați materialele confirmative pentru parametrul tehnic oferit.
Lot nr. 41 Pat electric, pentru adulți 140490, nu a fost regăsit următorii parametri:	Lot nr. 41 Pat electric, pentru adulți 140490, nu a fost regăsit următorii parametri:	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.Rg-3294 din 29.06.2026 „Eyecon Medical” SRL	Lot nr. 19 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Conform cerinței caietului de sarcină s-a solicitat „Dimensiunea câmpului, cm / Focusabil motorizat de la panoul de control obligatoriu” s-a oferit DA Pag. 15/31 „U.Man Starled3 NX”. Performanța de ajustare a dimensiunii câmpului luminos a fost regăsită. Rugăm să indicați prin ce metodă are loc ajustarea dimensiunii câmpului luminos. Conform cerinței se solicită „Focusabil motorizat de la panoul de control obligatoriu” Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 02.07.2026.
EMMD20260107 din 01.07.2026	11. Ofertanții respinși/descalificați: Lotul 3 Concentrator de oxigen 5L 110400 - Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice s-a solicitat alarme vizuale dacă concentrația O2 ≤ 82% s-a oferit alarma la 8,5%. Produsul nu este înregistrat în Registrul de stat al dispozitivelor medicale. Lotul 10 Laringoscop adult cu fibra optica, LED 110610 - Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice 1. S-a solicitat Acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 3 ore s-a oferit Batarele de unică folosință. 2. S-a solicitat Stație de încărcare a laringoscopului fără a extrage bateriile de la priză de perete 220V, 50Hz s-a oferit 401079 Akkuplanet cu încărcare prin extragerea bateriilor din laringoscop." Lotul 13 Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici avansate) 130120 - Oferta operatorului economic "ALMICOM-TECH" S.R.L. se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Mobil pe suport cu minim 5 roți s-a oferit produs cu 4 roți". Lotul 14 Lampă germicida (varianta de masă) 130130 - Oferta operatorului economic Ecochimie S.R.L. se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu a atașat la oferta electronică DUAE, conform anunțului de participare. Lotul 15 Lampă germicidă (varianta staționară) 130140 - Oferta operatorului economic Ecochimie S.R.L. se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu a atașat la oferta electronică DUAE, conform anunțului de participare. Lotul 16 Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150 - Oferta operatorului economic Ecochimie S.R.L. se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu a atașat la oferta electronică DUAE, conform anunțului de participare. Lotul 17 Lampă germicida (varianta mobilă) 130160 - Oferta operatorului economic Ecochimie S.R.L. se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu a atașat la oferta electronică DUAE, conform anunțului de participare. Lotul 19 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) 130220 - Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul ajustabil la 1 m distanță diapazon minim 24 - 33 cm s-a oferit 12,5-25 cm". Lotul 20 Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de bază) 130260

- Oferta operatorului economic AELO GRUP se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Suprafața de iradiere la 30 cm $\geq$ 40x20 cm s-a oferit 40 x 20cm, la 40 cm"
- Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Suprafața de iradiere la 30 cm $\geq$ 40x20 cm s-a oferit 40 x 20cm, la 35 cm"
- Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Suprafața de iradiere la 30 cm $\geq$ 40x20 cm s-a oferit 40 x 20cm, la 40 cm"
- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Suprafața de iradiere la 30 cm $\geq$ 40x20 cm s-a oferit 40 x 20cm, la 40 cm"
- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Suprafața de iradiere la 30 cm $\geq$ 40x20 cm s-a oferit 40 x 20cm, la 40 cm"
- Lotul 25 Pompă de infuzie (perforator), volum mare (caracteristici avansate) 130510**
- Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Capacitatea pompei / Nivelul presiunii de ocizie maxime diapazon min. 75 - 750 mmHg s-a oferit 150 - 975 mmHg"
- Lotul 32 Cântar electronic, pentru nou-născuți 130800**
- Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Produsul nu este înregistrat în Registrul de stat al dispozitivelor medicale."
- Lotul 34 Masă pentru operații cu 5 secții (caracteristici de bază) 140100**
- Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Parametrii tehnici nu au fost demonstrați Nu a fost regăsiți toți parametrii de performanță conform caietului de sarcini din broșura prezentată."
- Lotul 37 Targa sanitară 140360**
- Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice 1. S-a solicitat Caracteristici / Tetieră reglabilă - obligatoriu s-a oferit fără tetieră reglabilă.
- 2. S-a solicitat Dimensiuni în stare pliata $\leq$ 98 x 60 x 20 cm s-a oferit 102 x 90 x 17 cm. 3. S-a solicitat Cadru de metal cu minim 3 bare transversale s-a oferit fără."
- Lotul 39 Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii 140391**
- Oferta operatorului economic Neotec se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice:
- 1. S-a solicitat Poziționare / Trendelenburg $\geq$ 16 grade s-a oferit 15° ($\pm$ 1°);
- 2. S-a solicitat Poziționare / Anti-trendelenburg $\geq$ 16 grade s-a oferit 15° ($\pm$ 1°);
- 3. S-a oferit Greutatea maximă admisă de încărcare / Cadru pentru etichetă pe spatează $\geq$ 250 kg s-a oferit 225 kg;
- 4. S-a oferit Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, $\pm$ 2 cm s-a oferit 51-80 cm;"
- Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, $\pm$ 2 cm s-a oferit 50-85 cm,"
- Lotul 41 Pat electric, pentru adulți 140490**
- Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Înălțime / Ajustabilă $\geq$ 80 cm s-a oferit 50 - 78 cm."
- Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Înălțime / Ajustabilă $\geq$ 80 cm s-a oferit 480-680 $\pm$ 30mm."
- Lotul 47 Frigider pentru vaccini 40-70L 140860**
- Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Configurație staționar, orizontal s-a oferit de tip vertical"
- Oferta operatorului economic SRL Biosistem mld se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Configurație staționar, orizontal s-a oferit de tip vertical"
- Lotul 48 Frigider pentru vaccini 70-100L 140870**
- Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Configurație staționar, orizontal s-a oferit de tip vertical".

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Configurație staționar, orizontal s-a oferit de tip vertical"
- Lotul 49 Frigider pentru vaccini 150-200L 140890**
- Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Configurație staționar, orizontal s-a oferit de tip vertical"
- Oferta operatorului economic SRL Biosistem mld se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Configurație staționar, orizontal s-a oferit de tip vertical"
- Lotul 50 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) 150910**
- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Produsul nu este înregistrat în Registrul de stat al dispozitivelor medicale.
- Lotul 51 Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930**
- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Produsul nu este înregistrat în Registrul de stat al dispozitivelor medicale.
- Lotul 52 Centrifuga de laborator (8-12 tuburi) viteza redusă 150940**
- Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Viteza de rotație / Maximală rpm 4500 s-a oferit 4000 "
- Oferta operatorului economic Ecochimie S.R.L. se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu a atașat la oferta electronică DUAE, conform anunțului de participare.
- Lotul 53 Centrifugă de laborator (24 tuburi) vitează redusă 150950**
- Oferta operatorului economic Ecochimie S.R.L. se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu a atașat la oferta electronică DUAE, conform anunțului de participare.
- Lotul 58 Autorefractometru 170400**
- Oferta operatorului economic Ancotec-Sistem se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice S-a solicitat Gama măsurilor de refracție / Putere sferă (SPH) diapazon minim -25 ~ -25D (pasul 0,12/0,25D) s-a oferit -25 ~ +22D (pasul 0,12/0,25D)".

12. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- Pentru fiecare lot ☐
- Pentru mai multe loturi cumulate ☐
- Pentru toate loturile ☐
- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]
- Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut ☐
- Costul cel mai scăzut ☐
- Cel mai bun raport calitate-preț ☐
- Cel mai bun raport calitate-cost ☐

13. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

14. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

Nr. lot	denumire lot	U/m	Canii tatea	preț unitar fără TVA	preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model/codul produsului	producător	Țară de origine	ofertant	Înregistrare AMD
1	Mașină de anestezie (caracteristici medii) 110120	bucată	1	393 700,00	472 440,000	393 700,00	472 440,00	A3 + uMEC 150	Mindray	China	İM „Dutchmed- M” SRL	DM000821381 + DM000669806
2	Mașină de anestezie (caracteristici avansate) 110130	bucată	3	455 455,000	546 546,000	1 366 365,000	1 639 638,00	WATO EX - 65 PRO + BeneVision N19	Mindray	China	İM „Dutchmed- M” SRL	DM000153166 + DM000649454
3	Concentrator de oxigen 5L 110400	bucată	3	11 130,00	13 356,00	33 390,00	40 068,00	Oxybreath Mini 5	Kare-Medical	Turcia	ICS Eyecon Medical SRL	DM000234258
4	Balon resuscitare AMBU neonatal 110410	bucată	4	730,0000	876,00	2 920,00	3 504,00	GT012-300A Silicon Resuscitator	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	China	IM Natusana SRL	DM000024612
5	Balon resuscitare AMBU copii 110420	bucată	8	730,00	876,00	5 840,00	7 008,00	GT012-300A Silicon Resuscitator	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	China	IM Natusana SRL	DM000024612
6	Balon resuscitare AMBU adulți 110430	bucată	7	730,00	876,00	5 110,00	6 132,00	GT012-300A Silicon Resuscitator	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	China	IM Natusana SRL	DM000024612
7	Butelie oxigen până la 2 L 110500	bucată	23	3 386,96	4 064,35	77 900,08	93 480,10	0202023 + 0807916 (APHRODI TE) + 021700	Mobiak	Grecia	"ALMICOM- TECH" S.R.L.	DM000429204
8	Butelie oxigen până la 5 L 110510	bucată	11	4 980,00	5 976,00	54 780,00	65 736,00	0202018 + 0807916 (APHRODI TE)	Mobiak	Grecia	"ALMICOM- TECH" S.R.L.	DM000429204
9	Laringoscop adult standard 110600	bucată	12	5 374,00	448,8000	64 488,00	77 385,60	Gima 34303 + Statie incarcare 31542+bec rezerva 34491 + acumulator reincarcabil 34467	Gima	Italia	DataControl SRL	DM000661076
10	Laringoscop adult cu fibra optica, LED 110610	bucată	17	9 143,76	10 972,52	155 444,00	186 532,80	Laringoscop adult standard Gima 34482 + Statie incarcare 31542 +	GIMA S.P.A	Italia	Tetis International Co. SRL	DM000184587

58	Autorefractometru 170400	bucată	2	79 600,00	95 520,00	159 200,00	191 040,00	Autorefractometru AR 7610	Nanjing Redsun Optical Co., Ltd	China	OPTIC-LUX	DM000397643
61	Negatoscop un cadru cu LED 210720	bucată	1	5 100,00	6 120,00	5 100,00	120,00	JDA TTC111A	BEIJING JINGDON G TECHNO LOGY CO., LTD.	China	MED-M	DM000860621
62	Negatoscop doua cadruri cu LED 210730	bucată	36	5 010,00	6 012,00	180 360,00	216 432,00	JDA TTC111B	BEIJING JINGDON G TECHNO LOGY CO., LTD.	China	MED-M	DM000860621
63	Hoță cu flux laminar 250100	bucată	10	49 800,00	59 760,00	498 000,00	597 600,00	BSC-700 II A2-Z	Biobase	China	"ALMICOM-TECH" S.R.L.	DM000415300

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

Lotul 20 Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) 130260

Lotul 32 Cîntar electronic, pentru nou-născuți 130800

Lotul 34 Masă pentru operații cu 5 secții (caracteristici de baza) 140100

Lotul 47 Frigider pentru vaccini 40-70L 140860

Lotul 48 Frigider pentru vaccini 70-100L 140870

Lotul 49 Frigider pentru vaccini 150-200L 140890

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă.

Lotul 26 "Încălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile caracteristici de bază 130650"

Lotul 28 Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru 130700

Lotul 29 Cîntar electronic pentru adulți (220V) 130710

Lotul 30 Cîntar electronic pentru adulți (baterie) 130720

Lotul 33 Cîntar mecanic, pentru nou-născuți 130810

Lotul 43 Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), orizontal 500-700L 140690

Lotul 46 Camera frigorifica, 4 locuri (caracteristici de baza) 140830, cu troteu

Lotul 55 Coagulometru portabil 151120

Lotul 57 Tonometru ocular portativ 170300

Lotul 59 Gonioscop 170510

Lotul 60 Lentila Volk 170520

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică.

În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 30.06.2026.

Decizia de reevaluare pentru lotul nr.24 din 29.06.2026 ca urmare a dezacordului din partea IMSP Institutul Oncologic, după cum urmează:

Nr. lot	Denumire lot	U/m	Cantitatea	preț unitar fără TVA	preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model/codul produsului	Producător	Țară de origine	oferant	Înregistrare AMDM
---------	--------------	-----	------------	----------------------	--------------------	---------------	-------------	------------------------	------------	-----------------	---------	-------------------

24	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) 130500	bucată	31	8 321,67	9 986,00	257 971,77	309566,12	BeneFusion uVP	Mindray	China	ÎM „Dutchmed-M” SRL	DM000579481
----	---	--------	----	----------	----------	------------	-----------	----------------	---------	-------	---------------------	-------------

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 24 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) 130500

- Oferta operatorului economic TEHOPTIMED SA se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice s-a solicitat Circuite ≥ 200 buc. pentru fiecare pompă procurată s-a oferit codul P1500-BF, numărul de înregistrare în RSDM DM000374976, Rg04-000236. Conform catalogului se oferă „TUB DE EXTENSIE PENTRU POPMĂ DE INFUZIE” și nu circuite așa cum este solicitat conform caietului de sarcină.

În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 09.07.2026.

Decizia nr. 3 din 13.07.2026 de reevaluare pentru lotul 10 Laringoscop adult cu fibra optica, LED 110610, ca urmare a dezacordului nr. G-485 din 26.06.2026 a operatorului econom GBG MLD, după cum urmează:

Nr. lot	denumire lot	U/m	cantitatea	preț unitar fără TVA	preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model/codul produsului	producător	Tară de origine	oferțant	Înregistrare AMDM
10	Laringoscop adult cu fibra optica, LED 110610	bucată	17	10	12	175	210	03.41140.521+0 3.42013.621+03 42013.631+03.4	Kirchner&Wilhe lm	Germania	GBG-MLD SRL	DM000566377; DM000566387; DM000566388; DM000566389; DM000566390; DM000566102;

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 10 Laringoscop adult cu fibra optica, LED 110610

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerinței tehnice 1. S-a solicitat Acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 3 ore s-a oferit Batareele de uni folosință.

- Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: s-a solicitat Lamele tip: McIntosh mărimea 2 mărimea 3 mărimea 4 mărimea 5 , s-a oferit numai mărimea 5. Totodată, numărul de înregistrare de la AMDM este numai pentru mâner.

În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 28.07.2026.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Nr. Rg02-3105 din 18.06.2026 Nr. Rg02-3295 din 29.06.2026 Nr. Rg02-3638 din 14.07.2026	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicati în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☒ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV/ Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului
AELO GRUP SRL	1011601009752	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA	33100000-1	260779276-0005-0437	39 461,0000	47 353,2000	23.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
ALMICOM-TECH SRL	1020601017041	Cu capital autohton	CENTRUL DE MEDICINA LEGALA	33100000-1	260779276-0616-0035	99 600,0000	119 520,0000	31.07.2026	31.12.2026	31.03.2027

ALMICOM-TECH SRL	1020600017041	Cu capital autohton	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI	33100000-1	2607792 76-0616-0161	49 800,0 000	59 760,000	31.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
ALMICOM-TECH SRL	1020600017041	Cu capital autohton	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCAN	33100000-1	2607792 76-0616-0163	49 800,0 000	59 760,000	31.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
ALMICOM-TECH SRL	1020600017041	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE MAGDACESTI	33100000-1	2607792 76-0616-0297	18 928,5 700	22 714,280	31.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
ALMICOM-TECH SRL	1020600017041	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREI	33100000-1	2607792 76-0616-0351	3 386,96 00	4 064,3500	31.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
ALMICOM-TECH SRL	1020600017041	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA	33100000-1	2607792 76-0616-0370	49 800,0 000	59 760,000	31.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
ALMICOM-TECH SRL	1020600017041	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI	33100000-1	2607792 76-0616-0371	49 800,0 000	59 760,000	31.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
ALMICOM-TECH SRL	1020600017041	Cu capital autohton	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	33100000-1	2607792 76-0616-0426	729 249, 9000	875 100,00	31.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
ALMICOM-TECH SRL	1020600017041	Cu capital autohton	IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC	33100000-1	2607792 76-0616-0428	3 386,96 00	4 064,3500	31.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
ALMICOM-TECH SRL	1020600017041	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA	33100000-1	2607792 76-0616-0437	113 571, 4200	136 285,68 00	31.07.2026	09.02.2027	10.05.2027

ALMICOM-TECH SRL	1020600017041	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	33100000-1	260779276-0616-0438	49 800,0000	59 760,0000	31.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
ALMICOM-TECH SRL	1020600017041	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	33100000-1	260779276-0616-0439	24 300,0000	29 160,0000	31.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
ALMICOM-TECH SRL	1020600017041	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	33100000-1	260779276-0616-0448	402 100,0000	482 520,0000	31.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
ALMICOM-TECH SRL	1020600017041	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	33100000-1	260779276-0616-0456	76 230,0000	91 476,0000	31.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
ALMICOM-TECH SRL	1020600017041	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	33100000-1	260779276-0616-0470	24 300,0000	29 160,0000	31.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
ALMICOM-TECH SRL	1020600017041	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	33100000-1	260779276-0616-0478	4 980,0000	5 976,0000	31.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
ALMICOM-TECH SRL	1020600017041	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI	33100000-1	260779276-0616-0482	3 386,9600	4 064,3500	31.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
FCPC DATACONTROL SRL	1003600007935	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	33100000-1	260779276-0073-0436	59 114,0000	70 936,8000	23.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
FCPC DATACONTROL SRL	1003600007935	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	33100000-1	260779276-0073-0478	5 374,0000	6 448,8000	23.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
GBG-MLD SRL	1003600117582	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI	33100000-1	260779276-0109-0414	20 410,0000	24 492,0000	26.08.2026	09.02.2027	10.05.2027

GBG-MLD SRL	1003600117582	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL STOMATOLOG IC MUNICIPAL DE COPII	33100000- 1	2607792 76-0109- 0420	908 200, 0000	1 089 840, 0000	26.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
GBG-MLD SRL	1003600117582	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	33100000- 1	2607792 76-0109- 0436	2 842,86 00	3 411,4300	26.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
GBG-MLD SRL	1003600117582	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	33100000- 1	2607792 76-0109- 0438	14 214,3 000	17 057,150 0	26.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
GBG-MLD SRL	1003600117582	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR 4	33100000- 1	2607792 76-0109- 0445	2 842,86 00	3 411,4300	26.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA	33100000- 1	2607792 76-0123- 0163	88 730,0 000	106 476,00 00	31.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI	33100000- 1	2607792 76-0123- 0254	76 500,0 000	91 800,000 0	27.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	33100000- 1	2607792 76-0123- 0467	158 000, 0000	189 600,00 00	27.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
IM DUTCHMED-M SRL	1009600033367	Cu capital autohton	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	33100000- 1	2607792 76-0088- 0426	53 178,8 900	63 814,670 0	06.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
IM DUTCHMED-M SRL	1009600033367	Cu capital autohton	IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGI E CHIRIL DRAGANIUC	33100000- 1	2607792 76-0088- 0428	13 725,0 000	16 470,000 0	06.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
IM DUTCHMED-M SRL	1009600033367	Cu capital autohton	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	33100000- 1	2607792 76-0088- 0430	221 250, 0000	265 500,00 00	09.09.2026	09.02.2027	10.05.2027

IM DUTCHMED-M SRL	1009600033367	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA	33100000- 1	2607792 76-0088- 0437	53 178,8 900	63 814,670 0	06.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
IM DUTCHMED-M SRL	1009600033367	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL	33100000- 1	2607792 76-0088- 0447	393 700, 0000	472 440,00 00	06.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
IM DUTCHMED-M SRL	1009600033367	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	33100000- 1	2607792 76-0088- 0448	1 472 72 2,7800	1 767 267, 3400	06.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
IM DUTCHMED-M SRL	1009600033367	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	33100000- 1	2607792 76-0088- 0456	26 550,0 000	31 860,000 0	06.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
IM DUTCHMED-M SRL	1009600033367	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL DONDUSENI	33100000- 1	2607792 76-0088- 0464	48 180,0 000	57 816,000 0	06.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
IM DUTCHMED-M SRL	1009600033367	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	33100000- 1	2607792 76-0088- 0467	17 700,0 000	21 240,000 0	06.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
IM DUTCHMED-M SRL	1009600033367	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI	33100000- 1	2607792 76-0088- 0469	13 725,0 000	16 470,000 0	06.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
IM DUTCHMED-M SRL	1009600033367	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	33100000- 1	2607792 76-0088- 0475	57 030,0 000	68 436,000 0	06.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CEADIR- LUNGA	33100000- 1	2607792 76-0509- 0050	2 996,00 00	3 595,2000	03.08.2026	31.12.2026	31.03.2027

MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE CIMISLIA	33100000- 1	2607792 76-0509- 0208	50 892,0 000	61 070,400 0	03.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE FALESTI	33100000- 1	2607792 76-0509- 0256	12 495,0 000	14 994,000 0	03.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	33100000- 1	2607792 76-0509- 0436	2 996,00 00	3 595,2000	03.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA	33100000- 1	2607792 76-0509- 0437	5 010,00 00	6 012,0000	03.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLO GIE SI ORTOPEDIE	33100000- 1	2607792 76-0509- 0439	24 650,0 000	29 580,000 0	03.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1	33100000- 1	2607792 76-0509- 0441	19 550,0 000	23 460,000 0	03.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	33100000- 1	2607792 76-0509- 0448	175 350, 0000	210 420,00 00	03.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI	33100000- 1	2607792 76-0509- 0450	1 498,00 00	1 797,6000	03.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI	33100000- 1	2607792 76-0509- 0453	8 330,00 00	9 996,0000	03.08.2026	09.02.2027	10.05.2027

MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	33100000- 1	2607792 76-0509- 0471	7 200,00 00	8 640,0000	03.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI	33100000- 1	2607792 76-0509- 0480	25 446,0 000	30 535,200 0	03.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
NATUSANA SRL	10066000025657	Cu capital autohton	ADMINISTRAT IA NATIONALA A PENITENCIAR ELOR	33100000- 1	2607792 76-0528- 0004	2 920,00 00	3 504,0000	07.08.2026	31.12.2026	31.03.2027
NATUSANA SRL	10066000025657	Cu capital autohton	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA	33100000- 1	2607792 76-0528- 0163	3 650,00 00	4 380,0000	04.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
NATUSANA SRL	10066000025657	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPII	33100000- 1	2607792 76-0528- 0418	1 460,00 00	1 752,0000	04.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
NATUSANA SRL	10066000025657	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	33100000- 1	2607792 76-0528- 0467	5 840,00 00	7 008,0000	04.08.2026	09.02.2027	10.05.2027
NEOTEC SRL	10026000048135	Cu capital autohton	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI	33100000- 1	2607792 76-0529- 0161	64 700,0 000	77 640,000 0	24.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
OPTIC LUX SRL	10026000043635	Cu capital autohton	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA	33100000- 1	2607792 76-0533- 0163	130 000, 0000	156 000,00 00	24.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
OPTIC LUX SRL	10026000043635	Cu capital autohton	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI	33100000- 1	2607792 76-0533- 0164	159 200, 0000	191 040,00 00	24.07.2026	09.02.2027	10.05.2027

OPTIC LUX SRL	1002600043635	Cu capital autohton	IMSP CLINICA UNIVERSITAR A DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTEMITANU	33100000- 1	2607792 76-0533- 0421	65 000,0 000	78 000,000	24.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
SANMEDICO SRL	1003602008154	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA	33100000- 1	2607792 76-0561- 0437	5 200,000	6 240,0000	24.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
SANMEDICO SRL	1003602008154	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	33100000- 1	2607792 76-0561- 0438	5 200,00 00	6 240,0000	24.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI	33100000- 1	2607792 76-0580- 0164	1 913,32 00	2 296,0000	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI	33100000- 1	2607792 76-0580- 0195	6 178,29 00	7 414,0000	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE CANTEMIR	33100000- 1	2607792 76-0580- 0196	478,33	574	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE COPANCA	33100000- 1	2607792 76-0580- 0228	2 869,98 00	3 444,0000	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC	33100000- 1	2607792 76-0580- 0251	4 733,30 00	5 680,0000	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESTI	33100000- 1	2607792 76-0580- 0365	3 053,32 00	3 664,0000	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027

TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE STAUCENI	33100000- 1	2607792 76-0580- 0369	956,66	1 148,0000	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA	33100000- 1	2607792 76-0580- 0370	7 099,95 00	8 520,0000	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI	33100000- 1	2607792 76-0580- 0371	7 124,95 00	8 550,0000	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPII	33100000- 1	2607792 76-0580- 0418	3 450,00 00	4 140,0000	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP CLINICA UNIVERSITAR A DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTEMITANU	33100000- 1	2607792 76-0580- 0421	2 300,00 00	2 760,0000	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	33100000- 1	2607792 76-0580- 0430	8 099,81 00	9 719,8000	14.09.2026	09.02.2027	10.05.2027
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	33100000- 1	2607792 76-0580- 0436	2 866,58 00	3 439,9000	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1	33100000- 1	2607792 76-0580- 0441	5 733,16 00	6 879,8000	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR 4	33100000- 1	2607792 76-0580- 0445	3 823,24 00	4 587,9000	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027

TEHOPTIMED SA	10036000087162	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL	33100000- 1	2607792 76-0580- 0462	143 499, 0000	172 200,00 00	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
TEHOPTIMED SA	10036000087162	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI	33100000- 1	2607792 76-0580- 0469	8 573,14 00	10 287,800 0	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
TEHOPTIMED SA	10036000087162	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	33100000- 1	2607792 76-0580- 0470	11 466,3 200	13 759,600 0	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
TEHOPTIMED SA	10036000087162	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	33100000- 1	2607792 76-0580- 0471	9 566,60 00	11 480,000 0	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
TEHOPTIMED SA	10036000087162	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	33100000- 1	2607792 76-0580- 0475	3 450,00 00	4 140,0000	29.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
TETIS INTERNATIONAL CO SRL	10036000043595	Cu capital autohton	ADMINISTRAT IA NATIONALA A PENITENCIAR ELOR	33100000- 1	2607792 76-0581- 0004	7 996,00 00	9 595,2000	23.07.2026	31.12.2026	31.03.2027
TETIS INTERNATIONAL CO SRL	10036000043595	Cu capital autohton	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI	33100000- 1	2607792 76-0581- 0161	91 954,0 000	110 344,80 00	23.07.2026	09.02.2027	10.05.2027
X-LAB SOLUTIONS SRL	1014600019950	Cu capital autohton	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI	33100000- 1	2607792 76-0594- 0164	126 400, 0000	151 680,00 00	27.07.2026	09.02.2027	10.05.2027

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicati suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☒ V Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG