



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 68998429, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.gov.md>

Nr. Rg02-4612 din 04.09.2026

OPERATORI ECONOMICI PARTICIPANȚI
IMSP BENEFICIARI

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică **nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 (21634377) din 15.05.2026** privind *Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 26)*, vă comunică decizia **nr.1 din 17.07.2026** cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr Lot	Cod Lot	Cod CPV	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea propusă	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model/Tara de Origine/Producător	AMDM	Ofertant
1	1-33980	33100000-1	Lotul-1-Hota de laborator de clasa II,	Bucată	1	48,500.00	58,200.00	48,500.00	58,200.00	BSC-700IIA2-Z/China/Biobase	DM000415300	Triumf-Motiv SRL
3	3-33980	33100000-1	Lotul-3-Microtom trinocular	Bucată	2	460,500.00	552,600.00	921,000.00	1,105,200.00	Leica DM3000 LED + Flexacam C3 Camera/Germania/Leica	DM000652036	Lokmera SRL
4	4-33980	33100000-1	Lotul-4-Microtom semiautomat	Bucată	5	169,998.00	203,997.60	849,990.00	1,019,988.00	M-240/Spania/Especialidades Médicas M	DM000284044	GBG-MLD SRL
5	5-33980	33100000-1	Lotul-5-Stație de includere în parafină cu anexa de răcire	Bucată	2	170,300.00	204,360.00	340,600.00	408,720.00	TEC 2900T Code: (TEC 2900-1 +TEC 2900-2 + TEC 2900-3)/Italia/Histo-Line Laboratorii SRL	ISO CE	X-Lab Solutions
6	6-33980	33100000-1	Lotul-6-Sistem de integrat automatizat pentru	Bucată	1	1,600,000.00	1,920,000.00	1,600,000.00	1,920,000.00	Clearvue tm CoverslipperA79 200001)/OLAN	DM000685885	Laboratoriu m Grup SRL

			colorarea lamelor și pentru includerea probelor histologice sub lamel de sticlă							DA/Epredia Netherland s B.V.- SHANDO N DIAGNOS TICS	DM0008006 06	
9	9- 33980	33100000- 1	Lotul-9-Autoclav cu încărcare orizontală	Bucată	2	387,000.00	464,400.00	774,000.00	928,800.00	XG1.UCD- 100S (M1)/China/Shin va Medical Instrument co., LTD	DM0008191 46	SC ERICON SRL
10	10- 33980	33100000- 1	Lotul-10-Unitate radiografie digitală pr consolă mobilă Caract medii	Bucată	1	720,000.00	864,000.00	720,000.00	864,000.00	MobileArt Evolution MX8 Version/Japonia/ Shimadzu	DM0004295 33	Neotec SRL
11	11- 33980	33100000- 1	Lotul-11- Dispozitive electro- chirurgicale (diatermocoagula tor caracteristici avansate)	Bucată	1	101,000.00	121,200.00	101,000.00	121,200.00	Excell 400 MCDSe /Italia/Alsa	DM0000517 54	DataControl SRL
12	12- 33980	33100000- 1	Lotul-12- Ventilatoare pulmonare Adult, pediatric	Bucată	8	175,300.00	210,360.00	1,402,400.00	1,682,880.00	CRIUS V6/China/NORT HERN MEDITEC LIMITED	CE ISO, DM0002837 39	Triumf- Motiv SRL
13	13- 33980	33100000- 1	Lotul-13-Mașină de anestezie (caracteristici de bază)	Bucată	2	290,000.00	348,000.00	580,000.00	696,000.00	ATLAS N3 + AQUARIUS/Chi na/Northern Meditec Limited	DM0005284 84 DM0005285 59	Ancotec- Sistem SRL
22	22- 33980	33100000- 1	Lotul-22- Dinamometru	Bucată	1	24500.00	29400.00	24,500.00	29,400.00	12- 0286/USA/Fabri cation Enterprises,Inc	CE ISO	Triumf- Motiv SRL
24	24- 33980	33100000- 1	Lotul-24-Cabinet PCR	Bucată	2	70350.00	84,420.00	140,700.00	168,840.00	UVT-S-AR PCR cabinet/Letonia /Biosan	ISO, CE	GBG-MLD SRL
25	25- 33980	33100000- 1	Lotul-25-Sistem de arhivare pentru lame histologice	Bucată	1	9090.48	10908.58	9,090.48	10,908.58	Nu este indicat in formular, în anexă marca Medi Diagnostici, model MD5205-	ISO, CE	Medist Grup SRL

										14/Italia/Medi Diagnostici		
26	26-33980	33100000-1	Lotul-26-Sistem automat avansat pentru procesarea histologică a țesuturilor	Bucătă	1	979000.00	1,174,800.00	979,000.00	1,174,800.00	Revos™ Tissue Processor A8410 0001/UK/Epredi a Netherlands B.V.-SHANDON DIAGNOSTICS LIMITED	DM000708620	Laboratoriu m Grup SRL

Ofertanții respinși/descalificați:

Lot nr. 3 Microtom trinocular

Oferta operatorului economic **SC "IMUNOTEHNOMED" SRL** se respinge în conformitate cu art.69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat Pas minim de reglaj pentru focalizarea fină maximum 1 μm. S-a oferat Reglaj pentru focalizarea fină: 2 μm.

S-a solicitat Reglaj continuu al intensității luminii; S-a oferat "Iluminare Köhler cu LED 3W și iluminator interschimbabil cu halogen 6V/30W";

S-a solicitat Dimensiune maximă imagine: minim 12 MP nativi, fără interpolare software, compatibilitate optică demonstrată cu microscopul oferat.

S-a oferat "Rezoluție foto: 8.0MP (3840x2160 pixels). Brochure_MOTICAM_4000X pag. 2/2"

Totodată oferta se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale;

Oferta operatorului economic **LOKMERA SRL** se respinge în conformitate cu art.69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat Distanță interpupilară 45 mm – 75 mm; S-a oferat Distanță interpupilară 55 mm – 75 mm;

S-a solicitat Rezoluție ADC minim 12 biți; S-a oferat Adâncime de biți / adâncime de culoare: 8 biți;

S-a solicitat Export în formate jpg, bmp și generare rapoarte.S-a oferat Export în formate JPEG, TIFF, AVI, MPEG-4, WMV, ASCII și XML; generare de rapoarte și export al rezultatelor în Microsoft Excel, inclusiv histograme și imagini ale etapelor de analiză. **se acceptă ca oferta alternativa cu acordul beneficiarului final;**

Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art.69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat Pas minim de reglaj pentru focalizarea fină maximum 1 μm. S-a oferat Pas minim de reglaj pentru focalizarea fină maximum 1 μm./2 μm scale interval.

S-a solicitat Export în formate jpg, bmp și generare rapoarte.S-a oferat Export în formate jpg, bmp și generare rapoarte., BMP nu dispune.

Totodată oferta se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale;

Oferta operatorului economic **ELTA 90 MEDICAL DIAGNOSTIC SRL** se respinge în conformitate cu art.69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat Distanță interpupilară 45 mm – 75 mm; S-a oferat Tub microscopului este trinocular, ce permite reglarea distanței interpupilare în intervalul 50 - 75 mm.

Lotul-5-Stație de includere în parafină cu anexa de răcire Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art.69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale;

Lotul-8-Cântar electronic pentru adulți (220V)

Oferta operatorului economic **ALEX STANDARD SRL** se respinge în conformitate cu art.69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat "Greutatea maximă $\geq 200\text{kg}$ "; S-a oferat "Capacitate maximă de cântărire: 150 kg Capacitate minimă de cântărire: 1000 g"

S-a solicitat "Precizie $\leq 100\text{ gr}$ "; S-a oferat "Diviziunea de verificare (e): 50 g"

Oferta operatorului economic **TRIUMF MOTIV SRL** se respinge în conformitate cu art.69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat "Pornirea/Închiderea Automată"; S-a oferat "Pornirea/Închiderea Automată/ nu dispune de asa funcție"

Oferta operatorului economic **DATA CONTROL SRL** se respinge în conformitate cu art.69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu s-a oferat informații cu privire la Cerințe pentru mijloace de cântărit conform punctului 22 din anunțul de participare că modelul de cântar oferat la livrare a corespunde cerințelor pentru a fi apt de a trece controlul metrologic și anume: Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă;

Marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripționări:

- marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar;
- numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia;

- clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăți de cerc;

- limita maximă de cântărire sub forma Max...;

- limita minimă de cântărire sub forma Min...;

- diviziunea de verificare sub forma e =...;

- număr de tip, de lot sau de serie; și după caz;

- pentru aparatele de cântărit neautomate construite din elemente separate care se assemblează, marca de identificare pe fiecare eliment;

- diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...;

- efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...;

- efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...;

- diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;

Oferta operatorului economic **ICS EYECON MEDICAL SRL** se respinge în conformitate cu art.69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu s-a oferat informații cu privire la Cerințe pentru mijloace de cântărit conform punctului 22 din anunțul de participare că modelul de cântar oferat la livrare a corespunde cerințelor pentru a fi apt de a trece controlul metrologic și anume: Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă;

Marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripționări:

- marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar;
- numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia;
- clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăți de cerc;
- limita maximă de cântărire sub forma Max...;
- limita minimă de cântărire sub forma Min...;
- diviziunea de verificare sub forma e =...;
- număr de tip, de lot sau de serie; și după caz;
- pentru aparatele de cântărit neautomate construite din elemente separate care se assemblează, marca de identificare pe fiecare eliment;
- diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...;
- efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...;
- efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...;
- diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;

Lot nr. 9-Autoclav cu încărcare orizontală

Oferta operatorului economic **TRIUMF MOTIV SRL** se respinge în conformitate cu art.69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale;

Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art.69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat "Volum interior 100 l, ± 10 l"; S-a oferat " Volum interior 150 l "

S-a solicitat "Gama de temperatură: diapazon minim 115 - 134 grade C" S-a oferat "Gama de temperatură: diapazon minim 121 - 125 - 134 – 136 grade C "

Totodată oferta se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale;

Lot nr. 24 -Cabinet PCR

Oferta operatorului economic **DIALAB SOLUTIONS SRL** se respinge în conformitate cu art.69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat " Materialul suprafeței de lucru: Oțel inoxidabil"; S-a oferat " Suprafață de lucru din polietilenă pentru cea mai mare rezistență chimică"

S-a solicitat "Setare digitală a orei pentru expunerea directă la UV: 1 minut–24 ore / non-stop (increment 1 minut)." S-a oferat " Trecere automată de la modul de neutralizare UV la modul funcționare (lumină LED albă) Temporizator de 60 de minute ușor de utilizat, cu intervale de 1 minut. Temporizator digital pentru lămpi UV cu memorie a ultimei valori de setare "

S-a solicitat "Zona de lucru: 1200 $\pm$ 50 mm $\times$ 550 $\div$ 50 mm "S-a oferat "Zona de lucru (LxDxH) : 550 x 470 x 570 mm"

S-a solicitat "Dimensiuni totale (WxDxH): 1230-1270 mm $\times$ 580-650 mm $\times$ 570-700 mm" S-a oferat Dimensiuni totale (LxDxH): 650 x 545 x 730 mm"

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul-2-Set pentru reanimare (Adult /pediatric/nou-nascut)

Lotul-7-Aparat de curățat instrumentar cu ultrasunet

Lotul-14-peakflow metru

Lotul-16-Lentila Volk 170520

Lotul-17-Riglă schiascopică

Lotul-18-Test Worth binocular+ochelari

Lotul-19-Tonometru Maclacov mecanic

Lotul-20-Trusă de lentile optice 266 elemente

Lotul-21-Optotip iluminat mixt copii-adult

Lotul-27-Sistem automat de distilare și reciclare formalină (cu funcție multi-solvent)

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte care– sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme:

Lotul-15-Balanță Electronică 0-500g

Oferta operatorului economic **ALEX STANDARD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul-23-Termometru pentru frigider

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică numai ***după reconfirmarea necesității de către beneficiarul final.***

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **15.09.2026**.

Conform pct.15.19 din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

Cu respect,

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe Gorceag