



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 68998429, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.gov.md>

Nr. Rg02-3934 din 31.07.2026

Operatori economici participanți

Beneficiari

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1774261060151 privind *Achiziționarea centralizată a Instrumentelor Medicale/Chirurgicale și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice -IMSP - beneficiari pentru anul 2026 Repetat și Suplimentar* vă comunică decizia nr.2 din 29.07.2026 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/	Țara de Origine	Producător/	AMDM	Ofertant
31	Retractor intercostal de reținere Finocchietto, 85mm	Bucată	6,00	19610,00	23532,00	117 660,00	141 192,00	HB 3904	Germania	HEBU medical	DM000607252	ICS Eyecon Medical SRL
86	Forceps de extragere, cupe zimțate.	Bucată	3,00	7 200,00	8 640,00	21 600,00	25 920,00	42074016S	Italia	Endomed	DM000700588	SC ERICON SRL
87	Forceps de extragere, cupe netede	Bucată	3,00	7 200,00	8 640,00	21 600,00	25 920,00	42004016S	Italia	Endomed	DM000700565	SC ERICON SRL
94	Teacă de acces ureteral	Bucată	50,00	1 100,00	1 320,00	55 000,00	66 000,00	UAS 12-45	Elvetia	Marflow	DM000372131	SC ERICON SRL
135	Clemă de tip mini-bulldog, 9.5cm, curbat	Bucată	3,00	995,00	1194,00	2 985,00	3 582,00	13093-10	Germania	REDA	CE, ISO / DM000836624	SOGNO

137	Elevator de tip Freer	Bucată	1,00	295,00	354,00	295,00	354,00	47415-18	Germania	REDA	CE, ISO / DM000860665	SOGNO
153	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 16 mm	Bucată	3,00	2791,00	3349,20	8 373,00	10 047,60	HB 3945-01	Germania	HEBU medical	DM000607436	ICS Eyecon Medical SRL
194	Set venextractor Nabatoff	Bucată	3	4 740,00	5 688,00	14 220,00	17 064,00	21150-00 21150-02 21150-15	Germania	REDA	"ISO, CE DM000413640 DM000413641 DM000413646 "	SOGNO
213	Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm	Bucată	6,00	120,00	144,00	720,00	864,00	DF 03-115-06	Pakistan	FIZZA	Declarație CE,ISO DM000414551	SOGNO
222	Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm	Bucată	15,00	299,00	358,80	4 485,00	5382,00	NH 10-305-04 TC	Pakistan	FIZZA	Declarație CE,ISO/ DM000414445	SOGNO

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 31 Retractor intercostal de reținere Finocchietto, 85mm

- Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: Se solicită Finocchietto se oferă Finocchietto-Burford Înălțimea brașelor - minim 85 mm se oferă 80mm. Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL se acceptă ca ofertă alternativă de către beneficiarului final.

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: Se solicita Înălțimea brașelor - minim 85 mm, lățimea - minim 65 mm, lungimea de deschidere (distanța dintre brașe) se oferă 62mm, lățimea 45/65mm.

Lotul 64 Extractor de flebectomie Varady 7

- Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Bunul ofertat nu este înregistrat în Registrul de stat al dispozitivelor medicale.

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 86 Forceps de extragere, cupe zimțate.

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: s-a solicitat pentru extragere cupe zimțate s-a ofertat pentru biopsie cupe netede, bunul ofertat nu este înregistrat în Registrul de stat al dispozitivelor medicale.

- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: se solicita 340mm se oferă 400mm. Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se acceptă ca ofertă alternativă de către beneficiarului final.

Lotul 87 Forceps de extragere, cupe netede

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: bunul ofertat nu este înregistrat în Registrul de stat al dispozitivelor medicale.

- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: se solicita 340mm se oferă 400mm. Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se acceptă ca ofertă alternativă de către beneficiarului final.

Lotul 90 Pensă pentru extragerea fragmentelor de calculi

- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 94 Teacă de acces ureteral

- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: Se solicita 56 cm se oferă 45 cm. Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se acceptă ca ofertă alternativă de către beneficiarului final.

Lotul 135 Clemă de tip mini-bulldog, 9.5cm, curbat

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: Se solicita lungimea 95 ± 2 mm se oferă 100mm. Oferta operatorului economic SOGNO se acceptă ca ofertă alternativă de către beneficiarului final, conform anunțului de participare pct 23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: Se solicita lungimea 95 ± 2 mm, se oferă 105mm.

Lotul 137 Elevator de tip Freer

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: Se solicita mărimea $4/4 \pm 1$ mm se oferă 4.5mm. Oferta operatorului economic SOGNO se acceptă ca ofertă alternativă de către beneficiarului final, conform anunțului de participare pct 23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

- Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Se solicita mărimea $4/4 \pm 1$ mm se oferă 5mm.

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: Se solicita mărimea $4/4 \pm 1$ mm se oferă 5mm.

Lotul 144 Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, 75mm

- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 146 Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 149 Clemă periferică atraumatică de tip Debakey cu cremalieră

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 151 Pensă pediatrică atraumatică de tip Derra

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 152 Clemă vasculară tip Derra, falcilor 20 mm

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 153 Clemă vasculară tip Derra, falcilor 16 mm

- Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: adâncimea falcilor 16 mm se oferă 16.8mm. Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL se acceptă ca ofertă alternativă de către beneficiarului final.

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 194 Set venextractor Nabatoff

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: garanției de ofertă nu acoperă valoarea ofertei depuse, conform cuantumului din anunțul de participare.

- Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se solicita oliva nativa 2-2.5mm se oferă 3mm.

Lotul 213 Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: garanției de ofertă nu acoperă valoarea ofertei depuse, conform cuantumului din anunțul de participare.

Lotul 222 Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: garanției de ofertă nu acoperă valoarea ofertei depuse, conform cuantumului din anunțul de participare.

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul 187 Portac micro curbat, 180mm

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

Lotul 64 Extractor de flebectomie Varady 7**Lotul 90 Pensă pentru extragerea fragmentelor de calculi****Lotul 144 Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, 75mm****Lotul 146 Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră****Lotul 149 Clemă periferică atraumatică de tip Debakey cu cremalieră****Lotul 151 Pensă pediatrică atraumatică de tip Derra****Lotul 152 Clemă vasculară tip Derra, falcilor 20 mm**

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică.

În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 12.08.2026.

**Cu respect,
Președintele grupului de lucru**

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

*Ex: Arvinte Irina
Tel: 022 222 364*