

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 2 din 24.12.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Irina Arvinte dispozitive@capcs.gov.md;

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1742569531039 ocds-b3wdp1-MD-1747658012861
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea Dispozitivelor medicale (lămpi chirurgicale) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (repetat)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1752741146369 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752741146369?tab=contract-notice Data publicării: 17.07.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/planuri/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_32_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 756 962,50 Lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Lampă Chirurgicală

Data: 24 iul 2025, 13:09

Subiectul întrebării: Specificația tehnică

Întrebare: Buna ziua! Pentru parametru tehnic „Diametrul câmpului de iluminare, reglabil în diapazon minim de la 240 mm până la 300 mm, pentru cel puțin un satelit” primordial sunt datele cu privire la satelit, iar diametrul cimpului de iluminare sunt date orientative? Spre exemplu, diametrul cimpului de iluminare 200 -300 mm incadreaza parametrul tehnic cerut?

Răspuns (25 iul 2025, 16:35):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, conform caietului de sarcini se solicită ca cel puțin minim unul din cei 2 sateliți sa asigure un câmp de iluminare reglabil de la 240mm până la 300 mm. În cazul în care se oferă reglarea câmpului luminos de la 200 până la 300 mm acesta este acceptat, întrucât diapazonul solicitat 240mm până la 300 mm se încadrează complet de la 200 până la 300 mm.

Lampă Chirurgicală

Data: 25 iul 2025, 11:32

Subiectul întrebării: Termenul de livrare

Întrebare: Va rugam sa revizuiti termenul de livrare 45 de zile si sa acceptati termenul de livrare 90 de zile de la înregistrarea contractului de CAPCS întrucât 6 buc. lampi chirurgicale sunt voluminoase (circa 24 de cutii din lemn inclusiv accesoriile) și greutatea lor este mare circa 1000 kg. Transportul cu avionul este imposibil și foarte costisitor. Livrarea din China (iar de obicei majoritatea ofertelor sunt de la producatori din China) poate fi efectuată doar cu containerul, care va dura minimum 55-60 de zile + timpul de a produce 6 lampi chirurgicale.

Răspuns (1 aug 2025, 09:35):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că dispozitivele medicale sunt esențiale și necesare instituțiilor medico-sanitare publice, având în vedere că blocul operator este în reparație, iar deschidere sălilor se preconizează a fi la data de 25.08.2025. În același timp, necesarul a fost inclus în alte proceduri de achiziții publice, la care în consecință au fost anulate. Ca urmare, celor menționate nu poate fi acceptat modificarea cerinței de livrare de la 45 zile la 90 zile. În lipsa lămpilor de operație nu este posibil deschiderea sălilor de operație și ca urmare nu pot fi desfășurate operațiile pentru pacienți.

Data: 1 aug 2025, 10:44

Subiectul întrebării: Anuntu de participare

Întrebare: Buna ziua Vă rugăm mult atașați anunțul de participare în format Word

Răspuns (1 aug 2025, 15:07):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, anunțul de participare în format Word a fost atașat.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Au fost operate modificări privind termenul de livrarea urmare demersului nr. 01-13/644 din 18.07.25 al IMSP SCM Sfinta Treime.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	S-a modificat anunțul de participare și formularele și au încărcate pe www.achizitii.md
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	S-a respectat termenul, conform art.41 alin (1) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice (...de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate până la noul termen de depunere a ofertelor să rămână cel puțin 50% din termenul stabilit initial)

5. Până la termenul-limită (data 10.08.2025, ora 15:07), a depus oferta 7 operatori economici:

Nr. de ordine	Denumirea operatorului economic	IDNO	Fondator/Administrator
1	M-INTER-FARMA SA	1003600005263	Morozov Maria
2	ImpulsProGroup	1007600001757	Perminov Andrei
3	Triumf-Motiv SRL	1012600021180	Jighili Tatiana
4	Medpunkt SRL	1011600044267	Nițelea Mihail; Antonova Anna
5	ÎM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	Prodan Elvira IDNP 2001001315128 2. Comarnitchi Ion IDNP 2004036004762 3. Cretu Sergiu IDNP 2005004028625 4. VBVH BEHEER B.V. IDNO 865380156
6	DataControl SRL	10036000007935	Alexandru Grabazei
7	Medica Sens SRL	1018600025629	Ciobanu Sergiu

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	M-INTER-FARMA SA	ImpulsPro Group	Triumf-Motiv SRL	Medpunkt SRL	ÎM „Dutchmed-M” SRL	DataControl SRL	Medica Sens SRL
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+	+	+	+	+
Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:	+	+	+	+	+	+	+

- pentru parametrul tehnici măsurabili se va indica exact parametrul cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrul tehnici nemăsurabili se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametrul exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul
--	---

Modul de elaborare a Specificației de preț	Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	+	termenul de livrare 60 de zile s-a solicitat 45 de zile	termenul de livrare 60 de zile s-a solicitat 45 de zile	+	+	termenul de livrare 90 de zile s-a solicitat 45 de zile
---	--	----------	--	--	----------	----------	--

	indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;								
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+	+	+	+	+	+	+	+
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+
Documente confirmatoare (prospecte) și	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	+	+	+	+	+	+	+	+

documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.								
Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	+	+	+	+	+	+	+	+
Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 36luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+
Declarație de la Ofertant	cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau	+	+	+	+	+	+	+	+

Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivului medical în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.	+	+	+	+	+	+
---	--	---	---	---	---	---	---

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea din sistem	Ofertant	Corespunderi cu cerințele de calificare	Corespunderi cu cerințele tehnice
1	Lampă Chirurgicală	bucată	6	1 046 000,00	M-INTER-FARMA	Nu corespunde	Nu s-a examinat
1	Lampă Chirurgicală	bucată	6	1 047 742,00	ImpulsProGroup	Nu corespunde	Nu s-a examinat
1	Lampă Chirurgicală	bucată	6	1 049 900,00	Triumpf-Motiv SRL	Nu corespunde	Nu s-a examinat
1	Lampă Chirurgicală	bucată	6	1 050 000,00	Medpunkt SRL	Corespunde	Corespunde
1	Lampă Chirurgicală	bucată	6	1 149 000,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	Corespunde	Nu s-a examinat
1	Lampă Chirurgicală	bucată	6	3 388 200,00	DataControl SRL	Corespunde	Nu s-a examinat
2	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	bucată	2	189 700,00	ImpulsProGroup	Nu corespunde	Nu s-a examinat
2	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	bucată	2	189 800,00	Medpunkt SRL	Nu corespunde	Nu s-a examinat
2	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	bucată	2	189 900,00	M-INTER-FARMA	Corespunde	Corespunde
2	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	bucată	2	200 000,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	Corespunde	Nu s-a examinat
2	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	bucată	2	238 000,00	Triumpf-Motiv SRL	Nu corespunde	Nu s-a examinat

2	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	bucată	2	270 000,00	Medica Sens	Nu corespunde	Nu s-a examinat
2	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	bucată	2	553 400,00	DataControl SRL	Corespunde	Nu s-a examinat

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) a fost solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată			Rezumatul răspunsului operatorului economic	
<u>Rg02-3909 din 02.09.2025</u>	„ImpulsProGroup” SRL	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Nr. 309-1/12 din 08.09.2025 Prin prezenta, compania „ImpulsProGroup” S.R.L., în calitate de participant la procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1752741146369 din 17.07.2025, vă transmite alăturat următoarele documente solicitate prin scrisoarea nr. Rg02-3909 din 02.09.2025: • datasheet emis de producător; • graficul de mentenanță; • manualul de service; • certificatul de training.	
		Nu produsului oferit nu este posibil. Nu au fost regăsite manualul de utilizare, service, datasheet a produsului oferit sau alte materiale confirmative.		Rugăm să prezentați manualul de utilizare, service sau datasheet emis de producător pentru produsul oferit.		
		Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user și service, prezentarea graficului Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una	da	Rugăm să prezentați graficul de mentenanță de user și service.		Rugăm să prezentați manualul de service.

		din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).			
		Training pentru personal tehnic, Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute.	da	Rugăm să ne informați de cina va fi efectuat trainingul pentru personalul tehnic. Și dacă persoana dispune de cunoștințe, training, certificat de laproducătorul produsului oferit.	
<u>Rg02-3910 din 02.09.2025</u>	„Medpunkt” SRL	S-a solicitat conform Anunțului de participare: Rotația ≥ 330 grade	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Rotația 540 grade E700/500 Surgical Lighting System.pdf p3	S-a constatat în procesul evaluării: Parametrul oferit nu este clar. Rugăm să prezentați o claritate ce valoare este indicată de producător. Conform cerinței tehnice brațul lămpii trebuie să dispună de o posibilitatea de rotire de minim 330 grade. Câte grade de rotație dispune fiecare braț al lămpii oferite? Conform site-ului producătorului (https://www.micare-med.com/home/index/product_detail?id=71&url=/home/index/product/type/106),	Nr.iesire: 333wnr 05.09.2025
		Durata medie de viață a LED-urilor min. 60000 h	Durata medie de viață a LED-urilor 80000 h E700/500 Surgical Lighting System.pdf p3		

				durata de viață pentru LED este indicată de 50 000h. Rugăm să prezentați modelul de LED care este inclus în ofertă, astfel în cât să fie posibil verificare acestuia la etapa de livrare.	
		Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user și service, prezentarea graficului	da	Rugăm să prezentați graficul de mentenanță de user și service.	
		Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).	da	Rugăm să prezentați manualul de service	

		Training pentru personal tehnic, Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și gestionarea parolilor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute.	da	Rugăm să ne informați de cina va fi efectuat trainingul pentru personalul tehnic. Și dacă persoana dispune de cunoștințe, training, certificat de laproducătorul produsului oferit.	
<u>Rg02-3912 din 02.09.2025</u>	„M-INTER-FARMA” SRL	S-a solicitat conform Anunțului de participare: Display vizualizare video Dimensiuni ≥ 24 inch	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Da; Display vizualizare video Dimensiuni ≥ 24 inch	S-a constatat în procesul evaluării: Dovada parametrului oferit nu a fost regăsit în broșura prezentată. Rugăm să prezentați dovezi relevante pentru parametrul tehnic solicitat în manualul de utilizare, service sau data sheet emis de producător. Dovada parametrului oferit nu a fost regăsit pentru moitor. Rugăm să prezentați dovezi relevante pentru parametrul tehnic solicitat în	Nr. 142 din 05 septembrie 2025 Stimați membri ai grupului de lucru, în legătură cu solicitarea privind evaluarea ofertei noastre în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1752741146369, vă comunicăm următoarele: Parametrii tehnici principali au fost confirmați în documentația depusă, în special în fișierul 11.1. YTLED700_500_Surgical_shadow less_lamp_(built-in_camera)[1].signed.pdf. Pentru susținerea suplimentară a conformității, anexăm următoarele documente tehnice: • Monitor.pdf • Date garanția.pdf • Date monitor.pdf • Manual de utilizare.pdf • Test report

			1920x1080; "LAMPS_catalogue from SHANDONG PING'AN YONGTAI.pdf"	manulul de utilizare, service sau data sheet emis de producător.	lampe.pdf • 11.1. YTLED700_500_Surgical_shadowless_lamp_(built-in_camera)[1].signed.pdf Referitor la înregistrarea produsului în registrul de stat al dispozitivelor medicale, vă informăm că procesul este în desfășurare. Documentul de confirmare va fi transmis imediat după finalizarea acestuia.
Display cu posibilitatea de montare și fixare pe pendant	Da; Display cu posibilitatea de montare și fixare pe pendant	Dovada parametrului oferit nu a fost regăsit în broșura prezentată. Rugăm să prezentați dovezi relevante pentru parametrul tehnic solicitat în manulul de utilizare, service sau data sheet emis de producător.	Da; Indexul de culoare Ra (CRI) ≥ 96 se produce la comanda de producator LAMPS_catalogue from SHANDONG PING'AN YONGTAI.pdf"	Dovada parametrului oferit nu a fost regăsit în broșura prezentată. Rugăm să prezentați dovezi relevante pentru parametrul tehnic solicitat în manulul de utilizare, service sau data sheet emis de producător.	
Indexul de culoare Ra (CRI) ≥ 96	Da; Indexul de culoare Ra (CRI) ≥ 96 se produce la comanda de producator LAMPS_catalogue from SHANDONG PING'AN YONGTAI.pdf"	Dovada parametrului oferit nu a fost regăsit în broșura prezentată. Rugăm să prezentați dovezi relevante pentru parametrul tehnic solicitat în manulul de utilizare, service sau data sheet emis de producător.	Da, Indexul de culoare R9 (CRI) ≥ 96, * se produce la comanda de producator; LAMPS_catalogue from SHANDONG PING'AN YONGTAI.pdf"	Dovada parametrului oferit nu a fost regăsit în broșura prezentată. Rugăm să prezentați dovezi relevante pentru parametrul tehnic solicitat în manulul de utilizare, service sau data sheet emis de producător.	
Indexul de culoare R9 (CRI) ≥ 96	Da, Indexul de culoare R9 (CRI) ≥ 96, * se produce la comanda de producator; LAMPS_catalogue from SHANDONG PING'AN YONGTAI.pdf"	Dovada parametrului oferit nu a fost regăsit în broșura prezentată. Rugăm să prezentați dovezi relevante pentru parametrul tehnic solicitat în manulul de utilizare, service sau data sheet emis de producător.			

	Proprietăți aerodinamice a satelitului pentru flux laminar da	Da, Proprietăți aerodinamice a satelitului pentru flux laminar da; broșura p.2-35; "LAMPS_catalogue from SHANDONG PING'AN YONGTAI.pdf"	Dovada parametrului oferit nu a fost regăsit în broșura prezentată. Rugăm să prezentați dovezi relevante pentru parametrul tehnic solicitat în manualul de utilizare, service sau data sheet emis de producător.	
	Rotația ≥ 330 grade	Da, Rotația ≥ 330 grade; p. 9 din Instruction Manual; punct 6.3.1; "Instruction Manual Lamps.pdf"	Manualul prezentat este pentru alt model de lapă. Nu a fost prezentat manualul de utilizare pentru produsul oferit. Rugăm să prezentați dovezi relevante pentru parametrul tehnic solicitat în manualul de utilizare, service sau data sheet emis de producător.	
	Mânere detașabile și sterilizabile	Mânere detașabile și sterilizabile; Mânere detașabile și sterilizabile.	Dovada parametrului oferit nu a fost regăsit în broșura prezentată. Rugăm să prezentați dovezi relevante pentru parametrul tehnic solicitat în manualul de utilizare, service sau data sheet emis de producător.	
	Clasa de siguranță minim IP53	Da, Clasa de siguranță minim IP53; se ofera "liquid proof and dust proof; corespunde standardului superior IP54. "LAMPS_catalogue from	Dovada parametrului oferit nu a fost regăsit în broșura prezentată. Rugăm să prezentați dovezi relevante pentru parametrul tehnic solicitat în manualul de utilizare, service sau data sheet emis de producător.	

		SHANDONG PING'AN YONGTAL.pdf"			
	Nu a fost regăsit numărul de înregistrare în registrul de stat al dispozitivelor medicale.	Nu a fost regăsit numărul de înregistrare în registrul de stat al dispozitivelor medicale.	Rugăm să prezentați dovada de înregistrare a produsului oferit în registrul de stat al dispozitivelor medicale.		
	Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user și service, prezentarea graficului	Da, inclusă: Deservirea în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user și service, prezentarea graficului conform cerințelor producătorului. garantat de operator economic	Rugăm să prezentați graficul de mentenanță de user și service.		
	Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație	Da, disponibil: Manual de service atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională	Rugăm să prezentați manualul de service		

		internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru personal tehnic, Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute.	(rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 1 Da. Training pentru personal tehnic, Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute, la livrare. Declarația operatorului economic	Rugăm să ne informați de cina va fi efectuat trainingul pentru personalul tehnic. Și dacă persoana dispune de cunoștințe, training, certificat de laproducătorul produsului oferit.	
<u>Rg02-3913 din 02.09.2025</u>	„Triumf-Motiv” SRL	S-a solicitat conform Anunțului de participare: Nu produsului oferit nu este posibil. Nu au fost	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării: Rugăm să prezentați manulul de utilizare, service sau	Nr. 371-1/12 din 08.09.2025 Ca urmare a solicitării de clarificări transmise de către dumneavoastră prin scrisoarea nr. Rg02-3913 din 02.09.2025, referitoare la oferta depusă de compania Triumf-Motiv S.R.L., în cadrul procedurii nr. ocds-

		regăsite manualul de utilizare, service, datasheet a produsului oferit sau alte materiale confirmative. Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user și service, prezentarea graficului Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru personal tehnic, Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și gestionarea parolilor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile	da da da	Rugăm să prezentați graficul de mentenanță de user și service. Rugăm să prezentați manualul de service Rugăm să ne informați de cine va fi efectuat trainingul pentru persoana dispune de cunoștințe, training, certificat de laproducătorul produsului oferit.	datasheet emis de producător pentru produsul oferit. b3wdp1-MD-1752741146369 din 18.04.2025, având ca obiect „Achiziționarea Dispozitivelor medicale (lămpi chirurgicale) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (repetat)”, vă transmitem alăturat documentele solicitate de către grupul de lucru: manualul tehnic, graficul de mentenanță și certificatul de instruire de la producător. Totodată, vă informăm că informațiile aferente Lotului 1, Model 700/500 LED-TV, se regăsesc în manualul de utilizare intitulat „IMG 700500LED-TV (with camera, monitor and battery)”, după cum urmează: Lampa chirurgicală cu 2 sateliți, atașați pe 2 brațuri, destinată pentru intervenții chirurgicale, cu cameră integrată și cu monitor pentru afișarea imaginii în timp real. DA, PAG 2 IMG 700500LED-TV (with camera, monitor and battery) user manual Fiecare braț este fixat pe un ax central de tavan. DA, PAG 2 IMG 700500LED-TV (with camera, monitor and battery) user manual Specificația: Display vizualizare video:
--	--	---	-------------------------------	--	--

		de acces, dacă acestea sunt prevăzute.			
--	--	--	--	--	--

9. Ofertanții respinși/descalificați ofertele de bază

Lotul nr. 1 Lampă Chirurgicală

Oferta operatorului economic M-INTER-FARMA SA se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire. *Dispozitivul medical oferit nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.*

Oferta operatorului economic ImpulsProGroup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit.i b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire. *S-a solicitat termenul de livrare: până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, însă s-a oferit termenul de livrare: până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.*

Oferta operatorului economic Triumph-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit.i b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire. *S-a solicitat termenul de livrare: până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, însă s-a oferit termenul de livrare: până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.*

Lotul nr. 2 Lampa chirurgicală cu 2 sateliți (caracteristici avansate)

Oferta operatorului economic ImpulsProGroup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit.i b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire. *S-a solicitat termenul de livrare: până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, însă s-a oferit termenul de livrare: până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.*

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot ☐

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea factorului			Total
Denumirea factorului 1	Pondere		
Denumirea factorului n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Modelul art	Țara de Origin e	Producător	AMD M	Ofertant	Beneficiar
1	Lampă Chirurgicală	bucată	6	175 000,0	210 000,0	1 050 000,0	1 260 000,0	E700/500	China	Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd	DM000 377091	Medpunkt SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treime
2	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	bucată	2	94 900,0	113 880,0	189 800,0	227 760,0	Power led E700/700	China	Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd	DM000 609578	Medpunkt SRL	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi vor fi încheiate începând cu data de **23.09.2025**.

Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS, iar operatorul economic desemnat câștigător prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS.

Totodată, în conformitate cu pct.16.20 din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică *Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani*, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-4066 din 16.09.2025	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		

SRL MEDPUNKT	1011600044267	Cu capital autohton	IMSP Spitalul Raional Leova	250946369-0521-0472_2	24.12.2025	33100000-1	175 000,00	210 000,00	15.04.2025	24.03.2026
--------------	---------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

În baza demersului nr. 01-13-835 din 24.09.2025, IMSP SCM „Sfânta Treime” a solicitat reducerea cantității de Lămpi chirurgicale propuse spre contractare de la 6 la 3 unități.

Lotul „Lampă chirurgicală” va fi inclus în rubrica refuzuri, iar în situația în care bunul va fi contractat ulterior, se va elabora o nouă dare de seamă.

De la rubric refuzuri a fost solicitat de către IMSP Spitalul Raional Leova, conform demersului nr. 01-16/573 din 18.12.2025, contractarea unei Lampă chirurgicale, o unitate.

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut V ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG

