

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

Nr. 1 din 09.10.2026

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lisenco Gabriela

1. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Licitatie deschisa
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 15)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1775465055224 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1775465055224?tab=contract-notice Data publicării: 06.04.2026

Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-l-citatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1775465055224?tab=contract-notice
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 555 643 .53 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

6 apr 2026, 12:30

Subiectul întrebării:

Anuntul de participare

Întrebare:

Buna ziua incarcati anuntul de participare

Răspuns (6 apr 2026, 13:13):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă! Anunțul de participare s-a încărcat cu succes!
lotul 3-Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor

Data:

10 apr 2026, 10:53

Subiectul întrebării:

Clarificare

Întrebare:

Este evident o specificație tehnică dedicată, rugăm CAPCS să clarifice cum se admite așa ceva, fiecare parametru de aici este atit de fix ca e clar legat de un singur producător. Rugăm să acceptați următoarele: * să accepte putere de max 3.0 kW * să accepte greutate cu o marja de +/- 5 kg * să scoateți din specificație: "Programe presetate min. 15" este doar un producător cu 15 programe presetate la așa o mașină mică nu există 3 produse cu așa parametru. * să scoateți din specificație: "consum ciclu scurt: max. 2 kw și 14 L apă" acest parametru este copiat litera cu litera de la un producător din specificație. * Cerința "sistem de dozare automată a detergentului" nu este clară: pompa dezinfectantului nu are nevoie de sistem automat? * Cerințele tehnice față de dimensiuni la fel nu sunt clare: dacă propunem dimensiuni mai mici decât sunt acolo indicate vom fi descalificați, ceea ce din punctul nostru de vedere este inadmisibil atâta timp cât respectăm solicitarea camerei de spălare de 65 litri. Corect ar fi dimensiuni maxime cu o marja de eroare de +/- 5 cm.

Răspuns (16 apr 2026, 13:26):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă! 1. Se admite ca puterea maximă să fie majorată până la 3,0 kW; 2. Se acceptă marja de greutate de +/- 5 kg solicitată; 3. Se acceptă excluderea parametrului "Programe presetate min. 15"; 4. Se acceptă excluderea parametrului "consum ciclu scurt: max. 2 kw și 14 L apă"; 5. Se acceptă substituirea "sistem de dozare automată a detergentului" cu "pompe de dozare a detergentului și dezinfectantului" 6. Dimensiunile la care se face referință nu sunt întâmplătoare, deoarece spațiul destinat pentru amplasarea unității a fost stabilit în prealabil (amplasare sub blat), unde dimensiuni mai mari decât cele indicate nu sunt posibile. Dacă unitatea este dimensional mai mică de valorile indicate, atunci aceasta se acceptă. Dimensiuni modificate ar fi: Lățime: max. 580 mm (valori mai mari implică dificultăți de încadrare/extragere din nișa de amplasare) Înălțime: max. 840 mm (valori mai mari implică dificultăți de încadrare/extragere din nișa de amplasare, deoarece înălțimea nișei este 850 mm) Lungime: max. 590 mm (lungimea standard al blatului este 600 mm, prin urmare valorile ce depășesc acest parametru împiedică încadrarea corectă)

lotul 3-Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor

Data:

14 apr 2026, 14:18

Subiectul întrebării:

Cerința

Întrebare:

Bună ziua. Rugăm să clarificați cerința "uscare cu aer forțat: Temperatura de uscare ≥ 95 grade". De asemenea ținem să menționăm că în cerințe nu sunt indicate un sir de accesorii sau consumabile care dacă nu sunt indicate nu vor fi livrate și astfel echipamentul nu va putea fi folosit, iar achiziția lor suplimentară poate ajunge la preturi de min 50 mii lei. Din punctul nostru de vedere este strict recomandat să se indice următoarele: 1. Sistem de uscare cu aer 2. Pompe de dozare a detergentului și dezinfectantului 3. Brațe rotative pentru jetul de apă 2 unități 4. Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură 5. Rafturi de încărcare 6. Coșuri pentru instrumente 7. Hârtie imprimantă 8. Detergent și dezinfectant în canistre 9. Anul producerii echipamentului 2026 10. Usa să fie cu sticlă sau fără 11. Lumina LED în interiorul camerei de spălare Fără indicarea actor cerințe Minime rămâne la discreția agentului economic ce va fi livrat și ce nu, dar nici nu este corect față de restul participanților la tender, ori cerințele tehnice cu dedicație sunt evidente. O zi bună!

Răspuns (16 apr 2026, 13:26):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă! 7. Se admite ca termenul "uscare cu abur" să fie înlocuit cu "sistem uscare cu aer forțat, $\geq 95^{\circ}\text{C}$ "; 8. Se acceptă solicitarea de includere a parametrului "braț rotativ pentru jetul de apă, min. 1 unit" 9. Se acceptă solicitarea de includere a parametrului " Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură"; 10. Se acceptă solicitarea de includere a parametrului " Raft de încărcare, min. 1 buc"; 11. Se acceptă solicitarea de includere a parametrului "Coș pentru instrumente, min. 2 buc"; 12. Se acceptă solicitarea de includere a parametrului "Hârtie pentru imprimantă, min.20 buc" 13. Se acceptă solicitarea de includere a parametrului " Detergent si dezinfectant in canistre, cantitate minim. 5 L fiecare "; 14. Se acceptă solicitarea de includere a parametrului " Anul de fabricare/produre a echipamentului: 2026"; 15. Se admite includerea parametrului "Ușa fără sticlă: Da"; 16. Parametrul solicitat " Lumina LED în interiorul camerei de spălare" îl considerăm ca fiind opțional.

Data:

14 apr 2026, 14:23

Subiectul întrebării:

Clarificare

Întrebare:

Rugam prezentarea a minimum 3 producatori care se încadreaza in aceste cerinte tehnice.

Răspuns (16 apr 2026, 13:30):

Vă mulțumim pentru clarificare depusă. Vă solicităm respectuos să ne oferiți informații cu referire la lotul menționat în clarificare, modelul produsului care doriți să oferiți ofertă și la ce parametri nu se încadrează dispozitivul medical cu cerintele tehnice.

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Se admite ca termenul "uscare cu abur" să fie înlocuit cu "sistem uscare cu aer forțat, $\geq 95^{\circ}\text{C}$"; 8. Se acceptă solicitarea de includere a parametrului "braț rotativ pentru jetul de apă, min. 1 unit" 9. Se acceptă solicitarea de includere a parametrului " Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură"; 10. Se acceptă solicitarea de includere a parametrului " Raft de încărcare, min. 1 buc"; 11. Se acceptă solicitarea de includere a parametrului "Coș pentru instrumente, min. 2 buc"; 12. Se acceptă solicitarea de includere a parametrului "Hârtie pentru imprimantă, min.20 buc" 13. Se acceptă solicitarea de includere a parametrului " Detergent si dezinfectant in canistre, cantitate minim. 5 L fiecare "; 14. Se acceptă solicitarea de includere a parametrului " Anul de fabricare/produre a echipamentului: 2026"; 15. Se admite includerea parametrului "Ușa fără sticlă: Da"; 16. Parametrul solicitat " Lumina LED în interiorul camerei de spălare" îl considerăm ca fiind opțional.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

Până la termenul-limită (data 07 mai 2026, 17:11), au depus oferta 11 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	ALMICON TEH SRL		
2	BIOSISTEM MLD SRL		
3	ECOCIMIE SRL		
4	ERICON SRL		
5	DATA CONTROL SRL		
6	HEALTH MEDICAL SOLUTION SRL		
7	ICS EYECON MEDICAL SRL		
8	NEOTEC SRL		
9	SATOS SOLUTIONS SRL		
10	TRIUMF MOTIV SRL		
11	UNIDENT SRL		

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Data Control SRL	EDEL MED	Triumf-Motiv SRL	ALMICON-TECH S.R.L	Neotec	GBG-MLD SRL	Satos Solutions	Denolga Medical	M „Dutchmed-M” SRL	SC ERICON SRL
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozitiilor. Pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametrul cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat numărul de elemente ≥ 192 de oferiți parametrul exact 194 elemente pagina 19; - solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). - În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, menținerea expresiei parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei															
NOTA: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Accesată cerință de prezentare a mostrelor de produs constituite tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor calendarului de sarcini, ci de a dovedi a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în cadrul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să fie obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumuli cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Correspondența Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relația oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Correspondența Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relația oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele calendarului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător după caz. original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexează actul/documentul de															

8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atașare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1.03
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Documente confirmatoare a specificațiilor tehnice	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/namarcarea numărului de referință/modelul articolului achiziuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Declarație de la ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

		împuțernicicătăt și în cazul delegării sau împuțernicicării persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuțernicicare;																		
13	Declarație de la ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de cătore administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de cătore persoana împuțernicicătăt și în cazul delegării sau împuțernicicării persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuțernicicare;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14	Declarație de la ofertant	cu privire la garanțarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de cătore administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de cătore persoana împuțernicicătăt atât și în cazul delegării sau împuțernicicării persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuțernicicare;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de cătore administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de cătore persoana împuțernicicătăt și în cazul delegării sau împuțernicicării persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuțernicicare;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16	Declarație de la ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de cătore un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de cătore administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de cătore persoana împuțernicicătăt și în cazul delegării sau împuțernicicării persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuțernicicare;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de cătore administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de cătore persoana împuțernicicătăt și în cazul delegării sau împuțernicicării persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuțernicicare;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat**, **neprezentat**, **nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1	Dulap cu aer uscat cu încălzire (pentru căpșeli)	bucată	1	19,490.00	Triumf-Motiv SRL	Corespunde	Corespunde
1	Dulap cu aer uscat cu încălzire (pentru căpșeli)	bucată	1	19,500.00	Ecochimie SRL	Corespunde	Corespunde
2	Dispozitiv pentru sterilizarea și lubrifierea pieselor stomatologice	bucată	2			Fără ofertă	Fără ofertă
3	Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor	bucată	1	127,566.67	Unident AS SRL	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice
3	Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor	bucată	1	155,100.00	ICS Eyecon Medical SRL	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice
4	Sterilizator cu aburi	bucată	1	770,000.00	ICS Eyecon Medical SRL	Corespunde	Corespunde
5	Sterilizator 40 Litri	bucată	1	15,300.00	Triumf-Motiv SRL	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice
6	Autoclav vetrical, vol. 75L	bucată	1	59,200.00	Ecochimie SRL	Corespunde	Corespunde
6	Autoclav vetrical, vol. 75L	bucată	1	59,800.00	Triumf-Motiv SRL	Corespunde	Corespunde
7	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu	bucată	1	92,200.00	DataControl SRL	Corespunde	Corespunde

7	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu trolu	bucată	1	92,250.00	SC ERICON SRL	Corespunde	Corespunde
8	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	bucată	3	25,000.00	Neotec	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice
8	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	bucată	3	34,600.00	Triumf-Motiv SRL	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice
8	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	bucată	3	34,666.67	Ecochimie SRL	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice
8	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	bucată	3	47,406.25	SRL Biosistem mld	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice
8	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	bucată	3	48,333.00	DataControl SRL	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice
8	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	bucată	3	48,500.00	"ALMICOM-TECH" S.R.L.	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de

						pentru achiziții publice	lucru pentru achiziții publice
9	Distilator cu mono distilare 25L	bucată	1			Fără ofertă	Fără ofertă
10	Magnetoterapie	bucată	4	55,555.00	Satos Solutions	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice
10	Magnetoterapie	bucată	4	86,864.00	Health Medical Solutions SRL	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice	În evaluare, se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice
11	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	bucată	1	45,900.00	"ALMICOM-TECH" S.R.L.	Corespunde	Corespunde
11	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	bucată	1	46,000.00	Ecochimie SRL	Corespunde	Corespunde
11	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	bucată	1	49,500.00	Triumf-Motiv SRL	Corespunde	Corespunde

În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată		Rezumatul răspunsului operatorului economic
Nr. Rg02-3403 din 03.07.2026	Triumf-Motiv SRL	Pentru lotul nr. 1-Dulap cu aer uscat cu încălzire (pentru câșeli)		Operatorul Economic a prezentat clarificările solicitate
		1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	

	Volumul camerei de lucru: 88 l Ecran digital pentru afișarea/setarea temperaturii Butoane / potențiometre pentru setarea temperaturii Domeniul temperaturilor reglabile, °C: ... 10-250, se poate regla intervalul 28-55 Menținerea temperaturii automat DA Acuratețea temperaturii: max. $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Dimensiunile camerei de lucru, mm: $433 \times 363 \times 470$ Dimensiunile termostatlui, mm: $642 \times 482 \times 781$ Tensiunea rețelei, V: 220	Volumul camerei de lucru: 88 l Ecran digital pentru afișarea/setarea temperaturii Butoane / potențiometre pentru setarea temperaturii Domeniul temperaturilor reglabile, °C: ... 10-250, se poate regla intervalul 28-55 Menținerea temperaturii automat DA Acuratețea temperaturii: max. $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Dimensiunile camerei de lucru, mm: $433 \times 363 \times 470$ Dimensiunile termostatlui, mm: $642 \times 482 \times 781$ Tensiunea rețelei, V: 220	Se solicită prezentarea documentelor tehnice confirmative pentru Dulap cu aer uscat cu încălzire (pentru cășșeli) oferată, inclusiv manuale de utilizare, broșuri, prospecte tehnice și alte documente emise de producător, necesare pentru confirmarea specificațiilor tehnice propuse.
Pentru lotul nr. 5-Sterilizator 40 Litri			
S-a solicitat conform Anunțului de participare: Sterilizatorul de aer, destinat sterilizării cu aer a instrumentelor chirurgicale, a seringilor și a acelor rezistente la căldură, precum și a articolelor din sticlă și a altor obiecte medicale. circulație forțată a aerului cald în cameră printr-un motor, izolație termică de înaltă calitate; camera de sterilizare si cutiile de incarcare sunt din otel inoxidabil, termorezistent; afișaj digital al temperaturii și timpului curent, afișarea etapelor ciclului; se prevad blocarea in cazul depasirii abaterilor de la regimul de temperatura si oprirea de urgenta	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Sterilizatorul de aer, destinat sterilizării cu aer a instrumentelor chirurgicale, a seringilor și a acelor rezistente la căldură, precum și a articolelor din sticlă și a altor obiecte medicale. circulație forțată a aerului cald în cameră printr-un motor, izolație termică de înaltă calitate; camera de sterilizare si cutiile de incarcare sunt din otel inoxidabil, termorezistent; afișaj digital al temperaturii și timpului curent, afișarea	S-a constatat în procesul evaluării: Se solicită prezentarea documentelor tehnice confirmative pentru Sterilizator 40 Litri, inclusiv manuale de utilizare, broșuri, prospecte tehnice și alte documente emise de producător, necesare pentru confirmarea specificațiilor tehnice propuse.	

		etapelor ciclului; se prevad blocarea in cazul depasirii abaterilor de la regimul de temperatura si oprirea de urgenta Specificatii Dimensiuni totale, mm (H.L.H.)$\leq$ 683x494x586 Dimensiunile camerei de sterilizare, mm, (L.Sh.H.)$\leq$ 414x340x356 Volumul camerei, l 55 Regimuri de operare $\geq$ 5 Abaterea temperaturii în funcție de volumul camerei de sterilizare, °C$\leq$ $\pm$3 Tensiune de alimentare, V 220 Timp de încălzire până la temperatura de sterilizare, min$\leq$ 60 Număr rafturi de încărcare, buc. 4	
	Specificatii Dimensiuni totale, mm (H.L.H.)$\leq$ 585x525x475 Dimensiunile camerei de sterilizare, mm, (L.Sh.H.)$\leq$ 470x280x305 Volumul camerei, l$\geq$ 40 Regimuri de operare $\geq$ 5 Abaterea temperaturii în funcție de volumul camerei de sterilizare, °C$\leq$ $\pm$3 Tensiune de alimentare, V 220 Timp de încălzire până la temperatura de sterilizare, min$\leq$ 60 Număr rafturi de încărcare, buc. 4		
Pentru lotul nr. 8-Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 265L Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de	Se solicită prezentarea documentelor tehnice confirmative pentru Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L, inclusiv manuale de utilizare, broșuri, prospecte tehnice și alte documente emise de producător, necesare pentru confirmarea specificațiilor tehnice propuse.	

	Configurație mobil Capacitatea internă a camerei în intervalul de 200–300 litri, cu o toleranță de $\pm 10\%$ Număr de rafturi ≥ 4 Ușa Număr 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă $+2^{\circ}\text{C} \dots +8^{\circ}\text{C}$ Omogenitatea/ uniformitatea termică $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip setar	alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei în intervalul de 265 litri Număr de rafturi 4 Ușa Număr 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă $+2^{\circ}\text{C} \dots +8^{\circ}\text{C}$ Omogenitatea/ uniformitatea termică $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot 38 dB Accesorii coșuri tip setar		
Pentru lotul nr. 11-Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L				
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:		
Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L Cod 140600 Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L Cod 140600 Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru	Se solicită prezentarea documentelor tehnice confirmative pentru Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-		

	celule și alte materiale sensibile la temperatura Parametrul Specificația Configurație vertical Capacitatea internă a camerei ≥ 100 și $200 \text{ litri} \leq$ Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. Ușa Externă ≥ 1 Mecanism blocare cu cheie Roți obligatoriu Construcție interioară oțel acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital LCD / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarme acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limită maximă a temperaturii limită minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor obligatoriu, ≥ 48 ore Răcire ventilată sau statică Refrigerent fără CFC / HCFC Diapazon de temperatură $-50^{\circ}\text{C} \dots -86^{\circ}\text{C}$ Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot $\leq 60 \text{ db}$	probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura Parametrul Specificația Configurație vertical Capacitatea internă a camerei ≥ 108 Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. Ușa Externă ≥ 1 Mecanism blocare cu cheie Roți obligatoriu Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarme acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limită maximă a temperaturii limită minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor obligatoriu, ≥ 48 ore Răcire ventilată sau statică Refrigerent fără CFC / HCFC Diapazon de temperatură $-40^{\circ}\text{C} \dots -86^{\circ}\text{C}$ Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot $\leq 60 \text{ db}$	200L, inclusiv manuale de utilizare, broșuri, prospecte tehnice și alte documente emise de producător, necesare pentru confirmarea specificațiilor tehnice propuse.
--	--	--	--

		Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 08.07.2026.			
Nr. Rg02-3404 din 03.07.2026	UNIDENT AS SRL	Pentru lotul nr.3-Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor			Operatorul Economic a prezentat clarificările solicitate
		1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
		Temperatura dezinfectare termică: min. 85°C;	Dezinfectare termica (90°C)	Lipsește informația privind " Temperatura dezinfectare termică: min. 85°C "	
		Pompe de dozare a detergentului și dezinfectantului: Da;	Dispenser automat care ajusteaza cantitatea de detergent	Pentru cerința „Pompe/dozare detergent și dezinfectant”, în documentele prezentate se confirmă dozarea detergentului și sistemul pentru dezinfectant, însă nu este indicat clar că echipamentul dispune de pompe pentru ambele soluții. Se solicită confirmarea existenței pompelor de dozare pentru detergent și dezinfectant și prezentarea documentului tehnic confirmativ.	

	Sistem uscare cu aer forțat, $t \geq 95^{\circ}\text{C}$: Da;	Sistemul de uscare cu abur asigură ca orice urma de apă este îndepărtată	Pentru cerința „Sistem uscare cu aer forțat, $t \geq 95^{\circ}\text{C}$ ”, în documentele prezentate se confirmă sistemul de uscare, însă nu este indicată clar temperatura de uscare $\geq 95^{\circ}\text{C}$ și nici formularea „aer forțat”. Se solicită confirmarea acestor caracteristici și prezentarea documentului tehnic confirmativ.
	Material carcasă: Oțel/Oțel inox;	Material carcasă: Oțel/Oțel inox	Lipsește informația privind “ Material carcasă: Oțel/Oțel inox ”
	Material brațe de spălare: Oțel AISI 316L;	Brațe de spălare din oțel inoxidabil AISI 316L	Lipsește informația privind “ Material brațe de spălare: Oțel AISI 316L ”
	Sistem de siguranță la deschiderea accidentală a ușii în timpul funcționării: Da;	Sistem de siguranță care nu permite deschiderea ușii în timpul spălării	Lipsește informația privind “ Sistem de siguranță la deschiderea accidentală a ușii în timpul funcționării ”
	Braț rotativ pentru jetul de apă, min. 1 unit	Brațe de spălare din oțel inoxidabil AISI 316L	Lipsește informația privind “ Braț rotativ pentru jetul de apă, min. 1 unit ”
	Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură”		Nu este declarată în Anexa nr. 22 ” Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură ”.

Nr. Rg02-3408 din 03.07.2026	BIOSISTEM MLD SRL	manual tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 08.07.2026.	Operatorul Economic a prezentat clarificările solicitate
Pentru lotul nr. 8-Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L			
1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Număr de rafturi ≥ 4		Număr de rafturi - 4	Nu este clar numărul total de rafturi oferite.
Accesorii coșuri tip sertar		Accesorii coșuri tip sertar	Se solicită confirmarea includerii coșurilor tip sertar în oferta depusă, întrucât în documentele prezentate acestea sunt indicate ca opționale.
Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 08.07.2026.			
Nr. Rg02-3407 din 03.07.2026	ERICON SRL	Pentru lotul nr. 7-Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu trolu	Operatorul Economic a prezentat clarificările solicitate
1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii obligatoriu		Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii obligatoriu	Se solicită confirmarea includerii minim 1 sertar/coș/poliță pentru

				accesorii în setul de livrare, conform cerinței solicitate.
				Se solicită confirmarea includerii mînerului pentru transportare în setul de livrare, conform cerinței solicitate.

	Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular	Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular: DA	Pentru cerința „Tipuri de unde: sinusoidal, dreptunghiular”, în documentele prezentate se menționează doar existența diferitor forme de undă, însă nu sunt indicate clar formele „sinusoidal” și „dreptunghiular”. Se solicită confirmarea acestor tipuri de unde și prezentarea documentului tehnic confirmativ.
	Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss (10 mT)	Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss (10 mT) - DA	Se solicită confirmarea că intensitatea maximă a câmpului magnetic este ≥ 100 Gauss pe canal, conform cerinței solicitate.
	Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului	Aplicatori magnetici - 2 buc., codul produsului: ACC615	Se solicită confirmarea că aplicatorii magnetici, 2 buc., sunt incluși în oferta depusă, cu indicarea codului produsului și prezentarea documentului tehnic confirmativ.
	Accesorii Covoră electromagnetică min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului		Se solicită confirmarea că covorașul electromagnetic este inclus în oferta depusă, având în vedere că acesta nu este declarat în Anexa nr. 22, cu indicarea codului produsului și prezentarea documentului tehnic confirmativ.
	Accesorii Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului	Aplicator magnetic flexibil 1 buc., codul produsului: ACC615	Se solicită confirmarea că în documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Accesorii

Nr. Rg02-3405 din 03.07.2026	ICS EYECON MEDICAL SRL				Operatorul Economic a prezentat clarificările solicitate					
Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 08.07.2026.										
Pentru lotul nr. 3-Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor										
<table><tr><td>1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Dezinfecția/sterilizarea ustensilelor până la etapa de tratare în sterilizatorul cu aburi. Volum camera de spălare: min. 60 l; Funcții într-un singur ciclu: Pre-spălare, spălare, dezinfectare termică, uscare; Temperatura</td><td>Dezinfecția/sterilizarea ustensilelor până la etapa de tratare în sterilizatorul cu aburi. Volum camera de spălare: min. 60 l; Da pag.25 „U Man” Funcții într-un singur ciclu: Pre-spălare,</td><td>Se solicită prezentarea documentelor tehnice confirmative pentru Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor</td></tr></table>					1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Dezinfecția/sterilizarea ustensilelor până la etapa de tratare în sterilizatorul cu aburi. Volum camera de spălare: min. 60 l; Funcții într-un singur ciclu: Pre-spălare, spălare, dezinfectare termică, uscare; Temperatura	Dezinfecția/sterilizarea ustensilelor până la etapa de tratare în sterilizatorul cu aburi. Volum camera de spălare: min. 60 l; Da pag.25 „U Man” Funcții într-un singur ciclu: Pre-spălare,	Se solicită prezentarea documentelor tehnice confirmative pentru Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor
1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:								
Dezinfecția/sterilizarea ustensilelor până la etapa de tratare în sterilizatorul cu aburi. Volum camera de spălare: min. 60 l; Funcții într-un singur ciclu: Pre-spălare, spălare, dezinfectare termică, uscare; Temperatura	Dezinfecția/sterilizarea ustensilelor până la etapa de tratare în sterilizatorul cu aburi. Volum camera de spălare: min. 60 l; Da pag.25 „U Man” Funcții într-un singur ciclu: Pre-spălare,	Se solicită prezentarea documentelor tehnice confirmative pentru Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor								

	dezinfectare termică: min. 85°C; Cicluri programabile: min. 30; Cicluri personalizate: Da; Validarea și înregistrarea datelor ciclurilor de dezinfectare: Da; Interfață ieșire date: USB; Sistem de spălare prin injecție direcționată: Da; Afișaj: LCD; Pompe de dozare a detergentului și dezinfectantului: Da; Sistem uscare cu aer forțat, $t \geq 95^{\circ}\text{C}$; Da; Material carcasă: Oțel/Oțel inox; Material brațe de spălare: Oțel AISI 316L; Sistem de siguranță la deschiderea accidentală a ușii în timpul funcționării: Da; Putere totală: max. 3000W; Braț rotativ pentru jetul de apă, min. 1 unit Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură” Raft de încărcare, min. 1 buc; Coș pentru instrumente, min. 2 buc Hârtie pentru imprimantă, min. 20 buc” Detergent si dezinfectant in canistre, cantitate minim. 5 L fiecare Anul de fabricare/produre a echipamentului: 2026 Ușa fără sticlă: Da Lumina LED în interiorul camerei de spălare - opțional Masa: max. 65kg +/- 5 kg; Dimensiuni: Lățime: max 580 mm; Înălțime: max 840 mm; Lungime: max. 590 mm; Accesorii adițional: Imprimantă hârtie termică. Curent alternativ, tensiune: 220...240 V, Frecvență: 50/60 Hz	spălare, dezinfectare termică, uscare; Da pag. 32 - 37,, U.Man” Temperatura dezinfectare termică: min. 85°C; Da pag. 27 „U.Man” Cicluri programabile: min. 30; Da pag.1 „Features AWD-655” Cicluri personalizate: Da; Da pag.1 „Features AWD-655” Validarea și înregistrarea datelor ciclurilor de dezinfectare: Da; Da pag.43/37 „U.Man” Interfață ieșire date: USB; Da pag.9/37 „U.Man” Sistem de spălare prin injecție direcționată: Da; Da pag.15/29/21 „U.Man” Afișaj: LCD; Da pag.1 „Features AWD-655” Pompe de dozare a detergentului și dezinfectantului: Da; Da pag.22 „U.Man” Sistem uscare cu aer forțat, $t \geq 95^{\circ}\text{C}$; Da; Da, temperatura poate fi setată la valoarea necesară pag.35 / 28 „U.Man” Material carcasă: Oțel/Oțel inox; Da pag.9 „U.Man” ; Da pag.1 „Features AWD-655” Material brațe de spălare: Oțel AISI 316L; Da Sistem de siguranță la deschiderea accidentală a ușii în timpul funcționării:	ofertată, inclusiv manuale de utilizare, broșuri, prospecte tehnice și alte documente emise de producător, necesare pentru confirmarea specificațiilor tehnice propuse.
--	--	---	--

				Da; Da pag.1 „Features AWD-655” Putere totală: max. 3000W; Da, „Datashet AWD655” Braț rotativ pentru jetul de apă, min.1 unit Da, pag.21 „ U.Man” Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură” Da, pag.30 „U.Man” Raft de încărcare, min. 1 buc; Da, inclus in oferta Coș pentru instrumente, min. 2 buc Da, inclus in oferta Hârtie pentru imprimantă, min.20 buc” Da, inclus in oferta Detergent si dezinfectant in canistre, cantitate minim. 5 L fiecare Da, inclus in oferta Anul de fabricare/produre a echipamentului: 2026 Da Ușa fără sticlă: Da pag.9 „ U.Man” Lumina LED în interiorul camerei de spălare – opțional Da pag.2 „ Features AWD-655” Masa: max. 65kg +/- 5 kg; Da, variază între 68-75kg (maxim) in dependenta de configurare pag.8 „U.Man” Dimensiuni: Lățime: max 580 mm; Da, 520mm pag.4 „ U.Man” Înălțime: max 840 mm; Da, 818 mm pag.4 „ U.Man” Lungime: max.		
--	--	--	--	---	--	--

		590 mm; Da, 595 mm pag.4 " U.Man" Accesoriu adițional: Imprimantă hârtie termică. Da, pag.38-39 " U.Man" Curent alternativ, tensiune: 220...240 V, Frecvență: 50/60 Hz Da, „Datasheet AWD655-2”	
	Pentru lotul nr. 4-Sterilizator cu aburi		
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
	Sterilizator cu aburi 150 litri. Volumul camerei, cu încărcare frontală - 150L +/- 10%. Versiune cu 1 ușă. Cameră din oțel inoxidabil AISI 316. Cămașa din AISI 316. Față din oțel inoxidabil AISI 304L, capace laterale. Țevile, mecanismul de pompare de apă și fittingurile sunt fabricate din oțel inoxidabil 316L si/sau 304L. Ușa glisantă verticală complet automată. Etanșarea ușii trebuie asigurată prin garnituri din silicon sau cauciuc, operate pneumatic. Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare. Ușa trebuie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni rănirea utilizatorului. Tip camera de sterilizare - dreptunghiulară. Egalizarea presiunii în camera de sterilizare este asigurată prin filtru HEPA. Echipat cu pompa de apă de umplere a generatorului de aburi, integrată. Generator de abur	Sterilizator cu aburi 150 litri. Volumul camerei, cu încărcare frontală - 150L +/- 10%. Da, 150 L pag.2 „User Manual” Versiune cu 1 ușă. Da, pag.2 „User Manual” Cameră din oțel inoxidabil AISI 316. Da, pag.35 „User Manual” Cămașa din AISI 316. Da, pag.35 „User Manual” Față din oțel inoxidabil AISI 304L, capace laterale. Da, pag.35 „User Manual” Țevile, mecanismul de pompare de apă și fittingurile sunt fabricate din oțel inoxidabil 316L si/sau 304L. Da, pag.35 „User Manual” Ușa glisantă verticală complet automată. Da, pag.27 „User Manual” Etanșarea ușii trebuie asigurată prin garnituri din silicon sau cauciuc, operate pneumatic.	Se solicită prezentarea documentelor tehnice confirmative pentru Sterilizator cu aburi oferită, inclusiv manuale de utilizare, broșuri, prospecte tehnice și alte documente emise de producător, necesare pentru confirmarea specificațiilor tehnice propuse.

	incorporat. Sterilizatorul are un generator de abur incorporat complet automat, cu elemente electrice ca sursă de caldură. Sistem de monitorizare a nivelului de apă din generator prin electrozi (electromecanici). Încălzitoare interioare cu control separat și siguranță la scurt circuit. Protecție la supraîncălzire. Echipat cu pompă de vacuum pe bază de apă, integrată. Sistem de uscare: cu vacuum. Răcitor/atenuator de abur (schimbător de caldură integrat sau construcție similară) pentru sistemul de drenaj. Camera generatorului din oțel inoxidabil AISI 316L. Regimuri prestabilite de sterilizare ≥ 6 programe. Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator ≥ 10 programe. Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit. Teste acceptate: test de vacuum (scurgere) și test Bowie-Dick. Control electronic: microprocesor. Senzori de presiune independenți pentru generator, câmașă de protecție, camera de sterilizare - min. 3 buc. Monitorizare digitală: temperatura camerei, presiunea camerei, presiunea generatorului, presiunea câmașă de protecție. Afișarea graficului de sterilizare pe ecran. Gama de temperatură: 121-134	Da, pag.31 „User Manual” Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare. Da, pag.31 „User Manual” Ușa trebuie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni rănirea utilizatorului. Da, pag.30 „User Manual” Tip camera de sterilizare - dreptunghiulară. Da, pag.25 „User Manual” Egalizarea presiunii în camera de sterilizare este asigurată prin filtru HEPA. Da, pag.26 „User Manual” Echipat cu pompa de apă de umplere a generatorului de aburi, integrată. Da, pag.26 „User Manual” Generator de abur incorporat. Sterilizatorul are un generator de abur incorporat complet automat, cu elemente electrice ca sursă de caldură. Da, pag.26 „User Manual” Sistem de monitorizare a nivelului de apă din generator prin electrozi (electromecanici). Da, pag.26 „User Manual” Încălzitoare interioare cu control separat și siguranță la scurt circuit. Da, pag.26 „User Manual” Protecție la supraîncălzire. Da, pag.26 „User Manual” Echipat cu	
--	---	--	--

		grade C°. La sfârșitul ciclului de sterilizare trebuie să imprime un raport pe hârtie (stocarea paralelă a datelor în memorie). Protecție împotriva temperaturii excesive. Dispozitivul trebuie să fie echipat cu software, protecție electrică și mecanică de siguranță. Alarmer: temperatură scăzută, eșec ciclu de sterilizare. Manometre mecanice situate pe partea frontală a dispozitivului minim 4. Ușa izolată termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să nu prezinte un potențial pericol pentru operatori. Sistemele de filtrare asigură decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare. Sistem de protecție la deschiderea ușii în caz de presiune în camera de sterilizare. Ușa se blochează pentru a preveni deschiderea. Sterilizatorul cu abur este prevăzut cu sisteme de monitorizare independente și cu alarme audio și vizuale pentru a notifica operatorii cu privire la orice problemă care necesită atenție. Un buton de oprire de urgență de pe partea de încărcare a autoclavului poate fi utilizat pentru a opri în siguranță ciclul autoclavului. Întrerupătorul de siguranță trebuie să permită izolarea tuturor surselor de alimentare cu energie electrică a generatorului de abur.	pompă de vacuum pe bază de apă, integrată. Da, pag.26 „User Manual” Sistem de uscare: cu vacuum. Da, pag.26 „User Manual” Răcitor/atenuator de abur (schimbător de căldură integrat sau construcție similară) pentru sistemul de drenaj. Da, pag.26 „User Manual” Camera generatorului din oțel inoxidabil AISI 316L. Da, pag.26 „User Manual” Regimuri prestabilite de sterilizare ≥6 programe. Da, pag.35 „User Manual” Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator ≥10 programe. Da, pag.35 „User Manual” Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit. Da, pag.35 „User Manual” Teste acceptate: test de vacuum (scurgere) și test Bowie-Dick. Da, pag.45 „User Manual” Control electronic: microprocesor. Da, pag.31 „User Manual” Senzori de presiune independenți pentru generator, cămașă de protecție, cameră de sterilizare - min. 3 buc. Da, pag.27 „User Manual”
--	--	--	--

	Înterupătorul de siguranță trebuie să poată fi blocat în poziția OPRIT. Sterilizatorul cu abur este prevăzut cu sistem încorporat de reducere a consumului de apă de min. 80%, include rezervor de răcire și supapă acționată cu sensor de temperatură pentru apa mai fierbinte de 60 grade C° care necesită evacuare în canalizare. CARACTERISTICI ELECTRICE: 380V, 50 Hz, 3 faze. Caracteristici electronice: Panou cu ecran tactil multicolor de minim 8 inch, cu meniu în Limba Română, Engleză și Rusă. Niveluri de acces la meniul de service prin parole/coduri de acces. Toate parolele/codurile de acces vor fi puse la dispoziția personalului tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului. Test de diagnosticare intrare/ieșire ce permite verificarea fiecărei componente a sistemului separat. Posibilitatea de conectare la Internet. Software/pagina WEB prin intermediul rețelei TCP/IP instalat pe un calculator al beneficiarului din cadrul instituției pentru monitorizare de la distanță a parametrilor de performanță (temperatură, presiune, vacuum) și monitorizarea mesajelor de eroare - optional. Accesorii/piese de schimb: Container sau coșuri pentru sterilizare și păstrare instrumente (2	Monitorizare digitală: temperatura camerei, presiunea camerei, presiunea generatorului, presiunea cânașa de protecție. Da, pag.27 „User Manual” Afișarea graficului de sterilizare pe ecran. Da, pag.31 „User Manual” Gama de temperatură: 121-134 grade C°. Da, pag.35 „User Manual” La sfârșitul ciclului de sterilizare trebuie să imprimă un raport pe hârtie (stocarea paralelă a datelor în memorie). Da, pag.29 „User Manual” Protecție împotriva temperaturii excesive. Da, pag.26/31 „User Manual” Dispozitivul trebuie să fie echipat cu software, protecție electrică și mecanică de siguranță. Da, pag.79 / 8 / 30 „User Manual” Alarmer: temperatură scăzută, eșec ciclu de sterilizare. Da, pag.57 „User Manual” Manometre mecanice situate pe partea frontală a dispozitivului minim 4. Da, pag.1 „User Manual” Ușa izolată termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să nu prezinte un		
--	---	---	--	--

		buc.). Sistemă de Osmoză inversă cu 3 nivele de prefiltrare, rezervor cu rezervă pentru minim 3 cicluri de sterilizare (trebuie să includă toate accesoriile necesare pentru montarea corectă a echipamentului). Lubrifiant/spray pentru garnitura uşii minim 200gr. Imprimantă de date integrată. Hârtie de imprimantă min. 10 buc. Suport de încărcare, cu 2 nivele de stocare demontabile, adaptat pentru trecere în sterilizator, fabricat din inox – (1 buc.). Sistem de încărcare (cărucior/troleu) adaptat pentru dimensiunea sterilizatorului cu abur oferit, oţel inoxidabil – (1 buc.). Compresor (fără Ulei) incorporat sau exterior (1 buc.). Suport cu 2 nivele pentru hârtie de sterilizare (tip rulou) de diferite dimensiuni şi cu sistem de tăiere bidirecţional – (1 buc.) Instalarea: Furnizorul va efectua conectarea sterilizatorului cu aburi la sistemul automat de purificare a apei prin osmoză inversată. Traseul de electricitate şi canalizare a punctelor de racordare la sterilizatoare, va fi asigurat de beneficiar (conform recomandărilor producătorului) – va fi asigurat de beneficiar. Anul de producere: 2026.	potenţial pericol pentru operatori. Da, pag.27 „User Manual” Sistemele de filtrare asigură decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare. Da, pag.26 „User Manual” Sistem de protecţie la deschiderea uşii în caz de presiune în camera de sterilizare. Da, pag.28 „User Manual” Uşa se blochează pentru a preveni deschiderea. Da, pag.31 „User Manual” Sterilizatorul cu abur este prevăzut cu sisteme de monitorizare independente şi cu alarme audio şi vizuale pentru a notifica operatorii cu privire la orice problemă care necesită atenţie. Da, pag.30 „User Manual” Un buton de oprire de urgenţă de pe partea de încărcare a autoclavului poate fi utilizat pentru a opri în siguranţă ciclul autoclavului. Da, pag.27 „User Manual” Întrerupătorul de siguranţă trebuie să permită izolarea tuturor surselor de alimentare cu energie electrică a generatorului de abur. Da, pag.20 „User Manual” Întrerupătorul de
--	--	---	--

			siguranță trebuie să poată fi blocat în poziția OPRIT. Da, pag. 73 / 74 „User Manual” Sterilizatorul cu abur este prevăzut cu sistem încorporat de reducere a consumului de apă de min. 80%, include rezervor de răcire și supapă acționată cu sensor de temperatură pentru apa mai fierbinte de 60 grade C° care necesită evacuare în canalizare. Da, optional, inclus in oferta CARACTERISTICI ELECTRICE: 380V, 50 Hz, 3 faze. Da, pag. 79 „User Manual” Caracteristici electronice: Panou cu ecran tactil multicolor de minim 8 inchii, cu meniu în Limba Română, Engleză și Rusă. Da, pag. 35/39, versione 10” sau 12” (nu este indicata in doc. tehnic) „User Manual” Niveluri de acces la meniul de service prin parole/coduri de acces. Da, pag. 30 „User Manual” Toate parolele/codurile de acces vor fi puse la dispoziția personalului tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului. Da Test de diagnosticare intrare/ieșire ce permite verificarea		
--	--	--	---	--	--

fiecărei componente a sistemului separat. Da, pag.46-47 „User Manual”

Possibilitatea de conectare la Internet. Da, pag.35 „User Manual”

Software/pagina WEB prin intermediul rețelei TCP/IP instalat pe un calculator al beneficiarului din cadrul instituției pentru monitorizare de la distanță a parametrilor de performanță (temperatură, presiune, vacuum) și monitorizarea mesajelor de eroare - optional. Da, pag.54 „User Manual”

Accesorii/piese de schimb: Container sau coșuri pentru sterilizare și păstrare instrumente (2 buc.). Da, inclus în oferta Sistemă de Osmoza inversă cu 3 nivele de prefiltrare, rezervor cu rezervă pentru minim 3 cicluri de sterilizare (trebuie să includă toate accesoriile necesare pentru montarea corectă a echipamentului).

Da, inclus în oferta

Lubrifcator/spray pentru garnitura ușii minim 200gr.

Da, inclus în oferta

Imprimantă de date integrată. Da, inclus în oferta

Hârtie de imprimantă min. 10 buc. Da, inclus în oferta

Nr. Rg02-3410 din 03.07.2026	HEALTH MEDICAL SOLUTIONS SRL	sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte) Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 08.07.2026		Operatorul Economic a prezentat clarificările solicitate
Pentru lotul nr. 10-Magnetoterapie				
1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen		Ecran dimensiune ≥ 4 inch, color, touch screen: DA	Se solicită confirmarea că ecranul color touch-screen ≥4 inch este inclus în configurația oferată, având în vedere că în broșura producătorului acesta apare ca opțional, iar includerea lui este indicată doar în Anexa nr. 22.	
Canale independente ≥ 4 buc.		Da, Canale independente 4 buc./FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ NUMBER OFOUTPUTS:	Se solicită confirmarea că versiunea oferată este Touch Screen Display și dispune de 4 canale independente, conform cerinței solicitate.	
Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss (10 mT)		Da, Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss pentru fiecare aplicator FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ PEAK INTENSITY OF THE MAGNETIC FIELD	Se solicită confirmarea că intensitatea maximă a câmpului magnetic este ≥100 Gauss pe canal, conform cerinței solicitate.	
Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoras electromagnetic		Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., cod FI194 Covoras electromagnetice min. 50x35 cm 1 buc., cod FI 648 Aplicator	Pentru accesoriile oferite, unele apar în manual ca opționale, iar pentru altele informația se regăsește doar	

		min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului "Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului" Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	magnetic flexibil 1 buc., cod.FI141 "Curele de fixare flexibile 1 set., cod.FI947 Troleu dispozitiv 1 buc., cod.FI347	declarativ în specificația tehnică. Se solicită confirmarea includerii tuturor accesoriilor în setul de livrare, cu indicarea cantității exacte, codului produsului și prezentarea documentelor tehnice confirmative.	
Nr. Rg02-3412 din 03.07.2026 ECOCHEMIE SRL	Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 08.07.2026 Pentru lotul nr. 8-Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L				
	1. S-a solicitat conform anunțului de participare: Mecanism blocare cu cheie	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Mecanism blocare cu cheie - da	S-a constatat în procesul evaluării: Nu s-a regăsit informație în documentele tehnice prezentate privind mecanismul de blocare cu cheie.se solicită prezentarea documentului tehnic confirmativ.		
	Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu	Frîne 2 Lumină interior obligatoriu - da	Nu este clar numarul total de frîne oferite. Nu s-a regăsit informație în documentele tehnice prezentate privind lumina interior .se		
			Operatorul Economic a prezentat clarificările solicitate		

			confirmarea includerii acestora în oferta depusă.	
Pentru lotul nr. 11-Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L				
S-a solicitat conform anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:		
Număr de setare, tip box ≥ 2 buc.	Număr de setare, tip box 2 buc.	Nu s-a regăsit confirmarea clară privind „Număr de setare, tip box ≥ 2 buc.”. În documentele producătorului este indicat „Shelf — 1”. Se solicită prezentarea documentului tehnic confirmativ.		
Mecanism blocare cu cheie	Mecanism blocare cu cheie	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Mecanism blocare cu cheie”.		
Construcție exterioră cu acoperire anticorozivă	Construcție exterioră cu acoperire anticorozivă	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Construcție exterioră cu acoperire anticorozivă”.		
Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stick USB obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator	Înregistrare temperaturii	Nu s-a regăsit confirmarea clară privind înregistrarea temperaturii și exportul datelor pe stick USB.		
		În documentele prezentate apare doar „Temperature recorder” ca accesoriu opțional, fără confirmarea exportului pe USB și a softului pentru citirea datelor. Se solicită prezentarea documentului tehnic confirmativ.		
Alarmer acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric	Alarmer acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric	Nu s-au regăsit informații clare privind alarmele acustice și vizuale, alarma pentru ușă		

Nr. Rg02-3406 din 03.07.2026	FCPC DATACONTROL SRL	Pentru lotul nr. 7-Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu	Possibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor obligatoriu, ≥ 48 ore Nivelul de zgomot ≤ 60 db, DM000424091 Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 08.07.2026.	Possibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor obligatoriu, ≥ 48 ore Nivelul de zgomot ≤ 60 db, DM000424091	deschisă și alarma la lipsa curentului electric pentru modelul oferit. Se solicită confirmarea acestor alarme și prezentarea documentului tehnic confirmativ. Nu s-a regăsit confirmarea clară privind posibilitatea setării limitelor maxime și minime ale alarmei de temperatură de către utilizator. Se solicită prezentarea documentului tehnic confirmativ. În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor obligatoriu, ≥ 48 ore” În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Nivelul de zgomot ≤ 60 db, DM000424091”	Operatorul Economic a prezentat
------------------------------	----------------------------	---	---	--	---	---------------------------------

				clarificările solicitate
1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
Comutator de mână obligatoriu		Comutator de mână obligatoriu	Lipsește informația privind "Comutator de mână "	
Indicatoare acustic vizual		Indicatoare acustic vizual	Lipsește informația privind " Indicatoare acustic vizual "	
Control volum sunet obligatoriu		Control volum sunet obligatoriu	Lipsește informația privind " Control volum sunet "	
Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., Inclus in NP/A Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., NP/A Bisturiu electric cu două butoane (țâiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc., MPE/CMS Lane reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., E1 Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc., PMC/R Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., CPB/E Pedală dublă 1 buc., DS/E Troliu H23/SE Mobil pe 4 roți obligatoriu Minim 2 roți cu frână obligatoriu Minim 1 setar/coș/poliță pentru accesorii obligatoriu Miner pentru transportare obligatoriu		Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., Inclus in NP/A Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., NP/A Bisturiu electric cu două butoane (țâiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc., MPE/CMS Lane reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., E1 Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc., PMC/R Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., CPB/E Pedală dublă 1 buc., DS/E Troliu H23/SE Mobil pe 4 roți obligatoriu Minim 2 roți cu frână obligatoriu Minim 1 setar/coș/poliță pentru	Lipsește informația privind accesoriile propuse. Se solicită prezentarea listei produselor oferitate, cu informațiile prin care acestea pot fi identificate (ex.: codul/modelul), inclusiv documente tehnice confirmative aferente, emise de producător.	

			U.Man''	sunt indicate ca fiind disponibile „on request”.Nu este clar dacă pompa pentru dezinfectant este inclusă în oferta depusă.Se solicită confirmarea includerii pompelor de dozare pentru detergent și dezinfectant, conform cerinței solicitate.	
	Sistem uscare cu aer forțat, $t \geq 95^{\circ}\text{C}$: Da;	Sistem uscare cu aer forțat, $t \geq 95^{\circ}\text{C}$: Da; Da, temperatura poate fi setată la valoarea necesară pag.35 / 28 „ U.Man''		În documentele prezentate se confirmă sistemul de uscare cu aer forțat/cald, însă nu se regăsește clar temperatura de uscare $\geq 95^{\circ}\text{C}$.Se solicită confirmarea temperaturii de uscare $\geq 95^{\circ}\text{C}$ și prezentarea documentului tehnic confirmativ.	
	Material brațe de spălare: Oțel AISI 316L;	Material brațe de spălare: Oțel AISI 316L; Da		În documentele prezentate se confirmă existența brațelor de spălare și camera de spălare din inox AISI 316L, însă nu se regăsește clar că brațele de spălare sunt din oțel AISI 316L.Se solicită confirmarea materialului brațelor de spălare și prezentarea documentului tehnic confirmativ.	

			Putere totală: max. 3000W; Putere totală: max. 3000W; Da, „Datasheet AWD655”	În documentele prezentate sunt indicate două valori diferite privind puterea „Installed power 3.9 kW” și „Max absorbed power 2.9 kW”. Se solicită clarificarea valorii relevante pentru cerința „Putere totală: max. 3000 W” și prezentarea confirmării producătorului pentru modelul oferat.	
	Ușa fără sticlă: Da	Ușa fără sticlă: Da pag.9 „U.Man”		Nu este clar confirmat că modelul oferat este livrat cu ușă fără sticlă. În documentele prezentate se indică posibilitatea uşii din sticlă securizată sau din oţel inox, iar în alt document uşa este descrisă ca fiind din sticlă securizată. Se solicită confirmarea configurației exacte a uşii pentru modelul oferat.	
	Masa: max. 65kg +/- 5 kg;	Masa: max. 65kg +/- 5 kg; Da, variază între 68-75kg (maxim) în dependența de configurare pag.8 „U.Man”		În documentele prezentate este indicată masa echipamentului în intervalul 68–75 kg, în funcție de configurație, iar cerința solicitată este max. 65 kg ±5 kg, respectiv maximum 70 kg admisibil. Nu este clar dacă modelul/configurația	

Nr. Rg02-3688 din 15.07.2026	TRIUMF-MOTIV SRL	Pentru lotul nr. 5-Sterilizator 40 Litri	Accesoriu adițional: Imprimantă hârtie termică. Accesoriu adițional: Imprimantă hârtie termică. Da, pag.38-39 „U.Man”	ofertă se încadrează în limita solicitată, deoarece valoarea maximă indicată de 75 kg depășește limita admisă. Se solicită clarificarea configurației exacte oferite și confirmarea masei echipamentului livrat. Nu este clar confirmat că imprimanta pe hârtie termică este inclusă în configurația oferită. În documentele tehnice prezentate, imprimanta apare ca opțiune „on request”, iar includerea acesteia este indicată doar în oferta depusă. Se solicită confirmarea includerii imprimantei în setul de livrare. Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 17.07.2026.	Operatorul Economic a prezentat
------------------------------	------------------	--	---	--	--

				clarificările solicitate
2. S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
Sterilizatorul de aer, destinat sterilizării cu aer a instrumentelor chirurgicale, a seringilor și a acelor rezistente la căldură, precum și a articolelor din sticlă și a altor obiecte medicale. circulație forțată a aerului cald în cameră printr-un motor;		Sterilizatorul de aer, destinat sterilizării cu aer a instrumentelor chirurgicale, a seringilor și a acelor rezistente la căldură, precum și a articolelor din sticlă și a altor obiecte medicale. circulație forțată a aerului cald în cameră printr-un motor;	Nu se regăsește confirmarea clară că sterilizatorul este destinat pentru seringi și ace. Se confirmă utilizarea pentru sticlărie și instrumente chirurgicale metalice, însă nu sunt menționate expres seringile și acele. Se solicită prezentarea documentului tehnic confirmativ.	
Izolație termică de înaltă calitate		Izolație termică de înaltă calitate	Nu s-a regăsit informația privind izolația termică de înaltă calitate. Se solicită prezentarea documentului tehnic confirmativ.	
Camera de sterilizare si cutiile de incarcare sunt din oțel inoxidabil, termorezistent		Camera de sterilizare si cutiile de incarcare sunt din oțel inoxidabil, termorezistent	Se confirmă materialul camerei de sterilizare din inox 201, însă nu s-a regăsit informația privind cutiile de încărcare din oțel inoxidabil și caracterul termorezistent al acestora. Se solicită prezentarea documentului tehnic confirmativ.	
Afișaj digital al temperaturii și timpului curent, afișarea etapelor ciclului		Afișaj digital al temperaturii și timpului curent, afișarea etapelor ciclului	Nu s-a regăsit confirmarea clară privind afișajul digital al temperaturii, timpului curent și etapelor ciclului. În documentele prezentate este indicat doar „Timing system”. Se solicită	

			prezentarea documentului tehnic confirmativ.
Se prevad blocarea in cazul depasirii abaterilor de la regimul de temperatura si oprirea de urgenta	Se prevad blocarea in cazul depasirii abaterilor de la regimul de temperatura si oprirea de urgenta	Nu s-a regăsit informația privind blocarea în caz de depășire a abaterilor de temperatură și oprirea de urgență. Se solicită prezentarea documentului tehnic confirmativ.	
Regimuri de operare ≥5	Regimuri de operare ≥5	Nu s-a regăsit informația privind regimuri de operare ≥5. Se solicită prezentarea documentului tehnic confirmativ.	
Timp de încălzire până la temperatura de sterilizare, min≤ 60	Timp de încălzire până la temperatura de sterilizare, min≤ 60	Nu s-a regăsit informația privind timpul de încălzire până la temperatura de sterilizare ≤60 min. Se solicită prezentarea documentului tehnic confirmativ.	
Număr rafturi de încărcare, buc. 4	Număr rafturi de încărcare, buc. 4	Nu s-a regăsit confirmarea privind numărul de 4 rafturi de încărcare. În documentele prezentate sunt indicate standard doar 2 rafturi, iar rafturile suplimentare apar ca opționale. Se solicită confirmarea includerii a 4 rafturi în setul de livrare și prezentarea documentului tehnic confirmativ.	

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data

		sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 20.07.2026.							
Nr. Rg02-3836 din 24.07.2026	SATOS SOLUTIONS SRL	Pentru lotul nr.10-Magnetoterapie <table><tr><th>3. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th><th>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th><th>S-a constatat în procesul evaluării:</th></tr><tr><td>Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului "Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului" Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului</td><td>Accesorii: Aplicatori magnetici - 2 buc., codul produsului: ACC615 Aplicator magnetic flexibil 1 buc., codul produsului: ACC615 Curele de fixare flexibile 1 set., codul produsului: (incluse in kitul echipamentului) Troleu dispozitiv 1 buc., codul produsului: ACSL007</td><td>Se solicită prezentarea documentelor confirmative pentru fiecare accesoriu în parte, inclusiv manuale, fișe tehnice, broșuri, fotografii ale produselor și ale ambalajului primar/secundar, din care să poată fi identificate clar accesoriile oferite.</td></tr></table>	3. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului "Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului" Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	Accesorii: Aplicatori magnetici - 2 buc., codul produsului: ACC615 Aplicator magnetic flexibil 1 buc., codul produsului: ACC615 Curele de fixare flexibile 1 set., codul produsului: (incluse in kitul echipamentului) Troleu dispozitiv 1 buc., codul produsului: ACSL007	Se solicită prezentarea documentelor confirmative pentru fiecare accesoriu în parte, inclusiv manuale, fișe tehnice, broșuri, fotografii ale produselor și ale ambalajului primar/secundar, din care să poată fi identificate clar accesoriile oferite.	
3. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:							
Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului "Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului" Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	Accesorii: Aplicatori magnetici - 2 buc., codul produsului: ACC615 Aplicator magnetic flexibil 1 buc., codul produsului: ACC615 Curele de fixare flexibile 1 set., codul produsului: (incluse in kitul echipamentului) Troleu dispozitiv 1 buc., codul produsului: ACSL007	Se solicită prezentarea documentelor confirmative pentru fiecare accesoriu în parte, inclusiv manuale, fișe tehnice, broșuri, fotografii ale produselor și ale ambalajului primar/secundar, din care să poată fi identificate clar accesoriile oferite.							

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAЕ, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar **nu mai târziu de data 29.07.2026**.

OPERATORI ECONOMICI PARTICIPANȚI IMSP BENEFICIARI

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-177546505224/21594165 din 07.05.2026 privind *Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 15)*, vă comunică decizia nr.1 din 27.07.2026 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. lot	Cod Lot	Denumire lot	U/m	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model/codul produsului/producător/fără de origine	Ofertant	Inregistrare AMDM	BENEFICIAR
1	1-55224	Dulap cu aer uscat cu încălzire (pentru cășeli)	bucată	1	19,490.00	23,388.00	19,490.00	23,388.00	BJPX-SH88-Biobase-China	Triumf-Motiv SRL	CE ISO	Spitalul Clinic de Psihiatrie
4	4-55224	Sterilizator cu aburi	bucată	1	770,000.00	924,000.00	770,000.00	924,000.00	ADELA-2KK-SUMER-Turcia	ICS Eyecon Medical SRL	DM00023 9429	Direcția medicală SIS
6	6-55224	Autoclav vertical, vol. 75L	bucată	1	59,200.00	71,040.00	59,200.00	71,040.00	BKQ-B75II(220V)-Biobase-China	Ecochimie	ISO, CE Marca	SR Călărași
7	7-55224	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu	bucată	1	92,200.00	110,640.00	92,200.00	110,640.00	Excell 350-Alsa-Italia	DataControl SRL	DM00005 1752	SR Taraclia
11	11-55224	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	bucată	1	45,900.00	55,080.00	45,900.00	55,080.00	BDF-86V108-Biobase-China	"ALMICO M-TECH" S.R.L.	DM00042 4091	AMT Riscani

Ofertanții respinși/descalificați:

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

LOT NR.2 - Dispozitiv pentru sterilizarea și lubrifierea pieselor stomatologice

LOT NR.9 -Distilator cu mono distilare 25L

Pentru Loturile:

LOT NR. 3 Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor

LOT NR. 5 Sterilizator 40 Litri

LOT NR. 8 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L

LOT NR.10 Magnetoterapie se va emite o altă decizie a grupului de lucru pentru achiziții publice.

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică numai după reconfirmarea necesității de către beneficiarul final.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **11.08.2026**

Nr. Rg02-4835 din 15.09.2026

OPERATORI ECONOMICI PARTICIPANȚI IMSP BENEFICIARI

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocdis-b3wdpl-MD-17754650552/24/ 21594165 din 07.05.2026 privind **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 15)**, vă comunică decizia nr.2 din 14.09.2026 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. lot	Cod Lot	Denumire lot	U/m	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model/codul produsului/produsă or/ Tară de origine	Ofertant	Înregistrare AMDM
3	3-55224	Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor	bucată	1	155,100.00	186,120.00	155,100.00	186,120.00	AWD655 2H-AT-OS- Italia	ICS Eyecoon Medical SRL	DM000240207
5	5-55224	Sterilizator 40 Litri	bucată	1	15,300.00	18,360.00	15,300.00	18,360.00	BJPX-SH55, Biohase-China	Triunf Motiv SRL	CE/ISO
8	8-55224	Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 200-300L	bucată	3	25,000.00	30,000.00	75,000.00	90,000.00	YC-315L-ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITED-China	Neotec SRL	DM000395535

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul nr.3 Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor

Oferta operatorului economic UNIDENT AS SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat: "Ușa fără sticlă: Da" s-a oferat în imaginile din manual/catalog, Eurosafe 60 este prezentat cu ferăstrău transparentă/sticlă pe ușă.

S-a solicitat: Accesoriu adițional: Imprimantă hârtie termică, s-a oferat "Se confirmă că imprimanta termică există ca accesoriu pentru Eurosafe 60, însă aparate ca imprimantă externă, nu integrată și nu este confirmat clar că este inclusă în setul de livrare/ofertă.

Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat: Dimensiuni: Lățime: max 580 mm;

S-a oferat: Dimensiuni: Lățime: 595 mm, **se acceptă ca oferta alternativă cu acordul beneficiarului final.**

Lotul nr.5 Sterilizator 40 Litri

Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat: Dimensiuni totale, mm (H.L.H.) $\leq$ 585x525x475, s-a oferat: Pentru BJPX-SH55: External Size 683x494x586 mm

S-a solicitat: Dimensiunile camerei de sterilizare, mm, (L.Sh.H.) $\leq$ 470x280x305, s-a oferat: Pentru BJPX-SH55: Chamber Size 356x340x414 mm

S-a solicitat: Regimuri de operare $\geq$ 5, s-a oferat posibilitatea de configurat prin setarea temperaturii și timpului Regimuri de operare $\geq$ 5 – dacă aceasta face referire la programe de lucru presetate, sterilizatorul oferat nu dispune de programe predefinite. Acesta poate fi configurat direct de utilizator în funcție de necesități, permițând setarea temperaturii și a timpului de sterilizare necesare protocolului de sterilizare urmărit, astfel se pot seta peste 5 programe diferite. Parametrii de setare sunt descriși în BJPX-SH hot air sterilizer user manual 2023.7.17" **se acceptă ca oferta alternativă cu acordul beneficiarului final.**

Lotul nr.8 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L

Oferta operatorului economic NEOTEC SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat: Accesorii coșuri tip sertar, S-a oferat: Coș/sertar inferior, în tabel indicat „Shelves — 4+1” **se acceptă ca oferta alternativă cu acordul beneficiarului final.**

Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat: Accesorii coșuri tip sertar, S-a oferat: Documentul confirmă 4 rafturi

Oferta operatorului economic Ecochimie SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat: Accesorii coșuri tip sertar, S-a oferat: În completare standard frigiderul este dotat cu 5 rafturi de tip grilă pe care pot fi puse coșuri tip sertar;

Oferta operatorului economic SRL Biosistem MLD se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat: Accesorii coșuri tip sertar, S-a oferat: „Basket — Optional”

Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat: Accesorii coșuri tip setar, S-a oferat: În document apar rafturi: Plastic-coated wire shelves. La pag. 18 apare Optional chrome shelf, dar nu coșuri tip setar.”

Oferta operatorului economic ALMicom-TECH S.R.L.se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat: Accesorii coșuri tip setar, S-a oferat: În Anexa tehnică: „EKT 250 + 3 Drawers”, „Accesorii coșuri tip setar – incluse în set”

Lotul nr.10 –Magnetoterapie:

Oferta operatorului economic S atos Solutions S.R.L.se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat: Accesorii: Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului S-a oferat :Nu este disponibil pentru acest model

Oferta operatorului economic Health Medical Solutions SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică numai după reconfirmarea necesității de către beneficiarul final.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **28.09.2026**.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatori economici participanți IMSP Beneficiari	Nr. Rg02-4835 din 15.09.2026 Nr. Rg02-3875 din 28.07.2026	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☒ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
---	--

										destinație vâmuu, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
		Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	33100000-1	260855224-058--0438	19430.0000	23388.0000	26.08.2026	11.03.2027	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP + Franco destinație vâmuu, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
TRIUMF-MOTIV SRL	1012/0/0021180	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI	33100000-1	261055224-058--0457	15300.0000	18360.0000	08.10.2026	28.04.2027	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP + Franco destinație vâmuu, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	<i>nu</i>	
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	<i>indicați suma cu TVA)</i>	
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:		
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐	

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

George GORCEAG

