MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 68998429, e-mail: office@capcs.gov.md, https://capcs.gov.md

Nr. Rg02-5522 din 21.10.2026

Operatori Economici Participanți

IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1784888515685 din 24.07.2026 privind *Achiziționarea instrumentarului laparascopic, oftalmologic și urologic conform IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime" pentru anul 2026* vă comunică decizia nr.1 din 21.10.2026 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de Origine	Producător	Înregistrare AMDM	Ofertant
1	Choper	Choper	bucată	4	2.900,00	3.480,00	11600,00	13920,00	PT-485TH	Federația Rusă	CILITA LTD	DM000848166	Lensess Grup SRL
2	Foarfece corneene universale	Foarfece corneene universale	bucată	3	2950	3540	8850,00	10620,00	HB7423	Germania	Hebu medical	DM000608900	ICS Eyecon Medical SRL
3	Pensă capsulorexis extrem delicat	Pensă capsulorexis extrem delicat	bucată	5	3.600,00	4.320,00	18000,00	21600,00	F-0312S	Federația Rusă	CILITA LTD	DM000839029	Lensess Grup SRL
7	Ansa-electrod monopolar Ø 5 mm	Ansa-electrod monopolar Ø 5 mm	bucată	10	1550,00	1860,00	15500,00	18600,00	RC240-335	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	DM000558120	Labromed Laborator SRL
10	Bisturiu electric monopolar	Bisturiu electric monopolar	bucată	8	2.360,00	2.832,00	18880,00	22656,00	F4244	Italia	FIAB SpA	DM000466396	Labromed Laborator SRL
11	Blefarostat universal	Blefarostat universal	bucată	4	2.100,00	2.520,00	8400,00	10080,00	L-020T	Federația Rusă	CILITA LTD	DM000861011	Lensess Grup SRL
12	Burete pentru curățirea lamelor monopolare steril (set de 50	Burete pentru curățirea lamelor monopolare steril (set de	bucată	7	370	444	2590,00	3108,00	F7520	Italia	Fiab	Declaratie conformitate	ICS Eyecon Medical SRL

	buc)	50 buc)											
13	Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil	Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil	bucată	4	1650,00	1980,00	6600,00	7920,00	Cod 385-050	germania	BOWA	DM000569090	GBG-MLD SRL
14	Cablu de interconectare bipolar	Cablu de interconectare bipolar	bucată	5	1495,0	1794,0	7475,00	8970,00	00412.00	Italia	Led Spa	DM000854366	ICS Eyecon Medical SRL
18	Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK)	Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK)	bucată	2	1.300,00	1.560,00	2600,00	3120,00	222-51110	China	Mindray	DM000834381	ÎM „Dutchmed-M” SRL
27	Fibra optica 4.8 mm, 2.3m	Fibra optica 4.8 mm, 2.3m	bucată	7	7860,00	9432,00	55020,00	66024,00	IM202-230 + IM220-021 IM220-041	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	DM000468869 + DM000870942 DM000870947	Labromed Laborator SRL
34	Foarfece tip Metzenbaum monopolar	Foarfece tip Metzenbaum monopolar	bucată	2	8.900,00	10.680,0	17800,00	21360,00	13003P4	Italia	ENDOMED S.R.L.	DM000698363	Triumf-Motiv SRL
37	Herniostapler endoscopic	Herniostapler endoscopic	bucată	12	3484,98	4181,90	41819,76	50182,80	174006 174006 PROTACK 5MM DISP IN	SUA / IRLANDA	Medtronic /Covidien	DM000855414	Oxivit med
38	Lame tip ball	Lame tip ball	bucată	1	750,0	900,0	750,00	900,00	F4045	Italia	Fiab	DM000459468	ICS Eyecon Medical SRL
39	Lame tip cuțit	Lame tip cuțit	bucată	12	580,0	696,0	6960,00	8352,00	F4065	Italia	Fiab	DM000459475	ICS Eyecon Medical SRL
40	Penceta iris	Penceta iris	bucată	2	2.100,00	2.520,00	4200,00	5040,00	F-105T	Federația Rusă	CILITA LTD	DM000839396	Lensess Grup SRL
41	Penceta iris	Penceta iris	bucată	2	2.100,00	2.520,00	4200,00	5040,00	F-102T	Federația Rusă	CILITA LTD	DM000839391	Lensess Grup SRL
42	Penceta pentru legat microsutura	Penceta pentru legat microsutura	bucată	5	3.000,00	3.600,00	15000,00	18000,00	F-090T	Federația Rusă	CILITA LTD	DM000839383	Lensess Grup SRL
43	Penceta pentru legat microsutura, curba	Penceta pentru legat microsutura, curba	bucată	5	3.000,00	3.600,00	15000,00	18000,00	F-177T	Federația Rusă	CILITA LTD	DM000839422	Lensess Grup SRL
44	Penceta pentru legat	Penceta pentru legat	bucată	2	3.000,00	3.600,00	6000,00	7200,00	F-171T	Federația Rusă	CILITA LTD	DM000839417	Lensess Grup SRL

	microsutura, drept 85mm	microsutura, drept 85mm											
45	Penceta pentru legat microsutura, drept 108mm	Penceta pentru legat microsutura, drept 108mm	bucată	3	3.000,00	3.600,00	9000,00	10800,00	F-185T	Federația Rusă	CILITA LTD	DM000839430	Lensess Grup SRL
47	Pensă bipolară în forma de pencenta	Pensă bipolară în forma de pencenta	bucată	5	1695	2034	8475,00	10170,00	310-140-20	Italia	Led Spa	DM000854749	ICS Eyecon Medical SRL
51	Pensă de apucare și disecție	Pensă de apucare și disecție	bucată	2	9.960,00	11.952,00	19920,00	23904,00	RS120-000 RS005-000 RS000-569	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	DM000438946 DM000438942 DM000468848	Labromed Laborator SRL
52	Pensă de apucare și disecție tip Maryland	Pensă de apucare și disecție tip Maryland	bucată	2	8.900,00	10.680,00	17800,00	21360,00	15007P2	Italia	ENDOMED S.R.L.	DM000697731	Triumf-Motiv SRL
61	Pensă suport pentru ac, inserție maxilara, (portac)	Pensă suport pentru ac, inserție maxilara, (portac)	bucată	3	12.600,00	15.120,00	37800,00	45360,00	18010M2	Italia	ENDOMED S.R.L.	DM000701401	Triumf-Motiv SRL
63	Portac micro	Portac micro	bucată	3	3.000,00	3.600,00	9000,00	10800,00	N-025T	Federația Rusă	CILITA LTD	DM000849791	Lensess Grup SRL
70	Set uretrotom optic	Set uretrotom optic	set	1	78650,00	94.380,00	78650,00	94380,00	WA2T412A A3550 A3551	Japonia	Olympus	DM000894590 DM000898442 DM000892866	DataControl SRL
71	Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 0˚	Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 0˚	bucată	1	26320,00	31584,00	26320,00	31584,00	EN140-000	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	DM000833028	Labromed Laborator SRL
72	Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 30˚	Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 30˚	bucată	1	29700,00	35640,00	29700,00	35640,00	EN140-030	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	DM000833033	Labromed Laborator SRL
73	Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 70˚	Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 70˚	bucată	1	29550,00	35460,00	29550,00	35460,00	EN140-070	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	DM000833040	Labromed Laborator SRL
76	Telescop pentru TUR, la 30 grade, 4 mm	Telescop pentru TUR, la 30 grade, 4	bucată	1	38120,00	45744,00	38120,00	45744,00	EU140-030	Germania	RUDOLF Medical GmbH +	DM000558065	Labromed Laborator SRL

		mm									Co. KG		
77	Telescop/obiecti 0˚, 10mm	Telescop/obiecti 0˚, 10mm	bucată	2	41160,00	49392,00	82320,00	98784,00	LP100-000	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	DM000438234	Labromed Laborator SRL
86	Tub pentru CO2	Tub pentru CO2	bucată	1	7500,00	9000,00	7500,00	9000,00	040-003541-01	China	Mindray	DM000616144	ÎM „Dutchmed-M” SRL
87	Upgrade cu regim de rezecție bipolară.	Upgrade cu regim de rezecție bipolară.	bucată	1	39795,00	47754,00	39795,00	47754,00	Cod 900-395	germania	BOWA		GBG-MLD SRL
90	VERES cannula	VERES cannula	bucată	1	1140,00	1368,00	1140,00	1368,00	LP305-150	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	DM000438244	Labromed Laborator SRL

Ofertanții respinși/descalificați ca ofertă de bază:

Oferta operatorului economic ***SC ERICON SRL***, se respinge integral (pentru toate loturile) în conformitate cu art. 65 alin. (4) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice din întrucât ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: Opertatorul economic nu a prezentat *Formularul specificației tehnice și de preț.*

Oferta operatorului economic ***SRL Endo-Chirurgie*** se respinge integral (pentru toate loturile) în conformitate cu art. 65 alin. (4) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/privind achizițiile publice, întrucât ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție și nu corespunde cerințelor stabilite în documentația de atribuire, și anume: garanția pentru ofertă prezentată nu acoperă cuantumul solicitat în documentația de atribuire, calculat în raport cu valoarea ofertei fără TVA.

Pentru lotul nr. 4 Spatula dubla Castraviejo

- Oferta operatorului economic **Lensess Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat *lungime 130 mm* s-a oferit *lungime 148mm*

Pentru lotul nr. 9 Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop) 30˚

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat *Ansa-electrod subtire sub unghi de 30* s-a oferit *angulat sub 90 grade.*

Pentru lotul nr. 10 Bisturiu electric monopolar

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat *lungimea mânierului 155 ± 5 mm* se ofera *168mm.*
- Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat *lungimea mânierului 155 ± 5 mm* se ofera *168mm*

Pentru lotul nr. 13 Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil

Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, *având în vedere că operatorul economic nu a prezentat răspunsul la solicitarea de clarificări transmisă prin demersul nr. Rg02-4572 din 02.09.2026.*

- Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015*, având în vedere că operatorul economic prin demersul nr. EMMD20260914 din 14.09.2026 a prezentat răspunsuri la solicitările de clarificare pentru celelalte loturi, cu excepția lotului nr. 13 Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil.*
- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice și anume nu este *rezistent la curent 6000VP.*

Pentru lotul nr. 16 Cablu de interconectare pentru resectoscop

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 17 Cablu pentru instrumente lapaorscopice cu 3 pini international

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 19.2 Clipse Extra Large din polimeri biocompatibili

- Oferta operatorului economic **MED-M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *absorbabile* se ofera *non-absorbabile.*

Pentru lotul nr. 20.2 Clipse Large din polimeri biocompatibili

- Oferta operatorului economic **MED-M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *absorbabile* se ofera *non-absorbabile.*

Pentru lotul nr. 24 Electrod bipolar tip ace curbat

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *Electrod bipolar tip ace curbat, pentru , 190 mm* se ofera *195 mm;* s-a solicitat *cu vârf de 2 mm* se ofera *cu vârf de 1 mm.*

Pentru lotul nr. 25 Electrod bipolar tip baioneta

- Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *vârf 0.7mm* se ofera *1mm;*
- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *vârf 0.7mm* se ofera *0,5 mm;*

Pentru lotul nr. 26 Electrod pasiv din cauciuc

- Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața ≥ 350 cm^2,* se ofera *Two areas of 125cm² =250cm2;*
- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *suprafața ≥ 350 cm^2* se ofera *suprafața 133.65cm2;*
- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *suprafața ≥ 350 cm^2* se 250cm2*;*

Pentru lotul nr. 28 Fibra optica 4.8 mm 3m

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 33 Foarfece tip Metzenbaum bipolar

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 36 GLAUCOMA PUNCH 19 gauge / 1.0 mm

- Oferta operatorului economic **Lensess Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *muscatura virf 0,9x0,45 mm* se ofera *0.75mm forma gaurii ovală*

Pentru lotul nr. 46 Penceta tip colibri

- Oferta operatorului economic **Lensess Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *lungimea 82 mm* se ofera *lungime 85mm.*

Pentru lotul nr. 47 Pensă bipolară în forma de pencenta

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 49 Pensa cu dinti de apucare și disecție

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *diametrul tecii 3,5 mm* se ofera *diametrul de 5mm.*

Pentru lotul nr. 50 Pensă de apucare bipolar, fenestrat

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 51 Pensă de apucare și disecție

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *Pensă de apucare și disecție* se ofera *foarfece.*

Pentru lotul nr. 54 Pensă de apucare tip gheară

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *,,Pensă de apucare tip gheară,,* (Tip gheară dinții sunt ascuțiți la capăt) se ofera *cu dinți plați.*

Pentru lotul nr. 55 Pensă de apucare tip gheară, neizolat

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 56 Pensă de apucare, fenestrată

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Bunul ofertat *(modelul RS150-000)* nu este înregistrat în Registrul de stat al dispozitivelor medicale.

Pentru lotul nr. 59 Pensă pentru nefroscop, semirigid

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *falci de tip aligator* se ofera *cupe zimțate.*

Pentru lotul nr. 62 Pense de apucare pentru cistoscop

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *lungimea de lucru 350-400 mm* se ofera *lungimea de lucru 330mm.*

Pentru lotul nr. 64 Reductor trocar de la 10 la 5 - 5,5 mm,

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 67 Set pentru irigarea si aspirarea bi-manuală 0,8mm

- Oferta operatorului economic **Lensess Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *diametru de irigare 0,5mm* se ofera *diametru 0.35mm*

Pentru lotul nr. 71 Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 0˚

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *lungimea 175-200 mm* se ofera *lungimea de 170mm.*

Pentru lotul nr.72 Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 30˚

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *lungimea 175-200 mm* se ofera *lungimea de 170mm.*

Pentru lotul nr.73 Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 70˚

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *lungimea 175-200 mm* se ofera *lungimea de 170mm.*

Pentru lotul nr.78 Telescop/obiectiv 30˚, 10mm

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr.83 Tub de aspirat cu diametrul de 5 mm

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 89 Ureteroscop flexibil

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat *lungimea 650 mm* se ofera *lungimea 680 mm* .

Oferte alternative acceptate cu acordul beneficiarului:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitate de măsură	Cantitatea	Preţ unitar (fără TVA)	Preţ unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de Origine	Producător	Înregistrare AMDM	Ofertant
4	Spatula dubla Castraviejo	Spatula dubla Castraviejo	bucată	2	1.200,0	1.440,0	2400,00	2880,00	I-050	Federația Rusă	CILITA LTD	DM0008496 89	Lensess Grup SRL
9	Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop) 30˚	Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop) 30˚	bucată	40	2000,0 0	2400,00	80000,0	96000,0	RC240-305	Germani a	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	DM0005581 14	Labromed Laborator SRL
19. 1	Clip aplicator de mărime Extra Large	Clip aplicator de mărime Extra Large	bucată	2	3150	3780	6300,00	7560,00	PATX250E B / PATX250E/ 20B (cu curbură-20°) / PATX250E 2B / PATX250E 2/20B (cu curbură-20°) / PATX250E 3B / PATX250E 3/20B (cu curbură-20°)	China	QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOG Y CO., LTD.	DM0003909 68 DM0003909 69 DM0003909 71 DM0003909 72 DM0003909 74 DM0003909 75	MED-M
19. 2	Clipse Extra Large din polimeri biocompatibil i	Clipse Extra Large din polimeri biocompati bili	bucată	10	1037	1244,4	10370,0 0	12444,0 0	PLTX250	China	QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOG Y CO., LTD.	DM0003909 89	MED-M
20. 1	Clip aplicator de mărime	Clip aplicator de	bucată	2	3150	3780	6300,00	7560,00	PATX240E B /	China	QINGDAO DMD	DM0003909 56,	MED-M

	Large	mărime Large							PATX240E/ 20B (cu curbură- 20°)		MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	DM0003909 57	
20. 2	Clipse Large din polimeri biocompatibili	Clipse Large din polimeri biocompatibili	set	10	1037	1244,4	10370,0	12444,0	PLTX240	China	QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	DM0003909 88	MED-M
24	Electrod bipolar tip ace curbat	Electrod bipolar tip ace curbat	bucată	2	5730,0	6876,00	11460,0	13752,0	95001	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	DM0005795 85	Labromed Laborator SRL
25	Electrod bipolar tip baioneta	Electrod bipolar tip baioneta	bucată	2	6150	7380	12300,0	14760,0	310-142-10	Italia	Led Spa	DM0008547 51	ICS Eyecon Medical SRL
36	GLAUCOMA PUNCH 19 gauge / 1.0 mm	GLAUCOMA PUNCH 19 gauge / 1.0 mm	bucată	1	4.600,0	5.520,0	4600,00	5520,00	M-011	Federația Rusă	CILITA LTD	DM0008487 53	Lensess Grup SRL
46	Penceta tip colibri	Penceta tip colibri	bucată	5	1.850,0	2.220,0	9250,00	11100,0	F-050T	Federația Rusă	CILITA LTD	DM0008390 72	Lensess Grup SRL
49	Pensa cu dinti de apucare și disecție	Pensa cu dinti de apucare și disecție	bucată	1	9.920,0	11.904,	9920,00	11904,0	RS120-000 RS005-000 RS000-533	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	DM0004389 46 DM0004389 42 DM0004663 46	Labromed Laborator SRL

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice avînd în vedere nu a fost depusă nicio ofertă după cum urmează:

- Lotul nr.21 Dispozitiv de irigoscopie de unică folosință
- Lotul nr.22 Dispozitiv pentru irigoscopie cu pompare manuala (de tip barbator)
- Lotul nr. 23 Dispozitiv pentru sutura endoscopica
- Lotul nr. 32 foarfece pentri taierea LIO
- Lotul nr. 48 Pensa capsulorexis
- Lotul nr. 66 Set manipulator intrauterin / cannula de tip Cohen
- Lotul nr. 74 Sistem de închidere a fasciei tip busche sau echivalent
- Lotul nr.79 Trocar 10-11 mm
- Lotul nr.80 Trocar 18-22 mm
- Lotul nr.81 Trocar 5-6 mm
- Lotul nr.82 Tub de aspirare reutilizabil
- Lotul nr.84 Tub de silicon 7x13 mm

- Lotul nr.85 Tub de silicon 6x10 mm

Se anulează lotul în temeiul art.71 alin (1), lit d) al Legii 131/2015 privind achiziţiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte care sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme şi nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire conform prezentei legi după cum urmează:

- Lotul nr. 5.1 Histerorezectoscop 24,5 fr
- Lotul nr. 5.2 Set teacă internă și externă cu 2 stopcock-uri
- Lotul nr. 5.3 Telescop la 12 grade
- Lotul nr. 5.4 Ansă de coagulare tip roller mono/bipo
- Lotul nr. 5.5 Set cablu monopolar și bipolar
- Lotul nr. 5.6 Ansă de tăiere tip loop mono/bipo
- Lotul nr. 5.7Ansă tip hook mono/bipo
- Lotul nr. 6 Ansa-electrod monopolar tip rolle , pentru coagulare
- Lotul nr. 8 Ansa-electrod monopolar, pentru tăiere (loop)
- Lotul nr. 15 Cablu de interconectare
- Lotul nr. 16 Cablu de interconectare pentru resectoscop
- Lotul nr. 17 Cablu pentru instrumente lapaorscopice cu 3 pini international
- Lotul nr. 26 Electrod pasiv din cauciuc
- Lotul nr. 28 Fibra optica 4.8 mm 3m
- Lotul nr. 29 Fibra pentru laser 273µm
- Lotul nr. 30 Fibra pentru laser 550 µm
- Lotul nr. 33 Foarfece tip Metzenbaum bipolar
- Lotul nr. 35 Furtun CO2
- Lotul nr. 50 Pensă de apucare bipolar, fenestrat
- Lotul nr. 54 Pensă de apucare tip gheară
- Lotul nr. 55 Pensă de apucare tip gheară, neizolat
- Lotul nr. 56 Pensă de apucare, fenestrată
- Lotul nr. 59 Pensă pentru nefroscop, semirigid
- Lotul nr. 60 Pensa pentru ureterorenoscop, flexibil
- Lotul nr. 62 Pense de apucare pentru cistoscop
- Lotul nr. 64 Reductor trocar de la 10 la 5 - 5,5 mm
- Lotul nr. 65 Set accesorii pentru litotriptorul Siwss Lithoclast
- Lotul nr. 67 Set pentru irigarea si aspirarea bi-manuală 0,8mm
- Lotul nr. 68 Set tuburi de irigare cu vârf perforat
- Lotul nr. 69 Set tuburi pentru irigare și aspirare sterilizabile
- Lotul nr. 75 Sonde pentru litotriptorul Siwss Lithoclast
- Lotul nr. 78 Telescop/obiectiv 30˚, 10mm
- Lotul nr. 83 Tub de aspirat cu diametrul de 5 mm

- Lotul nr. 88 Ureterorenoscop semi-rigid
- Lotul nr. 89 Ureteroscop flexibil

Se anulează lotul în temeiul art.71 alin (1), lit g) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7, după cum urmează:

- Lotul nr. 31 Foarfece de disecție
- Lotul nr. 53 Pensă de apucare și disecție, sub unghi
- Lotul nr. 57 Pensa moale atraumatica intestin
- Lotul nr. 58 Pensa pentru biopsie cu singură acțiune

Menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică doar după reconfirmarea necesității de către beneficiar.

În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei Legi, pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **03.11.2026**.

Operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de **8 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.**

Operatorii economici desemnați câștigători vor prezinta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică *Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani*, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

Cu respect,
Președintele grupului de lucru

Digitally signed by Gorceag Gheorghe
Date: 2026.10.21 14:54:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

Ex: Ana Adam
Tel:+373 68 502 393

Operatorii Economici

- *Data Control SRL*
- *Electeh SRL*
- *GBG-MLD SRL*
- *ICS Eyecon Medical SRL*
- *ÎM „Dutchmed-M”SRL*
- *Labromed Laborator SRL*
- *Lensess Grup SRL*
- *MED-M SRL*
- *Oxivit med SRL*
- *SC ERICON SRL*
- *SRL Endo Chirurgie*
- *Triumf-Motiv SRL*