



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 68998429, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.gov.md>

Nr. Rg02-5049 din 24.09.2026

Operatorii economici participanți
IMSP Beneficiare

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1773730184873 privind *Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/Accesoriiilor/ Consumabilelor pentru dispozitive conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari (repetat)*, vă informează despre decizia nr.2 din 24.09.2026 cu privire la evaluarea și reevaluarea ofertelor după cum urmează:

Nr. lot	Denumire lot	U/m	Cantit atea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model/codul produsului/Țară de origine/producăt or	Ofertant	Înregistrare AMDM
23	Baterie internă ventilator Maquet Servo-i/U	Bucată	8	10610,00	12.732,00	84.880,00	101.856,00	6487180/Suedia/ Getinge (Maquet)	SRL Endo- Chirurgie	Declarație de conformitate CE/SM
28	Becuri fototerapie Amelux	Bucată	60	315,00	378,00	18.900,00	22.680,00	UV PL-L 18W/4P 1CT/25/Nederlan d/Philips	Labromed Laborator SRL	ISO
29	Becuri laringoscop Miller	Bucată	50	116,45	139,74	5.822,50	6.987,00	34324 /34325/Italia/GIM A S.P.A.	MED-M	CE/ISO
41	Cablu ECG Draeger Vista 120	Bucată	2	1.130,00	1.356,00	2.260,00	2.712,00	U301- 13CE/China/Shen zhen UpnMed Equipment Co., Lt	Labromed Laborator SRL	CE, ISO

42	Cablu ECG Mindray uMEC12	Bucată	5	570,00	684,00	2.850,00	3.420,00	U303- 35SE/China/Shen zhen UpnMed Equipment Co., Lt	Labromed Laborator SRL	DM0007673 03
102	Furtun de teflon pentru aburi ISS AC 575, Celitron	Bucată	1	5.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	42100061/Ungari a/Celitron	IM Becor SRL	CE, ISO
151	Lampă bacterică DRT-400W	Bucată	6	541,61	649,93	3.249,66	3.899,59	DRT-400W /China/ZRMI Co. Ltd	Ecochimie	ISO, CE Marca
155	Lampă laringoscop 2.7 V, Riester	Bucată	30	270,0000	324,00000	8.100,00	9.720,00	34325/Italia/Gima	ICS Eyecon Medical SRL	Declarație de conformitate
159	Lampă bacterică DRT 240, EMA	Bucată	4	649,8100	779,77	2.599,24	3.119,09	DRT-240W /China/ZRMI Co. Ltd	Ecochimie	ISO, CE Marca
187	Printer piesa p-u analizator Biochimic Stat Fax 303	set	3	5.272,20	6.326,64	15.816,60	18.979,92	MTP201G/China/ ZRMI Co. Ltd	Ecochimie	ISO, CE Marca
227	Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, Radical 7, Masimo	Bucată	11	1.520,00	1.824,00	16.720,00	20.064,00	S2AF30- 087/China /Shenzhen Redy-Med Technology Co.,Ltd	Triumf- Motiv SRL	CE ISO
228	Sensor SpO2 tip neonatal, reutilizabil, Radical 7, Masimo	Bucată	19	1.600,00	1.920,00	30.400,00	36.480,00	S2NG30- 087/China /Shenzhen Redy-Med Technology Co.,Ltd	Triumf- Motiv SRL	CE ISO
229	Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, Radical 7, Masimo	Bucată	13	1.550,00	1.860,00	20.150,00	24.180,00	S2PF30- 087/China /Shenzhen Redy-Med	Triumf- Motiv SRL	CE ISO

								Technology Co.,Ltd		
233	Sensor temperatură , MX550, Philips	Bucată	30	386,00	463,20	11.580,00	13.896,00	U604-1B/China/Shenzhen UpnMed Equipment Co., Lt	Labromed Laborator SRL	CE, ISO
268	Valvă unidirecțională, ISS AC 575 Celitron	Bucată	2	350,00	420,00	700,00	840,00	1400014/Ungaria/Celitron	IM Becor SRL	CE, ISO

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 4 Acumulator plumb acid 12V, 100 Ah

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: s-a solicitat acumulator plumb-acid pentru toate modelele (12 V, 100 Ah, garanție minim 3 ani), echivalent cu Bosch S5013, s-a oferit bateria plumb-acid Multipower MPL100-12FT - tip 10 ani, 12 Volți, 100 Ah - dimensiuni aproximative în mm: 507x106x235 - greutate aproximativă: 30,0 kg - filet interior M8 - terminal frontal.
Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se acceptă ca ofertă alternativă.

Lotul 23 Baterie internă ventilator Maquet Servo-i/U

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice solicitate. În rezultatul verificării/testării mostrelor s-a constatat că bateria nu se încarcă de la ventilatorul Maquet Servo-i/U.

Lotul 38 Cablu interconectare EEG Neuron Spectrum 5

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: nu au fost prezentate mostre solicitate.

Lotul 40 Cablu de interconectare pentru firul de încălzire MR850

- Oferta operatorului economic DataControl SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: s-a solicitat 4 bucăți, s-au oferit 3 bucăți.

Lotul 62 Kit de mentenanță pentru Analizatorul hematologic 5DIF Sysmex

- Oferta operatorului economic ECHIPAMED-PLUS SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: s-a solicitat Kit de mentenanță pentru Analizatorul hematologic 5DIF Sysmex, s-a oferit doar un component a setului ASP_ASSY(PM)NO.8 - 1 buc.;
Oferta operatorului economic ECHIPAMED-PLUS SRL se acceptă ca ofertă alternativă.

Lotul 71 Electrode activ tip LLETZ Loop 25x10 mm, reutilizabil

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: s-a solicitat electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 25x10 mm, lungime 12 cm, reutilizabil minim 20 de ori, universal, s-a oferit electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 25x20 mm, lungime 11 cm, reutilizabil minim 20 de ori, universal.
Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se acceptă ca ofertă alternativă.

Lotul 72 Electrode activ tip LLETZ Loop 20x15 mm, reutilizabil

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: s-a solicitat electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 20x15 mm, lungime 12 cm,

reutilizabil minim 20 de ori, universal, s-a oferit electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 20x15 mm, lungime 11 cm, reutilizabil minim 20 de ori, universal.

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se acceptă ca ofertă alternativă.

Lotul 73 Electrode activ tip LLETZ Loop 15x15 mm reutilizabil

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: s-a solicitat electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 15x15 mm, lungime 12 cm, reutilizabil minim 20 de ori, universal, s-a oferit electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 20x20 mm, lungime 11 cm, reutilizabil minim 20 de ori, universal.

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se acceptă ca ofertă alternativă.

Lotul 74 Electrode activ tip LLETZ Loop 10x7 mm reutilizabil

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: s-a solicitat electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 10x7 mm, lungime 12 cm, reutilizabil minim 20 de ori, universal, s-a oferit electrod activ pentru electrochirurgie, tip LLETZ Loop, 10x10 mm, lungime 11 cm, reutilizabil minim 20 de ori, universal.

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se acceptă ca ofertă alternativă

Lotul 107 Garnitură Record-ND OT 430, Nuve

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: nu s-au prezentat mostrele solicitate.

Lotul 220 Sensor SpO2 de unică folosință, nou-născuți, Rad-G

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: s-a solicitat Sensor SpO2, Rad-G, de unică folosință p/u nou-născuți + cablu interconectare, n/s 6000004590, s-a oferit Sensor SpO2, Rad-G, de unică folosință p/u nou-născuți cu lungime 0.9 m, fără cablu interconectare.

Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se acceptă ca ofertă alternativă.

Lotul 125 Interconector ECG BSM-6701K, Nihon Kohden

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: s-a solicitat cablu de interconectare ECG pentru 12 pini, 3 derivații, fără latex, 7 FT, material cablu TPU, sau echivalent compatibil cu BSM-6701K, Nihon Kohden, s-a oferit cablu de interconectare ECG pentru 13 pini, 3 derivații, fără latex, compatibil cu BSM-6701K, Nihon Kohden.

Lotul 127 Interconector SpO2 BSM-6701K, Nihon Kohden

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: s-a solicitat cablu de interconectare pentru monitor pacient, 10 FT (3 m), s-a oferit cablu de interconectare de 2,4 m (7 ft).

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se acceptă ca ofertă alternativă.

Lotul 144 Lamă reutilizabilă mărimea 3, VL3R, HugeMed

- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: în rezultatul verificării/testării mostrei, s-a constatat incompatibilitatea cu video laringoscopul VL3R HugeMed.

Lotul 155 Lampă laringoscop 2.7 V, Riester

- Oferta operatorului economic DataControl SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: în rezultatul verificării/testării mostrelor s-a constatat că mostra nu corespunde, deoarece în dotare sunt utilizate lamele de mărimea 3 și 4.

Lotul 164 Manșetă tonometru adulți 24-48 cm

- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: s-a solicitat dimensiunea de 24–48 cm, în ofertă a fost declarată la fel dimensiunea de 24–48 cm, iar conform documentației tehnice prezentate modelul oferat are dimensiunea de 23–33 cm.

Lotul 164 Manșetă tonometru adulți 24-48 cm

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: s-a solicitat dimensiunea de 24–48 cm, iar în ofertă a fost declarată și ofertată dimensiunea de 25–35 cm.

Lotul 191 Rezervor 3l reutilizabil, Clinic Plus, Gima

- Oferta operatorului economic DataControl SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: nu s-au prezentat mostrele solicitate.

Lotul 233 Sensor temperatură , MX550, Philips

- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: nu a răspuns la clarificări pentru lotul dat.

Lotul 235 Sensor temperatură , V-505, Atom

- Oferta operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: s-a solicitat senzor de temperatură pentru V-505, Atom, SUA, s-a oferit senzor de temperatură pentru model Sunflower Warmer.

Se acceptă ca oferte alternative

Nr. lot	Denumire lot	U/m	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model/codul produsului/Țară de origine/producător	Ofertant	Înregistrare AMDM
4	Acumulator plumb acid 12V, 100 Ah	Bucată	1	5.160,00	6.192,00	5.160,00	6.192,00	399476/Germania/Akkuplanet Gm	Labromed Laborator SRL	ISO
62	Kit de mentenanță pentru Analizatorul hematologic 5DIF Sysmex	Bucată	1	8785	10.542,00	8.785,00	10.542,00	AN965961/Japonia/Sysmex Corporation	ECHIPAME D-PLUS	CE, ISO
71	Electrod activ tip LLETZ Loop 25x10 mm, reutilizabil	Bucată	5	1240	1.488,00	6.200,00	7.440,00	352-0/Germania/Reger Medizintechnik Gmb	Labromed Laborator SRL	CE, ISO
72	Electrod activ tip LLETZ Loop 20x15 mm, reutilizabil	Bucată	5	1240	1.488,00	6.200,00	7.440,00	350-0/Germania/Reger Medizintechnik	Labromed Laborator SRL	CE, ISO

								nik Gmb		
73	Electrod activ tip LLETZ Loop 15x15 mm reutilizabil	Bucată	5	1240	1.488,00	6.200,00	7.440,00	350- 1/Germania/ Reger Medizintech nik Gmb	Labromed Laborator SRL	CE, ISO
74	Electrod activ tip LLETZ Loop 10x7 mm reutilizabil	Bucată	5	1240	1.488,00	6.200,00	7.440,00	346- 0/Germania/ Reger Medizintech nik Gmb	Labromed Laborator SRL	CE, ISO
220	Sensor SpO2 de unică folosință, nou-născuți, Rad-G	Bucată	50	1.260,00	1.512,00	63.000,00	75 600,00	S1FW09- 139/China /Shenzhen Redy-Med Technology Co.,Ltd	Triumf- Motiv SRL	CE ISO
127	Interconector SpO2 BSM- 6701K, Nihon Kohden	Bucată	5	516,00	619,20	2.580,00	3.096,00	U705- 3GL/China/S henzhen UpnMed Equipment Co., Lt	Labromed Laborator SRL	DM00075660 6

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, după cum urmează:

- Lotul 38 Cablu interconectare EEG Neuron Spectrum 5
- Lotul 107 Garnitură Record-ND OT 430, Nuve
- Lotul 125 Interconector ECG BSM-6701K, Nihon Kohden
- Lotul 144 Lamă reutilizabilă mărimea 3, VL3R, HugeMed
- Lotul 164 Manșetă tonometru adulți 24-48 cm
- Lotul 191 Rezervor 3l reutilizabil, Clinic Plus, Gima
- Lotul 235 Sensor temperatură , V-505, Atom

Menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS, va demara o nouă procedură de achiziție publică, doar după ajustarea specificațiilor tehnice (luând în calcul și motivul anulării loturilor) și/sau a valorii estimative, de către beneficiarii finali. Totodată, dat fiind faptul că la moment se prelucrează necesarul pentru anul 2027, loturile anulate, pot fi incluse în lista de distribuție, pentru procedurile de achiziție specifice necesităților anului următor. Suplimentar, în cazul în care, pentru

loturile care nu au fost depuse oferte sau au fost depuse doar oferte necorespunzătoare, se identifică alternative care ating același scop propus, solicităm respectuos, informarea imediată a CAPCS, în vederea inițierii unei noi proceduri de achiziție publică.

În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **05.10.2026**.

Operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2027.

Operatorii economici desemnați câștigători vor prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică *Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani*, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

**Cu respect,
Președintele grupului de lucru**

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

*Ex: Chiperi Lilia
Tel: 068 502 393*