

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

Nr. 1 din 30.12.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulat/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.21)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1756899569335 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1756899569335?tab=contract-notice
	Data publicării: 13.10.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
	☒ Da ☐ Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)		https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_69_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)		05 SEPTEMBRIE 2025, VINERI BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 69 ☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare		☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)		3 933 323,42 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Lot nr. 6 Lampa bactericidă UVC ecranată

Data:

3 sept 2025, 15:35

Subiectul întrebării:

Lot 6

Întrebare:

Buna ziua dacă doriți lampa UV-C care să funcționeze în prezența oamenilor fără a afecta personalul său bolnavii, scoateți mențiunea "unghi de iradiere 180 de grade" și mențiunea "montare pe pod, fiindcă se instalează doar pe perete. Va multumim

Răspuns (8 sept 2025, 16:37):

Bună ziua, s-a exclus cerința cu privire la "unghi de iradiere 180 de grade".

Lot nr. 9 Refractometru pentru copii

Data:

14 sept 2025, 21:11

Subiectul întrebării:

Revizuirea unor cerinte

Întrebare:

Va rugam sa revizuiti urmatoarele cerinte: Sa acceptati Mărima pupilei: 4.0 - 9.0 mm, increment maxim 0.1 mm Sa acceptati Timp de achiziție: maxim 1s Această ajustare ar permite participarea unui număr mai mare de ofertanți, contribuind la obținerea unor oferte mai competitive și mai eficiente din punct de vedere economic.

Răspuns (15 sept 2025, 13:07):

Bună ziua, se acceptă următoarele modificări: Mărima pupilei: 4.0 - 9.0 mm, increment maxim 0.1 mm Timp de achiziție: maxim 1s

Data:

14 sept 2025, 22:32

Subiectul întrebării:

Lot 27

Întrebare:

Având în vedere cerința din caietul de sarcini conform căreia „Consumabilele tehnice necesare (filtre HEPA, filtre de cărbune etc.) se vor prezenta într-o listă completă și se vor oferi în cantitate suficientă pentru a acoperi întreținerea pe perioada de garanție de minim 3 ani”, vă rugăm să ne clarificați următoarele aspecte: Cum va fi evaluată conformitatea și completitudinea listelor de consumabile propuse de operatorii economici, având în vedere că nu se furnizează un necesar orientativ minim sau un contract-cadru care să stabilească explicit cantitățile? În lipsa unor cantități estimate, cum se va asigura un tratament egal al ofertanților în cadrul evaluării financiare, în contextul în care unii ofertanți pot propune intenționat un număr redus de consumabile sau pot diminua intenționat prețul produsului pentru a obține un avantaj nejustificat în clasament? Vă rugăm să precizați clar dacă există un mecanism de corectare sau ajustare a ofertelor care nu includ un volum realist de consumabile pentru întreținerea completă pe durata celor 3 ani de garanție.

Răspuns (15 sept 2025, 11:25):

Bună ziua, pentru o conformitate și completarea consumabilelor tehnice necesare pentru mentenanța imprimantei pe o perioadă de 3 ani, trebuie să fie în cantitatea necesară conform recomandărilor producătorului și manualului de service pentru a acoperi 3 ani de exploatare. (de exemplu: filtru de cărbune - schimbare odată la 6 luni, se necesită 6 filtre pentru 3 ani).

Lot nr. 27 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser

Data:

16 sept 2025, 09:35

Subiectul întrebării:

Cerinte tehnice

Întrebare:

Dvs cereti - 7. Sa permita inscripționarea casetelor cu fațetele de scriere înclinate atât la 35° cât și la 45° - aceasta solicitare favorizeaza exclusiv modelul Epreidia, Vega, cod 8000038. doar acest model permite inscripționarea casetelor înclinate la 35° Va rugam sa schimati cerinta in - Sa permita inscripționarea casetelor cu fațetele de scriere înclinate 45° - Care este necesitatea de a imprima la 35 grade?

Răspuns (18 sept 2025, 14:58):

Bună ziua, inscripționarea casetelor de 35° cât și de 45° este posibilă la mai mulți producători de imprimante. Pentru o citire și vizibilitate optimă în dependență de unde este privită caseta, în coșuri de procesare, rafturi, zone de depozitare, ar putea provoca strălucirea inscripției sau ar face mai greu de citit eticheta la distanțe diferite, acest lucru asigură o identificare rapidă și fără erori în timpul fluxului de laborator cu volum mare.

Lot nr. 27 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser

Data:

16 sept 2025, 09:37

Subiectul întrebării:

Lot 27 cerinte tehnice

Întrebare:

Dvs cereti - 7. Sa permita inscripționarea casetelor cu fațetele de scriere înclinate atât la 35° cât și la 45° - aceasta solicitare favorizeaza exclusiv modelul Epreidia, Vega, cod 8000038. doar acest model permite inscripționarea casetelor înclinate la 35° Va rugam sa schimati cerinta in - Sa permită inscripționarea casetelor cu fațetele de scriere înclinate 45° - Care este necesitatea de a imprima la 35 grade?

Răspuns (18 sept 2025, 14:59):

Bună ziua, inscripționarea casetelor de 35° cât și de 45° este posibilă la mai mulți producători de imprimante. Pentru o citire și vizibilitate optimă în dependență de unde este privită caseta, în coșuri de procesare, rafturi, zone de depozitare, ar putea provoca strălucirea inscripției sau ar face mai greu de citit eticheta la distanțe diferite, acest lucru asigură o identificare rapidă și fără erori în timpul fluxului de laborator cu volum mare.

Data:

16 sept 2025, 09:41

Subiectul întrebării:

Lot 27 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser

Întrebare:

Se solicita Dimensiune casetelor: fără capac max. 41.3 x 28.9 mm, cu capac max. 80.0 x 28.9 mm.- Solicitarea imprimarii casetelor cu capac, max. 80.0 x 28.9 mm, poate fi realizata exclusiv de modelul Epreidia, Vega, cod 8000038 Va rugam sa schimati cerinta doar in - fără capac max. 41.3 x 28.9 mm

Răspuns (18 sept 2025, 15:02):

Parametrul "Dimensiunea casetelor: fără capac max. 41.3 x 28.9 mm, cu capac max. 80.0 x 28.9 mm" va fi modificat în "Casetele trebuie să fie tip standart pentru surgical specimen (piesa de rutină) și biopsie, mărimile fixe (zecimi de milimetri) pot varia în dependență de producător, posibilitatea imprimării casetelor cu capac 42 x 28.9 x 7.6 mm" sunt dimensiunile casetelor care se folosesc în laboratorul de anatomie patologică. De menționat că casetele incluse minim 10000 bucăți, (tip sleeve) gata pentru a fi încărcate în magaziile metalice trebuie să fie cu capac.

Lot nr. 27 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser

Data:

16 sept 2025, 09:42

Subiectul întrebării:

Lot 27 cerinte tehnice

Întrebare:

Dvs cereti - 10. Sa fie inclus calculator pentru operarea cu imprimanta.- aceasta solicitare favorizeaza exclusiv modelul Epreidia, Vega, cod 8000038, dat fiind ca acest model are nevoie de calculator pentru a fi operat. Alte modele de imprimante au calculator de operare incorporat. Va rugam indicati ca se accepta si calculator incorporat.

Răspuns (18 sept 2025, 15:03):

Să fie inclus calculator pentru operarea cu imprimanta, această cerință nu impune restricție asupra tipului calculatorului poate fi atât încorporat cât și aparte.

Data:

17 sept 2025, 09:06

Subiectul întrebării:

Lot 26 - Electrocardiograf cu 12 canale (260230)

Întrebare:

Buna ziua. Ghidurile clinice recunoscute, inclusiv recomandările AHA/ACC/ESC (Circulation. 2007;115:1306–1324) și standardul IEC 60601-2-25:2011, stipulează că pentru înregistrarea ECG de diagnostic este necesară o bandă de frecvență de 0.05–150 Hz, fără a impune valori fixe intermediare pentru filtrul de joasă frecvență. Cerem acceptarea ofertei cu valori la filtre - Filtru frecvență joasă - 0.05Hz, 0.10Hz, 0.20Hz; 0.50Hz; Filtru frecvență înaltă 25Hz, 35Hz, 45Hz, 75Hz, 100Hz, 150Hz.

Răspuns (24 sept 2025, 17:15):

Se acceptă modificarea cerinței tehnice din „Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz” în „Filtru frecvență joasă obligatoriu”. Se acceptă modificarea cerinței tehnice din „Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz” în „Filtru frecvență înaltă obligatoriu”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

25 sept 2025, 22:21

Subiectul întrebării:

Lot 27

Întrebare:

Buna ziua. Pentru cerinta LASER IR sau UV va rugam sa clarificati e solutie tehnica alegeti deoarece cele doua variante nu sunt complet comparabile. Tehnologia IR este mai sigura in exploatare atat pentru operator cat si petru mediu deoarece acest tip de LASER este mai putin periculos iar scrierea se face prin activarea pigmentilor care fac parte din materialul casetei fara generarea de gaze toxice sau particule fine de praf insa este un tip de LASER mai scump sau tehnologia UV care pentru a scrie va arde suprafata casetei producand gaze toxice si particule de praf fin. Din acest motiv va rugam sa mentionati in mod clar una din cele 2 tipuri de LASER

Răspuns (26 sept 2025, 16:49):

Vă mulțumim pentru clarificarea depusă. Menținem în caietul de sarcini posibilitatea utilizării ambelor tehnologii – LASER IR sau LASER UV – pentru a asigura o concurență cât mai largă între ofertanți. Diferențele de cost și impact asupra mediului sunt echilibrate prin cerința de a furniza toate consumabilele necesare funcționării și întreținerii pe durata garanției. Este obligatorie respectarea cerințelor privind siguranța în exploatare, protecția operatorului și a mediului, inclusiv utilizarea filtrelor adecvate (HEPA, cărbune activ etc.).

Data:

26 sept 2025, 10:27

Subiectul întrebării:

Lot 26. Electrocardiograf cu 12 canale

Întrebare:

Prețul stabilit pentru acest lot este mic. Solicităm mărirea bugetului pentru acest lot, pentru o concurență loială pe piață.

Răspuns (26 sept 2025, 16:47):

Valoarea estimată a fost stabilită conform alocațiilor bugetare disponibile a beneficiarului final.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor 08.09.2025	Lotul nr. 6 Lampa bactericidă UVC ecranată, s-a exclus din specificația tehnică cerința "unghi de iradiere 180 de grade".
Rezumatul modificărilor 15.09.2025	Lot nr. 9 Refractometru pentru copii, Mărima pupilei: 4.0 - 9.0 mm, increment maxim 0.1 mm, Timp de achiziție: maxim 1s.

Rezumatul modificărilor 24.09.2025	Lot 26 - Electrocardiograf cu 12 canale (260230) modificarea cerinței din „Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz” în „Filtru frecvență joasă obligatoriu” și din „Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz” în „Filtru frecvență înaltă obligatoriu” [Indicați sursa utilizată și data publicării]
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	DataControl SRL	1003600007935	Grabazei Alexandru
2	MED-M SRL	1020611000359	Ana Iliev
3	Triumf-Motiv SRL	1012600021180	Tatiana Jighili
4	AELO GRUP	1011600009752	Cobzari-Turcan Rodica
5	Ancotec-Sistem SRL	1003600119209	Andrei Matei
6	Ecochimie SRL	1002600052156	Nicolae Iurcu
7	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
8	Health Medical Solutions SRL	1018600009625	Trocin Caterina
9	ICS Eyecon Medical SRL	1012600036108	Carstocea Ioan - Razvan
10	IM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	Prodan Sveatoslav
11	IM Natusana SRL	1006600025657	Diana Tutunaru
12	INTERMED SRL	1002600034804	Chicu Natalia
13	Laboratorium Grup SRL	1023600042925	Cemei Silian
14	MEDEXCOM-TEH SRL	1019600008809	MATEI Vasile
15	Medglobalfarm SRL	1016600000765	Boris Granaci
16	Medpunkt SRL	1011600044267	Anna Antonova
17	Neotec SRL	1002600048135	Botmaru Andrei
18	SA Tehoptimed	10036000087162	Stela Potinga
19	Tetis International Co. SRL	10036000043595	Vladimir Vidiborschii
20	Vipromed Service SRL	1013600002366	Savca Octavian Valeriu

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:	AELO GRUP SRL	Ancotec-Sistem SRL	DataControl SRL	Ecochimie SRL	GBG-MLD SRL	Health Medical Solutions SRL	ICS Eyecon Medical	IM „Dutchmed-M” SRL	IM Natusana SRL	INTERMED SRL	Laboratorium Grup	MEDEXCOM-TEH SRL	Medglobalfarm SRL	MED-M SRL	Medpunkt SRL	Neotec SRL	SA Tehoptimed	Tetis International Co. SRL	Triumf-Motiv SRL	Vipromed Service SRL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundea cerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea solicitată	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Coreponderi cu cerințele de calificare	Coreponderi cu cerințele tehnice
1	Lot nr. 1 Ecoencefalograf	bucată	1			Fără oferte	Fără oferte
2	Lot nr. 2 Electroencefalograf computerizat	bucată	1			Fără oferte	Fără oferte
3	Lot nr. 3 Ultrasonograf General, OB-GYN	bucată	1	614 215,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	corespunde	corespunde
3	Lot nr. 3 Ultrasonograf General, OB-GYN	bucată	1	720 000,00	Neotec SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
3	Lot nr. 3 Ultrasonograf General, OB-GYN	bucată	1	800 000,00	MEDEXCOM-TEH SRL	corespunde	Nu a fost evaluat

3	Lot nr. 3 Ultrasonograf General, OB-GYN	bucată	1	810 000,00	Health Medical Solutions SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
3	Lot nr. 3 Ultrasonograf General, OB-GYN	bucată	1	993 780,00	INTERMED SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
3	Lot nr. 3 Ultrasonograf General, OB-GYN	bucată	1	1 063 000,00	DataControl SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
4	Lot nr. 4 Tensiometru electronic automat Adult	bucată	100	532	MED-M SRL	corespunde	corespunde
4	Lot nr. 4 Tensiometru electronic automat Adult	bucată	100	739,16	Tetis International Co. SRL	Nu corespunde	Nu au fost evaluat
4	Lot nr. 4 Tensiometru electronic automat Adult	bucată	100	739,17	SA Tehoptimed	Nu corespunde	Nu au fost evaluat
4	Lot nr. 4 Tensiometru electronic automat Adult	bucată	100	833,33	Medglobalfarm SRL	Nu corespunde	Nu au fost evaluat
5	Lot nr. 5 Tensiometru electronic automat pediatric	bucată	65	1 050,00	Tetis International Co. SRL	Nu corespunde	Nu au fost evaluat
6	Lot nr. 6 Lampa bactericidă UVC ecranată	bucată	20	873,33	SA Tehoptimed	corespunde	corespunde
7	Lot nr. 7 Sterilizator biberoane electric 3 în 1	bucată	4			Fără oferte	Fără oferte
8	Lot nr. 8 Stetofonendoscop	bucată	65	118,33	SA Tehoptimed	corespunde	corespunde
8	Lot nr. 8 Stetofonendoscop	bucată	65	153,8154	MED-M SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
8	Lot nr. 8 Stetofonendoscop	bucată	65	153,8461539	Medglobalfarm SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
8	Lot nr. 8 Stetofonendoscop	bucată	65	180,00	IM Natusana SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
9	Lot nr. 9 Refractometru pentru copii	bucată	1	97600	MED-M SRL	Nu corespunde	Nu au fost evaluat
10	Lot nr. 10 Pneumotometru	bucată	1	130900	MED-M SRL	Nu corespunde	Nu au fost evaluat

11	Lot nr. 11 Set de lentile oftalmologice	bucată	1	12800	MED-M SRL	Nu corespunde	Nu au fost evaluat
12	Lot nr. 12 Lentila GOLDMANN 90D	bucată	4	2100	MED-M SRL	Nu corespunde	Nu au fost evaluat
13	Lot nr. 13 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)	bucată	2	63 450,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	corespunde	corespunde
13	Lot nr. 13 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)	bucată	2	60 000,00	AELO GRUP SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
13	Lot nr. 13 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)	bucată	2	73 500	MED-M SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
13	Lot nr. 13 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)	bucată	2	75 200,00	Tetis International Co. SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
13	Lot nr. 13 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)	bucată	2	98 000,00	ICS Eyecon Medical SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
14	Lot nr. 14 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate)	bucată	6	8687,5	SA Tehoptimed	71 (1) lit. g)	71 (1) lit. g)
14	Lot nr. 14 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate)	bucată	6	12200	Triumf-Motiv SRL	71 (1) lit. g)	71 (1) lit. g)
14	Lot nr. 14 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate)	bucată	6	15 285,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	71 (1) lit. g)	71 (1) lit. g)
14	Lot nr. 14 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate)	bucată	6	15 200,00	AELO GRUP SRL	71 (1) lit. g)	71 (1) lit. g)
14	Lot nr. 14 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate)	bucată	6	16 160,00	DataControl SRL	71 (1) lit. g)	71 (1) lit. g)
14	Lot nr. 14 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate)	bucată	6	32 300,00	Tetis International Co. SRL	71 (1) lit. g)	71 (1) lit. g)

15	Lot nr. 15 Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate)	bucată	6	8 189,17	SA Tehoptimed	71 (1) lit. g)	71 (1) lit. g)
15	Lot nr. 15 Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate)	bucată	6	8 200,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	71 (1) lit. g)	71 (1) lit. g)
15	Lot nr. 15 Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate)	bucată	6	12 120,00	DataControl SRL	71 (1) lit. g)	71 (1) lit. g)
15	Lot nr. 15 Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate)	bucată	6	15 966,00	AELO GRUP SRL	71 (1) lit. g)	71 (1) lit. g)
15	Lot nr. 15 Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate)	bucată	6	21 600,00	Tetis International Co. SRL	71 (1) lit. g)	71 (1) lit. g)
16	Lot nr. 16 Stație de andocare pentru pompe de perfuzie și infuzie (caracteristici avansate)	bucată	1	31 684,00	AELO GRUP SRL	71 (1) lit. g)	71 (1) lit. g)
16	Lot nr. 16 Stație de andocare pentru pompe de perfuzie și infuzie (caracteristici avansate)	bucată	1	32 000,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	71 (1) lit. g)	71 (1) lit. g)
17	Lot nr. 17 Stimulator cardiac bicameral extern	bucată	6			Fără oferte	Fără oferte
18	Lot nr. 18 Pompa de nutriție enterala pentru hrănirea pe gastrostoma sau sonda nazogastrică	bucată	1			Fără oferte	Fără oferte
19	Lot nr. 19 Agitator rotativ	bucată	1			Fără oferte	Fără oferte
20	Lot nr. 20 Agitator de planșete PST (250430)	bucată	1			Fără oferte	Fără oferte
21	Lot nr. 21 Refractometru (170400)	bucată	1	60 000,00	Medpunkt SRL	corespunde	corespunde
21	Lot nr. 21 Refractometru (170400)	bucată	1	70 000,00	Ancotec-Sistem SRL		
21	Lot nr. 21 Refractometru (170400)	bucată	1	74800	MED-M SRL		
22	Lot nr. 22 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) cod generic 130510	bucată	12	8687,5	SA Tehoptimed	71 (1) lit. g)	71 (1) lit. g)

22	Lot nr. 22 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) cod generic 130510	bucată	12	12000	Triumf-Motiv SRL	71 (1) lit. g)	71 (1) lit. g)
22	Lot nr. 22 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) cod generic 130510	bucată	12	15 285,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	71 (1) lit. g)	71 (1) lit. g)
22	Lot nr. 22 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) cod generic 130510	bucată	12	16 160,00	DataControl SRL	71 (1) lit. g)	71 (1) lit. g)
22	Lot nr. 22 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) cod generic 130510	bucată	12	32 300,00	Tetis International Co. SRL	71 (1) lit. g)	71 (1) lit. g)
23	Lot nr. 23 Autoclav cu vacuum 40l (270120)	bucată	1	77 000,00	Ancotec-Sistem SRL	corespunde	corespunde
23	Lot nr. 23 Autoclav cu vacuum 40l (270120)	bucată	1	77 500,00	Vipromed Service SRL	Corespunde	Nu a fost evaluat
24	Lot nr. 24 Cântar medical electronic cu stativ (130700)	bucată	10	4 880,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
25	Lot nr. 25 Distilator DZ-10 litri CH p/u farmacie (270400)	bucată	1	30 622,50	GBG-MLD SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
26	Lot nr. 26 Electrocardiograf cu 12 canale (260230)	bucată	3	20 004,00	AELO GRUP SRL	corespunde	corespunde
26	Lot nr. 26 Electrocardiograf cu 12 canale (260230)	bucată	3	23 970,00	Tetis International Co. SRL	Corespunde	Nu a fost evaluat
26	Lot nr. 26 Electrocardiograf cu 12 canale (260230)	bucată	3	26 433,00	ICS Eyecon Medical SRL	Corespunde	Nu a fost evaluat
26	Lot nr. 26 Electrocardiograf cu 12 canale (260230)	bucată	3	35 515,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
26	Lot nr. 26 Electrocardiograf cu 12 canale (260230)	bucată	3	37 370,00	DataControl SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
27	Lot nr. 27 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser	bucată	1	420 000,00	Laboratorium Grup SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
27	Lot nr. 27 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser	bucată	1	569 569,00	Ecochimie SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat

27	Lot nr. 27 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser	bucată	1	581 900,00	Triumf-Motiv SRL	corespunde	corespunde
27	Lot nr. 27 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser	bucată	1	606 470,00	GBG-MLD SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
28	Lotul nr. 28 - Anulat	bucată				Fără oferte	Fără oferte

In cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice" , se va consemna prin: „ + ” în cazul corespunderii și prin „ - ” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Denumirea operatorului economic	Informația solicitată					Clarificările prezentate	
Nr. Rg02-4734 din 30.10.2025 AELO GRUP SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender, ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, pentru loturile: nr. 13 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate), nr. 14 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate), nr. 16 Stație de andocare pentru pompe de perfuzie și infuzie (caracteristici avansate); nr. de înregistrare pentru Lot nr. 13 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate), or DM000633391 nu se regăsește în registru: 					Nr: 163_10/2025 Din: 30. Octombrie 2025	
Nr. Rg02-4735 din 30.10.2025 Ancotec-Sistem SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender, ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, pentru lotul: nr. 23 Autoclav cu vacuum 40l (270120);					nr. 02-13 din 03.11.2025	
Nr. Rg02-4736 din 30.10.2025 DataControl SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: clarificărilor pentru Lot nr. 8 Stetofonoscop, și anume diferența țării pentru modelul oferat de cel înregistrat, or oferta este pentru: SYS-50/Olanda/Medcaptain, iar conform DM000560644 țara este China;					Nr. 1411-1 din 14.11.2025	

Nr.	Denumirea	Den. comerț.	Model	Nr. catalog	Țara	Producătorul	
DM00050644	SERINGĂ CU POMPA DE INFUZIE	MEDCAPTAIN	SYS-50		China	MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	
Nr. Rg02-4737 din 30.10.2025 Ecochimie SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - Dovezii înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale oferite pentru lotul nr. 27 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser: "Sure print C100+C-OB-00-2550 x 4 seturi" China Dakewe; - Extrasului Registrului de Stat al persoanelor juridice unde este menționat semnatarul ofertei ca administrator sau în cazul delegării acestui drept, împuternicirea persoanei semnatare; - Declarație de la ofertant cu privire la livrarea bunurilor noi (nefolosite).						Nr. 11/12 –1 din 12.11.2025
Nr. Rg02-4739 din 30.10.2025 ICS Eyecon Medical SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - Dovezii înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale oferite pentru lotul nr. 13 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate): Cardio-Aid 360-B Ungaria Innomed Medikal; - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit.						EMMD20251103 din 03.11.2025
Nr. Rg02-4738 din 30.10.2025 GBG-MLD SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - Dovezii înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale oferite pentru lotul nr. 27 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser: "Six Hopper Laser Cassette Printer" "Marea Britanie" "StatLab Medical Products".						Nr. ieșire G -636 din 04.11.2025
Nr. Rg02-4740 din 30.10.2025 ÎM „Dutchmed-M” SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender, ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, pentru: Lot nr. 14 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate), Lot nr. 15 Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate), Lot nr. 16 Stație de andocare pentru pompe de perfuzie și infuzie (caracteristici avansate);						Nr. 3110/25DM-01 31.10.2025
Nr. Rg02-4742 din 30.10.2025 IM Natusana SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: Certificat de atribuire a contului bancar; Extrasului Registrului de Stat al persoanelor juridice unde este menționat semnatarul ofertei ca administrator sau în cazul delegării acestui drept, împuternicirea persoanei semnatare; Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit; Situația financiară; Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit; Declarației de la ofertant în care să certifice că anul producerii este 2025;						Demers fără număr de ieșire

	Dovada înregistrării în Lista producătorilor (EEE) (Confirmare privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (echipamente electrice și electronice));															
Nr. Rg02-4743 din 30.10.2025 Laboratorium Grup SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - Dovezii înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale oferite pentru lotul nr. 27 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser: "Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser- KF-UE-006" CHINA "NINGBO KONFOONG BIOINFORM ATION TECH CO.,LTDKFBIO"; - Certificat de atribuire a contului bancar; - Situația financiară.	NR IESIRE:142/04.11.2025														
Nr. Rg02-4744 din 30.10.2025 Medglobfarm SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender, ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, pentru: Lot nr. 8 Stetofonendoscop; - Dovezii înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale oferite pentru Lot nr. 4 Tensiometru electronic automat Adult - ARMONIA / Italia /CAMI, Lot nr. 8 Stetofonendoscop - S-30/Italia/ CAMI. - Dovada înregistrării în Lista producătorilor (EEE) (Confirmare privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (echipamente electrice și electronice));	Nr. 014-2 din 14.11.2025														
Nr. Rg02-4745 din 30.10.2025 MED-M SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender, ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, pentru: Lot nr. 8 Stetofonendoscop; Dovezii înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru produsele oferite: <table><tr><td>Lot nr. 4 Tensiometru electronic automat Adult</td><td>U81Q China "SHENZ HEN URION TECHNOLOGY CO., LTD."</td></tr><tr><td>Lot nr. 9 Refractometru pentru copii</td><td>SW-800 China "SHANGHAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD"</td></tr><tr><td>Lot nr. 10 Pneutonometru</td><td>SK-5000B China "SHANGHAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD"</td></tr><tr><td>Lot nr. 11 Set de lentile oftalmologice</td><td>266L B China "SHANGHAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD"</td></tr><tr><td>Lot nr. 12 Lentila GOLDMANN 90D</td><td>90D China "SHANGHAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD"</td></tr><tr><td>Lot nr. 13 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)</td><td>i6 China "AMBULANC (SHENZHEN) TECH.CO., LTD."</td></tr><tr><td>Lot nr. 21 Refractometru (170400)</td><td>FKR-710 China "SHANGHAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD"</td></tr></table> Extrasului Registrului de Stat al persoanelor juridice unde este menționat semnatarul ofertei ca administrator sau în cazul delegării acestui drept, împuternicirea persoanei semnatare; Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit; Situația financiară; Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit; Declarație de la Ofertant cu privire la instalarea, punerea, instruirea (obligatoriu să fie respectată întreaga cerință).	Lot nr. 4 Tensiometru electronic automat Adult	U81Q China "SHENZ HEN URION TECHNOLOGY CO., LTD."	Lot nr. 9 Refractometru pentru copii	SW-800 China "SHANGHAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD"	Lot nr. 10 Pneutonometru	SK-5000B China "SHANGHAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD"	Lot nr. 11 Set de lentile oftalmologice	266L B China "SHANGHAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD"	Lot nr. 12 Lentila GOLDMANN 90D	90D China "SHANGHAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD"	Lot nr. 13 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)	i6 China "AMBULANC (SHENZHEN) TECH.CO., LTD."	Lot nr. 21 Refractometru (170400)	FKR-710 China "SHANGHAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD"	Nr.220 din 06.11.2025
Lot nr. 4 Tensiometru electronic automat Adult	U81Q China "SHENZ HEN URION TECHNOLOGY CO., LTD."															
Lot nr. 9 Refractometru pentru copii	SW-800 China "SHANGHAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD"															
Lot nr. 10 Pneutonometru	SK-5000B China "SHANGHAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD"															
Lot nr. 11 Set de lentile oftalmologice	266L B China "SHANGHAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD"															
Lot nr. 12 Lentila GOLDMANN 90D	90D China "SHANGHAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD"															
Lot nr. 13 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)	i6 China "AMBULANC (SHENZHEN) TECH.CO., LTD."															
Lot nr. 21 Refractometru (170400)	FKR-710 China "SHANGHAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD"															

Nr. Rg02-4746 din 30.10.2025 Medpunkt SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - Extrasului Registrului de Stat al persoanelor juridice unde este menționat semnatarul ofertei ca administrator sau în cazul delegării acestui drept, împuternicirea persoanei semnatare; Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mțender, ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, pentru: <u>Lot nr. 15 Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate)</u> ; clarificărilor pentru Lot nr. 8 Stetofonendoscop, și anume diferența modelului oferit de cel înregistrat, or oferta este pentru: <u>RAPPAPORT/China/"WENZHOU KANGSHUN MEDICAL DEVICES CO., LTD"</u> , iar conform DM000427452 modelul înregistrat este RAPPAPORT TYPE:	Nr. ieșire 999capos-scr. Nr. 76 din 30.10.2025
Nr. Rg02-4748 din 30.10.2025 Tetis International Co. SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mțender, ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, pentru: Lot nr. 4 Tensiometru electronic automat Adult; - Declarației de la ofertant în care să certifice că anul producerii este 2025; - Extrasului Registrului de Stat al persoanelor juridice unde este menționat semnatarul ofertei ca administrator sau în cazul delegării acestui drept, împuternicirea persoanei semnatare; Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - în original la sediu CAPCS a garanției de ofertă semnată olograf de către bancă; - Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru lotul nr. 27 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile -EMR8600P China "Shenzhen MedRena Biotech Co.,Ltd" ; - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit; Datele indicate în oferta Dvs. trebuie să coincidă cu datele înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale. Pe cale de consecință, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea clarificărilor: - pentru Lot nr. 27 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser, or oferta este pentru: EMR8600P/China/"Shenzhen MedRena Biotech Co.,Ltd" , iar conform DM000851078 modelul înregistrat este: JQ-EMR8600P .	11/256 din 05.11.2025 Nr. 454-1/12 din 05.11.2025
Nr. Rg02-4749 din 30.10.2025 Triumf-Motiv SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - în original la sediu CAPCS a garanției de ofertă semnată olograf de către bancă; - Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru lotul nr. 27 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile -EMR8600P China "Shenzhen MedRena Biotech Co.,Ltd" ; - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit; Datele indicate în oferta Dvs. trebuie să coincidă cu datele înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale. Pe cale de consecință, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea clarificărilor: - pentru Lot nr. 27 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser, or oferta este pentru: EMR8600P/China/"Shenzhen MedRena Biotech Co.,Ltd" , iar conform DM000851078 modelul înregistrat este: JQ-EMR8600P .	Nr. 484-1/12 din 20.11.2025

	Nr. DM000851078 Denumire Imprimanta laser cu caseta Den.comerc. Model Nr. catalog Tara Producatorul DM000851078 IMPRIMANTA LASER CU CASETA JQ-EMR8600P EMR8600P China GUANGDONG JINQUAN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.										
Nr. Rg02-4750 din 30.10.2025 Vipromed Service SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender, ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, pentru: Lot nr. 23 Autoclav cu vacuum 40l (270120); - Dovezii înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale oferite pentru Lot nr. 23 Autoclav cu vacuum 40l (270120) - SEA-45L China "Runyes Medical Instrument Co., Ltd".	Nr.05-01/25 din 05.10.2025									
Nr. Rg02-5074 din 17 noiembrie 2025 Vipromed Service SRL	Datele indicate în oferta Dvs. trebuie să coincidă cu datele înregistrate în Registrul de stat al dispozitivelor medicale. Pe cale de consecință, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea clarificărilor: pentru Lot nr. 23 Autoclav cu vacuum 40l (270120), or oferta este pentru: SEA-45L/China/"Runyes Medical Instrument Co., Ltd", iar conform DM000767091 modelul înregistrat este: SEA-45L-D-LED-USB.	Nr.20-11/25 din 20.11.2025									
Nr. Rg02-4986 din 12.11.2025 AELO GRUP SRL	Pentru lotul nr. 14 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate), lotul nr. 15 Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate), lotul nr. 16 Stație de andocare pentru pompe de perfuzie și infuzie (caracteristici avansate), lotul nr. 26 Electrocardiograf cu 12 canale (260230), se solicită clarificarea specificațiilor tehnice aferente, în conformitate cu cele menționate în anexă. Lotul nr. 14 <i>Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate):</i> <table> <tr> <th>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th><th>S-a oferit conform specificațiilor tehnice:</th><th>S-a constatat în procesul evaluării:</th></tr> <tr> <td>Funcție de chemare asistentă obligatoriu</td><td>Funcție de chemare asistentă - Da, pag 19 user manual</td><td>Conform manualului prezentat funcția de chemare asistent (nurse call) se specifică Nurse Call (Optional) Note: • The nurse call function must be used with special cable. Astfel, se solicită clarificarea dacă va fi livrat și întră în ofertă cablul pentru utilizarea funcției de chemare asistent.</td></tr> <tr> <td>Afișarea ocluziei în timp real: Obligatoriu</td><td>Afișarea ocluziei în timp real - Da, pag 2 brochura</td><td>Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.</td></tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform specificațiilor tehnice:	S-a constatat în procesul evaluării:	Funcție de chemare asistentă obligatoriu	Funcție de chemare asistentă - Da, pag 19 user manual	Conform manualului prezentat funcția de chemare asistent (nurse call) se specifică Nurse Call (Optional) Note: • The nurse call function must be used with special cable. Astfel, se solicită clarificarea dacă va fi livrat și întră în ofertă cablul pentru utilizarea funcției de chemare asistent.	Afișarea ocluziei în timp real: Obligatoriu	Afișarea ocluziei în timp real - Da, pag 2 brochura	Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.	Nr. 171_11/2025 Din 17.11.2025
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform specificațiilor tehnice:	S-a constatat în procesul evaluării:									
Funcție de chemare asistentă obligatoriu	Funcție de chemare asistentă - Da, pag 19 user manual	Conform manualului prezentat funcția de chemare asistent (nurse call) se specifică Nurse Call (Optional) Note: • The nurse call function must be used with special cable. Astfel, se solicită clarificarea dacă va fi livrat și întră în ofertă cablul pentru utilizarea funcției de chemare asistent.									
Afișarea ocluziei în timp real: Obligatoriu	Afișarea ocluziei în timp real - Da, pag 2 brochura	Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.									

Alarmă acustică și vizuală: Set decuplat: Obligatoriu Ușă deschisă: Obligatoriu	Set decuplat - Da, pag 2 brochura Ușă deschisă - Da, pag 2 brochura	Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.
Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate: Obligatoriu	Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate - Da pag 45 user manual	Conform referințelor indicate, nu este clar ce anume se oferă. Totodată, conform manualului anexat, la punctul 6.1.11 Drop Sensor (Optional) se menționează că această funcție este opțională și poate fi activă doar prin conectarea senzorului, care, la rândul său, este opțional și nu face parte din configurația standard. În acest context, se solicită prezentarea tehnologiei oferite. În cazul în care funcția oferită este cea de Drop Sensor, se va clarifica dacă senzorii respectivi sunt incluși în oferta tehnică și dacă aceștia fac parte din prețul total oferat, astfel încât funcția să poată fi utilizată conform cerințelor specificate.
	Suport: Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie, obligatoriu	Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.
Circuite: ≥ 200 buc. pentru fiecare pompă procurată, da, să se indice codul produsului oferit	Circuite - 200 buc. pentru fiecare pompă procurată – Da, Cod 8722935 Bbraun.	Codul oferat este prevăzut pentru pompa cu seringă, conectarea de la seringă către pacient, astfel se solicită clarificarea situației create.
Pentru lotul nr. 15 <i>Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate)</i> :		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferat conform specificațiilor tehnice:	S-a constatat în procesul evaluării:
Display: Date afișate: Nivelul de ocluzie: Obligatoriu Rata KVO: Obligatoriu Data, ora: Obligatoriu Evenimente: Obligatoriu Alarmer: Obligatoriu	Nivelul de ocluzie: Da (pag.19 user manual); Rata KVO: Da (pag.19 user manual); Data, ora: Da (pag.19 user manual); Evenimente: Da (pag.19 user manual); Alarmer: Da (pag.19 user manual);	Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.
Pentru lotul nr. 16 <i>Stație de andocare pentru pompe de perfuzie și infuzie (caracteristici avansate)</i> :		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferat conform specificațiilor tehnice:	S-a constatat în procesul evaluării:
Display - Date afișate: Moduri de infuzie: Dozarea în timp: Da Modul crescător și descrescător: Da	"Moduri de infuzie: Dozarea în timp - DA, pag 29 User Manual (al fișierului);" "Modul crescător și descrescător - DA, pag 29 User"	Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.

	Dozarea micro-perfuzie: Da	Manual (al fișierului): "Dozarea micro-perfuzie - DA, pag 29 User Manual (al fișierului);"	Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.
	Porturi pentru ieșirea datelor: Interfață de comunicare: Da Port pentru alarmă la distanță: Da	Porturi pentru ieșirea datelor: Interfață de comunicare - DA, pag 16 User Manual (al fișierului); "Port pentru alarmă la distanță - DA, pag 16 User Manual (al fișierului);"	
	Pentru lotul nr. 26 <i>Electrocardiograf cu 12 canale (260230)</i> :		
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform specificațiilor tehnice:	S-a constatat în procesul evaluării:
Nr. Rg02-4987 din 12.11.2025 Ancotec-Sistem SRL	Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator obligatoriu	Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator - DA pag. 2 SE-1201 ECG Specification V1.4;	Se solicită clarificarea care este softul oferit și dacă va fi instalat la livrare.
	Pentru lotul nr. 23 <i>Autoclav cu vacuum 40l (270120)</i> :		
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform specificațiilor tehnice:	S-a constatat în procesul evaluării:
	Exterior metalic galvanizat sau oțel inox	Exterior metalic galvanizat sau oțel inox	Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.
Nr. Rg02-4988 din 12.11.2025	Alarme acustică vizuală	Alarme acustică vizuală	Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.
	Suprafața exterioară să nu se încălzească	Suprafața exterioară să nu se încălzească	Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.
	Ciclu de sterilizare: Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu Pre și post vacuum selectabil	Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu Pre și post vacuum selectabil	Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.
	Precizie timp de sterilizare 1 min	Precizie timp de sterilizare 1 min	Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.
	Pentru lotul nr. 3 <i>Ultrasonograf General, OB-GYN</i> , lotul nr. 14 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) și Lot nr. 22 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) cod generic 130510 se solicită clarificarea specificațiilor tehnice aferente, în conformitate cu cele menționate în anexă.		Nr. 1711/25DM-2 Data: 17.11.2025

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Lotul nr. 3 *Ultrasonograf General, OB-GYN*:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform specificațiilor tehnice:	S-a constatat în procesul evaluării:
Afișare frecvență — obligatoriu Afișare viteză — obligatoriu	Da, Image Quality, Datasheet N8, pag 5 Da, Velocity, Datasheet N8, pag 6	Se solicită clarificarea suplimentară dacă este afișat pe ecran în timpul investigației Doppler frecvența și viteza
Focalizare de transmisie ajustabilă — obligatoriu Focalizare de recepție dinamică — obligatoriu	Da, DPF, Dynamic Pixel Focusing, Datasheet N8, pag 2 Da, DPF, Dynamic Pixel Focusing, Datasheet N8, pag 2	Întrucât pentru ambii parametri a fost indicată funcția DPF (Dynamic Pixel Focusing), se solicită clarificarea detaliată a modului în care această funcție asigură focalizarea de transmisie și focalizarea de recepție, conform cerințelor tehnice.
Bătăile fătului și mărimilor hemodinamice ca: PI (Pulsatility Index): Indexul de pulsabilitate RI (Resistance Index): Indexul de rezistență PS (Peak Systolic Velocity): Viteza sistolică maximă DS (Diastolic Speed): Viteza diastolică Volumul fluxului (Flow volume)—obligatoriu	PI, N8 Manual Advanced, pag 38 RI, N8 Manual Advanced, pag 38 Da, N8 Manual Advanced, pag 38 ED, (End-Diastolic Velocity), N8 Manual Advanced, pag 37 Da, Flow volume, N8 Manual Advanced, pag 39	Pagina de referință indicată prezintă măsurători pentru aplicații Doppler generale. Având în vedere că, în caietul de sarcini, aceste măsurători sunt atribuite evaluării fetale, se solicită clarificarea suplimentară dacă acestea se pot efectua inclusiv pentru Doppler fetal, în aplicațiile obstetrice.

Pentru lotul nr. 14 *Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) cod generic 130510*:
(*caracteristici avansate*) cod generic 130510:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform specificațiilor tehnice:	S-a constatat în procesul evaluării:
Funcție de chemare asistentă: Obligatoriu	Funcție de chemare asistentă Nurse call - DataSheet BeneFusion eVP, pag. 2/Connectivity/ Multifunctional connector	Conform manualul prezentat pentru utilizarea funcției este necesar „To obtain nurse call signal, use the nurse call cable”. Astfel se solicită clarificarea dacă va fi livrat și întră în ofertă nurse call cable.
Alarmă: de flux obligatoriu Ușă deschisă obligatoriu	Alarmă de flux - „System Error” Da Ușă deschisă - „System Error” Da	Pentru a putea fi posibilă evaluarea se solicită să clarificați dacă în system error se afișază un careva cod de

			eroare specific pentru flux sau că este ușa deschisă pentru a putea fi înțeleasă de către utilizator.	
Nr. Rg02-4989 din 12.11.2025 SC „Neotec” SRL	Pentru lotul nr. 3 <i>Ultrasonograf General, OB-GYN</i> :			Nr. 0053 din 14.11.2025
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform specificațiilor tehnice:	S-a constatat în procesul evaluării:	
	Afișare viteză — obligatoriu	Afișare viteză — obligatoriu Da, Pag. 5/17 Product Specification	Se solicită clarificarea suplimentară dacă este afișat pe ecran în timpul investigației Doppler viteza sângelui.	
	Focalizare de recepție dinamică — obligatoriu	Focalizare de recepție dinamică — obligatoriu DA, Pag. 6-5 User Manual	Nu se regăsește confirmarea focalizării de recepție.	
	Măsurarea automată a FHR — obligatoriu	Măsurarea automată a FHR — obligatoriu DA, Pag. 9-26 User Manual	Se solicită confirmarea măsurării FHR în mod automat	
	Imprimantă digitală alb-negru — obligatoriu	Imprimantă digitală alb-negru — obligatoriu Da, Pag. 2/17 Product Specification	Conform referinței se “Thermal printer storage” se solicită confirmarea dacă va fi oferită și imprimantă.	
	UPS cu dublă conversie — obligatoriu	UPS cu dublă conversie — obligatoriu Da	Nu se regăsește confirmarea UPS în documente tehnice.	
Nr. Rg02-4991 din 12.11.2025 Tetis International Co. SRL	Pentru lotul nr. 5 <i>Tensiometru electronic automat pediatric</i> :			
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform specificațiilor tehnice:	S-a constatat în procesul evaluării:	
	Accesorii 3 manșete pentru copii cu dimensiuni diferite: 7-12 cm, 11-19 cm, 18-26 cm, abatere ±1 cm	Accesorii 3 manșete pentru copii cu dimensiuni diferite: GIMA code 32817(9,5-13,5cm), GIMA cod 32886 (13-19cm), GIMA cod 32910 (19-27cm) Vezi catalog cu nr de lot respectiv, pag.11-13 si altele	Conform manualului anexat la ofertă (pagina 7), se menționează următoarea precizare: „Atenție: Aparatul va fi utilizat numai împreună cu manșete originale.” În acest context, se solicită clarificarea dacă manșetele oferite sunt originale ale producătorului sau, în caz contrar, explicarea modului în care acestea pot fi utilizate, având în vedere avertismentul al producătorului privind folosirea exclusivă a manșetelor originale.	

Pentru lotul nr. 14 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate), Lot nr. 22 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) cod generic 130510, lotul nr. 27 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser, se solicită clarificarea specificațiilor tehnice aferente, în conformitate cu cele menționate în anexă.

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Lotul nr. 14 *Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate)* și lotul nr. 22 *Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate)* cod generic 130510

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform specificațiilor tehnice:	S-a constatat în procesul evaluării:
Date afișate LCD: Rata KVO Data, ora	Rata KVO; Data, ora DA, PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump	Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.
Trecerea automată în regim de așteptare: Obligatoriu	Trecerea automată în regim de așteptare: Obligatoriu DA, PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump	Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.
Funcție de chemare asistentă obligatoriu	Funcție de chemare asistentă: Obligatoriu	Conform specificațiilor majorității producătorilor, pentru utilizarea acestei funcții este necesar un cablu special pentru conexiunea <i>nurse call</i> . Se solicită clarificarea dacă, în cazul pompei oferite, funcția respectivă necesită accesorii suplimentare și, în caz afirmativ, dacă acestea sunt incluse în ofertă și vor fi livrate împreună cu echipamentul, pentru a permite utilizarea completă a funcției solicitate.
Protecție la flux liber: Obligatoriu	Protecție la flux liber: Obligatoriu ;	Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.
Alarmă acustică și vizuală: Alarmă de flux obligatoriu Rezervor gol: Obligatoriu	Alarmă de flux obligatoriu Rezervor gol: Obligatoriu ;	Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.
Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate: Obligatoriu	Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate: Obligatoriu ;	Conform manualului anexat, senzorul de picurare (<i>drop sensor</i>) este specificat ca accesoriu opțional. Se solicită clarificarea dacă acest accesoriu este inclus în oferta depusă și dacă va fi livrat împreună cu echipamentul, pentru a

			permite utilizarea funcției de monitorizare a fluxului soluției infuzate,	
Mod silence a alarmei obligatoriu	Mod silence a alarmei obligatoriu DA, PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump		Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.	
Programe de analiză presetate obligatoriu	Programe de analiză presetate obligatoriu DA		Nu se regăsește confirmarea în documentele tehnice anexate la ofertă.	
Pentru lotul nr. 27 <i>Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser:</i>				
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform specificațiilor tehnice:	S-a constatat în procesul evaluării:		
10. Sa fie inclus calculator pentru operarea cu imprimanta.	10. Sa fie inclus calculator pentru operarea cu imprimanta.DA, INTEGRAT IN PRINTER PAG 12 DIN EMR 8600P User Manual V A4	La pagina indicată se regăsește doar calculatorul integrat cu touchscreen. Se solicită clarificarea dacă se oferă imprimantă pentru calculator.		
11. Consumabile tehnice necesare (filtre HEPA, filtre de cărbune, etc) se va prezenta lista completă necesară pentru funcționarea dispozitivului. Toate consumabilele suplimentare se vor oferi în cantitate suficientă pentru a acoperi întreținerea pe perioada de garanție de minim 3 ani.	11. Consumabile tehnice necesare (filtre HEPA, filtre de cărbune, etc) se va prezenta lista completă necesară pentru funcționarea dispozitivului. Toate consumabilele suplimentare se vor oferi în cantitate suficientă pentru a acoperi întreținerea pe perioada de garanție de minim 3 ani. FUNCTIONEAZA PE BAZA LASERULUI DE 1 WATT SI NU NECESITA CONSUMABILE,FARA EMISII DE PRAF SI FUM	Se solicită confirmarea suplimentară că, în timpul funcționării echipamentului, nu se degajă substanțe nocive, fum, praf sau alte emisii care ar putea afecta sănătatea utilizatorului. Totodată, se solicită confirmarea că, pe durata perioadei de garanție, echipamentul nu necesită consumabile tehnice suplimentare pentru întreținere; în cazul în care acestea sunt necesare, se va prezenta lista completă a acestora și se va confirma includerea lor în preț total al ofertei.		
Training autorizat de la producător, ce atestă cunoștințe privind instalarea și deservirea imprimantei - obligatoriu	Training autorizat de la producător, ce atestă cunoștințe privind instalarea și deservirea imprimantei - obligatoriu DA	Se solicită prezentarea unei confirmări oficiale că inginerul companiei ofertante a efectuat instruirea autorizată de către producător, care atestă deținerea cunoștințelor necesare pentru instalarea, configurarea și deservirea imprimantei.		
Termen de garanție: ≥36 luni	Termen de garanție: ≥36 luni DA	Conform declarației de garanție este indicat 24 luni, se solicită prezentarea declarației privind termenul de garanție pentru acest lot.		

Nr. Rg02-5206 din 21.11.2025 SA Tehoptimed	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - Clarificărilor pentru lotul nr. 6 Lampa bactericidă UVC ecranată și anume diferența dintre modelul oferat MED 30 EKRA/LLC BACTOSFERA/ Ucraina și modelul înregistrat conform nr. de înregistrare AMDM (DM000624696) este MED 30.	Nr. 92 din 21.11.2025
Nr. Rg02-4990 din 12.11.2025 SA Tehoptimed	Pentru lotul nr. 4 Tensiometru electronic automat Adult, lotul nr. 8 Stetofonendoscop, lotul nr. 14 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate), lotul Lot nr. 22 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) cod generic 130510, lotul nr. 15 Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate), se solicită clarificarea specificațiilor tehnice aferente, în conformitate cu cele menționate în anexă	Nr. 82 din 17.11.2025 Nr. 86 din 17.11.2025

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Lot nr. 4 Tensiometru electronic automat Adult

- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice se solicită Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg se oferă 0-299mmHg, se solicită Accesorii manșetă pentru adulți, minim 25cm-maxim 45cm - 3 buc se oferă 22-42cm. Oferta operatorului economic MED-M SRL se acceptă ca ofertă alternativă conform criteriului de atribuire „ cel mai mic preț” menționat în anunțul de participare.
- Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază, nu corespunde cerințelor tehnice: se solicită Accesorii manșetă pentru adulți, minim 25cm-maxim 45cm - 3 buc se oferă 22-42cm";
- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază, nu corespunde cerințelor tehnice: Se solicita se solicita Accesorii manșetă pentru adulți, minim 25cm-maxim 45cm - 3 buc se oferă 22-44cm".
- Oferta operatorului economic Medglobalfarm SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lot nr. 5 Tensiometru electronic automat pediatric

- Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin. (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu a prezentat răspuns la clarificare.

Lot nr. 9 Refractometru pentru copii

- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lot nr. 10 Pneotonometru

- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lot nr. 11 Set de lentile oftalmologice

- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lot nr. 12 Lentila GOLDMANN 90D

- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde din documentația de atribuire: nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lot nr. 14 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate)

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se vor modifica parametrii tehnici.

Lot nr. 15 Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate)

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se vor modifica parametrii tehnici.

Lot nr. 16 Stație de andocare pentru pompe de perfuzie și infuzie (caracteristici avansate)

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se vor modifica parametrii tehnici.

Lot nr. 21 Refractometru (170400)

- Oferta operatorului economic Medpunkt SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice se solicită Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg se oferă 0-299mmHg, se solicită Distanța pupilară, mm diapazon minim 10 - 85 (pasul 1) se oferă pasul 0.01.
- Oferta operatorului economic Medpunkt SRL se acceptă ca ofertă alternativă conform criteriului de atribuire „ cel mai mic preț” menționat în anunțul de participare.
- Oferta operatorului economic Ancotec-Sistem SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază, nu corespunde cerințelor tehnice: se solicita Putere sferă (SPH) diapazon minim -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) se oferă - 25D +22D.
- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază, nu corespunde cerințelor tehnice: nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lot nr. 22 Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) cod generic 130510

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se vor modifica parametrii tehnici.

Lot nr. 25 Distilator DZ-10 litri CH p/u farmacie (270400)

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Valoarea ofertei depășește cu 30 % valoarea estimată a lotului.

Lot nr. 27 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser

- Oferta operatorului economic Labororium Grup SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- Oferta operatorului economic Ecochimie SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- Pentru fiecare lot ☒
- Pentru mai multe loturi cumulate ☐
- Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Potrivit pct.11 din anunțul de participare „se admit oferte alternative, prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut ☒
- Costul cel mai scăzut ☐
- Cel mai bun raport calitate-preț ☐
- Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

10. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

11. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate

12. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea solicitată	Preț unitar	Preț unitar	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model	Țară	Producător	Standarde de referință	Ofertant	Beneficiar
---------	--------------	--------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------	---------------	-------	------	------------	------------------------	----------	------------

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participantii din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Nr. Rg02-5405 din 01.12.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Conform demersului Nr. ieșire G -13 din 09.01.2026 al operatorului economic „ GBG-mld ”SRL informează despre refuzul de semnare a contractului cu beneficiarul IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, pentru lotul nr. 24 Căntar medical electronic cu stativ (130700).

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☒ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
AELO GRUP SRL	1011600009752	Cu capital autohton	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	33100000-1	251269335-0005-0425	60 012,0000	72 014,4000	22.12.2025	16.07.2026	22.03.2026
ANCOTEC-SISTEM SRL	1003600119209	Cu capital autohton	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	33100000-1	251269335-0013-0425	77 000,0000	92 400,0000	23.12.2025	16.07.2026	
IM DUTCHMED-M SRL	1009600033367	Cu capital autohton	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU	33100000-1	251269335-0088-0162	614 215,0000	737 058,0000	23.12.2025	16.07.2026	23.03.2026
IM DUTCHMED-M SRL	1009600033367	Cu capital autohton	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	33100000-1	251269335-0088-0425	119 950,0000	143 940,0000	23.12.2025	16.07.2026	23.03.2026

MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU	33100000- 1	251269335- 0509-0162	53 200,0000	63 840,0000	24.12.2025	16.07.2026	24.03.2026
SRL MEDPUNKT	1011600044267	Cu capital autohton	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU	33100000- 1	251269335- 0521-0162	60 000,0000	72 000,0000	29.12.2025	16.07.2026	29.03.2026
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU	33100000- 1	251269335- 0580-0162	25 158,0500	30 190,0000	23.12.2025	16.07.2026	23.03.2026
TRIUMF- MOTIV SRL	1012600021180	Cu capital autohton	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	33100000- 1	251269335- 0585-0430	581 900,0000	698 280,0000	30.12.2025	16.07.2026	30.03.2026

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.



Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG

