

ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI

1. Denumirea autorității contractante: **Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
2. IDNO: **1016601000212**
3. Adresa: **bd. Grigore Vieru 22/2, Chișinău, Moldova**
4. Persoana de contact: **Arvinte Irina**
5. Numărul de telefon/fax: **+373 22-222-364 +37368998428**
6. Adresa de e-mail a autorității contractante: office@capcs.gov.md
7. Adresa de internet unde sânt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: www.capcs.gov.md

8. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menționea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția este efectuată din numele unei asociații de autorități contractante): **Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate este o autoritate centrală de achiziție publică în domeniul sănătății, abilitată cu misiunea asigurării sistemului de sănătate național cu bunuri și servicii conform Hotărârii Guvernului nr. 1128/2016.**

9. Descrierea necesităților obiective și constrângerilor de natură tehnică, financiară și/sau contractuală ce caracterizează nevoia autorității contractante de a organiza procesul respectiv de consultare a pieței: **În cadrul procesului de consultare a pieței se urmărește identificarea capacității pieței de a oferi soluții în corespondere cu necesitățile autorității contractante, furnizarea de informații în legătură cu dezvoltarea pieței pentru a satisface necesitatea părții contractante, precum și informarea persoanelor/organizațiilor cu privire la achizițiile și cerințele acestora. De asemenea, consultarea pieței este necesară pentru obținerea de informații de la participanți în vederea pregătirii achiziției și desfășurarea procedurii de atribuire prin raportare la obiectul contractului de achiziție a Destinație: pentru efectuarea procedurii de citalafereză la donatorul de celule - Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma pentru necesitățile Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, dezvoltarea opțiunilor de contractare, dar și pentru reducerea numărului de clarificări la Documentația de atribuire și depunerea de contestații efectuate ulterior inițierii procedurii de atribuire.**

Documentația de atribuire și istoricul procedurii de achiziție pentru Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma pot și vizualizate accesând următoarele linkuri:

<https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754914644988?tab=contract-notice>

<https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1765200071131?tab=contract-notice>

<https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1769094466059?tab=contract-notice>

Aspectele supuse consultării în procesul de consultare a pieței:

- **Tehnologie automatizată - Separarea componentelor (plasmă, trombocite): prin centrifugare cu seturi sterile de unica folosință.**

- **Cerințe către funcționalitatea dispozitivelor care urmează a fi oferite în comodat.**

- **Valoarea estimativă pentru furnizarea Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma pentru necesitățile Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, (prețul fără TVA per unitate care va include toate cheltuielile cu operațiunile necesare, raportat la specificațiile tehnice anexate), termenul de livrare, îmbunătățirea specificațiilor tehnice întru asigurarea concurenței. Autoritatea contractanta garantează confidențialității informației comerciale recepționate declarate de**

participanții la consultare ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală

10. Termenul-limită de transmitere a propunerilor persoanelor/organizațiilor interesate în cadrul procesului de consultare a pieței: **03.04.2026.**

11. Descrierea modalității de desfășurare a consultării pieței, inclusiv modul în care se va realiza interacțiunea cu operatorii economici ce răspund la invitația autorității contractante: **operatorii economici interesați pot trimite participa la ședință online, care se va desfășura la data de 06.04.2026, ora 10:00, la link-ul: <https://zoom.us/j/3709827993?pwd=QkY0RFZLN2V6a1oxdDZ3a3ZrRE83dz09&omn=98866245200>**

12. Orice alte informații relevante privind procesul consultării pieței: **nu sunt.**

Conducătorul autorității contractante: Gheorghe GORCEAG semnat electronic

Obiectul: **Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma**

Descriere generală. Beneficiar: **Centrul Național de Transfuzie a Sângelui**

Cod CPV: 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Termenul de livrare/prestare	Valoarea estimată fără TVA
1	Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma	<p>Cerințe față de dispozitivul medical, necesar în procesul de colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma de la donator, total – 2500 seturi.</p> <p>Pentru asigurarea activității de realizare a solicitărilor IMS de concentrat de plachete în timp real și utilizarea seturilor oferite, este necesar de a aplica în activitatea de recoltare trombocite cel puțin 4 (patru) dispozitive medicale identice ca model de performanță.</p> <p>Cerințe față de dispozitivul medical care urmează a fi transmise în comodă, necesar- 4 bucăți</p> <p>Destinație: pentru efectuarea procedurii de citaferază la donatorul de celule.</p> <p>Tehnologie automatizată, de tip închis.</p> <p>Separarea componentelor (plasmă, trombocite): prin centrifugare cu seturi sterile de unica folosință.</p> <p>Cerințe către funcționalitatea dispozitivului:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Asigurat cu Pompă pentru sânge.b) Asigurat cu Pompă pentru anticoagulant.c) Asigurat cu Pompe pentru componenți separate.d) Nu mai puțin de patru detectoare pentru bula de aer în tubulatura setului.e) Nu mai puțin de 5 clame de închidere a liniei de plasmă/trombocite/sânge/soluție anticoagulant.f) Mecanismul de închidere a centrifugii rapid (prin apăsare).g) Detector a presiunii intravenoase la donator.h) Posibilitatea schimbării parametrilor în timpul procedurii fără întreruperea procedurii.i) Manjeta reglabila.î) Posibilitatea modificării vitezei pompelor.j) Ecran tactil ce permite programarea parametrilor.k) Scaner de barcod și port de conectare la internet pentru manipulări de la distanță.l) Husa de protecție din silicon 1 bucata	set	2500	I tranșa- martie, II tranșa- mai, III tranșa- august, IV tranșa- octombrie.	7267441,86

Tensiunea de alimentare: 220V, 50 Hz

Va pune la dispoziția beneficiarului în mod gratuit cel puțin 4 dispozitive medicale identice ca model de performanță

- Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.
- Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivelor medicale cel puțin 4 (patru) la număr, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar, și semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de comodat.
- Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor.
- Asigurarea deservirii tehnice/reparație a dispozitivelor medicale oferite în comodat pe toată perioada de executare a contractului.

Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma 2500 bucăți

Destinație: pentru colectarea trombocitelor în doză dublă de trombocite și una doză de plasmă.

Proprietățile componentelor obligatorii a setului:

Materiale de bază ale plasticului – polivinilhidrolid și/sau dietilftalat;

Asigurat cu tehnologie de deleucocitare pentru obținerea produsului finit deleucocitat.

Ac tip 16/17 G, cu fisura laterală;

Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent;

Soluție anticoagulantă:

- a) recipient de plastic,
- b) volum de 500 ml;
- c) sterilă, apirogenă;
- d) asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport;
- e) conținut de citrat, dexroză.

Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator:

- a) pentru eprubetă vacuum;
- b) dotată cu holder și ac;
- c) integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare;

d) asigurat cu clamă.

Containerul pentru colectarea și depozitarea plachetelor va fi asigurat:

a) 2 la număr

b) cu posibilitatea recoltării de la donator a două doze de trombocite.

c) cu recoltarea automată a concentratului de trombocită în containerele de plastic, fără manipulări mecanice suplimentare în procesul de recoltare.

d) racordul, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie;

e) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie.

Setul de colectare a trombocitelor să fie asigurat cu rezervor/fiolă pentru colectarea probelor/plachetelor la examinarea controlului calității (preferabil ca capacitatea totală a probei să fie nu mai mică de 8 ml);

Containerul pentru recoltarea și depozitarea plasmei va fi asigurat:

a) 1 la număr;

b) cu o capacitate de la 600 ml până la 1000 ml $\pm 10\%$;

c) două orificii, în partea superioară, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine;

d) racordul, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie;

e) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie;

Tubulatura de conexiune la soluția anticoagulantă să fie asigurată cu filtru.

Eticheta de fond și marcajul containerelor pentru colectarea componentelor sanguine – inviolabilă, rezistentă la umiditate sporită, cu inscripțiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul și notificarea „STERIL”, asigurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor.

Forma de ambalare: fiecare set sau componentă a setului va fi ambalat separat, în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termeni de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia.