

DARE DE SEAMĂde atribuire a contractului de achiziții publice ☐Nr. 1 din 17.07.2026

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lisenco Gabriela

1. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Licitatie deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1770895129102 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1770895129102?tab=contract-notice Data publicării: 13.02.2026

13 febr 2026, 13:50

Subiectul întrebării:

Lot.1 Monitor de pacient portabil

Întrebare:

Stația centrală de monitorizare BeneVision CMS de la Mindray este deja la dispoziția instituției, înțelegem intenția beneficiarului de a utiliza la maximum echipamentul. Dar dacă luăm în considerare procentul, costul stației de monitorizare reprezintă aproximativ 5% din costul total al lotului, ceea ce pune la îndoială fezabilitatea economică a acestei condiții din caietul de sarcini, deoarece dacă la licitație există mai multe oferte, și nu doar una, aveți posibilitatea de a alege. Vă rugăm să eliminați această cerință și, dacă este necesar, să adăugați la lot cerința privind stația de monitorizare la cele 20 de monitoare propuse. Vă mulțumim!

Răspuns (18 febr 2026, 14:28):

Mulțumesc pentru clarificare! Solicitarea este creată în considerentele necesarului beneficiarului. La moment, beneficiarul dispune de o stație centrală la care este deja conectat un întreg sistem de dispozitive medicale. Cerința privind compatibilitatea cu stația centrală existentă, funcțională și deja bine pusă la punct, asigură funcționalitatea sistemului medical integrat deja implementat în instituție. Achiziționarea unor monitoare incompatibile ar conduce la fragmentarea sistemului de monitorizare, la costuri suplimentare ulterioare pentru integrare și la dificultăți operaționale în utilizare.

Data:

13 febr 2026, 17:32

Subiectul întrebării:

lot.1 Monitor de pacient portabil

Întrebare:

Referitor la cerința: „Monitor de pacient portabil (sistem), conceput pentru a fi purtat direct de pacient, permițând monitorizarea continuă a semnelor vitale chiar în timpul deplasării acestuia prin secție sau spital” - considerăm că această formulare este nejustificată din punct de vedere clinic și tehnic, având în vedere parametrii solicitați ulterior (ECG, SpO₂ și NIBP). 1. Incompatibilitate clinică și practică Parametrii menționați: ECG; SpO₂; NIBP nu sunt destinați monitorizării active în timpul deplasării pacientului. NIBP (tensiunea arterială neinvazivă) necesită imobilitatea brațului pentru a asigura o măsurare corectă. În timpul mersului, măsurarea este imprecisă sau imposibilă din cauza mișcărilor și artefactelor. SpO₂ este deosebit de sensibil la mișcare, iar deplasarea pacientului generează artefacte semnificative. ECG în condiții de mers produce interferențe și artefacte de mișcare, exceptând situațiile specifice de stress test ECG (care nu fac obiectul acestei achiziții). Prin urmare, solicitarea unui monitor „purtat direct de pacient” pentru monitorizarea acestor parametri în timpul deplasării nu reflectă o necesitate clinică reală în contextul monitorizării standard de salon sau ATI. 2. Lipsa justificării medicale În practica clinică uzuală, monitorizarea ECG, SpO₂ și NIBP: se realizează în poziție de repaus (pat, scaun, targă), nu este destinată evaluării în timpul deplasării libere prin secție (ex: deplasare la toaletă). Dacă obiectivul este supravegherea continuă în cazul transferului pacientului (ex: între secții), acest lucru poate fi realizat prin: monitoare portabile clasice pe suport mobil sau monitoare de transport. Nu este necesar un sistem purtat direct pe corp pentru a îndeplini această funcție. 3. Propunere de reformulare Se propune reformularea cerinței astfel: Monitor de pacient portabil sau sistem de telemetrie care permite monitorizarea continuă a parametrilor vitali, inclusiv în timpul transportului pacientului în cadrul secției sau spitalului. Această formulare menține obiectivul funcțional, evită impunerea unei soluții tehnice restrictive, permite participarea mai largă a operatorilor economici.

Răspuns (18 febr 2026, 14:29):

Vă rugăm să clarificați dacă parametrul „DVD/CD-RW încorporat” se referă strict la integrarea acestuia în sistemul USG de tip laptop sau dacă este acceptabilă și varianta unui dispozitiv DVD/CD-RW instalat pe troleu extern. Totodată, dorim să menționăm că, în prezent, utilizarea unităților DVD/CD-RW nu mai este considerată o cerință strict necesară, având în vedere că stocarea și transferul datelor medicale se realizează, în mod uzual, prin intermediul serverelor PACS sau al mediilor de stocare USB. Aceste soluții sunt mai rapide, mai sigure și mai eficiente, în timp ce suporturile optice de tip DVD/CD sunt considerate tehnologii învechite.

Răspuns (20 febr 2026, 10:01):

Bună ziua, parametrul „DVD/CD-RW încorporat”, vizează de asigurarea posibilității de inscripționare a investigațiilor pe suport optic, fără a impune în mod strict integrarea fizică a unității în carcasa sistemului USG tip laptop. În acest sens, este acceptabilă și varianta unui dispozitiv DVD/CD-RW extern, instalat pe troleul echipamentului, cu condiția ca acesta să fie livrat împreună cu sistemul, să fie pe deplin compatibil și să permită funcționarea sigură și integrată în fluxul clinic. Menționăm că soluțiile moderne de stocare (PACS, USB) pot fi utilizate suplimentar, însă cerința privind suportul optic rămâne valabilă ca opțiune disponibilă.

Mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 22 Incalzitor de pacient

Data:

17 febr 2026, 12:00

Subiectul întrebării:

Solicitare

Întrebare:

Stimată Autoritate Contractantă, Referitor la specificația tehnică în care este menționată cerința de instalare prin intermediul unui trolu, vă rugăm respectuos să confirmați acceptabilitatea unei soluții alternative de montare, și anume fixarea aparatului pe stativul de perfuzie sau pe bara laterală a patului. Această soluție de instalare asigură o fixare stabilă și sigură a echipamentului, permite utilizarea facilă în condiții clinice și este utilizată pe scară largă în practica medicală, având aceleași beneficii funcționale și de siguranță ca și montarea prin trolu. Prin urmare, vă rugăm să confirmați dacă este acceptabilă oferta unui echipament care poate fi atașat la stativul de perfuzie sau la bara laterală a patului, în locul montării prin trolu. Vă mulțumim anticipat pentru clarificare.

Răspuns (20 febr 2026, 10:02):

Bună ziua, cerința privind instalarea dispozitivului încălzitor de pacient prin intermediul unui trolu; precizăm că aceasta a fost stabilită având în vedere destinația utilizării echipamentului în sălile de operație, unde paturile nu sunt prevăzute cu bare laterale pentru fixare. În acest context, soluțiile alternative de montare (ex. fixare pe stativ de perfuzie sau prin braț dedicat) pot fi acceptate doar cu condiția includerii în ofertă a sistemului complet de susținere (braț/suport compatibil), care să asigure stabilitate, siguranță și funcționalitate echivalentă trolului solicitat. Mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 21 Ultrasonograf cardiovascular performanță înaltă (EXPERT), portabil cu trolu

Data:

18 febr 2026, 18:25

Subiectul întrebării:

Reglare troleu

Întrebare:

Întrebare:

Buna ziua, conform informatiei incarcate pe platforma bugetul este 425 000, iar conform ultimului anunt de participare este indicat 42 000, rugam sa verificati trebuie sa fie aceleasi informatii. Multumim

Răspuns (20 febr 2026, 10:08):

Bună ziua, valoarea estimată entru lotul nr. 12 este de 42000, autoritatea contractantă a solicitat suportul tehnic în vederea modificării valorii estimative și în sistemul electronic. Mulțumim pentru clarificare.

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare <i>(după caz)</i>	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit <i>(după caz)</i>	

Până la termenul-limită (data 17 martie 2026, 14:19), au depus oferta 5 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	IM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	Prodan Sveatoslav
2	ICS Eyecon Medical SRL	1012600036108	Carstocea Ioan - Razvan
3	Ecochimie SRL		
4	SA Tehoptimed	1003600087162	Stela Potînga
5	AELO GRUP SRL	1011600009752	Cobzari-Turcan Rodica
6	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
7	IM IMUNOTEHNOMED SRL	1002600012565	Sergiu Rata
8	LifeMedGrup SRL	1016600014720	Andrei Ionașcu
9	TetisInternational SRL	1003600043595	Vidiborschii Vladimir
10	ALMICOMTEH-TECH SRL	1020600017041	Mihai Volcovschi

	22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei																		
Specificația de preț	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

	nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.																		
Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor/operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	+		+	+	+	+	182.1	+	+	+	+	+	1.01	+	36.2	+	+	+

Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală-confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dovada înregistrării în Lista producătorilor	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	MD202 4-8- EEE- 020		MD 202 4-6- EEE - 128 6	MD2 024- 6- EEE- 002- D	MD20 25-7- EEE- 026	MD2 024- 4- EEE- 009	MD2025- 6-EEE- 087		MD20 24-8- EEE- 043	MD 202 4-8- EE E- 099	M D2 02 4- 5- EE E- 01 8	MD202 5-4- EEE- 002	MD2025 -7-EEE- 116	MD20 24-5- EEE- 012	MD202 4-8- EEE- 082	MD202 5-2-A- 384	MD202 3-9- EEE- 002
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru loturile ce nu au statut de dispozitiv medical se vor accepta echipamentele electrice și electronice - Cerințe pentru echipamentele electrice și electronice (care nu sunt dispozitive medicale). Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	CE/IS O	CE/IS O	+	+

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1	Monitor de pacient portabil	bucată	20	93,625.00	I.M. "Dutchmed-M" S.R.L.	Corespunde	Corespunde
2	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L cu o ușă	bucată	1	320,000.00	ICS Eyecon Medical SRL	Corespunde	Corespunde
3	Autoclav	bucată	1	310,000.00	ICS Eyecon Medical SRL	Corespunde	Corespunde
4	Termometru pentru frigider	bucată	210	123.85	Ecochimie SRL	Corespunde	Corespunde
4	Termometru pentru frigider	bucată	210	143.33	SA Tehoptimed	Corespunde	Nu s-a verificat
5	Monitor pacient mobil cu trolu	bucată	1	22,490.00	AELO GRUP	Corespunde	Corespunde
5	Monitor pacient mobil cu trolu	bucată	1	22500.00	ICS Eyecon Medical SRL	Corespunde	S-a solicitat: „Mobilitate: 4 roți pivotante, diametru ≥ 100 mm, cel puțin 2 cu frâne”. S-a oferat: „Mobilitate: 5 roți pivotante, diametru ≥ 73 mm, cel puțin 2 cu frâne”.
5	Monitor pacient mobil cu trolu	bucată	1	23000.00	I.M. "Dutchmed-M" S.R.L.	Corespunde	S-a solicitat: „Mobilitate: 4 roți pivotante, diametru ≥ 100 mm, cel puțin 2 cu frâne”. S-a oferat: „Mobilitate: 5 roți pivotante, diametru ≥ 75 mm, cel puțin 2 cu frâne”.
6	Termometru mecanic de salon	bucată	21			Contractul/lotul nu a fost atribuit	Contractul/lotul nu a fost atribuit
7	Peakflowmetru (PEF meter) digital adulți	bucată	13			Contractul/lotul nu a fost atribuit	Contractul/lotul nu a fost atribuit
8	Peakflowmetru (PEF meter) digital pediatric		8			Contractul/lotul nu a fost atribuit	Contractul/lotul nu a fost atribuit
9	Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și Videogastroscopie (caracteristici avansate)	bucată	1	995,321.00	SC"Imunotehnomed"SRL	Corespunde	Corespunde
9	Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și Videogastroscopie (caracteristici avansate)	bucată	1	1399955.00	GBG-MLD SRL	Corespunde	Depășire 30%
10	Rectoscop rigid		1			Contractul/lotul nu a fost atribuit	Contractul/lotul nu a fost atribuit
11	Sistem de poligrafie cardiorespiratorie		1			Contractul/lotul nu a fost atribuit	Contractul/lotul nu a fost atribuit
12	Spirometru pentru PC	bucată	1	55000.0000	ICS Eyecon Medical SRL	Corespunde	30%
12	Spirometru pentru PC		1		LifeMed Group SRL	Corespunde	30%
14	Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM)		5	5068.5200	SA Tehoptimed	Anulare pe G-for fi rivizuite specificatiile	
14	Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM)		5	29475.0000	Tetis International Co. SRL		

22	Incalzitor de pacient	bucată	5	28.800.00	X-Lab Solutions SRL	Corespunde	Corespunde
23	Dispozitiv de sigilare mecanic	bucată	10	9.900.00	ICS Eyecon Medical SRL	Corespunde	Corespunde
24	Densitometru McFarland	bucată	1	20.635.00	GBG-MLD SRL	Corespunde	Corespunde
24	Densitometru McFarland		1	25225.0000	Ecochimie SRL	Corespunde	Nu s-a verificat

În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic			
Nr.Rg02-2307 din 28 aprilie 2026	AELO GRUP SRL GBG-MLD SRL TRIUMF MOTIV SRL LABROMED LABORATOR SRL I.M DUTCHMED-M SRL HEALTH MEDICAL SOLUTIONS SRL	Ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor, în temeiul art.17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender, original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 04.05.2026. Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art.17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.	OE au prezentat formularele actualizate			
Nr. Rg02-2200 din 22.04.2026	AELO GRUP	Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunurilor și serviciilor din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1770895129102 privind <i>Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4)</i>, comunică următoarele: Pentru lotul nr. 5 Monitor pacient mobil cu trolu <table><tr><td>1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr></table>	1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Prin prezenta, AELO GRUP SRL, drept răspuns la solicitarea de clarificări transmisă la data de 22.04.2026 prin scrisoarea nr. Rg02-2200, vă comunică următoarele: Pentru lotul nr. 5 – Monitor pacient mobil cu trolu 1. Referitor la solicitarea privind prezentarea listei de dezinfectanți sau a substanțelor active validate de producător: Conform manualului de utilizare (pag. 183): Agenți de curățare validați: - Detergent ușor, aproape neutru - Etanol (75%) - Izopropanol (70%) Dezinfectanți validați: - Etanol (75%) - Izopropanol (70%) - Cidex OPA (pentru dezinfecție de nivel înalt – sondă intracavitară)
1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:				

		Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități: poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 75 cm Rotile: Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit +accesorii inclusă	Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Da (pag 2 brochura) Funcționalități: poziționare sedentară Da (pag 2 brochura) poziționare Trendelenburg Da (pag 2 brochura) poziționare anti-Trendelenburg Da (pag 2 brochura) Controlul de către asistentă Da (pag 2 brochura) Blocarea control pacient Da (pag 2 brochura) Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat 270 kg (pag 7 brochura) Înălțime Ajustabilă 39-80cm (pag 7 brochura) Rotile: Diametru 15cm (pag 7 brochura) Sistem de blocare la minim 2 rotile Da (pag 7brochura) Parapete de protecție laterale formate din 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate aibă cadru pentru detector radiologic 43 x 55 cm (pag 7 brochura) Alimentare 220 V, 50 Hz (pag 7 brochura) Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit MT 02 + IV-pole (pag 7 brochura)	complet, original, emis de producător.	- Diametrul roților trolului este de 7 cm (imagine anexată). - Structura trolului este realizată din: - bază din metal vopsit; - stâlp de susținere din aluminiu. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, anexăm materiale foto și video ale trolului. Vă stăm la dispoziție pentru orice informații suplimentare.
		Saltele lavabile: ortopedică inclusă	Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit MT 02 + IV-pole (pag 7 brochura)	Se solicită prezentarea modelului ofertat, inclusiv a documentelor tehnice confirmative, cum ar fi: datasheet, catalog și altele, originale emise de producător.	

			Bănulescu Bodoni Str.,45/416; Chisinau, MD-2001; R Moldova Tel: + 373 22 260-602; Fax: + 373 22 260-601 irina@denolga.com; www.denolga.com Prin urmare, mânerul este fabricat din titan, lamelele din oțel inoxidabil iar această combinație a materialului este special gândită pentru a oferi o structură robustă, extrem de ușoară, facilitând manevrarea în timpul procedurilor de intubare, cu o durabilitate extremă, în comparație cu instrumentele tradiționale.									
Nr. Rg02-2202 din 22.04.2026	GBG-MLD SRL	Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunurilor și serviciilor din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1770895129102 privind <i>Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4)</i>, comunică următoarele: Pentru lotul nr. 16 Dispozitiv chirurgical (cu tehnologia de sigilare a vaselor): <table><tr><th>3. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th><th>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th><th>S-a constatat în procesul evaluării:</th></tr><tr><td>Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața ≥ 350 cm², fără latex, autoclavabil la 134°C de minim 75 ori sau electrod pasiv de unică utilizare (set de min.100 buc) 2 buc. reutilizabil sau 2 set. de unică folosință</td><td>Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața ≥ 350 cm², fără latex, autoclavabil la 134°C de minim 75 ori 2 buc. DA, Cod: 242-003 din Bowa-Accesorii</td><td>Se solicită prezentarea documentelor tehnice confirmative pentru modelul 242-003 oferat, precum și confirmarea respectării cerinței „fără latex”.</td></tr><tr><td>Troliu (opțional): Să se indice modelul oferit – model</td><td>Să se indice modelul oferit – DA, Bowa_Accesorii</td><td>Nu au fost prezentate informații de identificare pentru troliul oferat (precum modelul, numărul de catalog sau alte detalii relevante), și nici documente tehnice confirmative pentru acest produs.</td></tr></table> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAЕ, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferate, precum și alte	3. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața ≥ 350 cm ² , fără latex, autoclavabil la 134°C de minim 75 ori sau electrod pasiv de unică utilizare (set de min.100 buc) 2 buc. reutilizabil sau 2 set. de unică folosință	Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața ≥ 350 cm ² , fără latex, autoclavabil la 134°C de minim 75 ori 2 buc. DA, Cod: 242-003 din Bowa-Accesorii	Se solicită prezentarea documentelor tehnice confirmative pentru modelul 242-003 oferat, precum și confirmarea respectării cerinței „fără latex”.	Troliu (opțional): Să se indice modelul oferit – model	Să se indice modelul oferit – DA, Bowa_Accesorii	Nu au fost prezentate informații de identificare pentru troliul oferat (precum modelul, numărul de catalog sau alte detalii relevante), și nici documente tehnice confirmative pentru acest produs.	Nr. ieșire: G-316 din 24.04.2026 Prin prezenta, compania “GBG-MD” SRL, care : oferat în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 21565173/ocds-b3wdp1-MD-1770895129102 privind “Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.4)”, și urmare a scrisorii de clarificare nr. Rg02-2202 din 22.04.2026, dorim să precizăm următoarele: Lot nr. 16 Dispozitiv chirurgical (cu tehnologia de sigilare a vaselor): 1. Referitor la cerința “Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafață >=350 cm2, fără latex, autoclavabil la 134 C de minim 75 ori sau electrod pasiv de unică utilizare (set minim 100 buc.) 2 buc. reutilizabil sau 2 set. de unică folosință“ dorim să menționăm următoarele: cerința este îndeplinită prin trimiterea la documentul Electrod pasiv 242-003 _descriere. Conform tabelului de la pag.3/18, este indicat că Electrocul pasiv cu codul 242-003 este din cauciuc. Elementele în compoziția cărora este indicat faptul că conțin latex, acest fapt este indicat. Drept exemplu servește descrierea elementului cu codul 194-075. Fig.1 Descriere Elemente neutre Drept dovadă suplimentară servește descrierea Elementului neutru 242-003 de pe pagina oficială al producătorului. Fig.2 Descriere Element neutru 242-003 Adăugător se prezintă și Declarația producătorului.
3. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:										
Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața ≥ 350 cm ² , fără latex, autoclavabil la 134°C de minim 75 ori sau electrod pasiv de unică utilizare (set de min.100 buc) 2 buc. reutilizabil sau 2 set. de unică folosință	Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața ≥ 350 cm ² , fără latex, autoclavabil la 134°C de minim 75 ori 2 buc. DA, Cod: 242-003 din Bowa-Accesorii	Se solicită prezentarea documentelor tehnice confirmative pentru modelul 242-003 oferat, precum și confirmarea respectării cerinței „fără latex”.										
Troliu (opțional): Să se indice modelul oferit – model	Să se indice modelul oferit – DA, Bowa_Accesorii	Nu au fost prezentate informații de identificare pentru troliul oferat (precum modelul, numărul de catalog sau alte detalii relevante), și nici documente tehnice confirmative pentru acest produs.										

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Moduri de imagistică: M-mode anatomic DA (opțional);	Da, Free Xros, Datasheet M9, pg2	Nu este clar dacă soluția oferată a fost inclusă în ofertă, aceasta fiind marcată ca opțională în datasheet-ul producătorului.
	Moduri de imagistică: DOPPLER Tip: continuu (CW)	DA,Datasheet M9, pg2-3	Nu este clar dacă soluția oferată a fost inclusă în ofertă, aceasta fiind marcată ca opțională în datasheet-ul producătorului.
	Moduri de imagistică: DOPPLER Tip: tisular (TDI/TVI)	DA,Datasheet M9, pg2-3 TDI ,p2d	Nu este clar dacă soluția oferată a fost inclusă în ofertă, aceasta fiind marcată ca opțională în datasheet-ul producătorului.
	Măsurări automatizate DA	Da, Measurement, Datasheet M9, pg13	Nu este clar dacă soluția oferată a fost inclusă în ofertă, aceasta fiind marcată ca opțională în datasheet-ul producătorului.
	Calcul automate DA;	Da, TTQA, AutoEF, IMT, s.a. Datasheet M9, pg10, 12	Nu este clar dacă soluțiile oferate a fost incluse în ofertă, acestea fiind marcate ca opționale în datasheet-ul producătorului.
	MĂSURĂRILE ȘI CALCULE NECESARE: Cordului: Calcularea fracției de ejeție al ventriculul stâng DA;	Da, AutoEF; Datasheet M9, pg12	Nu este clar dacă soluția oferată a fost inclusă în ofertă, aceasta fiind marcată ca opțională în datasheet-ul producătorului.
	Pachet IMT (Intima Media Thickness) cu măsurare automata;	Da, IMT, Datasheet M9, pg16	Nu este clar dacă soluția oferată a fost inclusă în ofertă, aceasta fiind marcată ca opțională în datasheet-ul producătorului.
	Video/Audio DA;	Da, Datasheet M9, pg20	Nu este clar dacă soluția oferată a fost inclusă în ofertă, aceasta fiind marcată ca opțională în datasheet-ul producătorului.
	DICOM 3.0 DA;	Da, Datasheet M9, pg15	Nu este clar dacă soluțiile oferate a fost incluse în ofertă, acestea fiind marcate ca opționale în datasheet-ul producătorului.
	Să fie prezentate mostre video cu opțiunile solicitate (moduri și calcule, sus menționate), obținute de pe un dispozitiv identic propus.	Da, la solicitare se va prezenta	Se solicită prezentarea mostre video cu opțiunile solicitate (moduri și calcule, sus menționate), obținute de pe un dispozitiv identic propus.
	Să fie prezentate mostre video cu opțiunile solicitate (moduri și calcule, sus menționate), obținute de pe un dispozitiv identic propus.	Da, la solicitare se va prezenta	Se solicită ofertantului să prezinte clarificări privind mostrele video solicitate, cu confirmarea expresă că acestea pot fi furnizate pentru toate opțiunile, modurile și calculele indicate în cerință și că

PORTUL PENTRU TRADUCĂTOARE ACTIVE (minim) 3 unități (posibil prin multiplicator);	Da, PEM-SI extender, Datasheet M9, pg23	Nu este clar dacă soluția oferată a fost inclusă în ofertă, aceasta fiind marcată ca opțională în datasheet-ul producătorului.
Confirmăm că această opțiune a fost inclusă în oferta inițială și va fi livrată în caz de încheiere a contractului.		
Moduri de imagistică: M-mode anatomic DA (opțional);	Da, Free Xros, Datasheet M9, pg2	Nu este clar dacă soluția oferată a fost inclusă în ofertă, aceasta fiind marcată ca opțională în datasheet-ul producătorului.
Confirmăm că această opțiune a fost inclusă în oferta inițială și va fi inclusă în caz de încheiere a contractului.		
Moduri de imagistică: DOPPLER Tip: continuu (CW)	DA,Datasheet M9, pg2-3	Nu este clar dacă soluția oferată a fost inclusă în ofertă, aceasta fiind marcată ca opțională în datasheet-ul producătorului.
Confirmăm că această opțiune a fost inclusă în oferta inițială și va fi inclusă în caz de încheiere a contractului.		
Moduri de imagistică: DOPPLER Tip: tisular (TDI/TVI)	DA,Datasheet M9, pg2-3 TDI ,p2d	Nu este clar dacă soluția oferată a fost inclusă în ofertă, aceasta fiind marcată ca opțională în datasheet-ul producătorului.
Confirmăm că această opțiune a fost inclusă în oferta inițială și va fi inclusă în caz de încheiere a contractului.		
Măsurări automatizate DA	Da, Measurement, Datasheet M9, pg13	Nu este clar dacă soluția oferată a fost inclusă în ofertă, aceasta fiind marcată ca opțională în datasheet-ul producătorului.
Confirmăm că această opțiune a fost inclusă în oferta inițială și va fi inclusă în caz de încheiere a contractului.		
Calcul automate DA;	Da, TTQA, AutoEF, IMT, s.a. Datasheet M9, pg10, 12	Nu este clar dacă soluțiile oferate a fost incluse în ofertă, acestea fiind marcate ca opționale în datasheet-ul producătorului.
Confirmăm că această opțiune a fost inclusă în oferta inițială și va fi inclusă în caz de încheiere a contractului.		
MĂSURĂRILE ȘI CALCULE NECESARE: Cordului: Calcularea fracției de ejeție al ventriculul stâng DA;	Da, AutoEF; Datasheet M9, pg12	Nu este clar dacă soluția oferată a fost inclusă în ofertă, aceasta fiind marcată ca opțională în datasheet-ul producătorului.
Confirmăm că această opțiune a fost inclusă în oferta inițială și va fi inclusă în caz de încheiere a contractului.		
Pachet IMT (Intima Media Thickness) cu măsurare automata;	Da, IMT, Datasheet M9, pg16	Nu este clar dacă soluția oferată a fost inclusă în ofertă, aceasta fiind marcată ca opțională în datasheet-ul producătorului.
Confirmăm că această opțiune a fost inclusă în oferta inițială și va fi inclusă în caz de încheiere a contractului.		
Video/Audio DA;	Da, Datasheet M9, pg20	Nu este clar dacă soluția oferată a fost inclusă în ofertă, aceasta fiind marcată ca opțională în datasheet-ul producătorului.
Confirmăm că această opțiune a fost inclusă în oferta inițială și va fi inclusă în caz de încheiere a contractului.		
DICOM 3.0 DA;	Da, Datasheet M9, pg15	Nu este clar dacă soluțiile oferate a fost incluse în ofertă, acestea fiind marcate ca opționale în datasheet-ul producătorului.
Confirmăm că această opțiune a fost inclusă în oferta inițială și va fi inclusă în caz de încheiere a contractului.		
Să fie prezentate mostre video cu opțiunile solicitate (moduri și calcule, sus menționate), obținute de pe un dispozitiv identic propus.	Da, la solicitare se va prezenta	Se solicită prezentarea mostre video cu opțiunile solicitate (moduri și calcule, sus menționate), obținute de pe un dispozitiv identic propus.
Confirmăm că această opțiune a fost inclusă în oferta inițială și va fi inclusă în caz de încheiere a contractului.		
Să fie prezentate mostre video cu opțiunile solicitate (moduri și calcule, sus menționate), obținute de pe un dispozitiv identic propus.	Da, la solicitare se va prezenta	Se solicită ofertantului să prezinte clarificări privind mostrele video solicitate, cu confirmarea expresă că acestea pot fi furnizate pentru toate opțiunile, modurile și calculele indicate în cerință și că

			https://www.youtube.com/watch?v=ccyrcV9Y6sg&list=PLywWy7MkW_KvfKbCAkJLr-IcKGdUxeZ5J&index=2 Sperăm că infomațiile oferite vor fi utile evaluării. Documente anexate: Datasheet M9 Manualului de utilizare uMEC 100/120/150																											
Nr. Rg02-2207 din 22.04.2026	LABROMED LABORATOR SRL	Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1770895129102 privind “ Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4)“, a constatat că pentru lotul nr. 18 Freze oscilante nu a fost atașate documente tehnice confirmative pentru model oferat. Astfel grupul de lucru solicită respectuos prezentarea documentelor, în conformitate cu cerințele obligatorii expuse în Anunțul de Participare, după cum urmează: - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit – copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. - Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 27.04.2026	Compania LABROMED LABORATOR SRL, urmare a scrisorii Dumneavoastră Nr. Rg02-2207 din 22.04.2026, prezintă fișele tehnice si alte documetatia pentru produsele solicitate din loturile 18 (se anexează).																											
Nr. Rg02-2208 din 22.04.2026	NEOTEC SRL	Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunurilor și serviciilor din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1771420352930 privind <i>Achiziționarea dispozitivelor medicale Sisteme radiografice digitale conform necesităților IMSP pentru anul 2026</i>, comunică următoarele: Pentru lotul nr. 1 - Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii): <table><tr><th>6. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th><th>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th><th>S-a constatat în procesul evaluării:</th></tr><tr><td>Incarcator baterie(cu 2 sloturi)</td><td>Da, inclus in configuratie</td><td>Nu am găsit dovadă clară pentru charger separat cu 2 sloturi</td></tr><tr><td>DAP-metru</td><td>Da, Pag. 2 Product Data</td><td>Asta nu demonstrează clar că DAP-metrul fizic este inclus.</td></tr><tr><td>Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fișă de rețea de tip F “Schuko”</td><td>Da</td><td>Nu am găsit dovadă clară</td></tr><tr><td>Cablu Minim 5 m</td><td>Da</td><td>În Product Data este 4 m</td></tr><tr><td>CPU≥ Core i7, sau echivalent</td><td>Intel 14th Generation Core i5 CPU</td><td></td></tr><tr><td>Recorder DVD/RW obligatoriu</td><td>Da, extern</td><td></td></tr><tr><td>Accesorii tastatura</td><td>Da</td><td></td></tr><tr><td>Monitor LCD medical, Touch screen, (IPS fara stralucire) ≥ 19 inch</td><td>Da, Touch Screen 19 inch</td><td>anti-glare nu sunt menționate clar</td></tr></table>	6. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Incarcator baterie(cu 2 sloturi)	Da, inclus in configuratie	Nu am găsit dovadă clară pentru charger separat cu 2 sloturi	DAP-metru	Da, Pag. 2 Product Data	Asta nu demonstrează clar că DAP-metrul fizic este inclus.	Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fișă de rețea de tip F “Schuko”	Da	Nu am găsit dovadă clară	Cablu Minim 5 m	Da	În Product Data este 4 m	CPU≥ Core i7, sau echivalent	Intel 14th Generation Core i5 CPU		Recorder DVD/RW obligatoriu	Da, extern		Accesorii tastatura	Da		Monitor LCD medical, Touch screen, (IPS fara stralucire) ≥ 19 inch	Da, Touch Screen 19 inch	anti-glare nu sunt menționate clar	
6. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																												
Incarcator baterie(cu 2 sloturi)	Da, inclus in configuratie	Nu am găsit dovadă clară pentru charger separat cu 2 sloturi																												
DAP-metru	Da, Pag. 2 Product Data	Asta nu demonstrează clar că DAP-metrul fizic este inclus.																												
Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fișă de rețea de tip F “Schuko”	Da	Nu am găsit dovadă clară																												
Cablu Minim 5 m	Da	În Product Data este 4 m																												
CPU≥ Core i7, sau echivalent	Intel 14th Generation Core i5 CPU																													
Recorder DVD/RW obligatoriu	Da, extern																													
Accesorii tastatura	Da																													
Monitor LCD medical, Touch screen, (IPS fara stralucire) ≥ 19 inch	Da, Touch Screen 19 inch	anti-glare nu sunt menționate clar																												

		Ecran montat pe Colimator sau pe Tubul de raze X care va afișa permanent valorile pentru SID, tip Filtru, înclinare. obligatoriu, nu se va accepta ofertele în care parametrii solicitați sunt necesari să fie regăsiți prin meniu	Da, pag. 13 Product Data	
		Ecran montat pe Colimator sau pe Tubul de raze X care va afișa permanent valorile pentru SID, tip Filtru, înclinare. Motorizat	Da, pag. 58 Manual operare SST 4100S, Anexa Motorizare Tub	
		Ecran montat pe Colimator sau pe Tubul de raze X care va afișa permanent valorile pentru SID, tip Filtru, înclinare. Afisare tip Filtru	Da, pag. 13 Product Data	
		DAP–metro DAP–metru Incorporat	Da, pag. 9 Product Data	
		DAP–metro Afișarea dozei și exportul prin DICOM	Da, pag. 9 Product Data	
		Consola de achiziție integrată (PC Tehnician radiolog) Administrează Software de achiziție a imaginii	Da, VXvue	
		Consola de achiziție integrată (PC Tehnician radiolog) Administrează Bază de date Pacient	Da, Anexa Consola	
		Consola de achiziție integrată (PC Tehnician radiolog) Administrează DAP metru	Da, pag. 9 Product Data	
		Consola de achiziție integrată (PC Tehnician radiolog) Administrează Colimator	Da, Anexa Consola	
		Consola de achiziție integrată (PC Tehnician radiolog) Software de achiziție a imaginii Post-procesarea anatomică specifică	Da, VXvue	
		Consola de achiziție integrată (PC Tehnician radiolog) Software de achiziție a imaginii Procesarea manuală	Da, VXvue	
		Consola de achiziție integrată (PC Tehnician radiolog) Software de achiziție a imaginii Interfața software rus/rom/eng	Da, VXvue	
		Monitor medical min. 21 inch	Da, RX270 RadiForce	
		Monitor medical luminozitate calibrată ≥ 250 cd/m ² , conform standardul DICOM Part 14 (Grayscale Standard Display Function – GSDF)	Da	
		Monitor medical min. 2 mpxel	Da	
		Software de achiziție a imaginii Preseturi personalizate Interfața software rus/rom	Da, Vxvue	

		Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 27.04.2026.							
Nr. Rg02-2209 din 22.04.2026	SA Tehoptimed	Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunurilor și serviciilor din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1770895129102 privind <i>Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4)</i> comunică următoarele: Pentru lotul nr. 15 Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții): <table><tr><th>7. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th><th>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th><th>S-a constatat în procesul evaluării:</th></tr><tr><td>Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități: poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 75 cm Rotile: Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit +accesorii inclusă</td><td>Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții da Tip pacient adult da Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice da Funcționalități: poziționare sedentară da poziționare Trendelenburg da, broșura poziționare anti-Trendelenburg da, broșura Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu da Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat 220 kg, broșura Înălțime Ajustabilă 78-79 cm, broșura Rotile: Diametru 12.5 cm da, broșura Sistem de blocare la toate rotile Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) da Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic 43 x 43 cm</td><td>Există neclarități semnificative în ceea ce privește oferta depusă. Documentația tehnică anexată nu reflectă parametrii reali ai echipamentului, ci conține o simplă transpunere în limba engleză a cerințelor stabilite de Autoritatea Contractantă. De asemenea, analiza comparativă dintre catalogul prezentat de ofertant și cataloagele oficiale disponibile pe site-ul producătorului (click1, click2, click3) demonstrează că documentul atașat la oferta (click4) nu are caracterul unui catalog autentic, reprezentând, cel mai probabil, o broșură personalizată creată special pentru această procedură. Mai mult, pe site-ul oficial al producătorului a fost identificată o altă fișă tehnică (click5) pentru exact același model ofertat („U0002”). În consecință nu există claritate privind existența unui produs de serie cu parametrii declarați.</td></tr></table>	7. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități: poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 75 cm Rotile: Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit +accesorii inclusă	Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții da Tip pacient adult da Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice da Funcționalități: poziționare sedentară da poziționare Trendelenburg da, broșura poziționare anti-Trendelenburg da, broșura Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu da Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat 220 kg, broșura Înălțime Ajustabilă 78-79 cm, broșura Rotile: Diametru 12.5 cm da, broșura Sistem de blocare la toate rotile Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) da Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic 43 x 43 cm	Există neclarități semnificative în ceea ce privește oferta depusă. Documentația tehnică anexată nu reflectă parametrii reali ai echipamentului, ci conține o simplă transpunere în limba engleză a cerințelor stabilite de Autoritatea Contractantă. De asemenea, analiza comparativă dintre catalogul prezentat de ofertant și cataloagele oficiale disponibile pe site-ul producătorului (click1 , click2 , click3) demonstrează că documentul atașat la oferta (click4) nu are caracterul unui catalog autentic, reprezentând, cel mai probabil, o broșură personalizată creată special pentru această procedură. Mai mult, pe site-ul oficial al producătorului a fost identificată o altă fișă tehnică (click5) pentru exact același model ofertat („U0002”). În consecință nu există claritate privind existența unui produs de serie cu parametrii declarați.	
7. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:							
Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități: poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 75 cm Rotile: Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit +accesorii inclusă	Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții da Tip pacient adult da Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice da Funcționalități: poziționare sedentară da poziționare Trendelenburg da, broșura poziționare anti-Trendelenburg da, broșura Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu da Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat 220 kg, broșura Înălțime Ajustabilă 78-79 cm, broșura Rotile: Diametru 12.5 cm da, broșura Sistem de blocare la toate rotile Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) da Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic 43 x 43 cm	Există neclarități semnificative în ceea ce privește oferta depusă. Documentația tehnică anexată nu reflectă parametrii reali ai echipamentului, ci conține o simplă transpunere în limba engleză a cerințelor stabilite de Autoritatea Contractantă. De asemenea, analiza comparativă dintre catalogul prezentat de ofertant și cataloagele oficiale disponibile pe site-ul producătorului (click1 , click2 , click3) demonstrează că documentul atașat la oferta (click4) nu are caracterul unui catalog autentic, reprezentând, cel mai probabil, o broșură personalizată creată special pentru această procedură. Mai mult, pe site-ul oficial al producătorului a fost identificată o altă fișă tehnică (click5) pentru exact același model ofertat („U0002”). În consecință nu există claritate privind existența unui produs de serie cu parametrii declarați.							

		Cablu/Bloc de alimentare cu conector tip Schuko - 1 buc Cablu/Bloc de alimentare cu conector tip Schuko - 1 buc, Da Din documentația prezentată nu se confirmă clar ca e conector tip Schuko. Se solicită clarificări și document justificativ relevant Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 27.04.2026	
Nr. Rg02-2212 din 22.04.2026	TRIUMF-MOTIV SRL	- Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1770895129102 privind “<i>Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4)</i>”, a constatat că pentru loturile oferite nu au fost prezentate documentele confirmative, inclusiv manuale de utilizare, broșuri, prospecte tehnice sau alte documente ale producătorului necesare pentru confirmarea specificațiilor tehnice propuse., ceea ce conduce la tergiversarea evaluării tehnice a ofertelor depuse. Astfel grupul de lucru solicită respectuos prezentarea documentelor, în conformitate cu cerințele obligatorii expuse în Anunțul de Participare, după cum urmează: - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit – copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. - Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 27.04.2026.	
Nr. Rg02-2423 din 07.05.2026	AELO GRUP	Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunurilor și serviciilor din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1770895129102 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4), comunică următoarele:	

				programului ”.	„Declarație AT-OS AWD 655” Pentru lotul nr. 3 Autoclav S-a solicitat conform Anunțului de participare Răspuns: Etanșarea ușii trebuie asigurată de garnitură din silicon da Garnitura este produsă din silicon autoclavabil. „SUMER Gasket” Pag.22 „U.Manual” „The system has a cover gasket that seals until the cell internal pressure reaches atmospheric pressure” Pag.30 „U.Manual” Autoclavul dispune de Supapa de siguranță Pag.21 „U.Manual”
		Imprimantă termică, integrată obligatoriu	Imprimantă termică, integrată obligatoriu DA, pag. 4 „AT-OS”	Nu este clar dacă soluțiile oferite a fost incluse în ofertă, acestea fiind marcate ca opționale în datasheet-ul producătorului	
		Accesorii și consumabile: Rafturi de încărcare 2 buc., să se indice codul produsului Coșuri pentru instrumente min. 5, să se indice codul produsului Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului Detergenti, (dezinfecant) volum min. 5L, prezentarea instrucțiunii în limba română (să se indice modelul și producătorul) 5 buc Neutralizator (clătitor), volum min. 5L, prezentarea instrucțiunii în limba română (să se indice modelul și producătorul) 3 buc	Accesorii și consumabile: Rafturi de încărcare 2 buc., să se indice codul produsului DA, cod TH148+TH151 Coșuri pentru instrumente min. 5, să se indice codul produsului DA, cod A002 1/1DIN Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului DA, cod CK9-40 Detergenti, (dezinfecant) volum min. 5L, prezentarea instrucțiunii în limba română (să se indice modelul și producătorul) 5 buc DA, cod TFD75LT Neutralizator (clătitor), volum min. 5L, prezentarea instrucțiunii în limba română (să se indice modelul și producătorul) 3 buc DA, cod PHOSPHAX 5LT	Se solicită demonstrarea cerinței solicitate prin documente tehnice confirmative, precum și prezentarea manualului de utilizare complet, original, emis de producător.	
		Pentru lotul nr. 3 Autoclav			
		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
		Etanșarea ușii trebuie asigurată de garnitură din silicon da	Etanșarea ușii trebuie asigurată de garnitură din silicon da DA, pag.22 „U.Manual	Lipsește informația privind “ Etanșarea ușii trebuie asigurată de garnitură din silicon”.	
		Cameră generatorului din oțel inoxidabil AISI 316L	Cameră generatorului din oțel inoxidabil AISI 316L da DA, pag.33 „U.Manual’	Lipsește informația privind “ Cameră generatorului din oțel inoxidabil AISI 316L”.	
		Camera va menține o presiune ≥3 bar, echipată cu supapă de siguranță da	Camera va menține o presiune ≥3 bar, echipată cu supapă de siguranță da DA, pag.21 „U.Manual”	Lipsește informația privind “Camera va menține o presiune ≥3 bar, echipată cu supapă de siguranță”.	
		Ușile trebuie să fie izolate termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori da	Ușile trebuie să fie izolate termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori da DA, pag.21 „U.Manual”	Lipsește informația privind “ Ușile trebuie să fie izolate termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori”.	

		formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit +accesorii inclusă blocare la minim 2 roțile DA, sistem de blocare la toate roțile „U0002” Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) DA, „U0002” Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm DA, 43 x 43 cm „U0002” Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională DA, funcție manuala „U0002” Alimentare 220 V, 50 Hz DA, „U0002” Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit +accesorii inclusă DA, inclusa in oferta „U0002” click2, click3) demonstrează că documentul recepționat în urma clarificărilor nu are caracterul unui catalog autentic, reprezentând, cel mai probabil, o broșură personalizată creată special pentru această procedură. Mai mult, pe site-ul oficial al producătorului a fost identificată o altă fișă tehnică (click4) pentru exact același model oferat („U0002”). În consecință nu există claritate privind existența unui produs de serie cu parametrii declarați. Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferate, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). - Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 12.05.2026										
Nr. Rg02-2421 din 07.05.2026	TRIUMF-MOTIV SRL	Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunurilor și serviciilor din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1770895129102 privind “<i>Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4)</i>”, comunică următoarele: Pentru lotul nr. 18 Freze oscilante: <table><tr><th>10. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th><th>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th><th>S-a constatat în procesul evaluării:</th></tr><tr><td>Fierăstrăul Dispozitiv medical pentru intervenții chirurgicale de amputare al membrelor inferioare Electric</td><td>Fierăstrăul Dispozitiv medical pentru intervenții chirurgicale de amputare al membrelor inferioare Electric</td><td>Lipsește informația privind “Fierăstrăul”.</td></tr><tr><td>Multifuncțional</td><td>Multifuncțional</td><td>Lipsește informația privind “Multifuncțional”.</td></tr></table>	10. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Fierăstrăul Dispozitiv medical pentru intervenții chirurgicale de amputare al membrelor inferioare Electric	Fierăstrăul Dispozitiv medical pentru intervenții chirurgicale de amputare al membrelor inferioare Electric	Lipsește informația privind “Fierăstrăul”.	Multifuncțional	Multifuncțional	Lipsește informația privind “Multifuncțional”.	
10. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:										
Fierăstrăul Dispozitiv medical pentru intervenții chirurgicale de amputare al membrelor inferioare Electric	Fierăstrăul Dispozitiv medical pentru intervenții chirurgicale de amputare al membrelor inferioare Electric	Lipsește informația privind “Fierăstrăul”.										
Multifuncțional	Multifuncțional	Lipsește informația privind “Multifuncțional”.										

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea după cum urmează:

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1770895129102 din 17.03.2026 privind *Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4)*, vă comunică decizia nr.2 din 05.06.2026 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Cod Lot	Denumire Lot	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	AMDM	Ofertant
1	1-22840	Monitor de pacient portabil	bucată	20	93,625.00	101,115.00	1872500.00	2022300.00	mWear: EP30 + ES30 + BP20 China Mindray	DM000861100 DM000861123 DM000861125	I.M. "Dutchmed-M" S.R.L.
2	2-22840	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L cu o ușă	bucată	1	320,000.00	384,000.00	320000.00	384000.00	AWD 655-8L with Drying system Italia AT-OS	DM000376774	ICS Eyecon Medical SRL
3	3-22840	Autoclav	bucată	1	310,000.00	372,000.00	310000.00	372000.00	ADELA-3Y Turcia SUMER	DM000835026	ICS Eyecon Medical SRL
4	4-22840	Termometru pentru frigider	bucată	210	123.85	148.62	26008.50	31210.20	TC7-M1 Ucraina Steklopribor	ISO, CE Marca	Ecochimie SRL
5	5-22840	Monitor pacient mobil cu trolu	bucată	1	22,490.00	24,289.20	22,490.00	24,289.20	Model X8 China EDAN INSTRUMENTS, INC.	DM000577955	AELO GRUP SRL

Lotul nr.11 Sistem de poligrafie cardiorespiratorie;

Lotul nr.17 Dermatom electric;

Lotul nr.20 Cardiosimulator extern;

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadekvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

Lotul nr.12 Spirometru pentru PC;

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Lotul nr.14 Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM);

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **16.06.2026**.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatori economici participanți IMSP Beneficiari	Nr. Rg02-2869 din 05 iunie 2026 Nr. Rg02-2789 din 29.05.2026	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☒ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului
AELO GRUP SRL	1011600009752	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	33100000-1	260629102-0005-0485	22 490,0000	26 988,0000	7/2/2026	1/16/2027	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020,

SC IMUNOTEHNOMED SRL	1002600012565	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA	33100000-1	260629102-0566-0483	995 321,0000	1 194 385,2000	7/13/2026	1/16/2027	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
TETIS INTERNATIONAL CO SRL	1003600043595	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	33100000-1	260629102-0581-0448	136 525,0000	163 830,0000	7/7/2026	1/16/2027	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
TRIUMF-MOTIV SRL	1012600021180	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	33100000-1	260629102-0585-0448	114 900,0000	137 880,0000	7/8/2026	1/16/2027	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
X-LAB SOLUTIONS SRL	1014600019950	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	33100000-1	260629102-0594-0448	144 000,0000	172 800,0000	7/8/2026	1/16/2027	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Ecochimie SRL	1002600052156	Cu capital autohton	IMSP Centrul de Sănătate centralizate în sănătate Otaci	33100000-1	260729102-0090-0323	495,4000	495,4000	7/8/2026	1/16/2027	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

1. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	<i>nu</i>
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	<i>(indicați suma cu TVA)</i>
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceasta au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG