MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 68998429, e-mail: office@capcs.gov.md, https://capcs.gov.md

**Nr. Rg02-4944 din 21.09.2026**

**OPERATORI ECONOMICI PARTICIPANȚI**
**IMSP BENEFICIARI**

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică **nr. ocds-b3wdp1-MD-1771420352930 din 31.03.2026** privind ***Achiziționarea dispozitivelor medicale Sisteme radiografice digitale conform necesităților IMSP pentru anul 2026***, vă comunică decizia **nr.1 din 18.09.2026** cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

| Nr Lot | Cod Lot | Denumire lot | U/m | Cantitatea ofertată | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Model/codul produsului/producător /Țară de origine | Ofertant | Înregistrare AMDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-52930 | Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) 210110 | bucată | 2 | 890,000.00 | 1,068,000.00 | 1,780,000.00 | 2,136,000.00 | PROSLIDE 32 SR/PROTEC XRAY SYSTEMS GMBH/Germania | MEDEXCOM-TEH SRL | DM000258687 |
| 2 | 2-52930 | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) cerințe medii 210211 | bucată | 1 | 1 821 645,32 | 2 185 974,384 | 1,821,645.32 | 2,185,974.38 | X-FRAME DR EZ/ITALRAY S.R.L./Italia | Health Medical Solutions SRL | DM000501465 |

## Ofertanții respinși/descalificați:

**LOT NR.1- Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) 210110**

Oferta Operatorului Economic **NEOTEC S.R.L**. se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat Incarcator baterie( cu 2 sloturi), în urma scrisoarii de clarificare parametrul nu a fost demonstrate

S-a solicitat " Loc lucru (PC1) integrat in consola mobila" Loc lucru laborant: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru achizitie si prelucrare/stocare a imaginilor x-ray, interfata control generator Confrom formularului de ofertă se indică „SW: QXLink". În urma scrisorii de clarificare nu a fost demonstrat

perfromanța tehnică solicitată „interfata control generator” prin intermediul „SW: QXLink”. S-a făcut referință la „VXvue” dar acesta nu a fost oferit în formularul ofertei.

S-a solicitat SW:, S-a ofertat "QXLink Vieworks QXLink este destinat în principal pentru PACS (Picture Archiving and Communication System) — pentru stocarea, arhivarea, transmiterea și vizualizarea imaginilor medicale digitale. Vieworks îl descrie oficial ca „mini PACS”. QXLink este ca software PACS pentru acceptarea, transferul, afișarea, stocarea și procesarea digitală a imaginilor medicale."

S-a solicitat Posibilitate de configurare a tabelelor APR În urma răspunsului la scrisoarea de clarificare nu a fost demonstrată performanța tehnică „ Loc lucru (PC1) integrat in consola mobila / Posibilitate de configurare a tabelelor APR - obligatoriu”

S-a solicitat Legatura cu generatorul de raze -x prin intermediul tabelelor APR În urma prezentării răspunsului la clarificare și prezentării anexelor „Anexa APR, manual atasat si anexa Exposure mode”, performanța tehnică nu a fost demonstrată. Se face referință la SW: Vxvue însă conform formularulu de ofertă a fost propus „SW: QXlink”.

S-a solicitat "Menegmentul dozei acumulate de pacient (legatura cu DAP-metru) " Cerința tehnică nu a fost demonstrată în urma scrisorii de clarificare.

Conform cerinței caietului de sarcină se solicită performanța tehnică „Loc lucru (PC1) integrat in consola mobila / Menegmentul dozei acumulate de pacient (legatura cu DAP-metru) obligatoriu”. În urma scrisorii de clarificare a fost prezentat performanța tehnică de menegment al dozei acumulate de pacient pe consola dispozitivului. Conform cerinței doza acumulată de pacient trebuie să fie afișată pe PC-ul inegrat în consola mobilă pe software oferit „QXlink”.

S-a solicitat Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) Cerința tehnică nu a fost demonstrată în urma scrisorii de clarificare. Conform formularului de ofertă se indică „Loc lucru (PC1) integrat in consola mobila / SW: QXLink”. Drept răspuns la solicitarea demonstrării performanței tehnice solicitate se face referința din „Manual VXvue”. Software „VXue” nu este oferit în formularul de ofertă, este oferit „SW: QXLink”.

S-a solicitat Posibilitate de conetare printer (DICOM print SCU) Cerința tehnică nu a fost demonstrată în urma scrisorii de clarificare. Conform formularului de ofertă se indică „Loc lucru (PC1) integrat in consola mobila / SW: QXLink”. Drept răspuns la solicitarea demonstrării performanței tehnice solicitate se face referința din „Manual VXvue”. Software „VXue” nu este oferit în formularul de ofertă, este oferit „SW: QXLink”.

S-a solicitat "Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM "Cerința tehnică nu a fost demonstrată în urma scrisorii de clarificare. Conform formularului de ofertă se indică „Loc lucru (PC1) integrat in consola mobila / SW: QXLink”. Drept răspuns la solicitarea demonstrării performanței tehnice solicitate se face referința din „Manual VXvue”. Software „VXue” nu este oferit în formularul de ofertă, este oferit „SW: QXLink”.

**LOT NR. 2 - Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) cerințe medii 210211**

Oferta Operatorului Economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

S-a solicitat "Ecran montat pe Colimator sau pe Tubul de raze X care va afișa permanent valorile pentru SID, tip Filtru, inclinare. ""obligatoriu, nu se va

accepta ofertele în care parametrii solicitați sunt necesari să fie regăsiți prin meniu ca urmare a răspunsului la clarificare: s-a menționat că în meniul principal de lucru, “System” avem afișarea concomitentă atât a tipului de filtru utilizat, valoarea SID (40 inch în cazul pozei de mai jos), dar si a unghiului de inclinare (0 grade în cazul pozei de mai jos) Da, # R 302MLP/A – corespunde motorizat (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 18)
Afisarea parametrilor SID, tip filtru, inclinare sunt pe ecranul montat pe tubul X-ray
S-a solicitat Monitor medical "luminozitate calibrată ≥ 250 cd/m², conform standardul DICOM Part 14 (Grayscale Standard Display Function – GSDF)"
S-a ofertat "Factory calibrated brightness [in cd/m²]. 220, 410 CD/m2 "

Oferta Operatorului Economic **NEOTEC SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:
S-a solicitat " Tip masă " Mișcarea mesei Longitudinală, ± 55 cm, s-a ofertat Documentul arată 740 mm (+/-370 mm) = ±37 cm
S-a solicitat " Tip masă " Mișcarea mesei Laterală, minim ± 12,5 cm, s-a ofertat Documentul arată 182 mm (+/-91 mm) = ±9,1 cm
S-a solicitat "Suspensia tubului " Rotație suspensie dreapta/stînga ±180 ˚ s-a ofertat "Rotation around vertical axis stop at three points -90°, 0°, +90°"
Lotul nr.3 Sistem radiografic digital 210220 se anulează la solicitarea Beneficiarului final.
Pentru Lotul nr. 4 - Sistem radiografic intraoral 210510 grupul de lucru va emite o altă decizie a grupului de lucru.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **01.11.2026.**

Conform pct.15.19 din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

**Cu respect,**

**Președintele grupului de lucru** */semnat electronic/* **Gheorghe GORCEAG**

Ex: Lisenco Gabriela
Tel: 022 222 364