



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 68998429, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.gov.md>

Nr. Rg02-5099 din 29 septembrie 2026

INTERMED
SRL Biosistem mld
IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfântă Treime”

Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii al Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1787134261647 din 19.08.2026 privind Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic „Sfânta Treime” pentru anul 2026, vă comunică decizia nr.1 din 29.09.2026 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Oferte respinse/descalificate

Pentru lotul nr. 1 Proteza totala de genunchi complet anatomica

Oferta operatorului economic **INTERMED** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate, după cum urmează:

poziția nr. 1.1 Componenta femurala cimentata modelul "U2, PS Femoral Component 2103-3110->2103-3170;2103-3210->2103-3270/Unitedorthopedics Corporation/Taiwan" s-a solicitat să reproducă distanțele antroposterioare native cu minim 18 de profile s-a ofertat să reproducă distanțele antroposterioare native cu 13 profile;

poziția nr. 1.2 Componenta tibiala modelul "CMA BASE PLATE 2203-3200 -> 2203-3270/ United Orthopedics Corporation/Taiwan" s-a solicitat Profilul platoului tibial sa fie asimetric s-a ofertat profilul simetric.

Oferta operatorului economic **SRL Biosistem mld** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate, după cum urmează: poziția nr. 1.1 Componenta femurala cimentata modelul "MK-UFPSRC00 MK-UFPSLG00 MK-UFPSLC00 MK-UFPSLH00 MK-UFPSRF00 MK-UFPSLE00 MK-UFPSRE00 MK-UFPSRD00 MK-UFPSRB00 MK-UFPSRA00 MK-UFPSRH00 MK-UFPSRG00 MK-UFPSLB00 MK-UFPSLF00 MK-UFPSLD00 MK-UFPSLA00/ MERIL HEALTHCAR/India s-a solicitat Minim 10 dimensiuni pentru fiecare membru in parte s-a ofertat 8 dimensiuni. Nu s-a ofertat -Sa reproducă distanțele antroposterioare native cu minim 18 de profile.

poziția nr. 1.2 *Componenta tibiala* s-a solicitat Material Aliaj titan s-a ofertat CoCrMo. Nu s-a ofertat Baza de implantare prin pin de stabilizare cu 2 aripioare laterale destinat creșterii rezistenței și stabilizării rotațiunilor. - Dimensiuni: minim 10 in total pentru fiecare membru in parte s-a ofertat 8 dimensiuni.

poziția nr. 1.3 *Insert tibial* s-a solicitat dimensiuni multiple: minim 10 înălțimi de inserturi cu creștere de 1mm s-a ofertat 4 înălțimi, increment 2–3 mm.

Astfel, având în vedere că au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile lotul nr. 1 Proteza totala de genunchi complet anatomica se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Pentru lotul anulat, CAPCS, va iniția repetat o nouă procedură de achiziție publică, doar după reconfirmarea necesarului, specificației tehnice și valorii estimative de către beneficiarul final, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfântă Treime”.

Cu respect,

Președintele grupului de lucru

Digitally signed by Gorceag Gheorghe
Date: 2026.09.29 15:44:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Gheorghe GORCEAG

Ex. Botica Aurelia
Tel. 022 222 364