


Proiect caiet de sarcini Bunuri

**Obiectul: Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice
pentru anul 2026 Suplimentar 3**

Cod CPV: 33192000-2

Nr	Denumire lot	Cantitate	Valoarea estimativă fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Schiță																								
1	Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304	6	20 000,00	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="751 634 1766 672">Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 672 1129 709">Cod</td> <td data-bbox="1129 672 1766 709">M300001</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 709 1129 781">Descriere</td> <td data-bbox="1129 709 1766 781">Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 781 1129 818">Parametru</td> <td data-bbox="1129 781 1766 818">Specificație</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 818 1129 855">Structura carcasei</td> <td data-bbox="1129 818 1766 855">oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 855 1129 987" rowspan="3">Rafturi</td> <td data-bbox="1129 855 1766 893">2 unități, cu marginile ridicate</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1129 893 1766 964">oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1129 964 1766 987">sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 987 1129 1024">Mâner pentru transportare</td> <td data-bbox="1129 987 1766 1024">da</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 1024 1129 1062">Rotile de cauciuc pivotante</td> <td data-bbox="1129 1024 1766 1062">4 rotile, min. 2 cu frână</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 1062 1129 1161">Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td> <td data-bbox="1129 1062 1766 1161">da</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 1161 1129 1198">Dimensiuni</td> <td data-bbox="1129 1161 1766 1198">70 x 45 x 85 cm, ±5 cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 1198 1129 1235">Termenul de garanție</td> <td data-bbox="1129 1198 1766 1235">minim 4 ani echivalent la 48 luni</td> </tr> </table>	Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304		Cod	M300001	Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente	Parametru	Specificație	Structura carcasei	oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm	Rafturi	2 unități, cu marginile ridicate	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm	sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg	Mâner pentru transportare	da	Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână	Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da	Dimensiuni	70 x 45 x 85 cm, ±5 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304																													
Cod	M300001																												
Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente																												
Parametru	Specificație																												
Structura carcasei	oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm																												
Rafturi	2 unități, cu marginile ridicate																												
	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm																												
	sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg																												
Mâner pentru transportare	da																												
Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână																												
Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da																												
Dimensiuni	70 x 45 x 85 cm, ±5 cm																												
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																												


2	Fotoliu ginecologic c acționat electric	2	80 000,00	Fotoliu ginecologic acționat electric	
				Conceput pentru a fi utilizat și în consultație ginecologică cu coloposcopie	
				Fiecare ajustare a fotoliului este posibilă de la pedala de picior	da
				Pedala activează:	reglarea înălțimii mișcarea spătar în sus/jos
				Structura este realizată din oțel pentru o protecție ridicată și oferă un nivel ridicat de rezistență	da
				Fotoliu ginecologic acționat electric:	
				Acțiune:	electromecanic și mecanic
				Secțiuni:	≥ 3
				Suporturi:	pentru mâini pentru picioare
				Carcasul:	oțel vopsit electrostatic
				Suprafața:	Acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici
				Înălțime reglabilă:	minim 55 - 90 cm
				Capacitate maximă:	≥ 200 kg
				Înălțimea și înclinarea spătarului, ajustabile	da
				Tava detașabilă și extractibilă, realizată din oțel inoxidabil	da
				Instalare, Garanție:	
				Instruirea minim 2 persoane. Funcționarea de bază a sistemului. Operarea avansată a sistemului. Rutină de întreținere	da
				Garanția dispozitivului medical	minim 2 ani
				Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	




3	Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, adult 200 kg	5	25 000,00	Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, adult 200 kg			
				Cod	M500110		
				Descriere	Carucior cu rotile pliabil pentru îmbunatatirea mobilitatii, permitind persoanelor cu handicap locomotor sa se poata deplasa. Scaunul cu rotile va fi utilizat in interiorul sau exteriorul institutiiei. Se poate deplasa actionat de pacient sau ajutat de un insotitor.		
				Tip pacient	adult		
				Mânere de transport	da		
				Suprafață	piele artificială sau nailon		
				Tip de funcționare	manual		
				Utilizarea scaunului	interior, exterior		
				Caracteristici	Cadru construcție	oțel vopsit / inox / alumin	
					Mecanism de pliere rigid	da	
					Role din față	cauciuc, fără cameră	
						Ø, minim 20 cm	
					Roți spate	cauciuc, fără cameră	
						Ø, minim 60 cm	
						inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox	
				Suport cotiera	1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent		
				Suport picioare	1 pereche, detașabile		
				Suprafață scaun pacient	Lățime	≥ 55 cm	
					Adâncime	≥ 45 cm	
				Înălțimea totală		≥ 90 cm	
Sarcină maximă:		minim 200 Kg					
Garanția dispozitivului medical		minim 2 ani					
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.							



4	Brancarda sanitara de baza	4	100 000,00	Brancarda sanitara de baza		
				Descriere	Brancardă destinată pentru transportarea pacienților	
				Parametru		Specificație
				Tip		hidraulic
				Secțiuni		min. 2
				Poziționare	Tredenburg cu ajutorul unui amortizor	≥ 12 grade
					Antitredenburg cu ajutorul unui amortizor	≥ 12 grade opțional
				Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizor cu gaz		min. 0 - 70 grade
				Control manual		da, din ambele părți
				Transparentă la razele x-ray (radiografie, brac C)		opțional
				Nișe pentru casete x-ray		opțional
				Reglabilă pe înălțime		diapazon de ≥ 27 cm, dintre poziția de jos și cea de sus
				Bare laterale, pliabile		da
				Roți	Diametru	≥ 125 mm
					Frine cu blocare centrala sau min. pe 2 roti	da
					Posibilitatea de blocare a direcției roților	da (optional)
				Material		oțel vopsit electrostatic
				Sarcina maximă		≥ 240 kg
				Dimensiuni		≥ 200 x 65 cm
				Mînere pentru transportarea brancardei		da
Saltea, rezistentă la prelucrare și apă		da, detașabilă				
Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete		da				






				<table border="1"> <tr> <td>Garanția dispozitivului medical</td> <td>minim 2 ani</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</td> </tr> </table>	Garanția dispozitivului medical	minim 2 ani	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.																								
Garanția dispozitivului medical	minim 2 ani																														
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.																															
5	Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304	3	15 000,00	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304</td> </tr> <tr> <td>Cod</td> <td>M300013</td> </tr> <tr> <td>Descriere</td> <td>concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale</td> </tr> <tr> <td>Parametru</td> <td>Specificație</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Tip material</td> <td>oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm</td> </tr> <tr> <td>finisaj satin</td> </tr> <tr> <td>rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td> </tr> <tr> <td>Protecția suprafeței</td> <td>un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune</td> </tr> <tr> <td>Sertar cu raft din partea de sus</td> <td>da, cu mâner</td> </tr> <tr> <td>Mânere pentru transportarea mesei</td> <td>da, 2 unități</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Raft în partea de sus, deasupra sertarului</td> <td>1 unitate, cu marginile ridicate</td> </tr> <tr> <td>oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2 unități, cu marginile ridicate</td> </tr> </table>	Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304		Cod	M300013	Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale	Parametru	Specificație	Tip material	oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm	finisaj satin	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	Protecția suprafeței	un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune	Sertar cu raft din partea de sus	da, cu mâner	Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități	Raft în partea de sus, deasupra sertarului	1 unitate, cu marginile ridicate	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm					2 unități, cu marginile ridicate	
Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304																															
Cod	M300013																														
Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale																														
Parametru	Specificație																														
Tip material	oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm																														
	finisaj satin																														
	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică																														
Protecția suprafeței	un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune																														
Sertar cu raft din partea de sus	da, cu mâner																														
Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități																														
Raft în partea de sus, deasupra sertarului	1 unitate, cu marginile ridicate																														
	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm																														
				2 unități, cu marginile ridicate																											

				<table border="1"> <tr> <td>Raft în partea de jos</td> <td>oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Rotile de cauciuc pivotante</td> <td>da, min 4, cel puțin 2 cu frână</td> </tr> <tr> <td>diametru minim 50 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensiune</td> <td>70x50x85 ± 5 cm</td> </tr> <tr> <td>Termenul de garanție</td> <td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td> </tr> </table>	Raft în partea de jos	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm	Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	diametru minim 50 mm	Dimensiune	70x50x85 ± 5 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni									
Raft în partea de jos	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm																					
Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână																					
	diametru minim 50 mm																					
Dimensiune	70x50x85 ± 5 cm																					
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																					
6	Stativ perfuzii	20	25 000,00	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Stativ perfuzii</td> </tr> <tr> <td>Descriere</td> <td>Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie</td> </tr> <tr> <td>Parametru</td> <td style="text-align: center;">Specificație</td> </tr> <tr> <td>Suport reglabil pe înălțime</td> <td style="text-align: center;">da</td> </tr> <tr> <td>Confeționat din inox</td> <td style="text-align: center;">da</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Cârlige din inox pentru 2 perfuzii și suport pentru 2 sticle</td> <td style="text-align: center;">da</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig</td> </tr> <tr> <td>Rotile pivotante</td> <td>da, min 4, cel puțin 2 cu frână</td> </tr> <tr> <td>Termenul de garanție</td> <td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td> </tr> </table>	Stativ perfuzii		Descriere	Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie	Parametru	Specificație	Suport reglabil pe înălțime	da	Confeționat din inox	da	Cârlige din inox pentru 2 perfuzii și suport pentru 2 sticle	da	încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig	Rotile pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	  
Stativ perfuzii																						
Descriere	Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie																					
Parametru	Specificație																					
Suport reglabil pe înălțime	da																					
Confeționat din inox	da																					
Cârlige din inox pentru 2 perfuzii și suport pentru 2 sticle	da																					
	încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig																					
Rotile pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână																					
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																					


7	Masa pentru manipulare 2 rafturi	6	13 700,00	Masă pentru manipulație 2 rafturi	
				Cod	M300000
				Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente
				Parametru	Specificație
				Structura carcasei	oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5mm
				Rafturi	2 unități, cu marginile ridicate
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm
					sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg
				Protecția suprafeței	un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune
				Mâner pentru transportare	da
				Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână
					diametru minim 50 mm
				Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da
Dimensiuni	70 x 45 x 85 cm, ±7 cm				
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni				





8	Carucior transportarea repartizarea alimentelor	1	4 166,67	cărucior pentru transportarea și repatizarea alimentelor		
				Cod	M400200	
				Descriere	Troleu / cărucior pentru transportarea și repatizarea alimentelor la pacienți	
				Parametru	Specificație	
				Carcasa oțel inoxidabil AISI 304, satin, grosimea min. 1mm	țevă de inox	
				Prevăzut cu două blaturi tavă cu marginile ridicate	da	
				Încărcarea maximă	minim 30 kg	
				Mâner de transportare	da	
				Dimensiuni	75 x 40 x 85 cm, ±7 cm	
				Rotile pivotante din cauciuc	da, min 4, toate cu frână diametru minim 100 mm	
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni					
9	Carucior pentru colectarea lenjeriei (salon), mediu	1	5 833,33	Cărucior pentru colectarea lenjeriei (salon), mediu		
				Cod	M400001	
				Descriere	Cărucior pentru colectare și transportare lenjerie	
				Parametru	Specificație	
				Structura carcasă	oțel inoxidabil / oțel vopsit	
				Material container coș	oțel rezistent la dezinfectanți	
				Cărucior integral lavabil	stofă rezistentă la spălări multiple	
				Cărucior integral lavabil	da	
				Cărucior compus din 2 părți	prima parte, atașament pentru saci (lenjerie murdară) partea a doua, rafturi minim 2 pentru lenjeria curată	
				Sarcina maximă de încărcare	minim 80 Kg	
				Rotile	cel puțin 4 roți, Ø minim 125 mm	
				Tampoane din cauciuc	minim 2 roți cu frâne pe toate 4 colțuri	
				Mâner pentru manevrare / transportare	minim 1	

				Dimensiuni	100 x 50 x 100 cm, ±10 cm		
				Accesorii	saci	minim 2 buc.	
				Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni	
10	Dulap medical cu 4 uși, 2 cu sticla	1	6 666,67	Dulap medical cu 4 uși, 2 cu sticla			
				Descriere	Dulap din oțel emailat pe suprafață cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente		
				Parametru	Specificație		
				Carcasa de bază	oțel emailat rezistent la dezinfectanți chimici		
				Format din două compartimente suprapuse	partea de sus partea de jos		
				Partea de sus	dotat cu 2 uși de sticlă rezistentă cu rama din metal, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi, reglabile pe înălțime încărcarea maximă per raft minim 20 kg		
				Partea de jos	dotat cu 2 uși fabricate din oțel emailat, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 1 raft, reglabil pe înălțime încărcarea maximă per raft minim 40 kg		
				Roți	minim 4		
				Dimensiuni	Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm		
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni		
							

11	Suport pentru umerase X-Ray	1	9 166,67	Suport pentru umerase X-Ray, cu umeras 10 buc	
				Descriere	utilizarea în sala de preoperație pentru stocarea echipamentului de protecție X-ray
				Parametru	Specificație
				Carcasa confecționată din inox	minim AISI 201
					Rezistent la soluțiile de dezinfectare
				Mărimile	1100x500x1550 mm, ±70 mm
				Umerase	minim 10 buc.
					lungimea minim 500 mm
					greutatea de menținere a echipamentului X-ray, minim 15 kg pentru fiecare umeras
				Partea de sus a carcasei să fie dotată cu separatoare pentru fiecare umeras (minim 10 unități)	da
Capacitatea totală de încărcare a suportului de umeras	minim 200 kg				
Rotile pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână				
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni				





12	Pat pentru examinare mecanic, adult	6	22 500,00	Pat pentru examinare (mecanic) adulti		
				Descriere	Pat pentru examinarea pacienților în IMSP	
				Parametru	Specificație	
				Sectiuni	≥ 2	
				Material carcasă	cadru din oțel / metal vopsit	
				Husă	obligatoriu	
				Saltea	obligatoriu	
				Dimensiune, cm	≥ 180x60x60	
				Greutate pacient maxim, kg	≥ 180	
				Tetiera	reglabilă	
				Suport rolă hartie	obligatoriu hartie ≥ 10 buc.	
				Garanția dispozitivului	minim 2 ani	
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.						
13	Masă medicală cu 3 sertare și lacăt	3	25 050,00	Masă medicală cu 3 sertare și lacăt		
				Cod	M300018	
				Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale	
				Parametru	Specificație	
				Tip material	oțel acoperit cu pulbere albă	
					grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	
				Sertar partea de sus	3 unități, cu mâner	
					minim un sertar cu lacăt	
				Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități	
				Raft în partea de sus, deasupra sertarului	1 unitate, cu marginile ridicate	
oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm da, min 4, cel puțin 2 cu frână						

				Rotile de cauciuc pivotante	diametru minim 50 mm		
				Dimensiune	65x50x90(h) ± 5 cm		
				Sarcina maximă pe masă	minim 30 kg		
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni		

14	Masă pentru manipulare cu 2 sertare	2	10 000,00	Masa pentru manipulare cu 2 sertare	
				Cod	M300016
				Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale
				Parametru	Specificație
				Tip material	oțel acoperit cu pulbere albă
					grosimea minim 1 mm
					rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică
				Sertar partea de sus	2 unități, cu mâner
				Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități
				Raft în partea de sus, deasupra sertarului	1 unitate, cu marginile ridicate
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm
				Raft în partea de jos	1 unități, cu marginile ridicate
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm
				Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână
diametru minim 100 mm					
Dimensiune	65x50x90(h) ± 5 cm				
Sarcina maximă pe masă	minim 30 kg				
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni				
15	Masă de manipulare	2	2 500,00	Masa de manipulare	
				Descriere	Masa proiectată pentru utilizarea în instituții medicale (camere medicale, săli de operație, săli de proceduri). Masa fabricată din metal. Utilizată în timpul operațiilor chirurgicale, examinărilor și altor manipulări, destinată amplasării bratului pacientului.
				Parametru	Specificație
				Sectiuni	minim 1
				Material carcasă	cadru din oțel / metal vopsit / inox
Dotata cu picioare, capete din cauciuc antialunecare	obligatoriu				



				<table border="1"> <tr> <td>Partea superioara</td> <td>acoperire din piele vinilica cu spuma, moale la atingere, rezistenta la dezinfectanti</td> </tr> <tr> <td>Dimensiuni, mm (LxAxÎ)</td> <td>680x440x900, cu abatere maximă de ±50mm</td> </tr> <tr> <td>Masa minimă încărcare, kg</td> <td>≥ 10</td> </tr> <tr> <td>Termenul de garanție</td> <td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td> </tr> </table>	Partea superioara	acoperire din piele vinilica cu spuma, moale la atingere, rezistenta la dezinfectanti	Dimensiuni, mm (LxAxÎ)	680x440x900, cu abatere maximă de ±50mm	Masa minimă încărcare, kg	≥ 10	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni													
Partea superioara	acoperire din piele vinilica cu spuma, moale la atingere, rezistenta la dezinfectanti																								
Dimensiuni, mm (LxAxÎ)	680x440x900, cu abatere maximă de ±50mm																								
Masa minimă încărcare, kg	≥ 10																								
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																								
16	Masă electrică pentru autorefractometru	2	25 000,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Masa electrică pentru autorefractometru</th> </tr> <tr> <th>Descriere</th> <td>Destinata pentru amplasarea autorefractometrelor cu ajustarea pe inaltime.</td> </tr> <tr> <th>Parametru</th> <th>Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dimensiunea blatului mesei</td> <td>560mm – 480mm, ±30mm</td> </tr> <tr> <td>Înălțime ajustabilă</td> <td>630mm – 810mm, ±30mm</td> </tr> <tr> <td>Greutatea suportată</td> <td>minim 50 kg</td> </tr> <tr> <td>Alimentare</td> <td>230V, 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Servicii montare</td> <td>obligatoriu</td> </tr> <tr> <td>Certificat de calitate</td> <td>obligatoriu</td> </tr> <tr> <td>Garanție</td> <td>cel puțin 2 ani</td> </tr> </tbody> </table>	Masa electrică pentru autorefractometru		Descriere	Destinata pentru amplasarea autorefractometrelor cu ajustarea pe inaltime.	Parametru	Specificație	Dimensiunea blatului mesei	560mm – 480mm, ±30mm	Înălțime ajustabilă	630mm – 810mm, ±30mm	Greutatea suportată	minim 50 kg	Alimentare	230V, 50 Hz	Servicii montare	obligatoriu	Certificat de calitate	obligatoriu	Garanție	cel puțin 2 ani	
Masa electrică pentru autorefractometru																									
Descriere	Destinata pentru amplasarea autorefractometrelor cu ajustarea pe inaltime.																								
Parametru	Specificație																								
Dimensiunea blatului mesei	560mm – 480mm, ±30mm																								
Înălțime ajustabilă	630mm – 810mm, ±30mm																								
Greutatea suportată	minim 50 kg																								
Alimentare	230V, 50 Hz																								
Servicii montare	obligatoriu																								
Certificat de calitate	obligatoriu																								
Garanție	cel puțin 2 ani																								

17	Fotoliu terapeutic cu suport cefalic și cu poziționări avansate	1	60 000,00	Fotoliu terapeutic cu suport cefalic și poziționări avansate		
				Descriere	Fotoliu terapeutic medical reclinabil cu suport cefalic și multiple poziționări, destinat utilizării în centre medicale, clinici de reabilitare, terapii fizice, proceduri de relaxare și tratament, cu reglaje ergonomice avansate.	
				Parametru	Componentă	Cerință
				Componente principale	Structură fotoliu	Cadru robust din oțel sau aliaj similar, tratat anti-coroziv
					Mecanism reclinare	Poziții multiple: poziție verticală, semi-reclined, reclined și tilt-in-space
					Suport cefalic	Reglabil pe înălțime și unghi, cu pernă confort
					Suport pentru picioare	Reglabil independent, extensibil
					Tetieră	Reglabilă cu înclinare și susținere cervicală
					Cotiere	Reglabile, detașabile sau pivotante
					Roți	Mobilitate ușoară cu sistem de blocare stabilă
					Tapiserie	Material medical ușor de curățat și dezinfectat
				Specificații tehnice	Reglaje poziție	Reglaje multiple pentru spătar, suport picioare și cap, inclusiv poziție complet reclinată
					Unghi reclinare	Minimum 140°–170° sau poziții intermediare pentru confort și terapie
					Suport cap	Reglare pe înălțime și unghi pentru adaptarea la anatomia pacientului
					Suport lombar	Reglabil pentru confort sporit
Mecanism electric/manual	Electric preferabil, cu control la buton sau telecomandă; alternativ cu mecanisme hidraulice/gaz la modelele standard					

					Capacitate greutate	≥ 150–180 kg (sau ≥ 385 lbs pentru variante bariatrice)
					Tapițerie	Material medical fluid-rezistent, ignifugat, ușor de curățat
					Roți	Minimum Ø 5", blocabile pentru stabilitate în poziția dorită
					Siguranță pacienți	Sisteme de blocare pentru poziții, centuri de siguranță opționale
					Accesorii incluse	Suport branule/IV pole, tăvi/masă de activitate opțională
					Ergonomie	Design conturat pentru reducerea presiunii și susținere corectă a corpului
				Funcționalități avansate	Siguranță integrată	Blocare automată a pozițiilor, prevenire mișcare involuntară
					Control electric integrat	Reglaj spătar, suport picioare și tetieră cu panou ușor de folosit sau telecomandă
					Reset poziție standard	Buton „home/reset” pentru revenire rapidă la poziție de start
					Suport detașabil	Tetieră și cotiere detașabile pentru transfer pacient sau proceduri medicale
					Tilting-in-space	Menține unghiul spătar-șezut constant în timpul reclinării, pentru reducerea presiunii sacrate
					Perne ergonomice	Distribuție optimă a greutateii corpului, reducere puncte de presiune
					Tilting/inclinare independentă	Reglaj independent pentru spătar și suport picioare
					Suport cap reglabil	Înălțime și unghi ajustabile, adaptabil pentru anatomia pacientului
					Funcții de confort	Opțiuni de relaxare progresivă, multiple poziții intermediare
				Termenul de garanție		minim 2 ani echivalent la 24 luni

18	Pat multifuncțional pentru adulți 5-6 poziții traumatologic	50	2 000 000,00	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) traumatologic		
				Cod	140391	
				Descriere	Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare	
				Parametrul		Specificația
				Tip		multifuncțional cu 5-6 poziții
				Tip pacient		adult
				Controlul pacientului	tip	Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice
					Funcționalități	poziționare sedentară
						poziționare Trendelenburg
				Poziționare	Trendelenburg	≥ 16 grade
					Anti-trendelenburg	≥ 16 grade
				Poziționare CPR		electric (auto-CPR)
				Transparență la razele X-ray (radiografie)		obligatoriu
				Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic		≥ 35 x 43 cm
				Spătarul reglabil		≥ 70 grade
				Controlul de către asistentă	Blocarea control pacient	da, inclus
				Greutatea maximă admisă de încărcare	Cadru pentru etichetă pe spetează	≥250 kg
				Înălțime	Ajustabilă	diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm
				Rotile	Diametru	≥ 15 cm
					Sistem de blocare	central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție
Parapete de protecție laterale		formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta)				
Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică		da, baterie inclusă				
Bampere/rotile pe fiecare colț a patului		fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator				

				Alimentare	220 V, 50 Hz
			Saltea	ortopedică, lavabilă	da, să se indice codul produsului oferit
				grosimea	min. 20 cm
				husă cu fermoar	da, să se indice codul produsului oferit
			Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime		da, să se indice codul produsului oferit
			Bară de suport pentru ridicare pacient		bară echipată cu cura flexibilă și mâner în formă de cerc / triunghi rigid de care se prinde pacientul
			Manual de utilizare		În limba de stat
			Cerințe față de manualul de utilizare		Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfectia suprafețelor și a părților componente
			Manual tehnic sau de service		În limba engleză
			Manual / listă cu piese de schimb		piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte
			Garanție		minim 24 luni
			Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.		

19	Pat multifuncțional 6-8 poziții caracteristici avansate cu înclinare laterală	20	1 600 000,00	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate cu înclinare laterală		
				Cod	140403	
				Descriere	Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare	
				Parametrul		Specificația
				Tip		multifuncțional cu 6-8 poziții
				Tip pacient		adult
				Controlul pacientului	tip	Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice
					Funcționalități	poziționare sedentară
						poziționare Trendelenburg
						poziționare anti-Trendelenburg
				Poziționare	Trendelenburg	≥ 16 grade
					Anti-trendelenburg	≥ 16 grade
				Poziționare CPR		electric (auto-CPR)
				Spătarul reglabil		≥ 70 grade
				Cântar încorporat		da
				Înclinarea laterală (stânga, dreapta)		minim 16°/ 16° Stabilitate suprafață orizontală ≤1° fără a fi acționată înclinarea laterală
				Controlul de către asistentă	Blocarea control pacient	obligatoriu
				Greutatea maximă admisă de încărcare	Cu etichetă pe pat	≥250 kg
				Înălțime	Ajustabilă	diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm
Rotile	Diametru	≥ 15 cm				
	A cincea roată la mijlocul patului	obligatoriu				
	Sistem de blocare	central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție				






				Parapete de protecție laterale	formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta)
				Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic	≥ 35 x 43 cm
				Bampere/rotile pe fiecare colț a patului	fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator
				Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică	da, baterie inclusă
				Alimentare	220 V, 50 Hz
				Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii	obligatoriu
			Saltea	ortopedică, lavabilă	da, să se indice codul produsului oferit
				fabricat din spumă poliuretanică	obligatoriu
				grosimea	min. 20 cm
				husă cu fermoar	da, să se indice codul produsului oferit
				Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime	da, să se indice codul produsului oferit
				Manual de utilizare	În limba de stat
				Cerințe față de manualul de utilizare	Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfecția suprafețelor și a părților componente
				Manual tehnic sau de service	În limba engleză
				Manual / listă cu piese de schimb	piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte
				Garanție	minim 24 luni
			Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.		

20	Saltea antiescare grad I cu celule tip fagure	40	80 000,00	Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure			
				Descriere	Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic		
				Parametrul		Specificatia	
				Saltea	Dimensiuni aproximative	195x90 (±5cm), înălțime minim 7cm	
					Celule tip fagure (formă de bule)	minim 130	
					Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție	da	
					Celule tip fagure conectate în două grupe A și B	da	
					Greutatea maximă suportată	minim 110 Kg	
				Caracteristici compresor	Compresor cu presiune alternanta	da	
					Ciclul de umflare / dezumflare	10-15 minute	
					Cârlige pentru fixare de marginea patului	da	
					Nivel de zgomot redus	da	
					Debitul de aer	4-9 litri/min	
					Presiunea reglabila la ieșire	minim 50-100 mmHg	
Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz	da						
Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni						
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.							

21	Saltea antiescare grad II și III cu celule cilindrice	40	240 000,00	Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice		
				Descriere	Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic	
				Parametrul		Specificatia
				Saltea	Dimensiuni aproximative	195x90 (±5cm), înălțime minim 11cm
					Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară)	minim 16
					Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție	da
					Celule cilindrice conectate în două grupe A și B	da
					Greutatea maximă suportată	minim 140 Kg
				Caracteristici compresor	Compresor cu presiune alternanta	da
					Ciclul de umflare / dezumflare	10-15 minute
					Cârlige pentru fixare de marginea patului	da
					Nivel de zgomot redus	da
					Debitul de aer	4-9 litri/min
					Presiunea reglabila la ieșire	minim 50-100 mmHg
Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz	da					
Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni					
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.						

22	Pat manual de îngrijire a pacientului cu 3 manivele	21	294 000,00	Pat manual de îngrijire a pacientului, 3 manivele	
				Descriere	Pat pentru îngrijirea a pacienților în IMSP, cu reglări mecanice
				Parametru	Specificație
				Design ușor de utilizat, confortabil și elegant	da
				Reglarea spătarului, a înălțimei și a picioarelor prin mecanismul manivelei	da
				Manivele de mână ușor de depozitat	da
				Șine laterale pliabile pe toată lungimea	da
				Plăci detașabile (PP) pentru cap și picioare	da
				Fowler și pozițiile vesculare	da
				Suprafața de așezare metalică perforată	da
				Cadru metalic vopsit electrostatic cu pulbere	da
				Reglarea suportului pentru picioare prin clichet	da
				Stâlp IV reglabil pe înălțime	da
				Roți pivotante	minim 2 cu frână
				Bare de protecție din plastic/cauciuc pe patru colțuri	da
				Saltea inclusă	da
				Lungimea totală	210 - 220 cm
				Lățimea totală	90 - 105 cm
				Interval de înălțime	48 - 70 cm
				Unghiul spătarului	minim 0 - 70 grade
				Unghiul picioarelor	minim 0 - 30 grade
				Diametrul rolei	minim 12,5 - 15 cm
				Spațiu liber sub pat	minim 15 cm
Sarcină de lucru sigură	250 kg				
Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni				
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.					

23	Suport pentru casolete	2	8 333,33	Suport pentru casolete			
				Cod	M600200		
				Descriere	Suport pentru casolete tip KCK-18, 18 L, cu mecanism de deschidere a capacului prin carabinieră		
				Parametru			Specificație
				Carcasă și suprafețe			metal rezistent la dezinfectanți chimici
				Rotile	cu blocare		da
				Fixarea casoletei	cu clefoane/suport pentru casoleta din partea inferioara		
				Capacul casoletei	fixare de carabinieră		cu ridicare la apăsare pe pedală
					cu reglare a înălțimii de deschidere		da
				Distanța mecanismelor de prindere	pentru casolete de dimensiuni standart		de la 110 până la 400 mm
Carcasa bazei		din 3 suporturi cu rotile					
Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni					
24	Suport cu două boluri pentru deseuri medicale	2	8 333,33	Suport cu două boluri pentru deseuri medicale			
				Cod	M600100		
				Descriere	Suport cu bol pentru deseuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale		
				Parametru			Specificație
				Carcasă și suprafețe			metal rezistent la dezinfectanți chimici
				Bol detașabil din inox			pentru descărcare și sterilizare
				2 boluri	Ø minim 35 ± 5 cm		
Volum, minim 6 litri							
		Reglabilă sau fixă					

				Înălțime (podea - suport bol)	în diapazonul 70-120 cm			
				Bază metalică	min., 5 roți pivotante			
					min. 2 roți cu frâne			
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni			
				Brancarda sanitara (caracteristici de baza)				
				Cod	140370			
				Descriere	Brancardă destinată pentru transportarea pacienților			
				Parametru	Specificație			
				Poziționare	Tredelinburg	≥ 15 grade		
				Control		manual		
				Caracteristici	Bare laterale	obligatoriu		
				Roți	Diametru	≥ 15 cm		
					Frine	≥ 2		
				Sarcina maximă		≥ 200 kg		
				Dimensiuni		≥ 200 x 75 cm		
				Mînere pentru transportarea brancardei		obligatoriu		
				Saltea, rezistentă la prelucrare și apă		da, detașabilă		
				Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete		obligatoriu		
				Termenul de garanție		minim 2 ani echivalent la 24 luni		
				Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.				
25	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)	2	35 000,00					

26	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	2	65 000,00	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)		
				Cod	140380	
				Descriere	Brancardă destinată pentru transportarea pacienților	
				Parametru		Specificație
				Tip		hidraulic
				Secțiuni		≥ 3
				Poziționare	Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor	≥ 15 grade
					Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor	≥ 15 grade
				Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizor cu gaz		≥ 70 grade
				Control manual		da, din ambele părți
				Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C)		obligatoriu
				Nișe pentru casete x-ray		minim 3 buc.
				Reglabilă pe înălțime		diapazon minim 55 - 80 cm
				Bare laterale, pliabile		obligatoriu
				Roți	Diametru	≥ 15 cm
					Frine cu blocare centrală la toate 4 roți	obligatoriu
					Posibilitatea de blocare a direcției roților	obligatoriu
Material		oțel inox sau metal vopsit electrostatic				
Sarcina maximă		≥ 230 kg				
Dimensiuni		≥ 200 x 75 cm				
Mînere pentru transportarea brancardei		obligatoriu				



				<table border="1"> <tr> <td>Saltea, rezistentă la prelucrare și apă</td> <td>da, detașabilă</td> </tr> <tr> <td>Suport pentru balon de oxigen</td> <td>obligatoriu</td> </tr> <tr> <td>Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete</td> <td>obligatoriu</td> </tr> <tr> <td>Termenul de garanție</td> <td>minim 2 ani echivalent la 24 luni</td> </tr> </table>	Saltea, rezistentă la prelucrare și apă	da, detașabilă	Suport pentru balon de oxigen	obligatoriu	Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete	obligatoriu	Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni	
Saltea, rezistentă la prelucrare și apă	da, detașabilă												
Suport pentru balon de oxigen	obligatoriu												
Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete	obligatoriu												
Termenul de garanție	minim 2 ani echivalent la 24 luni												
<p>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>													

27	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți	4	50 000,00	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți		
				Cod	140410	
				Descriere	Paturi pediatric standard pentru adolescenți, destinate pentru staționarea pacienților	
				Parametrii		Specificația
				Construcția, căptușeala		Netoxic
						Fără margini ascuțite
				Poziționare	Secțiune spate și picioare	Reglabilă
				Saltea	Ortopedică	Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului
				Barele de protecție laterale		Detășabile
				Rotile	Diametru	≥12 cm
					Frână	≥2
				Înălțime		Reglabilă
				Accesorii		Husă pentru saltea
				Termenul de garanție		minim 2 ani echivalent la 24 luni
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.						



28	Pat pediatric standard (mecanic) pentru copii	5	58 333,33	Pat pediatric standard (mecanic) pentru copii		
				Cod	140450	
				Descriere	Paturi pediatric standard pentru copii, destinate pentru staționarea pacienților	
				Parametrii		Specificația
				Construcția, căptușeala		Netoxic
						Fără margini ascuțite
				Poziționare	Secțiune spate și picioare	Reglabilă
				Saltea	Ortopedică	Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului
				Barele de protecție laterale		pliabil
				Spațiul între gratele verticale		≤6 cm
				Rotile	Diametru	≥12 cm
					Frână	≥2
				Înălțime		Reglabilă
				Accesorii		Husă pentru saltea
Termenul de garanție		minim 2 ani echivalent la 24 luni				
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.						
29	Masă ortopedică	1	110 000,00	Masă ortopedică		
				Cod	140200	
				Parametru	Specificație	
				Descriere	Destinată pentru plasarea pacientului pentru aplicații ortopedice	
				Poziționare	Trendelemburg	≥ 25 grade
					Antitrendelemburg	≥ 25 grade
					Înclinare laterală	≥ 18 grade
				Capacitate		≥ 200 kg
Acțiune		electromecanică				
Control		pupitru sau pedală				



				Radiotransparentă	obligatoriu			
				Utilizare radiologică	Mărimea maximă a casetei	minim 35x43 cm		
				Atașament de bază		mobil		
				Structura coloanei		oțel cu acoperire antistatică, anticorozivă		
				Roți		obligatoriu		
				Blocare roți		obligatoriu		
				Alimentare		220 V, 50 Hz		
				Termenul de garanție		minim 2 ani echivalent la 24 luni		
				Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.				

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA

		<p>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p> <p>Notă: Operatorul economic va prezenta schițele mobilierului medical ofertat</p>	
3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	DA
4	DUAE	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>- În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de</p>	DA

		<i>valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i>	
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	DA
<p><u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u></p> <p>Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (proponerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</p> <p><u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u></p>			
Cerinte de calificare obligatorii			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a	DA

		impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	prin care declară ca va realiza cu titlu gratuit livrarea, asamblarea, instalarea, ridicarea, încărcarea, descărcarea bunurilor la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de luni (SE VA INDICA DE OPERATORUL ECONOMIC, ÎNSĂ NU MAI MIC DE CEL MENȚIONAT ÎN SPRECIFICAȚIA TEHNICĂ) din momentul livrării/instalării, inclusiv a tuturor accesoriilor - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție 48 ore de la solicitare- Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025 originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la ofertant-	cu privire livrarea componentele bunurilor trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA

17	Certificat de conformitate/calitate pentru bunurile oferite	Eliberat de către Organismul Național/Internațional de verificare a conformitatea produselor Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Prezentarea mostrelor	Prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitarea înscrisă a autorității contractate pentru materia primă sau pentru produsul finit.	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică , în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni de la data intrării în vigoare a contractului.</u>	DA

Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data intrării în vigoare a contractului.