



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.md>

Nr. Rg02-3304 din 22.07.2025

Operatorii economici participanți
Beneficiarii finali

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1741961027962 privind *Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale chirurgicale pentru anii 2026-2028* din 14.03.2025, vă comunică decizia din 22.07.2025 cu privire la reevaluarea ofertelor, conform criteriului de atribuire și cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Cantitate	Unitate de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de Origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
56.1-27962	Balon extractor de calculi 8mm	Balon extractor de calculi 8mm (002694)	12	Bucată	1600,00	1920,00	19200,00	23040,00	VDK-BAL-23-8.5-B VDK-BAL-23-8.5-C	China	Vedkang Medical	CE, ISO/ —	SOGNO
56.2-27962	Balon extractor de calculi 8mm	Balon extractor de calculi 8mm (002694)	12	Bucată	1665,00	1998,00	19980,00	23976,00	Stone Extraction Balloon REF: FST-BAL-23-8.5-B	China	FORESIGHT TECHNOLOGY CO., LTD.	CE	LISMED FARM S.R.L.
71.1-27962	Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm	Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm (002773)	14504	Bucată	55,00	66,00	797720,00	957264,00	HC-PFB-35W	China	Jinhua Huacheng Medical Appliance Co., Ltd	CE, ISO	M-INTER-FARMA
71.2-27962	Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm	Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm (002773)	14504	Bucată	72,96	87,55	1058211,84	1269825,20	PFW 35	China	Jiangsu Brightness	CE	Electeh SRL

71.3-27962	Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm	Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm (002773)	14504	Bucată	73,53	88,24	1066479,12	1279832,96	RYPF-35W	China	JIANGSU RIPE MEDICAL INSTRUMENTS TECHNOLOGY CO., LTD.	DM0003 58658	MED-M
71.4-27962	Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm	Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm (002773)	14504	Bucată	73,85	88,62	1071120,40	1285344,48	REF: KYDSSA-35W	China	JiangSu Celtics MediTech Co., Ltd.	CE	LISMED FARM S.R.L.
71.5-27962	Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm	Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm (002773)	14504	Bucată	74,00	88,80	1073296,00	1287955,20	HPF-35W	China	Haida Medical Equipment	CE, ISO/ —	SOGNO
71.6-27962	Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm	Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm (002773)	14504	Bucată	74,04	88,85	1073919,67	1288703,61	Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm (Codul produsului: RYPF-35W)	China	Jiangsu Ripe Medical Instruments Technology Co.,Ltd.	DM000358658	DITA ESTFARM S.R.L
76.1-27962	Clipuri plastice tip HEMOLOK	Clipuri plastice tip HEMOLOK (002941)	10496	Bucată	35,60	42,72	373657,60	448389,12	YBJ-S	China	XNY Medical Stapler Co., Ltd	CE ISO	Triumf-Motiv SRL
		Clipuri plastice tip HEMOLOK (002942)							YBJ-M	China	XNY Medical Stapler Co., Ltd	CE ISO	
		Clipuri plastice tip HEMOLOK (002943)							YBJ-L	China	XNY Medical Stapler Co., Ltd	CE ISO	
76.2-27962	Clipuri plastice tip HEMOLOK	Clipuri plastice tip HEMOLOK (002941)	10496	Bucată	43,00	51,60	451328,00	541593,60	PLTX240	China	Qingdao DMD	CE	Electeh SRL
		Clipuri plastice tip							PLTX220	China	Qingdao DMD	CE	

		HEMOLOK (002942)											
		Clipuri plastice tip HEMOLOK (002943)							PLTX250	China	Qingdao DMD	CE	
76.3- 27962	Clipuri plastice tip HEMOLOK	Clipuri plastice tip HEMOLOK (002941)	10496	Bucată	43,75	52,50	459200,00	551040,00	POLYMER CLIP Large REF: PCL-L	China	Jiangsu Qianjing Medical Equipment Co., Ltd.	CE	LISMED FARM S.R.L.
		Clipuri plastice tip HEMOLOK (002942)							POLYMER CLIP Medium REF: PCL-M	China	Jiangsu Qianjing Medical Equipment Co., Ltd.	CE	
		Clipuri plastice tip HEMOLOK (002943)							POLYMER CLIP Extra Large REF: PCL-XL	China	Jiangsu Qianjing Medical Equipment Co., Ltd.	CE	
76.4- 27962	Clipuri plastice tip HEMOLOK	Clipuri plastice tip HEMOLOK (002941)	10496	Bucată	43,79	52,55	459619,84	551564,80	PLTX240	China	QINGDA O DMD MEDICAL TECHNO LOGY CO.,LTD	DM0003 90988	MED-M
		Clipuri plastice tip HEMOLOK (002942)							PLTX220	China	QINGDA O DMD MEDICAL TECHNO LOGY CO.,LTD	DM0003 90986 DM0003 90987	
		Clipuri plastice tip HEMOLOK (002943)							PLTX250	China	QINGDA O DMD MEDICAL TECHNO LOGY CO.,LTD	DM0003 90989	
76.5- 27962	Clipuri plastice tip HEMOLOK	Clipuri plastice tip HEMOLOK (002941)	10496	Bucată	44,10	52,92	462884,10	555460,92	Clipuri plastice tip HEMOLOK (Codul produsului: PLTX240)	China	Qingdao DMD Medical Technology Co., Ltd	DM000390988	DITA ESTFARM S.R.L
		Clipuri plastice tip							Clipuri plastice tip HEMOLOK	China	Qingdao DMD Medical	DM000390987	

		HEMOLOK (002942)							(Codul produsului: PLTX230)		Technology Co., Ltd		
		Clipuri plastice tip HEMOLOK (002943)							Clipuri plastice tip HEMOLOK (Codul produsului: PLTX250)	China	Qingdao DMD Medical Technology Co., Ltd	DM000390989	
93.1- 27962	Papilotom puncțional	Papilotom puncțional (003150)	480	Bucată	1400,00	1680,00	672000,00	806400,00	SNK-100-WG	India	Shaily Endoscopy	CE, ISO/ —	SOGNO
93.2- 27962	Papilotom puncțional	Papilotom puncțional (003150)	480	Bucată	1500,00	1800,00	720000,00	864000,00	DSP-30505- 121111	China	Micro-Tech		DataControl SRL
93.3- 27962	Papilotom puncțional	Papilotom puncțional (003150)	480	Bucată	1700,00	2040,00	816000,00	979200,00	SNK-100-DL	Elvetia	Marflow	CE	SC ERICON SRL
93.4- 27962	Papilotom puncțional	Papilotom puncțional (003150)	480	Bucată	1728,00	2073,60	829440,00	995328,00	SNK-100-WG	India	Shaili Endoscopy	CE	Electeh SRL
94.1- 27962	Perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic	Perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic (003153)	127464	Bucată	8,90	10,68	1134429,60	1361315,52	DISPOSCRUB C WITH CHLORHEXIDINE- 0030230F	Spania	C.V. MEDICA SL	Declaratie CE, Produs Biocid	SC ERICON SRL
94.2- 27962	Perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic	Perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic (003153)	127464	Bucată	23,50	28,20	2995404,00	3594484,80	2503-01A	China	Xinxiang Xinda Technology Co.,Ltd	CE ISO	Triumf- Motiv SRL
94.3- 27962	Perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic	Perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic (003153)	127464	Bucată	24,00	28,80	3059136,00	3670963,20	GT078-200	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	DM000372579	IM Natusana SRL
94.4- 27962	Perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic	Perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic (003153)	127464	Bucată	26,00	31,20	3314064,00	3976876,80	P090015	China	Taizhou Rich Medical Products Co., Ltd	CE, ISO	M-INTER- FARMA
94.5- 27962	Perie-burete pentru spălarea	Perie-burete pentru spălarea	127464	Bucată	30,00	36,00	3823920,00	4588704,00	2503-01A	China	XINXIANG XINDA	DM0003 22597	MED-M

	mâinilor cu antiseptic	mâinilor cu antiseptic (003153)									TECHOLO GY CO., LTD.		
94.6-27962	Perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic	Perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic (003153)	127464	Bucată	30,26	36,31	3857060,64	4628472,77	DLM0010-1	Turcia	DILAMED TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. A.Ş.	ISO, CE	SC "Imunotehno med" SRL
94.7-27962	Perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic	Perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic (003153)	127464	Bucată	30,72	36,86	3915694,08	4698832,90	REF: JD13S25 Model: 4% Chlorhexidine Digluconate, 20ml	China	Huzhou Junda Import & Export Co. Ltd.	CE	LISMED FARM S.R.L.
109.1-27962	Set pentru gastrotomie endoscopica percutanată	Set pentru gastrotomie endoscopica percutanată (003400)	92	Bucată	1300,00	1560,00	119600,00	143520,00	S-PEG-24-SN	India	Shaily Endoscopy	CE, ISO/ —	SOGNO
109.2-27962	Set pentru gastrotomie endoscopica percutanată	Set pentru gastrotomie endoscopica percutanată (003400)	92	Bucată	1540,00	1848,00	141680,00	170016,00	PEG-24+SN+SC	Elvetia	Marflow	DM000372445	SC ERICON SRL
109.3-27962	Set pentru gastrotomie endoscopica percutanată	Set pentru gastrotomie endoscopica percutanată (003400)	92	Bucată	1556,00	1867,20	143152,00	171782,40	GT24F-L	China	Beijing ZKSK Technology Co.,Ltd.	ISO, CE	SC "Imunotehno med" SRL
109.4-27962	Set pentru gastrotomie endoscopica percutanată	Set pentru gastrotomie endoscopica percutanată (003400)	92	Bucată	1558,80	1870,56	143409,60	172091,52	Set pentru gastrotomie endoscopica percutanată (Codul produsului: PEG-24SLE)	China	Hangzhou Fushan Medical Appliances Co.,Ltd.	DOC, CE	DITA ESTFARM S.R.L
110.1-27962	Set pentru nefrostomă percutanată	Set pentru nefrostomă percutanată (003405)	1588	Bucată	1050,00	1134,00	1667400,00	1800792,00	ZNEF10F	Polonia	Balton	CE, ISO/ DM000394838	SOGNO
		ZNEF12F							Polonia	Balton	CE, ISO/ DM000394840		

		Set pentru nefrostomă percutanată (003407)							ZNEF14F	Polonia	Balton	CE, ISO/DM000394841	
110.2-27962	Set pentru nefrostomă percutanată	Set pentru nefrostomă percutanată (003405)	1588	Bucată	1080,00	1404,00	1715040,00	2229552,00	Pigtail nephrostomy Catheter&Set	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	DM000689900	IM Natusana SRL
		Set pentru nefrostomă percutanată (003406)							Pigtail nephrostomy Catheter&Set	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	DM000689900	
		Set pentru nefrostomă percutanată (003407)							Pigtail nephrostomy Catheter&Set	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	DM000689900	
110.3-27962	Set pentru nefrostomă percutanată	Set pentru nefrostomă percutanată (003405)	1588	Bucată	1081,42	1297,70	1717290,99	2060749,19	Set pentru nefrostomă percutanată (Codul produsului: 52-11383)	China	Zhengzhou DIAL Medical Technology Co., Ltd	DOC, CE	DITA ESTFARM S.R.L
		Set pentru nefrostomă percutanată (003406)							Set pentru nefrostomă percutanată (Codul produsului: 52-11483)	China	Zhengzhou DIAL Medical Technology Co., Ltd	DOC, CE	
		Set pentru nefrostomă percutanată (003407)							Set pentru nefrostomă percutanată (Codul produsului: 52-11583)	China	Zhengzhou DIAL Medical Technology Co., Ltd	DOC, CE	

150.1-27962	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți (003556)	400	Bucată	350,00	420,00	140000,00	168000,00	4051K	India	SURU	CE, ISO/DM000653603 DM000653604	SOGNO
150.1-27962	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți (003556)	400	Bucată	896,31	1075,57	358524,00	430228,80	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți (Codul produsului: US- 4.5-280)	China	Shenzhen MicroApproach Medical Technology Co., Ltd.	DOC, CE	DITA ESTFARM S.R.L

Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:

56 Balon extractor de calculi 8mm

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat balon extractor de calculi cu cateter de 7,5Fr - a fost oferit balon extractor de calculi cu cateter de 7Fr.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

71 Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm

- Oferta operatorului economic **SC "Imunotehnomed" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat capsator chirurgical cu dimensiunile 4,5 x 7,0mm (+0,3mm) - a fost oferit capsator chirurgical cu dimensiunile 4,9 x 7,2mm.

76 Clipuri plastice tip HEMOLOK

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Au fost solicitate clipuri plastice tip HEMOLOK cu lungimea de 10mm - au fost oferite clipuri plastice tip HEMOLOK cu lungimea de 9,5mm, 13mm și 17mm.

- Oferta operatorului economic **SC "Imunotehnomed" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Au fost solicitate clipuri plastice tip HOMOLOK de dimensiunile M, L și XL - au fost oferite clipuri plastice tip HOMOLOK de dimensiunile ML, L și XL.

94 Perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic cu lățimea 5-6cm și lungimea de 8-9cm - a fost oferită perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic cu lățimea 4,8cm și lungimea de 7,9cm.
- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic cu lățimea 5-6cm și lungimea de 8-9cm - a fost oferită perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic cu lățimea 4,8cm și lungimea de 7,9cm.
- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic cu lățimea 5-6cm - a fost oferită perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic cu lățimea 4,5cm.

110 Set pentru nefrostomă percutanată

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat set pentru nefrostomă percutanată cu dilatator cu teacă detașabilă - a fost oferit set pentru nefrostomă percutanată fără dilatator cu teacă detașabilă.

121 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în specificația tehnică și în documentele confirmative prezentate.
- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat sistem de aspirare cu cateter de 54-55cm - a fost oferit sistem de aspirare cu cateter de 60cm.
- Oferta operatorului economic **MED-M S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” - a fost oferit sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți cu adaptor “piesa în T”.
- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat sistem de aspirare cu cateter de 54-55cm - a fost oferit sistem de aspirare cu cateter de 60cm.

122 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în specificația tehnică și în documentele confirmative prezentate.
- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat sistem de aspirare cu circuit închis cu cateter de lungimea 30,5-32cm - a fost oferit sistem de aspirare cu circuit închis cu cateter de lungimea 30cm.

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat sistem de aspirare cu circuit închis cu cateter de lungimea 30,5-32cm - a fost oferit sistem de aspirare cu circuit închis cu cateter de lungimea 30cm.
- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat sistem de aspirare cu circuit închis cu cateter de lungimea 30,5-32cm - a fost oferit sistem de aspirare cu circuit închis cu cateter de lungimea 30cm.

123 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14FR

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în specificația tehnică și în documentele confirmative prezentate.
- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat sistem de aspirare pentru 72 ore - a fost oferit sistem de aspirare pentru 24 ore. A fost solicitat sistem de aspirare cu cateter de 54-55cm - a fost oferit sistem de aspirare cu cateter de 60cm.
- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți cu adaptor “piesa în T” - a fost oferit sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți cu adaptor „cot cu pivot dublu rotativ”.
- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat sistem de aspirare pentru 72 ore - a fost oferit sistem de aspirare pentru 24 ore. A fost solicitat sistem de aspirare cu cateter de 54-55cm - a fost oferit sistem de aspirare cu cateter de 60cm.

124 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în specificația tehnică și în documentele confirmative prezentate.
- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat sistem de aspirare cu circuit închis cu cateter de lungimea 30,5-32cm - a fost oferit sistem de aspirare cu circuit închis cu cateter de lungimea 30cm.
- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți cu adaptor “piesa în T” - a fost oferit sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți cu adaptor „cot cu pivot dublu rotativ”. A fost solicitat sistem de aspirare cu circuit închis cu cateter de lungimea 30,5-32cm - a fost oferit sistem de aspirare cu circuit închis cu cateter de lungimea 30cm.
- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat sistem de aspirare cu circuit închis cu cateter de lungimea 30,5-32cm - a fost oferit sistem de aspirare cu circuit închis cu cateter de lungimea 30cm.

147 Stent ureteral mono J

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu au fost oferite toate dimensiunile solicitate.
- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat stent ureteral 10FR cu lungimea 80-90cm - a fost oferit stent ureteral 10FR cu lungime 75cm.

150 Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat stent ureteral Pigtail cu capăt distal deschis - a fost oferit stent ureteral Pigtail cu două capete distale deschise.

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că numărul de ofertanți/candidați care întrunesc cerințele de calificare și selecție și care au prezentat oferte admisibile este mai mic de două oferte (în vederea asigurării concurenței) iar autoritatea nu a optat, conform prevederilor specifice, pentru continuarea procedurii de atribuire următoarele loturi:

- 121 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal
- 122 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie
- 123 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14FR
- 124 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie
- 147 Stent ureteral mono J

Se anulează decizia nr. 1 din 10.07.2025, cu privire la loturile nr.: 56, 71, 76, 93, 94, 109, 110, 121, 122, 123, 124, 147 și 150. În ceea ce privește celelalte loturi, decizia rămâne neschimbată.

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS, va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru anul 2026.

Contractul de acord-cadru urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data 04.08.2025. Contactele subsecvente vor fi semnate conform necesităților beneficiarilor finali pentru fiecare an în parte sau la solicitarea acestora. Pentru participare la re-ofertare vor fi expediate invitații de participare.

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

*Ex: Alisa Nicov
Tel. +37368502393*

OE:

DataControl SRL

DITA ESTFARM S.R.L

Ecochimie

Electeh SRL

IM Natusana SRL

Labromed Laborator SRL

LifeMed Group

LISMEDFARM S.R.L.

MED-M

M-INTER-FARMA

SC ERICON SRL

SC"Imunotehnomed"SRL

SOGNO

Tehnomedica

Tribestar Farm

Triumf-Motiv SRL