



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 68998429, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.gov.md>

Nr. Rg02-4257 din 17.08.2026

OPERATORI ECONOMICI PARTICIPANȚI
IMSP BENEFICIARI

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică **nr. ocds-b3wdp1-MD-1776172444484 (21603065) din 15.05.2026** privind *Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 17)*, vă comunică decizia **nr.1 din 13.08.2026** cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. lot	Denumire lot	U/m	Can- titatea	Preț unitar fărăT VA	preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model/codul produsului/producător /Țară de origine	Ofertant	Înregistrare AMDM
2	Lotul 2-Termometru pentru frigider	Bucată	88	180.00	216.00	15840.00	19008.00	TC7M1-Stecpribor- Ucraina	Alex Standard SRL	
4	Lotul 4-Microscop digital optic	Bucată	2	30000.00	36000.00	60000.00	72000.00	BS.1153-PLi - Euromex-Olanda	DataControl SRL	DM000766211
5	Lotul 5-Sistem de încălzire pacient cu flux de aer cald	Bucată	3	32400.00	38880.00	97200.00	116640.00	Mistral-Air MA 1200 EU-The Surgical Company B.V.-Olanda	X-Lab Solutions SRL	DM000685822
6	Lotul 6-Beschie oscilantă (ferestrău ortopedic / traumatologic)	Bucată	6	24999.00	29998.80	149994.00	179992.80	NS-1511-WUHU RUIJIN MEDICAL- China	AELO GRUP SRL	DM000691189
7	Lotul 7-Sistem de dezinfecare a aerului (recirculator)_capacitate mare	Bucată	10	4964.00	5956.80	49640.00	59568.00	ORBB 30*2- Bactosfera-Ucraina	SA Tehoptimed	DM000624653

9	Lotul 9-Mașină de anestezie (caracteristici de bază)	Bucată	2	290000.0 0	348000.0 0	580000.0 0	696000.0 0	ATLAS N3 + AQUARIUS- Northern Meditec Limited-China	Ancotec- Sistem	DM000528484
10	Lotul 10-Mașină de anestezie (caracteristici medii)	Bucată	1	339950.0 0	407940.0 0	339950.0 0	407940.0 0	A3 + uMEC 150- Mindray-China	ÎM „Dutchmed -M” SRL	DM000821381
11	Lotul 11-Laringoscop adult pentru intubatii dificile	Bucată	1	24900.00	29880.00	24900.00	29880.00	03.41140.521+ 03.42053.621+ 03.42053.631+ 03.42053.641- Kirchner & Wilhelm- Germania	GBG-MLD SRL	DM000566377 DM000566408 DM000566409 DM000566410 DM000566102
12	Lotul 12-Defibrilator extern, semiautomat	Bucată	2	57889.26	69467.11	115778.5 2	138934.2 2	SVP-B0007 Conf- Rech SAVER ONE P Semi-Automatic AED with ECG Monitoring+Manual Override (Synchronized Cardioversion)-AMI- Italia	SRL Biosistem mld	DM000371882
13	Lotul 13-Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici medii)	Bucată	2	230000.0 0	276000.0 0	460000.0 0	552000.0 0	COMFORT 300 SERIES-VG Medical -China	Ancotec- Sistem	DM000463226
14	Lotul 14-Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate)	Bucată	1	125600.0 0	150720.0 0	125600.0 0	150720.0 0	RD-2-SHENYANG ROUNDFIN-China	Triumf- Motiv SRL	CE ISO
15	Lotul 15-Microscop binocular, cu contrast de fază	Bucată	2	20000.00	24000.00	40000.00	48000.00	BS.1152-PLPHi - Euromex- Olanda	DataContro l SRL	DM000766208
16	Lotul 16-Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza	Bucată	2	11080.00	13296.00	22160.00	26592.00	iE 300-Shenzhen Biocare-China	SA Tehoptimed	DM000624585
17	Lotul 17-Monitor Holter ECG (caracteristici de baza)	Bucată	1	44999.00	53998.80	44999.00	44999.00	SE 2012-EDAN- China	AELO GRUP SRL	DM000499527

19	Lotul 19-Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii)	Bucată	1	59999.00	71998.80	59999.00	71998.80	Zeus 400- Zerone-Corea	SC ERICON SRL	DM000623115
20	Lotul 20-Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate)	Bucată	3	79966.67	95960.00	239900.01	287880.00	Excell 400 MCDSe - Alsa-Italia	DataControl SRL	DM000051754
21	Lotul 21-Sistem videoendoscopic pentru videobronhoscopie (caracteristici avansate) Videoprocessor	Bucată	1	578000.00	693600.00	578000.00	693600.00	HD-550 + EB-5T28-Sonoscape-China	SC ERICON SRL	DM000684612, - HD-550 (Videoprocessor) DM000684624, - EB-5T28 (Videobronhoscop) DM000684619 - VLS-55Q (sursa de lumină)
22	Lotul 22-Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie (caracteristici avansate)	Bucată	1	603000.00	723600.00	603000.00	723600.00	HD-550 + EC-550T-Sonoscape-China	SC ERICON SRL	DM000684612, - HD-550 (Videoprocessor) DM000684608, - EC-550T (Videoprocessor) DM000684619 - VLS-55Q (sursa de lumină)
23	Lotul 23-Sistem videoendoscopic pentru videogastroscoapie (caracteristici avansate) Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice	Bucată	1	603000.00	723600.00	603000.00	723600.00	HD-550 + EG-550-Sonoscape-China	SC ERICON SRL	DM000684612, - HD-550 (Videoprocessor) DM000684605, - EG-550 (Videogastroscoap) DM000684619 - VLS-55Q (sursa de lumină)
24	Lotul 24-Magnetoterapie	Bucată	1	64000.00	76800.00	64000.00	76800.00	RADARMED 2500 CP-Italia-EME Srl	Satos Solutions SRL	DM000661277

26	Lotul 26-Dispozitiv fizioterapeutic pentru terapie cu microunde	Bucată	1	110000.0 0	132000.0 0	110000.0 0	132000.0 0	MODULO PLUS (MODULOPLUS01) -Italia-FISIOLINE S.R.L.	Health Medical Solutions SRL	DM000750193
27	Lotul 27-Dispozitiv fizioterapeutic cu ultrasunet	Bucată	1	25880.00	31056.00	25880.00	31056.00	PhysioGo.Lite Sono-Astar-Polonia	GBG-MLD SRL	DM000663213
28	Lotul 28-Dispozitiv fizioterapeutic pentru laserterapie și cu ultrasunet	Bucată	1	49499.00	59398.80	49499.00	59398.80	SOLATRONIC SL-3- ELEKTRONIKA-Polonia	AELO GRUP	DM000674820
29	Lotul 29-Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B	Bucată	1	39990.00	47988.00	39990.00	47988.00	PhysioGo.Lite Laser-Astar-Polonia	GBG-MLD SRL	DM000663217
30	Lotul 30-Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet	Bucată	1	69500.00	83400.00	69500.00	83400.00	PhysioGo700I-Astar-Polonia	GBG-MLD SRL	DM000663228
31	Lotul 31-Higrometru / Psihrometru 15-40C	Bucată	12	180.00	216.00	2160.00	2592.00	Higrometru / Psihrometru 15-40C-Steclpribor-Ucraina	Alex Standard SRL	
32	Lotul 32-Higrometru/Psihrometru 0-25C	Bucată	10	180.00	216.00	1800.00	2160.00	Higrometru / Psihrometru 15-40C-Steclpribor-Ucraina	Alex Standard SRL	
33	Lotul 33-Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L	Bucată	2	38900.00	46680.00	77800.00	93360.00	BPR--Biobase-China	ALMICOM TEH SRL	DM000451828

Ofertanții respinși/descalificați:

Lot nr. 5 Sistem de încălzire pacient cu flux de aer cald

Oferta operatorului economic **SRL BIOSISTEM MLD** se respinge în conformitate cu art.69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale;

Lot nr. 6 Beschie oscilantă (ferestrău ortopedic / traumatologic)

Oferta operatorului economic **TRIUMF MOTIV SRL** se respinge în temeiul art. 17 alin. (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, întrucât nu întrunește cerințele stabilite în documentația de atribuire. De asemenea, ca urmare a solicitării de clarificări a CAPCS nr. Rg02-2896 din 31.07.2026, operatorul economic nu a prezentat un răspuns complet și concludent, care să demonstreze conformitatea ofertei cu cerințele procedurii de achiziție, după cum urmează, în oferta tehnică și documentele tehnice nu s-au demonstrat îndeplinirea cerințelor tehnice:

- Mecanism de blocare;
- Indicator stare baterie

Lot nr.12 Defibrilator extern, semiautomat (130140)

Oferta operatorului economic **EYECON MEDICAL SRL** se respinge în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, întrucât nu întrunește cerințele stabilite în documentația de atribuire.

- S-a solicitat Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor - Ritmului cardiac diapazon - diapazon min. 30 - 300 BPM;
- S-a oferat Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor - Ritmului cardiac diapazon - Heart Rate Range 30 – 200 BPM;
- S-a solicitat Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare - < 10 s;
- S-a oferat Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare - ≤ 15 sec;

Lot nr. 15 Microscop binocular, cu contrast de fază (250210)

Oferta operatorului economic **TRIUMF MOTIV SRL** se respinge în conformitate cu art.69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale;

Lot nr. 21 Sistem video pentru investigarea internă a organelor cavitare ale sistemului digestiv și respirator Sistem videoendoscopic pentru videobronhoscopie (caracteristici avansate) (290110)

Oferta operatorului economic **ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire:

- S-a solicitat Sistem de aspirație separat de procesor; S-a oferat Sistemul de aspirație este parte integrala a sistemului HD550 oferit de Sonoscape;
- S-a solicitat Videobronhoscop, Tip HDTV / HD $\geq 1920 \times 1080$ pixeli; S-a oferat EB-5T28 singur nu are rezoluția numerică "1920 $\times$ 1080". Rezoluția 1920 $\times$ 1080 (Full HD) este specificată la procesorul video HD550, cu care este compatibil și pentru care a fost proiectat EB-5T28. Împreună formează sistemul video HD cu Rezoluția 1920 $\times$ 1080;
- S-a solicitat Spălarea obiectivului „Canal de irigare/spălare”; S-a oferat Toate bronhoscoapele existente nu au canal dedicat pentru spălarea obiectivului, la necesitate se spală prin irigarea canalului de lucru

Oferta operatorului economic **DATACONTROL SRL** cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul nr. 22 Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie (caracteristici avansate) (290130)

Oferta operatorului economic **ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire:

- S-a solicitat Videocolonoscop, Optica, Unghiul câmpului de vedere > 160; S-a oferat Optica Unghiul câmpului de vedere 140 grade;

Oferta operatorului economic **DATACONTROL SRL** cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul nr. 23 Lot nr. 23 Sistem videoendoscopic pentru videogastroscoapie (caracteristici avansate) Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice (290150)

Oferta operatorului economic **ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire:

- S-a solicitat Sistem de aspirație separat de procesor; S-a oferat Sistemul de aspirație este parte integrala a sistemului HD550 oferit de Sonoscape;
- S-a solicitat - Accesorii: Piesă bucală – 2 bucăți – S-a oferat - Declarație de la ofertant prin care se confirmă că dispozitivul va fi dotat cu: Piesă bucală 2 unități; - se acceptă ca oferta alternativa cu acordul beneficiarului final;

Oferta operatorului economic **DATACONTROL SRL** cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul nr. 24 Magnetoterapie (400150)

Oferta operatorului economic **ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire:

- S-a solicitat Tipuri de unde: sinusoidal, dreptunghiular; S-a oferat Aparatul MAGNETOMED 8400 generează câmp magnetic sinusoidal – confirmat de producătorul EME Srl. Forma de undă dreptunghiulară nu este disponibilă pentru acest model. Emisia câmpului poate fi modulată în impulsuri prin Duty-Cycle reglabil (10÷100)% – Manual, pag. 19 (marcat în Anexa 1);
- S-a solicitat - Accesorii: Covoraș electromagnetic min. 50x30cm 1 buc; S-a oferat - Producătorul EME Srl confirmă că un covoraș electromagnetic de tipul solicitat nu este disponibil pentru modelul MAGNETOMED 8400. Ca măsură compensatorie, în favoarea autorității contractante, oferim o pereche suplimentară de aplicatori magnetici (4 buc. în total, față de 2 buc. solicitate), care extinde capacitatea de tratament simultan a echipamentului. Precizăm transparent că aplicatorii nu reproduc funcția de tratament pe suprafață extinsă a unui covoraș; - se acceptă ca oferta alternativa cu acordul beneficiarului final;

Lotul nr. 25 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 4 canale cu troliu (400142)

Oferta operatorului economic **HEALTH MEDICAL SOLUTIONS SRL** cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lot nr. 26 Dispozitiv fizioterapeutic pentru terapie cu microunde (400101)

Oferta operatorului economic **SATOS SOLUTIONS SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire:

- S-a solicitat Display - ≥ 7 inch; S-a oferat 5.7" color graphic display;

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică numai ***după reconfirmarea necesității de către beneficiarul final.***

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **28.08.2026**.

Conform pct.15.19 din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

Cu respect,

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Ana Bînzari