



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 68998429, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.gov.md>

Nr. Rg02-3707 din 15.07.2026

Operatori economici participanți

IMSP Beneficiare

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1777453151767 privind *Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază) - Repetat* vă comunică decizia nr.2 din 15.07.2026 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitate a de măsură	Cantit atea oferită	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Producător	Țara de Origine	AMDM	Ofertant
3	Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 (006964)	Pereche	106	91,6000	109,9200	9 709,60	11 651,52	PG970/4	FIAB SPA	Italia	DM00065 5260	MED-M
4	Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 (006965)	Pereche	104	128,0000	153,6000	13 312,00	15 974,40	PG912/4	FIAB SPA	Italia	DM00065 5272	MED-M
9	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	Bucată	58200	38,0000	45,6000	2 211 600,00	2 653 920,00	40320	R-Vent Medikal	Turcia	CE/DM00 0558953	Electeh SRL
10	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal (007011)	Bucată	550	22,0000	26,4000	12 100,00	14 520,00	40210	R-Vent Medikal	Turcia	CE/DM00 0558923	Electeh SRL
14	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou	Bucată	38	140,0000	168,0000	5 320,00	6 384,00	4AFR1002 00	Dort-A Tip	Turcia	CE/DM00 0392497	Electeh SRL

	100mm x100m (007102)											
30	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml (007170)	Set	1350	84,0000	100,8000	113 400,00	136 080,00	42.16.3000 2	SCW Medicath	China	CE/DM00 0232474	Electeh SRL
31	Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml (007171)	Set	1000	84,0000	100,8000	84 000,00	100 800,00	42.16.3000	SCW Medicath	China	CE/DM00 0232472	Electeh SRL
35	Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650 (007189)	Bucată	50	2300,0000	2760,0000	115 000,00	138 000,00	400SH511	Wuxi Jike Electronics Co., Ltd	China	CE ISO	Triumf-Motiv SRL
37	Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 (007198)	Bucată	57	1495,0000	1794,0000	85 215,00	102 258,00	5-Lead ECG Cable	Coreea de Sud	BISTOS	CE/ISO	DataContr ol SRL
43	Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 (007210)	Bucată	22	4070,0000	4884,0000	89 540,00	107 448,00	SH360	Wuxi Jike Electronics Co., Ltd	China	CE ISO	Triumf-Motiv SRL
58	Set conectoare "Olympus" (007357)	Set	2	38100,000 0	45720,0000	76 200,00	91 440,00	Accesoriu Soluscope S1 1. Leak test – SL-TO-O-S; 2. Blocker / Separator – SL BLOCK-140; 3. Biopsy & Suction – SL-S1 O; 4. Air/Water	Ecolab/Soluscope	Franta	DM00038 0757	SC ERICON SRL

								– SL-W1; 5. Air/Water – (OLYMPU S bridge)				
71	Filtru antibacterial, de unica folosință compatibil cu Pony FX (G48040)	Bucată	800	40,0000	48,0000	32 000,00	38 400,00	TSVBM0 31/A	Lumed	Italia	DM00086 8844	ICS Eyecon Medical SRL
73	Parafină terapeutică pentru termoterapie	kg	50	80,0000	96,0000	4 000,00	4 800,00	Ceara de parafina Tip-1	ETERA TRADING SRL	China	Alte acte de confirmare a calității	Policontract SRL
74	Ozocerită medicală pentru proceduri de termoterapie	kg	50	120,0000	144,0000	6 000,00	7 200,00	Ozocerită medicală	Inter-Sintez	Ucraina	Alte acte de confirmare a calității	Policontract SRL
82	Mulaj stomatologic	Bucată	13	980,0000	1176,0000	12 740,00	15 288,00	40199	Producator Shanghai POP 3D Co., Ltd Long-Gan Branch /Distribuitor Gima S.p.a	China/Italia	Alte acte de confirmare a calității	MED-M
92	Electrod activ cu miner, MBC-200, Soring	Bucată	2	2000,0000	2400,0000	4 000,00	4 800,00	F4242	FIAB SPA	Italia	DM00046 6394	MED-M

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 9 Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)

- Oferta operatorului economic DITA ESTFARM S.R.L se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde – S-a solicitat filtru de tip mecanic / HEPA, însă a fost ofertat filtru de tip electrostatic."

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde – S-a solicitat filtru de tip mecanic / HEPA, însă a fost ofertat filtru de tip electrostatic."

Lotul 23 Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° (007141)

Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Sa solicitat clasa 4 sa ofertat clasa 1.

Lotul 26 Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern (007147)

Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Sa solicitat clasa 134/20 min extern sa ofertat 132/20 min extern.

Oferta operatorului economic M-INTER-FARMA se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi

Lotul 37 Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 (007198)

Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu corespunde – Nu a fost indicat producătorul, iar acesta nu a putut fi identificat din documentele atașate la ofertă.

Lotul 58 Set conectoare "Olympus" (007357)

Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: se solicită Set conectoare "Olympus" (007357), Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S 1" de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare, set, se oferă SL-TO-O-S; 2. Blocker / Separator – SLBLOCK-140; 3. Biopsy & Suction – SL-S1-O; 4. Air/Water – SL-W1; 5. Air/Water – (OLYMPUS bridge),". Oferta operatorului SC ERICON SRL se acceptă ca ofertă alternativă.

Lotul 62 Pachet pentru sterilizare, 200 x 330mm (007397)

Oferta operatorului economic M-INTER-FARMA a retras oferta pentru lotul menționat.

Lotul 65 Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 (007403) Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Lotul 65 Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 (007403)

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

Lotul 23 Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° (007141)

Lotul 26 Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern (007147)

Totodată grupul de lucru va emite o nouă decizie pentru următoarele loturi:

Lotul 20 Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor B. Braun (007127)

Lotul 76 Piesă de turbină

Lotul 77 Piesă contraunghi

Lotul 78 Dispozitiv pentru tăierea gutapercii

Lotul 79 Micromotor pneumatic

Lotul 84 Fuluar netezitoare

Lotul 85 Fuluar netezitoare

Lotul 86 Fuluar compozitcondensare și modelare

Lotul 87 Fuluar compozit

Lotul 89 Excavator, 1mm

Lotul 90 Netezitoare seceră

Pentru loturile anulate CAPCS nu va desfășura procedură de achiziție nouă, luând în considerare că a fost desfășurată procedură repetată, iar, necesarul pentru anul 2027 deja se colectează și se prelucrează, astfel, loturile anulate au fost incluse în lista de distribuție pentru procedurile de achiziție specifice necesităților anului 2027, în caz contrar, decizia privind necesitatea de achiziționare sau neachiziționarea lor, precum și responsabilitatea pentru realizarea acestora, îi revine în exclusivitate grupului de lucru din cadrul IMSP beneficiare.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **28.07.2026**.

Cu respect,

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

Ex: Arvinte Irina

Tel: 022 222 364