



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 68998429, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.gov.md>

Nr. Rg02-3155 din 18.06.2026

Operatorii economici participanți
Beneficiarii finali

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii, din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1778668630707 privind *Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026 Repetat 2* din 13.05.2026, vă comunică decizia din 18.06.2026 cu privire la evaluarea ofertelor, conform criteriului de atribuire și cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitate de măsură	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de Origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant	Tip ofertă
23	Ac pentru stiloul de insulină 4mm (002647)	Bucată	15005	0,5385	0,5816	8080,19	8726,91	Ace pentru stiloul de insulină 32Gx4mm (Codul produsului: 70092)	Turcia	AYSET TIBBI URUNLER VE PLASTIK TEKSTIL ELEKTRONIK GIDA TEMIZLIK MADDELERI SAN. A.S.	DM00038 1425	DITA ESTFAR M S.R.L	De bază
24	Ac pentru stiloul de insulină 6mm (002648)	Bucată	105	0,5385	0,5816	56,54	61,07	Ace pentru stiloul de insulină 31Gx5mm (Codul produsului: 70087)	Turcia	AYSET TIBBI URUNLER VE PLASTIK TEKSTIL ELEKTRONIK GIDA TEMIZLIK MADDELERI SAN. A.S.	DM00038 1420	DITA ESTFAR M S.R.L	Ofertă alternativă. A fost solicitat ac pentru stiloul de insulină de 6 mm și cu diametrul de 32G - a fost oferit ac pentru stiloul de insulină de 5 mm și cu

													diametrul de 31G.
25	Ac pentru stiloul de insulină 8mm (002649)	Bucată	405	0,5385	0,5816	218,09	235,55	Ace pentru stiloul de insulină 31Gx8mm (Codul produsului: 70089)	Turcia	AYSET TIBBI URUNLER VE PLASTIK TEKSTIL ELEKTRONIK GIDA TEMIZLIK MADDELERI SAN. A.S.	DM00038 1422	DITA ESTFARM S.R.L	Ofertă alternativă. A fost solicitat ac pentru stiloul de insulină cu diametrul de 32G - a fost oferit ac pentru stiloul de insulină cu diametrul de 31G.
33	Ace USG	Bucată	1500	192,0	207,36	288000,0	311040,0	Ultraplex 22G x 80 mm Ref.N 4892608-01	Germania	B.Braun Melsungen AG	DM00083 2230	Tetis Internation al Co. SRL	Ofertă alternativă. Au fost solicitate ace pentru USG de dimensiunile 22G/80mm și 21G/100mm - au fost oferite ace pentru USG de dimensiunea 22G/80mm.
41	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman , N10 (002743)	Bucată	102	17,500	21,0	1785,00	2142,00	20810	Turcia	Medbar	CE/DM00 0559050	Electeh SRL	De bază
43	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman , N12 (002745)	Bucată	100	17,500	21,0	1750,00	2100,00	20812	Turcia	Medbar	CE/DM00 0559051	Electeh SRL	De bază
45	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman , N5 (002747)	Bucată	77	17,500	21,0	1347,50	1617,00	20805	Turcia	Medbar	CE/DM00 0559045	Electeh SRL	De bază
46	Canulă ginecologică	Bucată	135	17,500	21,0	2362,50	2835,00	20806	Turcia	Medbar	CE/DM00 0559046	Electeh SRL	De bază

	pentru vacuum aspirație la Seringă Karman , N6 (002748)												
47	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman , N7 (002749)	Bucată	130	17,500	21,0	2275,00	2730,00	20807	Turcia	Medbar	CE/DM00 0559047	Electeh SRL	De bază
48	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman , N8 (002750)	Bucată	110	17,500	21,0	1925,00	2310,00	20808	Turcia	Medbar	CE/DM00 0559048	Electeh SRL	De bază
49	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman , N9 (002751)	Bucată	104	17,500	21,0	1820,00	2184,00	20809	Turcia	Medbar	CE/DM00 0559049	Electeh SRL	De bază
54	Canulă pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian (002766)	Bucată	1300	161,95	194,34	210535,00	252642,00	31001 CANNULA 31001 IMA 1MM 1.8	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM00065 5027	Oxivit med	Ofertă alternativă. A fost solicitată canulă cu lungimea de 5cm și diametrul de 3mm, cu vârf oblic - a fost oferită canulă cu lungimea de 4,6cm și diametrul de 1mm, cu vârf rotund cu bulb la vârf.
56	Canulă traheostomică spiralat-armat (002770)	Bucată	30	798,95	958,74	23968,50	28762,20	200815	Germania	Primed® Halberstadt Medizintechnik GmbH	DM00084 3048	SC"Imunot ehnomed" SRL	De bază
64	Cateter i/v periferic	Bucată	78635	4,0715	4,3972	320162,4	345773,8	Cateter i/v periferic cu mecanism	India	MEDIPLUS (INDIA) LIMITED	DM00081 8921	DITA ESTFAR M S.R.L	De bază

	standart 24G adulti (002849)							de protectie 24G Pluski Safe 2 (Codul produsului: 4042412552)					
65	Cateter i/v periferic avansat 24G (copii și adulti)	Bucată	29050	9,5000	10,260	275975,0	298053,0	Cateter IV Vasofix safety 24G Ref.N 4269071S- 01	Germania	B.Braun Melsungen AG	DM00038 1457	Tetis Internation al Co. SRL	De bază
74	Cateter subclaviar 0,6mm (002889)	Bucată	278	128,00	138,24	35584,00	38430,72	ICVM1181 3	China	TUOREN	CE, ISO / DM00084 0292	SOGNO	De bază
75	Cateter subclaviar 1,4mm (002890)	Bucată	435	110,00	118,80	47850,00	51678,00	ICVM1141 6	China	TUOREN	CE, ISO / DM00084 0301	SOGNO	De bază
84	Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm	Bucată	2500	16,666	20,000	41666,67	50000,00	SD-06209- 51	Turcia	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S	CE/ISO	Medglobal farm	De bază
94	Coș extractor de calcul/ Baschet PCGR- metalic, hexagonal (002978)	Bucată	20	2400,0	2880,0	48000,00	57600,00	VDK-BAS- 23-200-25- S4-A	China	JIANGSU VEDKANG MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	CE ISO, DM00056 5339	Triumf- Motiv SRL	De bază
100	Ghid metalic tip “Zebra” 0,035 (003006)	Bucată	160	4200,0	5040,0	672000,0	806400,0	4046	Germania	MTW-Endoscopie	DM00043 6616	SC ERICON SRL	De bază
101	Ghid metalic tip “Zebra” 0,035	Bucată	32	4200,0	5040,0	134400,0	161280,0	4046	Germania	MTW-Endoscopie	DM00043 6616	SC ERICON SRL	De bază
105	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (consumabil nr.	Pereche	1440	25,250	27,270	36360,00	39268,80	82265	Suedia	Molnlycke Health Care	CE; Declarație de conformita te CE;ISO 13485;	Tehnomedi ca	De bază

	1173) (001535)										DM00037 5928		
106	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (consumabil nr. 1175) (001537)	Pereche	17210	25,250	27,270	434552,5	469316,7	82275	Suedia	Molnlycke Health Care	CE; Declarație de conformitate CE;ISO 13485; DM00037 5930	Tehnomedica	De bază
107	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (consumabil nr. 1176) (001538)	Pereche	17440	25,250	27,270	440360,0	475588,8	82280	Suedia	Molnlycke Health Care	CE; Declarație de conformitate CE;ISO 13485; DM00037 5931	Tehnomedica	De bază
108	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5 (consumabil nr. 1177) (001539)	Pereche	9300	25,250	27,270	234825,0	253611,0	82285	Suedia	Molnlycke Health Care	CE; Declarație de conformitate CE;ISO 13485; DM00037 5932	Tehnomedica	De bază
137	Ploscă urinară bărbați, din carton	Bucată	1000	39,500	47,400	39500,00	47400,00	37682	Italia	Gima	Declarație de conformitate	ICS Eyecon Medical SRL	Ofertă alternativă. A fost solicitată ploscă urinară medicală de 1 litru și cu dimensiunile: 26 x12.5x6.5 cm - a fost oferită ploscă urinară medicală de 0,9 litri și cu dimensiunile: 26x11.5x11 cm.
142	Pungă pentru răcire instant (003204)	Bucată	774	21,650	25,980	16757,10	20108,52	ST-HC05	China	Sintrue	ISO, CE Marca	Ecochimie	Ofertă alternativă. A fost solicitată pungă pentru

													răcire instant cu dimensiunile: 14 x 18cm (±1cm) - a fost oferită pungă pentru răcire instant cu dimensiunile: 12 x 19,5cm și 14 x 23cm.
144	Pungă Termo-Gel 20x30 cm (003206)	Bucată	66	324,0	388,80	21384,00	25660,80	GT115-106	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENT S CO., LTD.	Declarație de conformitate	IM Natusana SRL	Ofertă alternativă. A fost solicitată pungă termo-gel cu dimensiunile: 20x30cm - a fost oferită pungă termo-gel cu dimensiunile: 27x31cm.
147	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri (003220)	Bucată	12646	16,390	19,668	207267,9	248721,5	HSC-R3	China	HSCC	ISO, CE Marca	Ecochimie	De bază
148	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 5,0 litri (003222)	Bucată	6775	20,833	25,0	141145,8	169375,0	BPTA00008	Turcia	MEDIKAL OLUSUM VE TIC. LTD. STI.	CE/ISO	Medglobal farm	De bază
153	Scutece pentru copii +18kg (Nr. 6)	Bucată	1000	2,5000	3,0	2500,00	3000,00	Jusy Premium Baby Diaperes Junior	Turcia	SEVINCLER SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET AS,	CE/ISO DM00022 1975	Medglobal farm	De bază
154	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599)	Bucată	70200	0,6546	0,7070	45952,92	49631,40	Seringa 10ml 3 componente 21Gx1 1/2 0.8x40mm latex free (Codul produsului: S32102140)	China	CHANGZHOU JIAFENG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	DM00022 9145	DITA ESTFARM S.R.L	De bază

165	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (003274)	Bucată	122	149,0	160,92	18178,00	19632,24	ICVM20420	China	TUOREN	CE, ISO / DM00084 0348	SOGNO	Ofertă alternativă. A fost solicitat set cateter pentru vena subclaviculară 20G - a fost oferit set cateter pentru vena subclaviculară 17.7G.
166	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen (003276)	Bucată	102	464,0	501,12	47328,00	51114,24	Certofix Duo Paed S413 Ref.N 4166922	Germania	B.Braun Melsungen AG	DM00039 5622	Tetis Internation al Co. SRL	De bază
167	Set cateter subclavicular 7F (003279)	Bucată	990	105,0	113,40	103950,0	112266,0	ICVM11420	China	TUOREN	CE, ISO / DM00066 3467	SOGNO	Ofertă alternativă. A fost solicitat set cateter subclavicular 7Fr, cu dilatator 8Fx12cm - a fost oferit set cateter subclavicular 6Fr, cu dilatator 8Fx10cm .
182	Set pentru anestezia epidurală	Bucată	30	138,0	149,04	4140,00	4471,20	Perifix 401 Ref.N 4514017	Germania	B.Braun Melsungen AG	DM00039 5685	Tetis Internation al Co. SRL	Ofertă alternativă. A fost solicitat set pentru anestezia epidurală cu cateter 18-19G și cu seringă de plastic lor de 10-20 ml- a fost oferit set pentru anestezia epidurală cu cateter 20G și cu seringă de plastic lor de 8 ml.

193	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626)	Bucată	26000	1,6613	1,9936	43193,80	51833,60	Sisteme pt infuzie/perfuzie cu ac metalic 150cm (Codul produsului: IV-1)	China	SHANDONG YIGUANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM000317111	DITA ESTFARM S.R.L	De bază
220	Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de amplasare.	Bucată	20	3270,0	3270,0	65400,00	65400,00	TPU-Stent+INTRUDUCER SYSTEMS „JET-SET“ AND „QUICK-SET“+Ghid 003946	Germania	MTW-Endoscopie	DM000436732+ DM000436625+ DM000436616	SC ERICON SRL	Ofertă alternativă. A fost solicitat stent biliar din PVC - a fost oferit stent biliar din TPU.

În ceea ce privește ofertele alternative, beneficiarii finali, au dreptul de a respinge loturile atribuite, care nu corespund cerințelor instituției, prin transmiterea unui demers către CAPCS, până la data de 25.06.2026.

Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:

10 Ac de unică folosință pentru seringi 18G 1½ (001472)

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

13 Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1½ (001475)

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

15 Ac de unică folosință pentru seringi 23G 1¼ (001477)

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

34 Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.)

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată ansa pentru polipectomie asimetrică - a fost oferită ansa pentru polipectomie ovală.

37 Câmp pentru masă de instrumente, steril, jetabil (002736)

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

38 Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm (002737)

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în documentele confirmative prezentate. S-a răspuns incomplet la clarificare.

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

39 Canulă de aspirație fină (002742)

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu au fost prezentate documente confirmative. Nu s-a răspuns la clarificare.

57 Cateter de aspirație și drenaj Redon 14FR (002795)

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat cateter de aspirație și drenaj Redon cu marcarea în cm, interval de 1cm - a fost oferit cateter de aspirație și drenaj Redon cu marcarea la 19cm.

58 Cateter de aspirație și drenaj Redon 16FR (002796)

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat cateter de aspirație și drenaj Redon cu marcarea în cm, interval de 1cm - a fost oferit cateter de aspirație și drenaj Redon cu marcarea la 19cm.

59 Cateter de aspirație și drenaj Redon 18FR (002797)

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat cateter de aspirație și drenaj Redon cu marcarea în cm, interval de 1cm - a fost oferit cateter de aspirație și drenaj Redon cu marcarea la 19cm.

66 Cateter ombilical cu două intrări 6F (002859)

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat cateter ombilical cu două intrări - a fost oferit cateter venos central. Este declarat de producător ca nu poate fi folosit pentru infant și neonatal.

81 Cearșaf medical 200*150cm (002927)

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

84 Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm

- Oferta operatorului economic **M-INTER-FARMA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat cearșaf de 80x70cm - a fost oferit cearșaf de 90x90cm.

85 Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) L (002945)

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

86 Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) M (002946)

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

89 Container din plastic pentru colectarea deșeurilor medicale

- Oferta operatorului economic **BELNIS SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu a fost indicat producătorul.

90 Container pentru evacuarea organului 1500ml (002961)

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat container pentru evacuarea organului - a fost oferit container alimentar.

91 Container pentru evacuarea organului 200ml (002962)

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu au fost prezentate documente confirmative. Nu s-a răspuns la clarificare.

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Produsul ofertat este pentru utilizare casnică, nu pentru evacuarea organelor în timpul intervențiilor laparoscopice. Conform ISO: „Design, manufacture and delivery of plastic products for gardening and household use.”

93 Container pentru transportarea materialului biologic (002965)

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat container pentru transportarea materialului biologic - a fost oferit container alimentar.

100 Ghid metalic tip “Zebra” 0,035 (003006)

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

105 Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (consumabil nr. 1173) (001535)

- Oferta operatorului economic **SC "Imunotehnomed" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Au fost solicitate mănuși cu rezistența la rupere nu mai puțin de 18N - au fost oferite mănuși cu rezistența la rupere de 12,5N.

106 Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (consumabil nr. 1175) (001537)

- Oferta operatorului economic **SC "Imunotehnomed" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Au fost solicitate mănuși cu rezistența la rupere nu mai puțin de 18N - au fost oferite mănuși cu rezistența la rupere de 12,5N.

107 Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (consumabil nr. 1176) (001538)

- Oferta operatorului economic **SC "Imunotehnomed" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Au fost solicitate mănuși cu rezistența la rupere nu mai puțin de 18N - au fost oferite mănuși cu rezistența la rupere de 12,5N.

108 Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5 (consumabil nr. 1177) (001539)

- Oferta operatorului economic **SC "Imunotehnomed" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Au fost solicitate mănuși cu rezistența la rupere nu mai puțin de 18N - au fost oferite mănuși cu rezistența la rupere de 12,5N.

111 Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon mărime L

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată mască de ventilare pentru terapia CPAP cu contact facial cu gel și suport pentru cap cu gel - a fost oferită mască de ventilare pentru terapia CPAP cu contact facial cu silicon și suport pentru cap cu silicon.

112 Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon mărime M

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată mască de ventilare pentru terapia CPAP cu contact facial cu gel și suport pentru cap cu gel - a fost oferită mască de ventilare pentru terapia CPAP cu contact facial cu silicon și suport pentru cap cu silicon.

113 Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 10mm (003068)

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată mască de ventilare pentru terapia CPAP cu manjet gonflabil - a fost oferită mască de ventilare pentru terapia CPAP fără manjet gonflabil..

114 Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 12,5mm (003069)

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată mască de ventilare pentru terapia CPAP cu manjet gonflabil - a fost oferită mască de ventilare pentru terapia CPAP fără manjet gonflabil..

115 Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 15,0mm (003070)

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată mască de ventilare pentru terapia CPAP cu manjet gonflabil - a fost oferită mască de ventilare pentru terapia CPAP fără manjet gonflabil..

116 Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 5,0mm (003073)

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată mască de ventilare pentru terapia CPAP cu manjet gonflabil - a fost oferită mască de ventilare pentru terapia CPAP fără manjet gonflabil..

118 Mască facială cu protector (003075)

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește 30%. Nu a fost completată specificația tehnică și de preț.

124 Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G21 (003117)

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Cantitatea oferită este mai mică decât cantitatea solicitată.

132 Pansament anti combustie (003134)

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

138 Ploscă urinară din inox, pentru femei

- Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată ploscă din inox cu dimensiunea de 420-440 x 285-290 x 80-85mm, cu capac - a fost oferită ploscă din inox cu dimensiunea de 418 x 292 x 85mm, fără capac.

141 Protector/retractor plagă tip Alexis, 5-9cm (003203)

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

145 Pungi evacuatoare urostomie (003207)

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

146 Pungi pentru colectarea sângelui dublu (003208)

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

- Oferta operatorului economic **SC "Imunotehnomed" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

147 Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri (003220)

- Oferta operatorului economic **BELNIS SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu a fost indicat producătorul.

166 Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen (003276)

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat cateter pentru vena subclaviculară 22G - a fost oferit cateter pentru vena subclaviculară 4Fr=17.7G.

169 Set chirurgical combinat pentru anestezie spinală și analgezie epidurală (003289)

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat set chirurgical combinat pentru anestezie spinală și analgezie epidurală cu ac epidural 16G, cu minim 2 câmpuri sterile non fenestrate dimensiunile minim 50/50cm și cu minim 3 periute cu burete - A fost oferit set chirurgical combinat pentru anestezie spinală și analgezie epidurală cu ac epidural 18G, cu un câmp fenestrat și unul nefenestrat și 1 periută cu burete.

170 Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial (003307)

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume mostra nu corespunde: 1. Halatul chirurgical este cusut cu acul, dar s-a solicitat cu ultrasunet. 2. Sistem poliuritan pentru contrast și perfuzie este de 1,5m, dar s-a solicitat de 1,8-2,0m. 3. Tubul de la substanța de contrast nu este unit etanș și iese din conector.

183 Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 7-8Fr (003380)

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 7-8Fr - a fost oferit set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 6Fr. A fost solicitat set pentru cateterizarea vaselor centrale cu căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei - a fost oferit set pentru cateterizarea vaselor centrale fără căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.

186 Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale) (003401)

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat set pentru inhalații cu oxigen neonatal - a fost oferit set pentru inhalații cu oxigen pediatric.

187 Set pentru insuflarea oxigenului în nas (003403)

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat set pentru insuflarea oxigenului în nas cu Regulator de Flux - a fost oferit set pentru insuflarea oxigenului în nas fără Regulator de Flux.

214 Stent biliar biodegradabil 1-3 luni, expandabil cu balon (003532)

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

215 Stent biliar biodegradabil 3-6 luni, expandabil cu balon (003533)

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

216 Stent biliar biodegradabil 6 luni, expandabil cu balon (003534)

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

217 Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 1-3 luni

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

218 Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 3-6 luni

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

219 Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 6 luni

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

221 Stent biliar/ pancreatic biodegradabil

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

222 Stent biliar/ pancreatic biodegradabil (003538)

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

223 Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

224 Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni (003539)

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

225 Stent biliar/pancreatic biodegradabil 12 zile

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

226 Stent metalic Auto expandabil pentru dilatarea stricturilor (benigne și maligne) a tractului digestiv

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în documentele confirmative prezentate. S-a răspuns incomplet la clarificare.

234 Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (003600)

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

235 Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (003601)

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

236 Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (003602)

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

237 Tub dren silicon

- Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM. Nu s-a răspuns la clarificare.

240 Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 7.5 (003679)

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley - a fost oferit tub pentru traheostomie bilumen tip standard.

241 Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 (003681)

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley - a fost oferit tub pentru traheostomie bilumen tip standard.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, dintre care și oferte ale operatorilor care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi:

- 10 Ac de unică folosință pentru seringi 18G 1½ (001472)
- 13 Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1½ (001475)
- 15 Ac de unică folosință pentru seringi 23G 1¼ (001477)
- 34 Ansa polipectomie rotativa asimetrică (gastro-colono.)
- 37 Câmp pentru masă de instrumente, steril, jetabil (002736)
- 38 Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm (002737)
- 39 Canulă de aspirație fină (002742)
- 57 Cateter de aspirație și drenaj Redon 14FR (002795)
- 58 Cateter de aspirație și drenaj Redon 16FR (002796)
- 59 Cateter de aspirație și drenaj Redon 18FR (002797)
- 66 Cateter ombilical cu două intrări 6F (002859)
- 81 Cearșaf medical 200*150cm (002927)
- 84 Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm
- 85 Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) L (002945)
- 86 Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) M (002946)
- 89 Container din plastic pentru colectarea deșeurilor medicale
- 90 Container pentru evacuarea organului 1500ml (002961)
- 91 Container pentru evacuarea organului 200ml (002962)
- 93 Container pentru transportarea materialului biologic (002965)
- 100 Ghid metalic tip “Zebra” 0,035 (003006)
- 105 Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (consumabil nr. 1173) (001535)
- 106 Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (consumabil nr. 1175) (001537)
- 107 Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (consumabil nr. 1176) (001538)
- 108 Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5 (consumabil nr. 1177) (001539)
- 111 Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon mărime L

- 112 Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon mărime M
- 113 Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 10mm (003068)
- 114 Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 12,5mm (003069)
- 115 Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 15,0mm (003070)
- 116 Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 5,0mm (003073)
- 118 Mască facială cu protector (003075)
- 124 Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G21 (003117)
- 132 Pansament anti combustie (003134)
- 138 Ploscă urinară din inox, pentru femei
- 141 Protector/retractor plagă tip Alexis, 5-9cm (003203)
- 145 Pungi evacuatoare urostomie (003207)
- 146 Pungi pentru colectarea sângelui dublu (003208)
- 147 Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri (003220)
- 166 Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen (003276)
- 169 Set chirurgical combinat pentru anestezie spinală și analgezie epidurală (003289)
- 170 Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial (003307)
- 183 Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 7-8Fr (003380)
- 186 Set pentru inhalatii cu oxigen (canule nazale neonatale) (003401)
- 187 Set pentru insuflarea oxigenului în nas (003403)
- 214 Stent biliar biodegradabil 1-3 luni, expandabil cu balon (003532)
- 215 Stent biliar biodegradabil 3-6 luni, expandabil cu balon (003533)
- 216 Stent biliar biodegradabil 6 luni, expandabil cu balon (003534)
- 217 Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 1-3 luni
- 218 Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 3-6 luni
- 219 Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 6 luni
- 221 Stent biliar/ pancreatic biodegradabil
- 222 Stent biliar/ pancreatic biodegradabil (003538)
- 223 Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni
- 224 Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni (003539)
- 225 Stent biliar/pancreatic biodegradabil 12 zile
- 226 Stent metalic Auto expandabil pentru dilatarea stricturilor (benigne și maligne) a tractului digestiv
- 234 Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (003600)
- 235 Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (003601)
- 236 Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (003602)
- 237 Tub dren silicon
- 240 Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 7.5 (003679)
- 241 Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 (003681)

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

- 1 Ac chirurgical BT 511 - 11 (002068)
- 2 Ac chirurgical BT 511 - 12 (002069)
- 3 Ac chirurgical BT 511 - 13 (002070)
- 4 Ac chirurgical BT 511 - 4 (002061)
- 5 Ac chirurgical BT 511 - 5 (002062)
- 6 Ac chirurgical BT 511 - 6 (002063)
- 7 Ac chirurgical BT 511 - 7 (002064)
- 8 Ac chirurgical H 521 - 1 (002425)
- 9 Ac chirurgical Mayo T 442 - 3 (002473)
- 11 Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1¼ (001473)
- 12 Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1½ (001474)
- 14 Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1½ (001476)
- 16 Ac de unică folosință pentru seringi 25G 1 (001478)
- 17 Ac de unică folosință pentru seringi 27G 1½(001480)
- 18 Ac de unică folosință pentru seringi 30G 1½ (001481)
- 19 Ac epidural G18 pentru obezi
- 20 Ac jetabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locală) (002547)
- 21 Ac pentru canularea venelor cu olivă
- 22 Ac pentru puncție renală percutanată 14G, 13cm (002620)
- 26 Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 15G (002652)
- 27 Ac spinal G25 pentru obezi
- 28 Ace chirurgicale 2B1 - 0,8 x 32 (002653)
- 29 Ace chirurgicale 2B1- 0,9 x 40 (002654)
- 30 Ace chirurgicale 3B2 - 0,6 x 30 (002659)
- 31 Ace chirurgicale 5A1 -1,2 x 36 (002665)
- 32 Ace chirurgicale 5A1 -1,4 x 60 (002666)
- 35 Bandaj elastic de fixare
- 40 Canulă de aspirație tip Yankauer
- 42 Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman , N11 (002744)
- 44 Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman , N4 (002746)
- 50 Canulă pentru clismă
- 51 Canulă pentru clister evacuator la 2 litri
- 52 Canulă pentru clistere 200ml (002764)
- 53 Canulă pentru clistere 400ml (002765)
- 55 Canulă port venos implantabilă cu cateter 8,5FR (002769)
- 60 Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar (002804)
- 61 Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 10Fr

- 62 Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 8Fr
- 63 Cateter i/v periferic avansat 26G (002843)
- 67 Cateter pentru alimentație enterală FR10 (002860)
- 68 Cateter pentru alimentație enterală FR18 (002864)
- 69 Cateter Pezzer FR- 24 (002872)
- 70 Cateter Pezzer FR- 26 (002873)
- 71 Cateter Pezzer FR- 28 (002874)
- 72 Cateter Pezzer FR- 30 (002875)
- 73 Cateter Pezzer FR- 32 (002876)
- 76 Cateter urinar CH 4 (002916)
- 77 Cateter urinar CH 5 (002917)
- 78 Cateter urinar extern pentru bărbați, prezervativ urinar 30mm (002918)
- 79 Cateter urinar extern pentru bărbați, prezervativ urinar 35mm (002919)
- 80 Cearșaf jetabil din hârtie pentru investigații (rulou igienic) (002923)
- 82 Cearșaf pentru acoperirea mesei
- 83 Cearșaf pentru acoperirea mesei (002932)
- 87 Container de inox pentru transportarea bixelor 3 L
- 88 Container de inox pentru transportarea bixelor 6 L
- 92 Container pentru transportarea eprubetelor de laborator
- 95 Dispozitiv protecție gura(dinți) M (002997)
- 96 Dispozitiv protecție gura(dinți) S (002998)
- 97 Drenuri (003001)
- 98 Emplastru pentru înlocuirea suturii chirurgicale
- 99 Garou hemostatic maturi
- 102 Inel pentru protecția stomei (003032)
- 103 Injector endoscopic cu funcție de coagulare pentru hemostază (003034)
- 104 Manșete de perfuzie sub presiune (001534)
- 109 Masca de endoscopie L
- 110 Masca de endoscopie M
- 117 Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 7,5mm (003074)
- 119 Mască facială pentru endoscopie
- 120 Meșe Hemostatice 10x10cm
- 121 Meșe Hemostatice 20x20cm
- 122 Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G19 (003115)
- 123 Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G20 (003116)
- 125 Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G22 (003118)
- 126 Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G23 (003119)
- 127 Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G24 (003120)

- 128 Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G25 (003121)
- 129 Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G26 (003122)
- 130 Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G27 (003123)
- 131 Panglica Broselow
- 133 Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui (003145)
- 134 Periuță citologică (003155)
- 135 Plasă (implant) pentru hernioplastie 10x20cm (003172)
- 136 Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30cm (003175)
- 139 Ploscă urinară din inox, pentru femei (003185)
- 140 Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (consumabil nr. 1325) (001591)
- 143 Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant (003205)
- 149 Retractor chirurgical din silicon radioopac
- 150 Retractor chirurgical din silicon radioopac (003224)
- 151 Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL (003242)
- 152 Scrub pentru pregătirea pielii pentru EEG
- 155 Seringă cu piston de blocare
- 156 Seringă cu piston de blocare 20ml (consumabil nr. 1383) (001608)
- 157 Seringă cu piston de blocare 30ml (consumabil nr. 1384) (001609)
- 158 Seringă ginecologică VAM Karman
- 159 Seringi cu mâner de sabie 1ml (consumabil nr. 1397) (001621)
- 160 Seringi cu mâner de sabie 3ml (consumabil nr. 1398) (001622)
- 161 Seringi de irigare - Bulb, 60 ml (Seringa-Pară) N1
- 162 Șervetele igienice pentru gastroscopie (003260)
- 163 Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi (003264)
- 164 Set canule pentru irigații (003270)
- 168 Set cateterizarea spațiului spinal (003283)
- 171 Set drenaj lombar al LCR (003337)
- 172 Set drenare activă (003340)
- 173 Set drenare nasobiliară
- 174 Set gastrostomă 10FR (003342)
- 175 Set gastrostomă 12FR (003343)
- 176 Set gastrostomă 14FR (003344)
- 177 Set gastrostomă 16FR (003345)
- 178 Set gastrostomă 20FR (003347)
- 179 Set gastrostomă 22FR (003348)
- 180 Set gastrostomă 24FR (003349)
- 181 Set igiena orală, pentru pacienții intubați (003353)
- 184 Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monolumen G-11 (9Fr) (003381)

- 185 Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (003392)
- 188 "Set puncție pleurală
(thoracentesis set)"
- 189 Set ventuze terapeutice
- 190 Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillum High Flow 12 F G-16-12-12 – L 15 cm (003451)
- 191 Sistem de curățire a locului anastomozei
- 192 Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G (003470)
- 194 Solutie cutanata
- 195 Solutie irigare plaga
- 196 Sondă Blakemore Nr. 18 (003483)
- 197 Sondă Blakemore Nr. 19 (003484)
- 198 Sondă Blakemore Nr. 20 (003485)
- 199 Sondă Blakemore Nr. 21 (003486)
- 200 Sondă Blakemore Nr. 22 (003487)
- 201 Sondă Blakemore Nr. 23 (003488)
- 202 Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G (003492)
- 203 Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G (003493)
- 204 Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G (003494)
- 205 Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G (003495)
- 206 Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G (003496)
- 207 Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G (003497)
- 208 Sondă-set naso-duodenală pentru nutriție /d 3,7-4,2 mm
- 209 Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/ (003513)
- 210 Spirometru pentru stimulare pulmonară
- 211 Spray rece
- 212 Stend lacrimal pentru Dacriocistorinostomie (DCR) (003525)
- 213 Stent biliar 8FR (003531)
- 227 Stent metalic auto expandabil tract digestiv inferior
- 228 Stilet de intubație 16F (003571)
- 229 Stilet de intubație cu lubrifiant 12FR (003573)
- 230 Talc
- 231 Tampoane sterile fără alcool 60x60mm (003581)
- 232 Trusă toracenteză (Pneumocath set) (003590)
- 233 Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (003593)
- 238 Tub pentru evacuarea gazelor (003649)
- 239 Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef. (003677)
- 242 Vacuum-chiureță pentru biopsie endometrială tip Pipelle (003696)

De asemenea, vă informăm că lotul nr. 36 *Brățară de identificare pentru adulți*, se află încă în evaluare și pentru acesta, va fi emisă o decizie separată.

Menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS, va demara o nouă procedură de achiziție publică, doar după ajustarea specificațiilor tehnice (luând în calcul și motivul anulării loturilor) și/sau a valorii estimative, de către beneficiarii finali.

Totodată, dat fiind faptul că la moment se prelucrează necesarul pentru anul 2027, loturile anulate, pot fi incluse în lista de distribuție, pentru procedurile de achiziție specifice necesităților anului următor.

Suplimentar, în cazul în care, pentru loturile care nu au fost depuse oferte sau au fost depuse doar oferte necorespunzătoare, se identifică alternative care ating același scop propus, solicităm respectuos, informarea imediată a CAPCS, în vederea inițierii unei noi proceduri de achiziție publică.

În situațiile în care semnarea și înregistrarea contractelor are loc în timpul executării primei tranșe de livrare, CAPCS, în calitate de autoritate contractantă, având atribuția de monitorizare a executării corespunzătoare a condițiilor contractuale, nu va aplica penalități pentru livrarea cu întârziere a primei tranșe, pentru numărul de zile reieșind din coraportul datei intrării în vigoare menționate în anunțul de participare și data intrării în vigoare - de fapt a contractului.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și vor fi semnate începând cu data de 30.06.2026, după expirarea termenului de așteptare.

Totodată, după expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2027.

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

*Ex: Alisa Nicov
Tel. +37368502393*

OE

BELNIS SRL

DataControl SRL

DITA ESTFARM S.R.L

Ecochimie

Electeh SRL

ICS Eyecon Medical SRL

IM Natusana SRL

Medglobalfarm

M-INTER-FARMA

NOK GROUP S.R.L.

Oxivit med

SC ERICON SRL

SC"Imunotehnomed"SRL

SOGNO

Tehnomedica

Tetis International Co. SRL

Triumpf-Motiv SRL